北京市政府采购项目
公开招标文件

项目名称：自有资金-人员公用支出2026年医用耗材采购项目

项目编号：11011526210200033658-XM001

分包号：第十七包

采 购 人：北京市大兴区妇幼保健院

采购代理机构：北京中兴天诚招标代理有限公司

目　　录

第一章　投标邀请..... 2
第二章　投标人须知..... 7
第三章　资格审查..... 24
第四章　评标程序、评标方法和评标标准..... 27
第五章　采购需求..... 37
第六章　拟签订的合同文本..... 57
第七章　投标文件格式..... 67

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011526210200033658-XM001

2.项目名称：自有资金-人员公用支出2026年医用耗材采购项目

3.项目预算：

第十七包预算金额：74.583514万元；项目最高限价（如有）：74.583514万元

4.采购需求：

序号	标的名称	预计三年采购量	单位	最高单价限价（元）	预算金额（万元）	简要技术需求或服务要求
1	中药液包装用复合膜	186	套	350	74.583514	为了满足不断增长的妇女儿童医疗保健服务需求，提升服务能力，拓宽服务范围，发展特色学科，结合临床科室需求及耗材采购。
2	理疗用电极	300	包	45		
3	透气胶贴1	23000	片	0.6		
4	透气胶贴2	116000	片	0.5		
5	透气胶贴3	8000	片	0.5		
6	密闭式静脉留置针	8684	支	4.9		
7	脱脂棉	80	包	41		
8	脱脂棉球	302	包	31.5		
9	一次性使用床罩1	9360	条	7		
10	一次性使用床罩2	5200	条	7		
11	一次性使用脐带保护包	6000	包	3		
12	一次性医用帽子	80000	顶	4		
13	医用棉签1	617	包	61		
14	医用棉签2	175	包	60		
15	医用棉签3	25	包	35		
16	医用棉签4	581	包	41		

17	医用棉签 5	289	包	41		
18	医用棉球	4278	包	4.5		
19	医用脱脂纱布垫 1	700	块	8		
20	医用脱脂纱布垫 2	6000	块	3		
21	医用外科口罩 1	165200	个	0.5		
22	医用外科口罩 2	385440	个	0.5		
23	重组胶原蛋白修复敷料	440	盒	170		
24	超声软组织切割止血设备-一次性使用超声刀头 1	18	把	1300		
25	超声软组织切割止血设备-一次性使用超声刀头 2	10	把	1300		

5.合同履行期限：3 年，逐年签订合同

6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/__。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：__/__

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；

（2）投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

3.2.1 投标人不得被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/） 信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2.2 不同投标人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；

3.2.3 投标人必须按规定获取招标文件，未按规定获取招标文件的无资格参加本次投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 09 月 14 日至 2026 年 09 月 18 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 10 月 13 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）及其他相关法律法规。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电

子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 本项目招标公告在《中国政府采购网》《北京市政府采购网》发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：北京市大兴区妇幼保健院

地　　址：北京市大兴区黄村镇兴丰大街三段 56 号

联系方式：010-69252081-8058

2.采购代理机构信息

名　　称：北京中兴天诚招标代理有限公司

地　　址：北京市大兴区清城北区 27 号楼 B 座 1507 室

联系方式：010-69256812

3.项目联系方式

项目联系人：刘宇

电　　话：010-69256812

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
□服务
■货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目_17_包为非单一产品采购项目，核心产品为：医用外科口罩 1。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_____；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_____；
（4）未中标人样品退还：_____；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；
（6）其他要求（如有）：_____。</td></tr>
<tr><td>5.3.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（中小企业声明函中的标的名称和所属行业须以此为准，判断依据详见招标文件附件 1：关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业〔2011〕300 号）：
<table>
<tr><th>序号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>1</td><td>中药液包装用复合膜</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>2</td><td>理疗用电极</td><td>工业</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

条款号	条目	内容		
		3	透气胶贴 1	工业
		4	透气胶贴 2	工业
		5	透气胶贴 3	工业
		6	密闭式静脉留置针	工业
		7	脱脂棉	工业
		8	脱脂棉球	工业
		9	一次性使用床罩 1	工业
		10	一次性使用床罩 2	工业
		11	一次性使用脐带保护包	工业
		12	一次性医用帽子	工业
		13	医用棉签 1	工业
		14	医用棉签 2	工业
		15	医用棉签 3	工业
		16	医用棉签 4	工业
		17	医用棉签 5	工业
		18	医用棉球	工业
		19	医用脱脂纱布垫 1	工业
		20	医用脱脂纱布垫 2	工业

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>21</td><td>医用外科口罩 1</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>22</td><td>医用外科口罩 2</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>23</td><td>重组胶原蛋白修复敷料</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>24</td><td>超声软组织切割止血设备--一次性使用超声刀头 1</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>25</td><td>超声软组织切割止血设备--一次性使用超声刀头 2</td><td>工业</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td rowspan="2">投标保证金</td><td>投标保证金金额：
第十七包投标保证金：/
投标保证金收受人信息：
形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；
1、若采用支票、汇票、本票、网上银行支付的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述采购人指定账户:
户名：北京中兴天诚招标代理有限公司
开户行：中国建设银行北京市大兴滨河支行
帐号：1100 1009 0010 5300 1621
期限：同投标文件递交截止时间(以到账时间为准)；
2、若采用金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构且投标保证金的有效期应当覆盖或者超过投标有效期。
特别提示：
如因款项用途备注不明确导致的后果由投标人自行承担。务必备注“项目名称+投标保证金”，可简写，不可不填</td></tr>
<tr><td>12.8.2</td><td>投标保证金可以不予退还的其他情形：
□无
■有，具体情形：
（1）中标人不按本文件或者法规的规定与采购人签订合同的；
（2）中标人不按本文件的规定提交履约保证金的；
（3）中标人擅自放弃中标的；
（4）投标人被视为串通投标的；
（5）投标人提供虚假或失实材料的；
（6）未按照招标文件要求支付中标服务费；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他不予退还情形。 。</td></tr>
<tr><td>13.1</td><td>投标有效期</td><td>自提交投标文件的截止之日起算__90__日历天。</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
18.2	解密时间	解密时间：10 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：书面、现场、电话
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京中兴天诚招标代理有限公司； 联系电话：010-69256812； 通讯地址：北京市大兴区清城北区 27 号 B 座 1507 室。
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：收费基数以中标价计取，以中标金额为计费基数“X” 0~100 万元： X*1.5% =代理费用 缴纳时间：中标人领取中标通知书时以电汇方式一次性支付全款。

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1　采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三　投标文件的编制

9　投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1　本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2　除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3　除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10　投标文件构成

10.1　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2　对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3　第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4　对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
10	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
11	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或

		者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
12	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
13	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投 标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.1 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.2 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.3 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

☑无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣

除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予___%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：得分且投标报价均相同的，以 技术服务方案 得分高者为中标人。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审条款	评审项	评审细则
1	价格 (30 分)	价格 (30 分)	各投标人的价格得分：(评标基准价/评标价)×价格权重(30%)×100 (注：实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价) 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，不能按评审委员会要求时间提交相关证明材料证明其报价合理性的视为无效投标。
2	技术部分 （58 分）	产品技术参数响应程度、性能符合性 (12 分)	投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据第五章 采购需求的响应情况进行打分。 1.技术参数指标，每负偏离一项扣 0.1 分，扣完为止。
		质量保障方案 (8 分)	综合考虑投标人提供的产品质量保障方案，包括不限于运输、安装、后期维护等措施： 方案完整度高、保障措施众多、可实施性强，能够很好的保障产品 质量，得 8 分； 方案完整度、保障措施略有欠缺、但具有一定的可实施性，能够保 障产品质量，得 6 分； 方案完整度、保障措施有欠缺、可实施性较差，得 4 分； 质量保障方案有明显欠缺、保障措施粗略，有可能影响产品质量得 2 分； 无质量保障方案，得 0 分。
		供货方案 （8 分）	综合考虑投标人针对本项目提供的供货方案等。 方案详细阐述针对本项目的供货方案，方案内容满足实际需求，具有科学的工作管理制度，时间环节安排合理，可实施性高，得 8 分；

			方案详细阐述针对本项目的供货方案，方案内容基本满足实际需求，具有较科学的工作管理制度，时间环节安排较合理，可实施性较高，得 6 分； 方案无重大缺失，具有完善的工作管理制度，方案内容能够满足实际需求，时间环节安排较为紧凑，但不影响项目实施进度，得 4 分； 方案内容、时间环节安排无法满足实际需求，工作管理制度有缺失，有可能影响项目实施进度，得 2 分； 未提供相关方案的，得 0 分。
		团队人员配备 （8 分）	综合考量所投项目组人员的配备情况、专业、经验等： 团队人员经验丰富，综合素质好，整体组织架构合理清晰、专业性强，职责分工明确，得 8 分； 团队人员经验较丰富，综合素质较好，整体组织架构较为合理清晰、专业性较强，职责分工较明确，得 6 分； 团队人员经验一般，综合素质一般，整体组织架构一般、专业性一般，职责分工一般，得 4 分； 团队人员经验较差，综合素质一般，整体组织架构较差、专业性较差，职责分工较差，得 2 分； 团队人员经验欠缺、综合素质一般、整体组织架构不合理不清晰、专业性弱，职责分工不明确或无团队人员配备方案得 0 分。
		售后服务方案 （8 分）	综合考虑投标人提供的售后服务方案、响应速度等： 售后服务方案完整性、合理性、可行性强，响应速度优于采购需求，得 8 分； 售后服务方案完整性、合理性、可行性较强，响应速度相对及时，得 6 分； 售后服务方案完整性、合理性、可行性一般，响应速度一般，得 4 分； 售后服务方案内容有欠缺、合理性、可行性弱，响应速度不及时，得 2 分； 无售后服务方案，得 0 分。

		培训方案 （6 分）	综合考虑投标人提供的培训方案： 培训方案科学、受众适用性强，培训内容完整合理、培训安排设计合理，完全满足采购需求，得 6 分； 培训方案相对合理、有一定的受众适用性，培训内容稍显简略、培训安排设计较合理，基本满足采购需求，得 4 分； 培训方案相对较差、有一定的受众适用性，培训内容较差、培训安排设计较差，基本满足采购需求，得 2 分； 培训方案有欠缺，培训方法受众适用性不具有普遍性，培训安排欠妥当，无法完全满足采购需求，得 1 分； 无培训方案，得 0 分。
		应急预案 （8 分）	应急预案合理、全面、针对性强，得 8 分； 应急预案较合理、较全面、较有针对性，得 6 分； 应急预案基本合理、基本全面、针对性一般，得 4 分 应急预案一般、不够全面、针对性不强，得 2 分； 有较大缺陷或未提供面，得 0 分；
3	商务部分 （10 分）	类似项目 业绩 (10 分)	综合考虑投标人近三年（2023 年 9 月起至今）做过的与本项目类似的耗材类项目案例（须附合同首页、合同明细页、合同盖章页复印件，并加盖投标人公章）。每提供一个案例得 2 分，本项最高得 10 分。
4	节能环保 （2 分）	节能 （1 分）	投标人所投部分产品属于节能产品政府采购品目清单中非强制采购品目产品的， 得 1 分，不属于的不得分。须附相关证明材料。 证明材料须按照“附件”的具体要求提供，未按照要求提供证明材料的不得分。
		环保 （1 分）	投标人所投部分产品属于环境标志产品政府采购品目清单中品目产品的，得 1 分， 不属于的不得分。须附相关证明材料。 证明材料须按照“附件”的具体要求提供，未按照要求提供证明材料的不得分。

第五章　采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

包号	标的名称	预计三年采购量	单位	最高单价限价（元）	预算金额（万元）	简要技术需求或服务要求
17	中药液包装用复合膜	186	套	350	74.583514	为了满足不断增长的妇女儿童医疗保健服务需求，提升服务能力，拓宽服务范围，发展特色学科，结合临床科室需求及耗材采购。
	理疗用电极	300	包	45		
	透气胶贴 1	23000	片	0.6		
	透气胶贴 2	116000	片	0.5		
	透气胶贴 3	8000	片	0.5		
	密闭式静脉留置针	8684	支	4.9		
	脱脂棉	80	包	41		
	脱脂棉球	302	包	31.5		
	一次性使用床罩 1	9360	条	7		
	一次性使用床罩 2	5200	条	7		
	一次性使用脐带保护包	6000	包	3		
	一次性医用帽子	80000	顶	4		
	医用棉签 1	617	包	61		
	医用棉签 2	175	包	60		
	医用棉签 3	25	包	35		
	医用棉签 4	581	包	41		
	医用棉签 5	289	包	41		
	医用棉球	4278	包	4.5		
	医用脱脂纱布垫 1	700	块	8		
	医用脱脂纱布垫 2	6000	块	3		
	医用外科口罩 1	165200	个	0.5		

	医用外科口罩 2	385440	个	0.5		
	重组胶原蛋白修复敷料	440	盒	170		
	超声软组织切割止血设备-一次性使用超声刀头 1	18	把	1300		
	超声软组织切割止血设备-一次性使用超声刀头 2	10	把	1300		

2. 项目背景/项目概述

1.医院基本情况：

大兴区妇幼保健院的前身为大兴县妇幼保健站，成立于 1956 年，1982 年由妇幼保健站改为妇幼保健所，1994 年由妇幼保健所改为妇幼保健院，历经几代妇幼人的努力，目前已成为集保健、医疗、科研、教学功能于一体的三级妇幼保健专业机构，为辖区妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务，是全区妇幼保健工作的技术指导及业务培训中心。大兴区妇幼保健院位于大兴区黄村镇兴丰大街三段 56 号，分为总院、榆垡儿童康复部和行政办公楼，合计建筑面积约 2 万平方米，开设床位 147 张，日门诊量约 1200 人次。

2.项目需求：

为了满足不断增长的妇女儿童医疗保健服务需求，提升服务能力，拓宽服务范围，发展特色学科，结合临床科室需求及耗材采购。

二、商务要求

1.服务期限、服务地点

合同履行期限：3 年，逐年签订合同

建设地点：北京市大兴区妇幼保健院

建设单位：北京市大兴区妇幼保健院

2.付款条件

(1)付款条件(进度和方式)

本次采购产品数量为采购人预估全年产品使用数量，供货量按照采购人实际需求供货，实际供货数量据实结算，每季度结算一次。

(2)结算付款方式:转账。

(3)甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

(4)本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及金额，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.税金

与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

三、技术要求

1. 采购品目技术参数

序号	名称	规格	单位	最高单价限价（元）	预计三年采购量	简要技术需求及参数	是否进口产品
1	中药液包装用复合膜	100mm	套	350	186	1、材质：PET（聚酯）/PE（药用低密度聚乙烯）； 2、适用范围：中药液内服、外用包装袋； 3、储存条件：置于阴凉干燥处密封保存；	否
2	理疗用电极	80×80mm	包	45	300	1、外观：产品平整，粘贴整齐，产品包装整齐，不允许破裂；印刷清晰，不得脱落； 2、尺寸：80mm×80mm； 3、导电性能：表面电阻值应≤250KΩ； 4、持粘性与残留物：在恒温箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴部的顶端下滑应不超过 2.5mm，揭下后不应有残留物； 5、剥离强度：粘贴部每 1cm 宽度所需的平均力应不小于 1.0N；	

3	透气胶贴 1	肤色热轧型 10cm*10cm	片	0.6	23000	1、适用范围：用于人体正常皮肤和人体穴位附着物的固定，以起到固定作用； 2、储存条件：避免日晒、保持干燥、通风，防潮、防火；	
4	透气胶贴 2	肤色热轧型 6cm*6cm	片	0.5	116000		
5	透气胶贴 3	肤色热轧型 8cm*8cm	片	0.5	8000		
6	密闭式静脉留置针	Y 型 肝素帽及端帽 0.7mm×19mm	支	4.9	8684	1、适用范围：本产品与输、注器具配套使用，适用于人体静脉留置后，供临床进行输、注药(血)液或抽取血液用； 2、存储条件：本品应防止阳光直晒和雨雪浸淋;应贮存在无腐蚀性气体、干燥、通风良好、清洁的环境内。避免与含氯化制剂的消毒剂储存在一起；	
7	脱脂棉	500g	包	41	80	**1、性能指标** 1.1 性状 目视观测，医用脱脂棉外观应为白色或类白色，由平均长度不小于 10mm 的纤维组成，无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。 1.2 鉴别 应满足 YY/T 0330-2015 中 4.3 的试验结果。 1.3 外来纤维 在显微镜下检查时，应只含典型的棉纤维，允许偶尔有少量孤立的外来纤维存在。	
8	脱脂棉球	中号	包	31.5	302		

						1.4 棉结 将约 1g 医用脱脂棉均匀平铺在 2 个无色透明的平盘中，每个平盘面积为 10cm×10cm。 1.5 水中可溶物 按 YY/T 0330-2015 中 4.4 试验时，水中可溶物的总量应小于 0.50%。 1.6 酸碱度 按 YY/T 0330-2015 中 4.5 试验时，不应有溶液显粉红色。 1.7 下沉时间 按 YY/T 0330-2015 中 4.6.2 试验时，下沉时间应不超过 10s。 1.8 吸水量 按 YY/T0330-2015 中 4.6.3 试验时，每克医用脱脂棉的吸水量应不小于 23.0g。 1.9 硫酸盐灰分 按 YY/T 0330-2015 中 4.10 试验时，硫酸盐灰分应不大于 0.40%。 1.10 表面活性物质 按 YY/T 0330-2015 中 4.11 试验时，供试液表面活性物质泡沫应不覆盖整个液体表面。 2、医用脱脂棉应无菌。 3、医用脱脂棉经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过 10ug/g。	

9	一次性使用床罩 1	100cm×220cm(130 条)	条	7	9360	1.结构组成 本产品由非织造布裁剪或由非织造布和松紧带缝制制作而成。I 型中单以粘合法非织布裁剪制作而成；II 型中单以淋膜非织造布为裁剪制作而成；III 型中单以淋膜非织造布和松紧带缝制制成。 2.性能指标 2.1 中单规格尺寸应符合以下要求： 长(10～400)cm×宽(10～400)cm，允差±10%，具体规格见单包装。 2.2 中单表面应无异物，切边整齐，无破边、无破洞、无污渍。 2.3 中单所采用的薄型粘合法非织造布规格应≥25g/㎡，淋膜非织造布规格应≥33g/㎡。 2.4 非织造布断裂强度纵向≥20N，横向≥14N。 2.5 中单应无菌。 2.6 经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过 10μg/g。 2.6 中单若缝制，应缝制牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏线等缺陷，针距不少于 6 针/4cm。	
10	一次性使用床罩 2	150cm*170cm	条	7	5200		

<table>
<tr>
<td>11</td>
<td>一次性使用脐带保护包</td>
<td>420×60mm</td>
<td>包</td>
<td>3</td>
<td>6000</td>
<td>1、结构组成：
本产品由基本配置婴儿护脐带、医用纱布块和选用配置脐带扎、医用棉签组成；
2、性能指标：
2.1 规格尺寸：
<table>
<tr><td colspan="2">配置组件名称</td><td>数量</td><td>规格</td></tr>
<tr><td rowspan="2">基本配置</td><td>婴儿护脐带</td><td>1～5条</td><td>44cm×7cm</td></tr>
<tr><td>医用纱布块</td><td>1～5块</td><td>5cm×7cm-8p</td></tr>
<tr><td rowspan="2">选用配置</td><td>脐带扎</td><td>1～5个</td><td>乳胶管撑开后周长不小于：2.5cm,绳长不小于：5cm</td></tr>
<tr><td>医用棉签</td><td>1～10支</td><td>8cm</td></tr>
</table>
2.2护脐包的外观应洁净、无污渍。
2.3 婴儿护脐带应选用具有医疗器械注册证的合格产品。
2.4 医用纱布块应选用具有医疗器械注册证的合格产品。
2.5 医用棉签应选用具有医疗器械注册证的合格产品。
2.6 护脐包应无菌。
2.7 护脐包经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>一次性医用帽子</td>
<td>机制圆帽</td>
<td>顶</td>
<td>4</td>
<td>80000</td>
<td>1、结构组成：
本产品由非织造布经缝制而成。
2、性能指标：
2.1 帽子规格：
直筒型尺寸：（单位：cm）
<table>
<tr><td>规格</td><td>帽围周长</td><td>帽高</td><td>备注</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

						<table><tr><td>大</td><td>50</td><td>17</td><td rowspan="3">允 差 ±10%</td></tr><tr><td>中</td><td>42</td><td>16</td></tr><tr><td>小</td><td>35</td><td>15</td></tr></table> 圆顶型尺寸：（单位：cm） <table><tr><td>规格</td><td>帽围周长</td><td>帽高</td><td>备注</td></tr><tr><td>大</td><td>65</td><td>17</td><td rowspan="3">允差 ±10%</td></tr><tr><td>中</td><td>63</td><td>16</td></tr><tr><td>小</td><td>61</td><td>15</td></tr></table> 2.2 帽子外观应洁净、无杂质、不得有破洞，色泽均匀一致。 2.3 帽子若缝制，应缝制牢固，成型整齐，针码均匀平直，无跳针、漏线等缺陷，不少于 6 针/4cm。 2.4 帽子若焊接，应焊接牢固。 2.5 帽子所用的非织造布规格应不少于 20g/m^2。 2.6 帽所用非织造布的断裂强力横向≥3.0N，纵向≥17.0N。 2.7 帽子所用皮筋的伸长比应不大于 1:1.7。 2.8 帽子应无菌。 2.9 帽子经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。	
13	医用棉签 1	10cm	包	61	617	1、结构组成 本产品由脱脂棉和竹（木）棒制成。	

<table>
<tr><td>14</td><td>医用棉签 2</td><td>15cm</td><td>包</td><td>60</td><td>175</td><td rowspan="4">2.性能指标
2.1 棉签的规格尺寸及棉签头重量
<table><tr><td colspan="8">规格尺寸重量</td><td>允差</td></tr><tr><td>规格</td><td>25</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>-</td></tr><tr><td>棒长（cm）</td><td>25</td><td>20</td><td>15</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="2">±10%</td></tr><tr><td>棉头重量（g/百支）</td><td>9.5</td><td>8.5</td><td>7.5</td><td>6.5</td><td>5.5</td><td>4.5</td></tr></table>
2.2 棉头表面应洁净，不得有污渍、杂质。 竹棒表面应光滑、无毛刺，竹棒与棉头尾部要捻紧，不得自然脱落。
2.3 棉签头性能：
2.3.1 白度：剥离棉签头的医用脱脂棉，其白度应不低于 60 度。
2.3.2 水中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在 100ml 供试液中遗留残渣应小于 0.5%。
2.3.3 酸碱度：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在 100ml 供试液中加酚酞指示剂不得显粉红色，加溴甲酚紫指示剂不得显黄色。
2.3.4 易氧化物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在 100ml 供试液中加 0.1%高锰酸钾溶液 10 滴，5min 内红色不得完全消失。</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>医用棉签 3</td><td>20cm</td><td>包</td><td>35</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>医用棉签 4</td><td>8cm</td><td>包</td><td>41</td><td>581</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>医用棉签 5</td><td>8cm(2500 支)</td><td>包</td><td>41</td><td>289</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.3.5 吸水时间：剥离棉签头的医用脱脂棉应于 10s 内沉于液面以下。
2.3.6 吸水量：剥离棉签头的医用脱脂棉，每克试样的吸水量应不少于 10g。
2.4 棉签应无菌。
2.5 棉签经过环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不得大于 10μg/g。</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>医用棉球</td><td>小号</td><td>包</td><td>4.5</td><td>4278</td><td>1、 结构组成
本产品由医用脱脂棉制成。
2.性能指标
2.1 棉球是由医用脱脂棉加工制成，其规格重量：
<table>
<tr><td>规格</td><td>小号</td><td>中号</td><td>大号</td><td>允差</td></tr>
<tr><td>重量</td><td>10g-49g/百粒</td><td>50g-99g/百粒</td><td>100g-500g/百粒</td><td>±5g/百粒</td></tr>
</table>
2.2 棉球表面洁净、无污染、无杂质，大小均匀，质地柔软。
2.3 棉球所用的医用脱脂棉性能应符合以下规定：
2.3.1 性状
目视观测，医用脱脂棉外观应为白色或类白色，由平均长度不小于 1mm 的纤维组成，无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。拉伸时有一定阻力，轻摇时，不应有任何粉尘脱落。</td><td></td></tr>
</table>

						2.3.2 棉结 将约 1g 医用脱脂棉均匀平铺在 2 个无色透明的平盘中，每个平盘面积为 10cm×10cm。 2.3.3 水中可溶物 按 YY/T0330-2015 中 4.4 试验时，水中可溶物的总量应大于 0.50%。 2.3.4 酸碱度 按 YY/T0330-2015 中 4.5 试验时，不应有溶液显粉红色。 2.3.5 下沉时间 按 YY/T0330-2015 中 4.6.2 试验时，下沉时间应不超过 10s。 2.3.6 吸水量 按 YY/T0330-2015 中 4.6.3 试验时，每克医用脱脂棉的吸水量应不小于 23.0g。 2.3.7 醚中可溶物 按 YY/T0330-2015 中 4.7 试验时，醚中可溶物的总量应不大于 0.50%。 2.3.8 荧光物 按 YY/T0330-2015 中 4.8 试验时，医用脱脂棉只应显微棕紫色荧光和少量黄色颗粒。除少量孤立的纤维外，不应显强蓝色荧光。	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.4 棉球应无菌。
2.5 棉球经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于 10μg/g。</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>医用脱脂纱布垫 1</td><td>非无菌显影型 40cm×40cm×8层</td><td>块</td><td>8</td><td>700</td><td rowspan="2">1、I 型纱布垫(以下简称纱布垫)是由脱脂纱布制成；
I 型纱布垫是由有 x 射线可探测组件的脱脂纱布制乞。
2、性能指标
2.1 纱布垫的尺寸：单位（cm）
<table><tr><td>长</td><td>宽</td><td>长宽允差</td><td>层数</td></tr><tr><td>1~150</td><td>1~150</td><td>土 10%</td><td rowspan="2">1~20层</td></tr><tr><td>1~150</td><td>1~150</td><td>土 10%</td></tr></table>
2.2 纱布垫表面应无霉斑、杂质、污渍破洞等缺陷。纱布垫四周应折叠缝制整齐，无毛边。
2.3 缝制针码应均匀、平直、无跳线、脱针、漏针等缺陷，缝制的针距在 10cm 内应不少于 24 针，纱布垫若有带，带长不少于 10cm,其连接处应能承受 50N 静拉力持续 10s,不得断裂。
2.4 缝 线
2.4.1 荧光物：按 YY0594-2006 中附录 D 中试验时，应符合试验要求。
2.4.2 水中可溶物：按 YY0594-2006 中附录 E 试验时，水中可溶物的总量不超过 0.5%。
2.5X 射线可探测组件
2.5.1X 射线可探测组件是由含量不小于 55%的硫酸钡线状材料，织于脱脂纱布中。测量长度并称质，单丝线不小于 0.5g/m，多丝线不小于 0.28g/m。
2.5.2X 射线可探测组件成像应明显浅于背景。
2.6 医用脱脂纱布垫所用的脱脂棉纱布应符合以下要求:
2.6.1 酸碱度</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>医用脱脂纱布垫 2</td><td>非无菌显影型 8cm×25cm×6层</td><td>块</td><td>3</td><td>6000</td><td></td></tr>
</table>

						按 YY0331-2006 中 5.3 试验时，不应有溶液显粉红色。 2.6.2 外来纤维 按 YY0331-2006 中 5.4 试验时，只允许偶尔有少量孤立的外来纤维存在。 2.6.3 荧光物 按 YY0331-2006 中 5.5 试验时，脱脂棉纱布应符合 5.5。 2.6.4 纱线数 按 YY0331-2006 中 5.6 试验时，每 100mm 的纱线数应符合 YY0331-2006 中表 1 给出的要求。 2.6.5 最小断裂力 按 YY0331-2006 中 5.8 试验时，每 50mm 的最小断裂力(以牛顿为单位)应符合表 1 的要求。 2.6.6 下沉时间 按 Y0331-2006 中 5.9 试验时，下沉时间应不超过 10s。 2.6.70331-2006 中 5.12 试验时，水中可溶物的总量应不大于 0.50%。 2.6.8 淀粉和糊精 按 YY0331-2006 中 5.13 试验时，溶液不应显蓝色、紫色、淡红色或淡棕色。 2.7 医用纱布垫应无菌。 2.8 医用纱布垫经环氧乙烷火菌，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。	
21	医用外科口罩 1	平面绑带式(无菌) 17.5cm×9.5cm	个	0.5	165200	**1.产品型号/规格及其划分说明** 1.1 产品型号及其划分说明 型号：医用外科口罩（以下简称“口罩”）按罩体形状确定为：平面型。 1.2 产品规格及其划分说明 口罩规格依据尺寸大小不同分为：大号（17.5cm×9.5cm、16.5cm×8cm）；中号（14.5cm×9.5cm、	
22	医用外科口罩 2	平面挂耳式(无菌) 17.5cm×9.5cm	个	0.5	385440		

						13.5cm×8cm）；小号（17.5cm×12cm、10cm×6.5cm）；每个规格尺寸允差为±5%。 1.3 结构组成 本产品由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体为三层结构，内外两层为聚丙烯（PP）无纺布，中层过滤层材料为聚丙烯熔喷布，鼻夹为可塑性材料，口罩带可为弹性或非弹性。 2.性能指标 2.1 外观 口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破洞、污渍。 2.2 结构与尺寸 口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌，应符合标志的设计尺寸及允差。 2.3 鼻夹 2.3.1 口罩上应配有鼻夹，鼻夹由可塑性材料制成。 2.3.2 鼻夹长度应不小于 8.0cm。 2.4 口罩带 2.4.1 口罩应戴取方便。 2.4.2每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。 2.5 合成血液穿透 2mL 合成血液以 16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩	

						外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。 2.6 过滤效率 2.6.1 细菌过滤效率 口罩的细菌过滤效率应不小于95%。 2.6.2 颗粒过滤效率 口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于 30%。 2.7 阻燃性能 口罩材料应采用不易燃材料；口罩离开火焰后燃烧不大于 5s。 2.8 无菌 口罩应无菌。 2.9 环氧乙烷残留量 口罩经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于 10ug/g。	
23	重组胶原蛋白修复敷料	50g	盒	170	440	1、适用范围：适用于非慢性创面及周围皮肤的护理； 2、存储条件：本产品在室内贮存；常温运输； 3、注意事项：（1）本产品白色、乳白色、微黄色均为正常现象,不影响疗效。（2）本产品用于不需要无菌操作的皮肤创面的辅助治疗。	
24	超声软组织切割止血设备--一次性使用超声刀头 1	杆长 36cm	把	1300	18	1、主机输入电源：AC 220V±22V，频率 50/60Hz，最大功率 1000VA； 2、主机可以兼容超声及高频电能两种能量； 3、可同时连接 1 把超声刀头、2 把单极器械、1 把双极器械；	

25	超声软组织切割止血设备--一次性使用超声刀头 2	杆长 23cm	把	1300	10	4、高频单极双极功能:均具有切割和凝血两种输出模式； 5、具备较高的安全性和有效性，与同类进口产品做过前瞻性、多中心、随机、单盲、平 行对照临床试验具备较高的安全性和有效性，与同类进口产品做过前瞻性、多中心、随机、单盲、平 行对照临床试验； 6、具备高级凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调 节能量输出，显著增强血管凝闭效果； 7、设备具备系统诊断功能，可以检测设备自身的工作状态和配套耗材的连接及工作状态， 当有问题发生时，以图片和文字的形式对故障发出警示，并展示问题排查和解决步骤，便于 操作者发现并排除故障； 8、具备全彩 LCD 触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测； 9、可远程通过网口升级，也可通过 USB 进行现场升级； 10、获批闭合血管直径可达 5mm 的集成式超声刀头和闭合血管直径可达 7mm 的非集成 式超声刀头注册证； 11、弯曲弧度 R≤22mm,头端纤薄有弧度，有利于进入狭窄空间，术者视野更好；	

以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该产品的品牌要求。

2.供货要求

（1）采购人通过北京医疗保障信息系统药品和医用耗材招采管理子系统或线下向供应商发送订单通知，供应商据此供货；采购人应做好到货确认,供应商做好发货确认；双方确认后的订单为本合同的重要组成部分。自采购人发出订单通知起 24 小时内供应商必须确认供货。

（2）供应商所供应医疗器械的质量应符合国家医疗器械相关标准，医疗器械包装、

质量及价格须与北京市物价批复及中标目录信息一致,不得更改,按采购人要求提供相应的鉴定合格证,并将医疗器械送到采购人指定地点。

（3）供应商应自确认采购人订单通知起 2 个工作日内交货；急救医疗器械供应商应在2小时内送到。

（4）采购人对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的医疗器械,有权拒绝接收,供应商应对不符合要求的医疗器械及时进行更换,不得影响采购人的临床应用,采购人因使用、保管、保养不善等自身原因造成产品失效或质量下降的,后果自负。

（5）供应商所提供医疗器械自交货之日起剩余有效期原则上不得少于整个效期的2/3。除非对包装另有规定,供应商提供的全部医疗器械均应按标准保护措施进行包装,以防止医疗器械在转运中损坏或变质,确保医疗器械安全无损运抵指定地点。每一个包装箱内应附一份装箱单,每一批次医疗器械附至少一份质量检验合格证。

（6）投标产品属于医疗器械的，投标产品具备相应的医疗器械资质。

（7）如出现产品质量问题供应商负责在采购人给予的退换货期限内无条件退换货。

3. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件(不适用的情况除外)。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证(压力容器)。

4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库(2020)123 号)的规定。

6.《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 739 号)

7.《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场总局令第 47 号)

8.《医疗卫生机构医学装备管理办法》(卫规财发(2011)24 号)

9.《医疗器械生产监督管理办法》(国家药监局令第 7 号)

10.《医疗器械经营监督管理办法》(国家药监局令第 8 号)

11.《医疗器械经营质量管理规范》(2020 修订)

12.《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(国卫医发(2019)43 号)

(注:包括不限于以上标准及规范，如有新的标准及规范发布，应严格按照最新标准及规范执行)

4.验收标准

1)、验收主体

采购人对货物进行验收。

2)、验收标准和要求:

(1)采购人应当在中标人交货时按照文件的技术要求对“合同货物”包装、外观和数量等进行初步验收，发现与合同约定不符的，有权全部或者部分拒收，初步验收不被视为采购人的最终检验;采购人全部或者部分拒收货物的，对于拒收部分货物，中标人应当在 48 小时内为采购人换货，以确保采购人按时使用，换货的各种费用由中标人承担。

(2)采购人自收到货物之日起 72 小时内按照招标文件的技术要求及国家、行业相关标准进行产品的最终验收，采购人验收合格且双方签署验收报告后，即为验收合格。

(3)采购人对货物验收不合格的，中标人应在接到采购人书面通知之日起 48 小时内更换合格的货物。

3)、采购人验收后，在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求采购人更换货物或者退货。

4)、因中标人交付的货物不符合合同约定而导致采购人换货的，采购人享有的货物保修期重新起算。

5)、因货物规格发生实际变化，中标人无法提供原有规格的货物，需提供变更依据及说明，所更换的货物要保证采购人的正常使用，且价格不应高于合同规定的货物价格。

5. 报价要求

1、投标人投标报价应包含购买货物和相关服务的费用及所需缴纳的所有税费，同时包含了货物发运到采购人指定地点以及为履行完本次合同其他义务所需要的全部费用。最终结算金额不得超过本次投标报价金额。

2、如本次采购范围内的医用耗材进入“国家集中带量采购”目录，如耗材中标单价高于带量采购目录价格，按目录内单价进行采购。3、中标人供应的医用耗材，如属于“北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统”中的耗材，其价格不得高于“北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统”中对应耗材最高单价。如在采购时，某耗材中标单价高于“北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统”中对应耗材最高单价，以“北京市医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统”中对应耗材最低单价采购。；

6.质量要求

1、质量标准:符合国家及行业现行相关标准。

2、质量保证期:每种耗材质量保证期见技术参数要求。国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺或招标文件中的设备有单独要求的，按更长质保期进行质保。质保期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关软件产品进行使用指导，并通过技术人员上门，往来信函、电话、电子邮件，解答用户在使用中碰到的各种技术问题。

3、中标人应保证所供产品是全新的、未使用过的，完全符合招标文件规定的质量、规格、环保和性能等要求;投标货物与产品应满足国家规定的安全指标;投标人所投货物必须是国家批准正式生产和市场准入的成熟货物。保证投标货物正常使用年限内的备件供应需求。

4、产品送达后，经验收不合格的，投标人必须在48小时内予以更换。在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担因此而发生的一切费用。

7.运输要求

环境控制:运输环境保持干燥、清洁、阴凉，避免阳光直射、高温潮湿及剧烈震动。

8.其他要求

★(1)投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册与备案管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案;如所投产品属于第一类医疗器械，供应商须提供有效的备案凭证复印件并加盖公章;如所投产品属于第二类或第三类医疗器械，供应商须提供有效的注册证复印件并加盖公章。

第六章　拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。

2.采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。

3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内

完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

北京市大兴区妇幼保健院
医用耗材采购合同

（此合同仅供参考。以最终采购人与中标供应商签定的合同条款为准，

最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲方（采购方）：法定代表人：
统一社会信用代码：
地址：
联系电话：

乙方（供应方）：
法定代表人：
统一社会信用代码：
地址：
联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购医用耗材事宜，经协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 采购产品明细

1.本合同项下医用耗材的产品名称、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、预估采购量等详见《医用耗材采购明细》（附件1）。附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同项下耗材价格以中标价/挂网价为准，结算价格按中标单价或挂网价孰低者执行，价格包含生产、销售、运输全部成本及税费、利润等

全部项目，甲方不再另行支付其他费用。

3.合同执行期间，如国家对合同范围所涉及的医用耗材出台新的相关政策及规定，甲方可按国家相关规定执行，不受本合同限制。属于集中带量采购品种，执行集采中标价格，价格按照集采平台统一调整执行。

4.本合同约定采购量为年度预估量，实际采购数量以甲方实际需求为准，据实结算。对于甲方的采购增量需求，乙方应按合同价格及时供应。

第二条 合同期限

合同总有效期三年，自____年__月__日起至____年__月__日止，合同逐年续签。本次合同有效期自____年__月__日起至____年__月__日止。

第三条 资质要求

1.乙方所供应的产品必须是其合法生产或代理的经检验合格的产品，质量应符合国家医疗器械监督管理部门规定的标准，具备有效的医疗器械注册证/备案凭证，试剂批号、注册证信息与国家药监平台可查询信息一致，严禁供应无证、套证、假冒伪劣试剂，确保临床使用的安全性。

2.进出口产品包装上必须附有国家规定的中文标识。乙方应同时提供生产厂家和代理公司的营业执照、医疗器械生产许可证及医疗器械经营许可证、产品注册证等有效法律证件。

3.乙方首次供货须向甲方提供加盖公章的全套资质文件，包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、产品注册证、生产厂家授权委托书、检验报告等，交由甲方医工部存档。乙方应保证所提供的资质证明在合同履行期间持续有效。如遇证书换发，乙方应在证书换发后10个工作日内向甲方更新材料。

4.属于医用耗材阳光采购的，乙方所供产品须在北京市药械采购平台上注册并取得涵盖甲方的配送资格。

第四条 质量保证

1.乙方所供医用耗材必须是全新的、未使用过的合格产品，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准）。

2.乙方所供医用耗材必须符合国家医疗器械质量标准和相关要求，确保临床使用安全有效。

3.医用耗材的包装、标识、标签、说明书等应符合国家相关规定。外

包装应完整，并能满足耗材对温度、环境等特殊储存及运输要求。

4.乙方应随货提供产品的合格证明文件、检验报告书、产品使用说明书、批次灭菌证明（无菌耗材）、溯源码信息等。

5.乙方保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与投标/遴选文件中所投产品描述一致。

6.供货产品应确保最新生产批号，不得提供过期或即将过期的产品。甲方收到耗材的剩余有效期时间原则上不得少于6个月。特殊情况需提前书面告知甲方，未经甲方同意不得供货。

7.如因产品质量问题引起医疗纠纷、医疗事故，乙方应承担一切经济和法律责任，并赔偿由此给甲方带来的损失。

第五条 供货与验收

1.甲方根据日常工作量，分批下达采购订单，乙方按订单要求按时配送。

2.交货地点：甲方指定地点为 院内SPD配送中心 ，乙方免费按甲方指定地点送货，常规耗材48小时内送达，急救、手术急用耗材4小时内送达。

3.运输、卸货费用由乙方承担，运输过程中破损、受潮、污染由乙方无条件更换。

4.乙方供货时应做到货、票、合格证、检验报告同行。出库单上应明确载示：品名、型号、批号、效期、生产企业、批准文号等信息。

5.甲方应对到货产品的数量、规格、型号、质量等进行验收。如发现产品不符合合同规定或数量不符，甲方有权拒绝收货。

6.乙方不得以次充好或随意更换产品；对于不合格产品，甲方有权拒收。

7.未经使用的产品，甲方有权退换货。

第六条 货款结算

乙方配合甲方，与甲方合作的院内SPD供应商签订《产品配送采购协议》，由院内SPD供应商按照协议约定与乙方据实结算。

第七条 售后服务与不良事件处理

1.乙方应设立专职售后人员，如遇甲方质量投诉、退换货需求，2小时

内响应，24 小时内到场处理。

2.耗材在临床使用中出现质量缺陷、包装破损、灭菌失效等问题，乙方免费退换，并承担由此造成的相关损失。

3.如发生医用耗材不良事件，乙方须按照药监部门要求主动上报，全力配合甲方封存同批次产品，开展原因调查，并承担相应责任。

4.对淘汰、滞销、临近效期耗材，由乙方主动召回调换，不得强制甲方消化库存。

第八条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方根据临床需求下达订单，及时组织货物验收，督促院内 SPD 供应商按合同约定按时支付货款。

2.有权不定期核查乙方产品资质、产品质量进行不定期核查，发现违规情况可拒收货物。

3.不得向乙方提出合同以外的不正当利益要求。

（二）乙方权利义务

1.乙方须保障甲方在使用该货物时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。

2.乙方需保障稳定供货，不得无故断供、擅自涨价、私自更换生产厂家、规格型号。

3.严禁商业贿赂行为，一经查实，甲方有权单方解除合同，并上报相关监管部门。

4.配合甲方完成耗材扫码入库、溯源管理、集采平台数据上报等工作。

第九条 合同的变更与解除

1.经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2.如遇国家政策调整或不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。

3.乙方出现多次质量问题、无故断供、商业贿赂、提供虚假资质等严重违约情形，甲方可单方发出书面通知解除本合同。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方先行友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1.由于不可抗力事件发生，直接影响本合同履行的，遇不可抗力的一方应及时通知另一方，以减轻可能带来的损失，事后由双方协商处理。

2.未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.甲乙双方主动配合结果查究。

4.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：　　乙方（公章）：

法人或授权代表人签字：　　法人或授权代表人签字：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

附件 1：

医用耗材采购明细

序号	耗材名称	规格型号	生产厂家	计量单位	单价（含税）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

北京市大兴区妇幼保健院
医药产品廉洁购销合同

甲方：北京市大兴区妇幼保健院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定_____作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有

关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、甲、乙双方有主动配合接受结果查究的义务。

九、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： **乙方（盖章）：**

法定代表人（负责人）： **法定代表人（负责人）：**

经办人签名： **经办人签名：**

年 月 日 年 月 日

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：
项目编号：
分包号：

投标人名称：

1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2　落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3　本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：
项目编号：
分包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号，分包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____

项目名称：_____

分包号：_____

序号	投标人名称	投标报价（元）	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：_____
项目名称：_____
分包号：_____　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

分包号：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

分包号：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

7　本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

9　招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。