

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：2026 年食品安全抽检监测试剂耗材采购
项目

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-01~10

采 购 人：北京市食品检验研究院（北京市食品安全
监控和风险评估中心）

采购代理机构：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查	23
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	27
第五章	采购需求	38
第六章	拟签订的合同文本	128
第七章	投标文件格式	137

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

- 1.项目编号：BJJQ-2026-247-01~10
- 2.项目名称：2026 年食品安全抽检监测试剂耗材采购项目
- 3.项目预算金额：1680.450055 万元、项目最高限价（如有）： 万元
- 4.采购需求：

包号	分包名称	采购包 预算金额 （万元）	数量	简要技术需求或服务要求
01	标准物质	163.372522	391	为 2026 年食品安全抽检监测试剂耗材采购项目提供优质的试剂耗材及相关服务。（具体详见采购需求）
02	化学试剂	156.003171	232	
03	色谱柱和前处理柱	200.605914	78	
04	理化实验耗材	162.463051	174	
05	实验用气体	76.3760	7	
06	色谱仪器耗材	174.634942	70	
07	光谱仪器耗材	164.17438	86	
08	生物培养基	158.09885	288	
09	微生物耗材	186.482825	252	
10	分子生物耗材	238.2384	122	
备注：“包”为最小的投标单位，投标人可以投一包，也可以投多包，但不得仅对一个分包内部分内容进行投标。				

- 5.合同履行期限：合同签订生效后至 2026 年 12 月 31 日交货至采购人指定地点。
- 6.本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策

■本项目（01包、02包、03包、04包、06包、07包、09包、10包）不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ■中小（08包） ■小微企业（05包） 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1 供应商须具备有效期内的《危险化学品经营许可证》（许可范围须包含本次采购内容）（适用于 02、05 包）

3.3.2 供应商须具备有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（许可范围须包含本次采购内容）（适用于 02 包）

3.2.3 供应商须具备有效的危险货物运输资质，二选一提供（适用于 02、05 包）：

（1）供应商自身具备运输资质的，提供有效期内的《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输（适用于 02、05 包）；

（2）供应商自身不具备运输资质的，须提供（适用于 02、05 包）：

① 与委托运输公司签订的有效合作协议或合作关系证明材料；

② 运输公司有效期内的《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输；

③ 运输公司有效的营业执照。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 04 月 23 日至 2026 年 04 月 30 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 05 月 14 日 10 点 00 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）节能产品强制采购
- （2）节能产品、环境标志产品优先采购
- （3）政府采购促进中小企业发展
- （4）政府采购支持监狱企业发展
- （5）政府采购促进残疾人就业
- （6）进口产品管理
- （7）本国产品标准及相关政策

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3.采购代理机构项目编号：BJJQ-2026-247-01~10

4.采购代理机构项目联系邮箱：yw02@hcjq.net

5.本公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、北京市政府采购网

(<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>) 发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）

地 址：北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地丰德东路 17 号

联系方式：崔老师 010-82479321

2.采购代理机构信息

名 称：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司

地 址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN3 号楼 9 层

联系方式：010-65913057、65915614、65244576

3.项目联系方式

项目联系人：贺晓燕、庞妍、黄彤

电 话：010-65913057、65915614、65244576

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目所有分包为非单一产品采购项目 以下核心产品名称前的序号：对应第五章 采购需求中各分包采购清单中的序号。 01 包核心产品为：序号 1：HCl 滴定溶液； 02 包核心产品为：序号 34：石油醚； 03 包核心产品为：序号 5：肝素亲和柱； 04 包核心产品为：序号 1：玻璃比色皿； 05 包核心产品为：序号 4：高纯氩； 06 包核心产品为：序号 12：不分流衬管； 07 包核心产品为：序号 13：氨基柱； 08 包核心产品为：序号 15：Baird-Parker 琼脂平板； 09 包核心产品为：序号 205：黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒； 10 包核心产品为：序号 73：细胞基因组提取试剂盒；
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____ (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____ (4) 未中标人样品退还：_____；

条款号	条目	内容																										
		(5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。																										
5.1.2	进口产品	□本项目不接受进口产品投标。 ■本项目部分分包部分产品接受进口产品投标，具体范围及要求详见《采购需求》。																										
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table><tr><th>包号</th><th>分包名称</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr><tr><td>01</td><td>标准物质</td><td rowspan="10">详见第五章采购需求中“各分包采购清单”中的产品名称</td><td rowspan="10">工业</td></tr><tr><td>02</td><td>化学试剂</td></tr><tr><td>03</td><td>色谱柱和前处理柱</td></tr><tr><td>04</td><td>理化实验耗材</td></tr><tr><td>05</td><td>实验用气体</td></tr><tr><td>06</td><td>色谱仪器耗材</td></tr><tr><td>07</td><td>光谱仪器耗材</td></tr><tr><td>08</td><td>生物培养基</td></tr><tr><td>09</td><td>微生物耗材</td></tr><tr><td>10</td><td>分子生物耗材</td></tr></table>	包号	分包名称	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01	标准物质	详见第五章采购需求中“各分包采购清单”中的产品名称	工业	02	化学试剂	03	色谱柱和前处理柱	04	理化实验耗材	05	实验用气体	06	色谱仪器耗材	07	光谱仪器耗材	08	生物培养基	09	微生物耗材	10	分子生物耗材
包号	分包名称	标的名称	中小企业划分标准所属行业																									
01	标准物质	详见第五章采购需求中“各分包采购清单”中的产品名称	工业																									
02	化学试剂																											
03	色谱柱和前处理柱																											
04	理化实验耗材																											
05	实验用气体																											
06	色谱仪器耗材																											
07	光谱仪器耗材																											
08	生物培养基																											
09	微生物耗材																											
10	分子生物耗材																											
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。																										
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 01 包：30001 元； 02 包：30002 元； 03 包：40003 元； 04 包：30004 元； 05 包：15005 元； 06 包：30006 元； 07 包：30007 元； 08 包：30008 元； 09 包：30009 元； 10 包：40010 元； 投标保证金收受人信息： 收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 账号：1000000010120100382136000594 开户银行：浙商银行股份有限公司北京分行营业部 开户行行号：316100000025																										

条款号	条目	内容
		（汇款时，请输入开户银行全称“浙商银行股份有限公司北京分行营业部”，避免出现汇款不成功） 投标人应在投标截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，将投标保证金交到北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司（采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账，并注明项目编号：BJJQ-2026-247-包号）。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐无 ☒有，具体情形：<u>招标文件约定。</u>
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间： <u>30</u> 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒否 ☐是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定；得分且投标报价均相同的，以<u>技术及服务部分</u>得分高者为中标人；得分、投标报价、<u>技术及服务部分</u>得分均相同的，随机抽取。 ☐随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒不允许 ☐允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式： <u>直接或邮寄方式。</u>
26.3	接收询问和质疑的联系方式	1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《投标邀请》中的采购代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司综合法务部； 联系电话：010-65915204； 通讯地址：北京市东城区朝内大街南竹杆胡同 6 号北京 INN 3 号楼 9 层。
27	代理费	收费对象： ☐采购人

条款号	条目	内容												
		■中标人 收费标准： 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，按下表服务类收取。 缴纳时间：领取中标通知书时。 <table><tr><th> 费率 中标金额 </th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 万元以下</td><td>1.35%</td><td>1.35%</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>100(含) -500 万元</td><td>0.99%</td><td>0.72%</td><td>0.63%</td></tr></table> 招标服务费银行账号： 收款单位：北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 开 户 行：中国农业银行股份有限公司北京朝阳门支行 银行账号：1119 1701 0400 02067 开户行行号：1031 0001 9176	费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标	100 万元以下	1.35%	1.35%	0.9%	100(含) -500 万元	0.99%	0.72%	0.63%
费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标											
100 万元以下	1.35%	1.35%	0.9%											
100(含) -500 万元	0.99%	0.72%	0.63%											

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在

投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，

其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标

文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

- 25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。
- 26 询问与质疑
- 26.1 询问
- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
- 26.2 质疑
- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的

授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的 投标无效 。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》 “1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	投标异常	不存在以下投标异常情形： 1) 硬件信息一致：不同供应商编制或上传电子投标（响应）文件的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号等硬件信息相同。 2) 文件异常一致或投标报价呈规律性异常：不同供应商的投标（响应）文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）。 3) 电子签章混用：使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密或加盖其电子印章。 4) 联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致。 5) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。 6) 法律法规和文件规定的其他投标异常情形。
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产

品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣

- 除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定

的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定；得分且投标报价均相同的，以技术及服务部分得分高者为中标人；得分、投标报价、技术及服务部分得分均相同的，随机抽取。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准（适用于 01~10 包）

序号	评分因素	评价指标和分值	
1	商务部分 (10 分)	业绩 (10 分)	综合考虑投标人自 2023 年 1 月 1 日 至今做过的与本分包（ 对应分包的试剂耗材 ）相同或类似的业绩（以合同签订日期为准，需附合同首页、合同关键页、合同盖章页复印件，并加盖投标人公章）。每提供一个业绩得 2 分，本项最高得 10 分。
2	技术及服务部分 (58 分)	所选产品的符合性和对招标文件的响应程度 (30 分)	综合考虑投标人所投产品对第五章《采购需求》中采购清单中对应各分包产品规格参数的响应程度进行评审。 全部产品的规格参数响应为全部满足要求、无负偏离，得 30 分； 部分产品的规格参数响应为满足要求、无负偏离的，得分=（采购包无负偏离产品个数/采购包所有产品个数）×30。 注： 1、投标人应对上述产品的规格参数在投标文件《采购需求偏离表》6-1、6-2 采购清单产品偏离表中进行逐条响应，否则不得分； 2、产品满足要求、无负偏离：该产品所有规格参数均满足要求，视为该产品规格参数响应为满足要求、无负偏离； 3、此处产品个数：第五章《采购需求》中各分包采购清单第 1 列序号中最末端的序号数字。（即无论该产品数量为多少，该产品个数均视为 1）
		产品渠道 (2 分)	投标人具有所投全部试剂耗材的制造商出具的针对本项目的授权函或长期授权的，得 2 分，未提供或产品有缺漏的不得分，制造商直接投标的视为已提供。（须提供相关证明材料并加盖投标人公章，否则不得分）
		质保期承诺 (2 分)	投标人承诺所投试剂耗材质量标准符合国家和行业标准，包装完好，配送至采购人指定地点当天至产品有效期（有效期自产品交货日计算）截止期限不少于 3 个月，如采购明细有特殊要求的按照相关要求执行。根据采购人要求，投标人应对产品有效期小于 3 个月或剩余有效期不足原有效期 50% 的产品给予更换货品。满足要求，得 2 分。 （需提供不低于上述要求的质保期承诺函并加盖投标人公章，否则不得分）
		质量管理措施 (5 分)	综合考虑投标人提供的质量管理措施，内容包括但不限于质量标准和质量管理流程、项目管理组织以及应急预案等。 质量标准和质量管理流程严谨规范，具有科学的工

			作管理制度，方案完整度高、应急预案保障措施众多、可实施性强，能够很好的保障产品质量，得 5 分； 质量标准和质量管理体系规范，具有完善的工作管理制度，方案完整度、应急预案保障措施较多、具有较强的可实施性，能够保障产品质量，得 3 分； 质量标准和质量管理体系基本规范，具有基本通用的工作管理制度，方案基本完整、应急预案保障措施略有欠缺、但具有一定的可实施性，基本能够保障产品质量，得 2 分； 质量标准和质量管理体系存在明显瑕疵，工作管理制度有很大缺失，质量保障方案有明显欠缺、无应急预案保障措施，能认定影响产品质量，得 1 分； 未提供，得 0 分。
		配送运输方案 (5 分)	综合考虑投标人提供的配送运输服务方案，内容包括但不限于响应时间、运输仓储条件、包装及防护措施等。 配送运输服务方案完整、全面、科学，包装及防护措施完善，运力充足，配送运输工作具有较强的及时性和准确性，运输仓储条件优越，完全满足采购需求，得 5 分； 配送运输服务方案较完整合理，具有较完善的包装及防护措施，运力较充足，配送运输工作具有及时性和准确性，运输仓储条件优良，能够满足采购需求，得 3 分； 配送运输服务方案基本完整，具有基本的包装及防护措施，运力充足，配送运输工作具有一定的及时性和准确性，具有基础运输仓储条件，基本满足采购需求，得 2 分； 配送运输服务方案无较大缺陷，具有一定的包装及防护措施，具有基础运力，但方案内容无法体现投标人配送运输工作的及时性和准确性，具有一定的运输仓储条件，得 1 分； 未提供，得 0 分。
		时间进度安排及实施方案 (5 分)	综合考虑投标人针对本项目提供的时间进度安排及实施方案，内容包括但不限于项目管理制度、时间进度安排、项目实施安排等。 方案全面详实，具有科学的项目管理制度，时间进度安排科学高效，方案内容切实可行，实施方案完全满足采购人的实际工作需求，得 5 分； 方案全面，具有完善的项目管理制度，时间进度安排科学合理，方案内容基本可行，实施方案能够满足采购人的实际工作需求，得 3 分； 方案基本全面，具有基本通用的项目管理制度，时

			间进度安排基本合理，方案内容具有一定的可行性，实施方案基本能够满足采购人的实际工作需求，得 2 分； 方案内容不全，时间进度安排明显滞后、实施方案与采购人的工作实际需求存在较大偏差，得 1 分； 未提供，得 0 分。
		售后服务方案 (5分)	综合考虑投标人针对本项目提供的售后服务方案，内容包括但不限于质保内容、退换货、短缺试剂耗材供应和其他伴随服务、响应时效、售后培训方案等。 售后服务方案全面细致，具有完善服务保障体系，且措施合理、针对性强、操作性好，响应迅速，能够提供优质的售后服务工作，得 5 分； 售后服务方案全面详细，具有良好的服务保障体系，且措施合理、具有一定的针对性和操作性，响应快速，能够支撑项目售后服务工作，得 3 分； 售后服务方案基本全面，具有基本的服务保障体系，措施合理、部分方案具有一定的针对性和操作性，响应速度一般，基本能够支撑项目售后服务工作，得 2 分； 售后服务方案存在明显欠缺，响应速度有延迟，现有售后服务方案无法满足项目售后服务要求的，得 1 分； 未提供，得 0 分。
		团队人员配备 (4分)	综合考虑投标人针对本项目拟投入的人员情况，内容包括但不限于相关经验、组织架构、职责分工、专业性等。 技术、管理人员经验丰富、配送人员安排合理、整体架构配备科学合理、专业性强，职责分工明确，得 4 分； 技术、管理人员经验较丰富、配送人员安排合理、整体架构配备合理、专业性较强，职责分工较明确，得 3 分； 技术、管理人员有一定经验、配送人员安排基本合理、整体架构配备基本合理、职责分工基本明确，具有一定的专业性，得 2 分； 人员经验不足、整体架构配备不够合理，专业性较弱，得 1 分； 未提供，得 0 分。 注：须提供相关证明文件复印件，并加盖投标人公章。
3	价格部分 (30分)	价格 (30分)	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

			投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。
4	政策性部分 (2 分)	非强制采购节能产品及环保标志产品 (2 分)	投标人所投产品属于节能产品政府采购品目清单中非强制采购品目产品的，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，得 1 分；否则得 0 分。本项最多得 1 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。 投标人所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单中品目产品的，并且投标产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的，得 1 分；否则得 0 分。本项最多得 1 分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品有效认证证书复印件，否则不予认可。
合计 100 分			

第五章 采购需求

一、采购标的

包号	分包名称	采购包 预算金额 （万元）	数量	简要技术要求或服务要求
01	标准物质	163.372522	391	为 2026 年食品安全抽检监测试剂耗材采购项目提供优质的试剂耗材及相关服务。（具体详见采购需求）
02	化学试剂	156.003171	232	
03	色谱柱和前处理柱	200.605914	78	
04	理化实验耗材	162.463051	174	
05	实验用气体	76.3760	7	
06	色谱仪器耗材	174.634942	70	
07	光谱仪器耗材	164.17438	86	
08	生物培养基	158.09885	288	
09	微生物耗材	186.482825	252	
10	分子生物耗材	238.2384	122	
备注：“包”为最小的投标单位，投标人可以投一包，也可以投多包，但不得仅对一个分包内部分内容进行投标。				

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点

交付（实施）的时间（期限）：合同签订生效后至 2026 年 12 月 31 日交货。

地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同

3. 包装和运输

3.1 须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）；

3.2 投标人应具有与本次招标的供货规模和范围相适应的资质、人员、场地、标的货物供应保障、专业运输仓储设施设备；

3.3 运输的安全性，投标人应采用优质的包装，保证运输过程中试剂不泄露破损、耗材不损坏；投标人拟委托运输公司运输的，须提供委托运输公司的运输协议相关证明材料、运输公司营业执照。

3.4 投标人需按照本项目需求提供拟定配送方案（配送方案包括但不限于响应时间、运输仓储条件等）；

3.5 运送本项目试剂耗材的车辆应使用专用封闭厢式货车，并针对运输试剂耗材的包装条件及道路、天气状况采取相应措施，防止对试剂耗材质量造成影响。对有温度要求试剂耗材的运输，应有冷藏或保温的措施，并严格按照《医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南》(国家食品药品监督管理局【2016】第154号)要求进行贮存与运输管理。

3.6 运输过程中冷藏箱(柜)、保温箱或其他设备应配备温度记录和存储的仪器设备。其中保温箱应配备蓄冷(热)剂及隔温装置，并符合产品说明书和标签标示的储运要求。

3.7 投标人应制定应急预案以应对本项目采购的试剂耗材储运过程中发生的异常情况，保证试剂耗材安全、准确、及时送达。

4. 售后服务（质保期）

4.1 配送至采购人指定地点时当天至产品有效期截止期限不少于3个月，如采购明细有特殊要求的按照相关要求执行。

4.2 根据采购人要求，投标人应对产品有效期小于3个月或剩余有效期不足原有效期50%的产品给予更换货品。

注：有效期自产品交货日计算。

4.3 对于投标人所配送的产品由于非招标人原因的，如国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品，投标人应给予无条件退货。

4.4 投标人应对所配送的产品在包装未拆封情况下提供无条件退货服务。

4.5 对于投标人所配送的产品在有效期内出现质量问题时，投标人应在24小时内退货，48小时内更换合格产品，并出具针对此问题原因的书面分析报告。连续出现两次质量问题，采购人有权中止该投标人的供货。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目所采购食品安全抽检监测试剂耗材主要用于食品安全抽检监测等方面的技术性工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所供应试剂耗材的质量应符合国家试剂或耗材相关标准。采购需求中所列标准与现行最新国家标准规范有冲突的，以国家和行业颁布实施的最新规范、规程为准。

2. 货物技术要求

2.1 采购标的需满足的技术规格等要求

2.1.1 采购清单中所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

2.1.2 采购清单中的货物数量为预估量，具体以实际发生的数量和中标单价进行结算，中标单价在供货期内不得变更，每包结算费用不超过对应分包的中标金额。

2.1.3 各产品具体规格参数详见各分包采购清单。

2.2 采购标的的其他技术、服务等要求

2.2.1 投标人若为代理商需具有所投试剂耗材的制造商出具的针对本项目的授权函或长期授权；

2.2.2 投标人需提供生产供应能力证明，包括但不限于：产品制造商的生产场地、生产加工设备、检测设备；

2.2.3 投标人需提供试剂耗材质量控制方案，方案包括但不限于：生产工艺、检测标准、检测流程、质量验收标准、批量货物整体质量把控手段；

2.2.4 投标人需提供进度计划安排，方案包括但不限于：生产进度计划、供货进度计划、发货时间等；

2.2.5 投标人需提供拟投入本项目人员情况；

2.2.6 投标人需承诺如提供的试剂无法达到实验效果要求，须按照采购人要求替换为满足实验效果要求的产品。

2.2.7 投标人需提供项目组织管理方案：针对本项目，投标人需成立相应的项目组，对整个项目的配送方案、应急预案及应急解决方案、质量监控管理方案、售后服务方案等提出专业的方案设计，使方案有力运行。

2.2.8 售后服务解决方案：投标人需制定合理完善的售后服务解决方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购货物质保期内外均可以连续、稳定运行。包括但不限于质保内容；提供破损试剂耗材退换、近效期试剂耗材退换、短缺试剂耗材供应和其他伴随服务；响应时效；售后培训方案。

2.2.9 配送服务组织方案：投标人应制定合理可行的配送服务组织方案，包括但不限于运输、仓储、响应速度等方面的组织方案，确保货物安全完整运送至采购人指定地点。

2.2.10 投标人需根据采购需求提供相匹配的技术及服务方案：包括但不限于所选产品的符合性和对招标文件的响应程度、产品渠道、质保期承诺、质量管理措施、配送运输方案、时间进度安排及实施方案、售后服务方案、团队人员配备、非强制采购节能产品及环保标志产品等。

★2.2.11 关于投标报价：投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

3. 验收标准

详见合同

各分包采购清单：

01 包 标准物质

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	HCl 滴定溶液	0.5mol/L, 500mL/瓶; GBW(E)082547; CAS: 7647-01-0, 有证标准物质	支	3	否
2	HCl 滴定溶液	0.1mol/L, 500mL/瓶; CAS: 7647-01-0, 有证标准物质	瓶	3	否
3	丙二醛溶液标准物质	1000ug/mL, 5mL/支; 溶于水; 有证标准物质	支	1	否
4	硫代硫酸钠滴定溶液	0.1mol/L, 500mL/瓶; GBW(E)082920; CAS: 7772-98-7, 有证标准物质	支	4	否
5	没食子酸	没食子酸纯度标准物质, GBW09547, 50mg/支, 有证标准物质	支	1	否
6	氢氧化钾标准滴定溶液,乙醇基质	GBW(E)083861,0.1mol/L,乙醇基质, 500mL/瓶, 有证标准物质	支	4	否
7	氢氧化钾滴定溶液	0.1mol/L, 500mL/瓶; GBW(E)083448; CAS: 1310-58-3, 有证标准物质	支	3	否
8	氢氧化钾滴定溶液	1.0mol/L, 500mL/瓶; GBW(E)083450; CAS: 1310-58-3, 有证标准物质	支	1	否
9	硝酸银标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml, 有证标物	瓶	3	否
10	小麦硬度指数标准样品	以 2026 年国家粮食和物资储备局公示为准	袋	10	否
11	粳稻整精米率标准样品	以 2024 年国家公示为准, 300g/包	袋	5	否
12	粳米加工精度标准样品 (精碾)	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	2	否
13	粳米加工精度标准样品 (适碾)	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	2	否
14	粳米品尝评分参考样品	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	2	否
15	籼稻整精米率标准样品	以 2024 年国家公示为准, 300g/包	袋	2	否
16	籼米加工精度标准样品 (精碾)	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	2	否
17	籼米加工精度标准样品 (适碾)	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	2	否
18	籼米品尝评分参考样品	以 2024 年国家公示为准, 500g/包	袋	1	否
19	小麦粉加工精度标准样品	以 2025 年国家粮食和物资储备局公示为准	袋	1	否
20	环己烷/甲苯中 9 种饱和烃芳香烃矿物油/定量内标与分离标记物	环己烷/甲苯中 9 种饱和烃芳香烃矿物油/定量内标与分离标记物, 用于 LC-GC 矿物油检测, 分别含有质量浓度为 150-600ug/ml 的正十一烷、正十三烷、环己基环己烷、戊基苯、1-甲基萘、2-甲基萘、1, 3, 5-三叔丁基苯, 1.2mL/支, 有证标准物质, 80693PN	支	10	否

21	矿物油碳数保留时间标准物质	矿物油碳数保留时间, 用于 LC-GC 矿物油检测, 分别含有质量浓度 100mg/L 的 n-C10、n-C11、n-C13、n-C16、n-C20、n-C24、n-C25、n-C35、n-C40 和 n-C50, 1.2mL/支, 有证标准物质,80694GP	支	4	否
22	直链淀粉标准物质	BWJ4244-2016; 0.5g, 有证标准物质	支	2	否
23	支链淀粉标准物质	BWJ4241-2016; 5g, 有证标准物质	支	2	否
24	单一菌菌落总数质控样	98-0009084-00, 3 支/盒。浓度:50~300cfu/mL。用于菌落总数加标实验, 实验室质量控制。每瓶含 1 颗冻干球。不限方法。每盒 3 支, 浓度相同。可溯源: 粪肠球菌(NCTC775)。	盒	1	是
25	低浓度肠球菌质控样	98-0009261-00, 3 支/盒。浓度:<200cfu/100mL。用于肠球菌加标实验, 实验室质量控制。每瓶含 1 颗冻干球。不限方法。每盒 3 支, 浓度相同。可溯源: 粪肠球菌(NCTC775)。	盒	1	是
26	低浓度大肠菌群质控样	98-0009085-00, 3 支/盒。浓度:<200cfu/100mL。用于总大肠菌群、耐热大肠菌群和大肠埃希氏菌加标实验, 实验室质量控制。每瓶含 1 颗冻干球。不限方法。每盒 3 支混合菌(含阴性菌)更接近实际样品情况。浓度相同。可溯源: 大肠埃希氏菌(NCTC 9001), 产气肠杆菌(NCTC 10006)。阴性菌: 铜绿假单胞菌(NCTC 12951)。	盒	1	是
27	低浓度铜绿假单胞菌质控样	98-0009260-00, 3 支/盒。浓度:<200cfu/100mL。用于铜绿假单胞菌加标实验, 实验室质量控制。每瓶含 1 颗冻干球。不限方法。每盒 3 支, 浓度相同。可溯源: 铜绿假单胞菌(NCTC 12951)。	盒	1	是
28	D-生物素标准品	维生素 B7/维生素 H(D-生物素)D-Biotin, 0.25g/盒, 10625000/CAS ,58-85-5; 纯度要求≥99.80%	盒	1	是
29	D-生物素标准品	维生素 B7/维生素 H(D-生物素)D-Biotin, 500 mg/盒, 10625000/CAS ,58-85-5; 纯度要求≥99.80%	盒	1	是
30	泛酸钙盐合物标准品	D-泛酸钙盐, 0.25g/盒, 15845000/CAS ,137-08-6; 纯度要求≥97.63%	盒	1	是
31	泛酸钙盐合物标准品	泛酸钙, 25g/盒, 15845000/CAS ,137-08-6; 纯度要求≥97.63%	盒	1	是
32	维生素 B12 标准品	维生素 B12, 100mg/盒, 11798500/CAS ,68-19-9; 纯度要求≥99.3%	盒	1	是
33	维生素 B12 标准品	维生素 B12 , 100mg/盒, 11798500/CAS ,68-19-9; 纯度要求≥92.98%	盒	1	是
34	维生素 B6 标准品	维生素 B6 盐酸盐, 0.25g/盒, 16652000; ,58-56-0; 纯度要求≥99.90%	瓶	1	是
35	维生素 B6 标准品	吡哆素, 5 g/盒, CAS: 65-23-6; 16652000; 纯度要求≥98%	瓶	1	是
36	烟酸标准品	维生素 B3/烟酸, 0.25g/盒, 15521000/CAS ,59-67-6; 纯度要求≥99.5	盒	1	是
37	烟酸标准品	维生素 B3/烟酸, 100 g/盒, 15521000/CAS ,59-67-6; 纯度要求≥99.84%	盒	1	是
38	叶酸标准品	维生素 Bc(叶酸), 0.25g/盒, 13888000/CAS ,59-30-3; 纯度要求≥90.91%	盒	1	是
39	叶酸标准品	维生素 Bc(叶酸), 1 g/盒, 13888000/CAS ,59-30-3; 纯度要求≥90.91%	盒	1	是
40	D-生物素标准品	维生素 B7/维生素 H(D-生物素)D-Biotin, 0.25g/盒, 10625000/CAS .58-85-5; 纯度要求≥99.80%;	盒	2	是

41	Standard Reference Material 1869	1、A unit of SRM 1869 consists of 10 packets, each containing approximately 10 g of material; 2、保质期大于 18 月; 10g/袋; 10 袋/盒; SRM 1869	盒	10	是
42	泛酸钙盐合物标准品	泛酸钙盐合物, 0.25g/盒, 15845000/CAS ,6381-63-1; 纯度要求≥97.63%	盒	2	是
43	维生素 B12 标准品	维生素 B12 , 50mg/盒, 11798500/CAS ,68-19-9; 纯度要求≥92.98%	盒	2	是
44	维生素 B6 标准品	维生素 B6, 0.25g/盒; 纯度要求≥99.90%; DRE-C16652000	瓶	2	是
45	烟酸标准品	维生素 B3/烟酸, 0.25g/盒, 15521000/CAS .59-67-6; 纯度要求≥99.84%	盒	2	是
46	叶酸标准品	维生素 Bc(叶酸), 0.25g/盒, 13888000/CAS ,68-19-9; 纯度要求≥90.91%	盒	2	是
47	肉葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; GDMCC1.955	支	3	否
48	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; GDMCC1.895	支	3	否
49	肠膜明串珠菌肠膜亚种	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC22177	支	3	否
50	肠膜明串珠菌肠膜亚种	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC22184	支	3	否
51	肠膜明串珠菌肠膜亚种	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC22185	支	3	否
52	肠膜明串珠菌肠膜亚种	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC25070	支	3	否
53	肠膜明串珠菌乳脂亚种	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC22181	支	3	否
54	肉葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC25173	支	1	否
55	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC22112	支	1	否
56	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CICC25192	支	1	否
57	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CGMCC1.8022	支	1	否
58	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CGMCC1.8381	支	1	否
59	木糖葡萄球菌	标准菌株冻干粉; 1 支/盒; CGMCC1.8382	支	1	否
60	13 种 PFCS 同位素标准溶液	2ug/mL, 1.2mL/瓶, W05-MFACs	瓶	2	是
61	甲醇中 21 种全氟混标 (PFOS)	5ug/mL in Methanol, D03-Q35000039	瓶	2	是
62	17 种增塑剂混标 GB31604.30/GB5009.271	1mL, 30852YH	瓶	1	否
63	24 种磺胺类兽药混标 (安捷伦 276 种多兽残解决方案 2.0)	24 种磺胺类兽药混标 Mix-24 100ug/ml in Methanol, BePure-31630XM-c	瓶	5	否
64	25 种无机混标 GB5009.268-2016	Mix-25 in 7% v/v HNO3 /tr HF, IV-39068-1-125mL(BEIJING-4)	瓶	3	是
65	2'-岩藻糖基乳糖	50mg/瓶, GBW(E)100879	瓶	2	否
66	4 种酰胺醇类药物内标混标 GB 31658.20-2022	4 种酰胺醇类药物内标混标 Mix -4 in Methanol, BePure-30227CM	瓶	3	否
67	6 种阴离子混标	6 种阴离子混标 (氟、氯、氯酸根、溴酸根、硝酸根、硫酸根) 1000μg/mL, ZW-EB-GNM-M065859-2013-100mL	瓶	2	否
68	ZW-NIST-1869	Infant/Adult Nutritional Formula II (milk/whey/soy-based), ZW-NIST-1869	盒	5	是

69	β-半乳糖苷酶	8000U, M05-E-BGLAN	瓶	12	是
70	β-胡萝卜素	C9750-5G	瓶	3	是
71	橙汁中苯甲酸、安赛蜜、糖精钠成分分析标准物质	20ml, GBW10111	瓶	3	否
72	大葱标准物质	35g/瓶, GBW10049	瓶	5	否
73	大米标准物质	35g/瓶, GBW(E) 100348	瓶	5	否
74	糕点中脱氢乙酸定量分析质控样品	40g, QC-CK-703	瓶	3	否
75	果聚糖酶	E-FRMXPD-20000U	瓶	5	是
76	果糖	2g/瓶, GBW10063	瓶	3	否
77	环丙沙星	环丙沙星 85721-33-1 环丙沙星 1000ug/mL BePure-21359YM	瓶	5	否
78	环己基氨基磺酸钠溶液标准物质	环己基氨基磺酸钠溶液标准物质, ZW-EA-GBW(E)100173-5mL	瓶	20	否
79	甲醇中 13 种β-受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标)	100μg/mL, 1mL, 1ST47900-100M	瓶	3	否
80	甲醇中 18 种β-受体激素混标溶液(GB 31658.22-2022)	100μg/mL, 1mL, 1ST47901-100M	瓶	5	否
81	甲醇中 2 种磺胺内标混标溶液(农业部 1077 号公告-1-2008)	100μg/mL, 1mL, 1STG47029-100M	瓶	2	否
82	甲醇中 3,6,3-壬基酚-13C6 溶液	100μg/mL, 1mL, 1ST8745C6-100M	瓶	2	否
83	甲醇中 4 种兽药内标混标溶液 (GB 31658.20-2022-内标)	不同浓度, 1mL, 1ST47431-VR1-M	瓶	4	否
84	甲醇中 9 种全氟羧酸内标混标溶液 (SNT 5222-2019&DB32T 4004-2021)	2μg/mL, 1mL, 1ST80226-2M	瓶	2	否
85	甲醇中全氟庚酸-13C4 溶液	10μg/mL, 1mL, 1ST9502C4-10M	瓶	2	否
86	甲醇中全氟己基磺酸-13C3 钠盐溶液	50μg/mL, 1mL, 1ST9517C3Na-50M	瓶	2	否
87	昆布三糖	M05-O-LAM3-50mg, 3256-04-0	瓶	3	是
88	麦芽六糖	500mg, 1ST3264-500mg	瓶	5	否
89	麦芽七糖	500mg, 1ST3265-500mg	瓶	5	否
90	麦芽三糖	500mg, 1ST3229-500mg	瓶	5	否
91	麦芽四糖	500mg, 1ST3262-500mg	瓶	5	否
92	麦芽五糖	500mg, 1ST3244-500mg	瓶	5	否
93	奶粉标准物质	30g/瓶, GBW10017	瓶	5	否
94	牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质	3g/瓶, GBW10287	瓶	6	否
95	牛乳铁蛋白纯度标准物质	95.8%,100mg, NY2203001	瓶	4	否
96	诺氟沙星 D5	诺氟沙星 D5 Norfloxacin-D5 100ug/ml in Methanol, BePure-24469XM 1015856-57-1	瓶	5	否
97	氢化可的松	100mg, BePure-23413 50-23-7	瓶	5	否

98	乳糖-N-新四糖	50mg/瓶, NIM-RM5073	瓶	2	否
99	食品甜味剂糖精钠溶液标准物质	5ml/瓶, GBW(E)100008	瓶	5	否
100	维生素 B2	Riboflavin(B2), ZW-SA-47861-1g 83-88-5	瓶	3	否
101	乙腈/水中 13 种食品添加剂混标溶液 (GB 1886.355-2022)	1000µg/mL, 1mL, 1ST51016-1000AW	瓶	1	否
102	乙腈中 19 种非甾体类抗炎药混标溶液(SNT 2190-2008-部分)	100µg/mL, 1mL, 1ST47672-100A	瓶	2	否
103	乙腈中 30 种药物混标溶液(化妆品安全技术规范(2015 年版新增)-A)	100µg/mL, 1mL, 1ST47414-100	瓶	1	否
104	乙腈中 6 种霉菌毒素混标溶液 (181 种兽药 &SN/T 3235-2012-B)	100µg/mL, 1mL, 1ST9250-100A	瓶	2	否
105	乙腈中 8 种香豆素混标溶液 (BJS 202203)	100µg/mL, 1mL, 1ST45260-100A	瓶	3	否
106	乙腈中双酚 A-D4 溶液	100µg/mL, 1mL, 1ST8701D4-100A	瓶	2	否
107	乙酸乙酯中 109 种农药混标溶液(GB 23200.113-2018)	100µg/mL, 1mL, 1ST27671-100E	瓶	10	否
108	乙酸乙酯中 113 种农药混标溶液(GB 23200.113-2018)	100µg/mL, 1mL, 1ST27672-100E	瓶	10	否
109	蔗糖酶	300U, E-SUCR	瓶	10	是
110	乙腈中 15 种药物混标溶液 (BJS 202209 部分)	1ST45544-VR1-A	支	1	否
111	展青霉素	100ug/mL 1ST7008-100A 1mL	支	1	否
112	赭曲霉毒素 B	100ug/mL 1ST7231-100A 1mL	支	1	否
113	黄曲霉毒素 b1	CAS 号: 1162-65-8; GBW10174 浓度: 5µg/mL; 溶剂: 乙腈, 有证标准物质	支	4	否
114	全麦粉中呕吐毒素成分分析标准物质	MCS-10171	袋	1	否
115	全麦粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质	GBW(E)100384	袋	1	否
116	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	CAS 号:51481-10-8; 浓度: 100.7µg/mL; GBW(E)100304, 溶剂: 乙腈, 有证标准物质	支	4	否
117	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质	GBW10219	袋	1	否
118	玉米全粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质	GBW(E)100385	袋	3	否
119	大米粉中钾, 镁, 钙, 铁, 锰, 锌, 铜, 钠分析质控样	MCS-10087, 30g/瓶, 目标物标准值 (mg/kg) 钠 8.08, 镁 64.6, 钾 496, 钙 5.04, 锰 11.8, 铁 33.1, 铜 1.72, 锌 11.1	个	2	否
120	奶粉中钾、钙、钠、镁、铜、铁、锌、锰分析质控样品	MCS-11060, 40g/瓶, 钾 1.32g/kg, 钙 0.491g/kg, 钠 6.2g/kg, 镁 0.102g/kg, 铜 0.778mg/kg, 铁 12.0mg/kg, 锌 4.04mg/kg, 锰 0.466mg/kg	个	2	否

121	37 种脂肪酸甲酯混标	1ST5304-I	支	8	否
122	3 种抗氧化剂混标 (BHA,BHT,TBHQ)	1ST50059-999CE	支	6	否
123	倍硫磷砒	CAS: 3761-42-0, 100mg/L 于丙酮, 1ml/支, 有证标准物质	支	5	否
124	倍硫磷亚砒	CAS: 3761-41-9, 100mg/L 于丙酮, 1ml/支, 有证标准物质	支	5	否
125	腐霉利	CAS: 32809-16-8, 100mg/L 于丙酮, 1mL/支, 有证标准物质	支	5	否
126	甲拌磷	CAS: 298-02-2 GSB05-2294-2008; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 100ug/mL	支	5	否
127	氯氟氰菊酯	CAS: 68085-85-8 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	1	否
128	氯氰菊酯	CAS: 52315-07-8 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	1	否
129	咪鲜胺	1ST21247-100B	支	12	否
130	67 种农药混标	1ST020504-100A	支	3	否
131	70 种农药混标	1ST020505-100A	支	3	否
132	81 种农药混标	1ST021500-100M	支	5	否
133	草甘膦(PMG)	1ST22470-100W	支	1	否
134	砷酸根标准溶液 GBW08667	0.233 $\mu\text{mol/g}$, 2 mL	瓶	6	否
135	水中溴酸根溶液标准物质 GBW08676	20ml/瓶	瓶	1	否
136	亚砷酸根标准溶液 GBW08666	1.011 $\mu\text{mol/g}$, 2 mL	瓶	6	否
137	没食子酸	没食子酸纯度标准物质, GBW09547, 50mg/支, 有证标准物质	支	1	否
138	糙米粉中 Pb、Cd、As 成分分析标准物质	GBW (E) 100377, 30g/瓶, 有证标准物质	瓶	2	否
139	镉	1000ug/mL, 20mL/支; CAS: 7440-43-9; GBW08612, 有证标准物质	支	4	否
140	铬	1000ug/mL, 20mL/支; CAS: 7440-47-3; GBW08614, 有证标准物质	支	4	否
141	汞	GBW08617, 有证标准物质; 20mL/瓶	支	4	否
142	铅	GBW08619, CAS: 7439-92-1, 20mL/支, 有证标准物质	支	3	否
143	砷	CAS: 7440-38-2; GBW08611, 有证标准物质, 20mL/瓶	支	5	否
144	硒	CAS: 7782-49-2; GBW (E)080215, 20mL/支, 有证标准物质	支	2	否
145	锡	CAS: 7440-31-5; GBW (E) 080546, 20mL/支, 有证标准物质	支	2	否
146	小麦粉成分分析标准物质	GBW(E)100494, 35g/瓶, 有证标准物质	瓶	1	否
147	玉米粉中 Pb、Cd、As 成分分析标准物质	GBW (E) 100380, 30g/瓶, 有证标准物质	瓶	2	否
148	甲醇中六种消毒剂混标	1ST80881-100M, 1mL/瓶	瓶	2	否
149	4 种四环素类药物固体混标	1ST9246Z-100 μg	瓶	2	否
150	甲醇中 13 种喹诺酮类药物混标	1ST47753-100M	瓶	2	否

151	乙腈中 4 种多环芳烃混标	1ST80099-100A	瓶	1	否
152	丙酮/异辛烷中 1 种多环芳烃内标混标	1ST015195-100BI	瓶	1	否
153	甲醇中两种药物混标	1ST45296-100M	瓶	2	否
154	染发剂中 32 种染料混标套装 1	1ST015005-kit-500-5ml,5ml*3	套	2	否
155	化妆品中 20 种防晒剂混标	1ST80227-VR2-GMW	瓶	2	否
156	甲苯中 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯-D5 (以醇计)	1ST1886D5-1000T	瓶	1	否
157	乙腈/水中 5 种糖类混标溶液 (GB 5009.8-2023-方法一 &TCECC 002-2021-附录 A-a)	1STG50063-20000AW-10ml, 20000µg/mL	瓶	12	否
158	甲苯中 7 种有机磷酸酯内标混标溶液	1ST80171-100T, 100µg/mL	瓶	3	否
159	壬烷中 2,2',5,5'-四氯联苯-13C12 溶液	1ST3651C12-10N	瓶	1	否
160	壬烷中 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯-13C12 溶液	1ST3778C12-40N	瓶	1	否
161	双乙酸钠	1ST2521-1g	瓶	10	否
162	甲醇中 5 种降糖药物混标溶液 (BJS 201901)	1ST45179-VR2-M	瓶	2	否
163	甲醇中 21 种降糖药物混标溶液 (BJS 201901)	1ST45180-VR2-M	瓶	2	否
164	乙腈中玉米赤霉烯酮 (ZEN)溶液	1ST7204-100A	瓶	3	否
165	乙腈中 6 种霉菌毒素混标溶液 (181 种兽药 &SN/T 3235-2012-B)	100µg/mL,1mL, 1ST9250-101A	瓶	3	否
166	19 种青霉素类固体混标	1ST45130Z-100µg	瓶	2	否
167	甲醇中 5 种大环内酯类混标溶液 (GB 31658.26-2025-9)	1ST48145-100M, 100µg/mL	瓶	2	否
168	甲醇中 17 种兽药混标溶液 (GB 31658.26-2025-10)	1ST48146-100M, 100µg/mL	瓶	2	否
169	甲醇中 25 种农药混标溶液 (GB 31658.26-2025-11)	1ST022779-100M, 100µg/mL	瓶	3	否
170	乙酸乙酯	1ST6707-5ml	瓶	1	否
171	乳酸乙酯	1ST6702-1g	瓶	1	否
172	婴儿配方乳粉中营养成分质量控制样品	NIM-QCM2007-16g	瓶	5	否
173	氟标液标准物质	1000 µg/mL, GBW(E)080549	瓶	2	否
174	挥发酚标准物质	10mL/瓶	瓶	3	否
175	邻苯二甲酸氢钾标准物质	50g/瓶	瓶	3	否
176	硫酸铵标准物质	25g/瓶	瓶	2	否

177	芦丁标准品	CAS:153-18-4	瓶	5	否
178	硼酸标准物质	25g/瓶	瓶	1	否
179	氰化物标准物质	50ml/瓶	瓶	2	否
180	十二烷基苯磺酸钠标准物质	25g/瓶, CAS:25 155-30-0	瓶	2	否
181	碳酸钠标准物质	50g/瓶	瓶	3	否
182	维生素 b1 标准物质	25g/瓶	瓶	1	否
183	维生素 b2 标准物质	25g/瓶	瓶	1	否
184	维生素 C 标准物质	50g/瓶	瓶	3	否
185	重铬酸钾基准试剂	50g/瓶	瓶	3	否
186	7 种氨基甲酸酯类杀虫剂混标	1ST29724-1000B	支	4	否
187	阿维菌素	1ST25000-1000M	支	4	否
188	苯甲酸	1ST2501-1000W	支	2	否
189	灭蝇胺	100mg, 1ST20403-100mg	支	6	否
190	偶氮甲酰胺	cas: 123-77-3; 1g/瓶, 有证标准物质 纯度>97%	支	1	否
191	13C-3-ADON	25ug/mL 1ST7215C17-25A 1mL	支	1	否
192	13C-DON	25ug/mL 1ST7213C15-25A 1mL	支	4	否
193	15-ADON	100ug/mL 1ST7215-100A 1mL	支	1	否
194	15-乙酰基蛇形毒性	100ug/mL 1ST7222-50A 1mL	支	1	否
195	3-ADON	100ug/mL 1ST7215-100A 1mL	支	1	否
196	3-葡萄糖苷-脱氧雪腐镰刀菌烯醇	50ug/mL 1ST9198-50A 1mL	支	1	否
197	DON	1ST7213-100A	支	4	否
198	DON-13C15	1ST7213C15-25A	支	4	否
199	T-2 三醇	100ug/mL 1ST7235-100A 1mL	支	1	否
200	T-2 四醇	100ug/mL 1ST7240-100A 1mL	支	1	否
201	黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 总量	10ug/mL 1ST50054-10AM 1mL	支	1	否
202	胶黏毒素	100ug/mL 1ST9154-100M 1mL	支	1	否
203	镰刀菌稀酮	100ug/mL 1ST7227-100M 1mL	支	1	否
204	麦角卡里碱	10ug/mL 1ST40246-10A 1mL	支	1	否
205	麦角柯宁碱	10ug/mL 1ST40245-10A 1mL	支	1	否
206	麦角克碱	10ug/mL 1ST40246-10A 1mL	支	1	否
207	麦角生碱	10ug/mL 1ST40251-10A 1mL	支	1	否
208	霉酚酸	100ug/mL 1ST001603-100A 1mL	支	1	否
209	青霉酸	100ug/mL 1ST7238-100A 1mL	支	1	否
210	新茄镰孢菌醇	100ug/mL 1ST7229-100A 1mL	支	1	否
211	雪腐镰刀菌烯醇	100ug/mL 1ST7230-100A 1mL	支	2	否
212	异烟棒曲霉素 C 溶液	100ug/mL 1ST001587 1mL	支	1	否
213	赭曲霉毒素 B	100ug/mL 1ST7231-100A 1mL	支	6	否
214	苯并芘	100ug/mL, 1mL/支; CAS: 50-32-8; GBW(E)080476, 有证标准物质	支	12	否
215	多环芳烃标准溶液	1ST4360-200A	支	2	否
216	黄曲霉毒素 b1	CAS 号: 1162-65-8; GBW10174 浓度: 5μg/mL; 溶剂: 乙腈, 有证标准物质	支	5	否
217	黄曲霉毒素 g1g2b1b2	1ST7208-100A	支	1	否
218	全麦粉中呕吐毒素成分分析标准物质	MCS-10171	袋	2	否
219	全麦粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质	GBW(E)100384	袋	2	否

220	叔丁基对苯二酚 (tbhq)	1ST2317-10mg, 10mg, cas: 1948-33-0, 有证标准物质	支	2	否
221	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	CAS 号:51481-10-8; 浓度: 100.0µg/mL; GBW(E)100304, 溶剂: 乙腈, 有证标准物质	支	5	否
222	玉米赤霉烯酮	1ST7204-50A, cas: 17924-92-4, 50mg/L 于乙腈, 1ml, 有证标准物质	支	5	否
223	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质	GBW10219	袋	2	否
224	玉米全粉中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮成分分析标准物质	MCS-10028	袋	2	否
225	玉米全粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质	GBW(E)100385	袋	2	否
226	赭曲霉毒素 A	CAS 号:303-47-9; 浓度: 1.9µg/mL; 溶剂: 甲醇; GBW(E)100303, 有证标准物质	支	4	否
227	芝麻林素	1ST5402-20mg	支	2	否
228	芝麻素	1ST5401-100mg	支	2	否
229	大米粉中钾, 镁, 钙, 铁, 锰, 锌, 铜, 钠分析质控样	MCS-10087, 30g/瓶	个	1	否
230	奶粉中钾、钙、钠、镁、铜、铁、锌、锰分析质控样品	MCS-11060, 40g/瓶	个	1	否
231	109 种农药混标	1ST27671-100E	支	4	否
232	113 种农药混标	1ST27672-100E	支	4	否
233	丙酮中毒死蜱-D10 溶液	1ST20176-1000B, 1000µg/mL	支	4	否
234	环氧七氯	1ST20321-100E	支	4	否
235	乙腈中 2,4-滴溶液	1ST22017-1000A, 1000µg/mL	支	4	否
236	乙腈中氟虫腈溶液	1ST20305-1000A, 1000µg/mL	支	4	否
237	乙腈中霜霉威溶液	1ST21072-1000A, 1000µg/mL	支	2	否
238	17 种增塑剂混标 GB31604.30/GB5009.271	1ST50256-1000H	瓶	3	否
239	37 种脂肪酸甲酯混标	1ST5305-I	支	3	否
240	3 种抗氧化剂混标 (BHA,BHT,TBHQ)	1ST50059-1000CE	支	6	否
241	百菌清	1ST21120-1000B	支	8	否
242	倍硫磷	CAS: 55-38-9, 100mg/L 于丙酮, 1ml/支, 有证标准物质	支	5	否
243	倍硫磷砒	CAS: 3761-42-0, 100mg/L 于丙酮, 1ml/支, 有证标准物质	支	5	否
244	倍硫磷亚砒	CAS: 3761-41-9, 100mg/L 于丙酮, 1ml/支, 有证标准物质	支	5	否
245	苯醚甲环唑	CAS: 119446-68-3 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	1	否
246	敌百虫	CAS: 52-68-6 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	1	否
247	敌敌畏	CAS: 62-73-7; GSB05-2298-2008, 1mL; 于-丙酮; 有证标准物质; 100ug/mL	支	5	否

248	毒死蜱	CAS: 56-38-2 GSB05-1869-2008-1ml,丙酮; 100ug/mL, 有证标准物质	支	5	否
249	腐霉利	CAS: 32809-16-8, 100mg/L 于丙酮, 1mL/支, 有证标准物质	支	5	否
250	甲拌磷	CAS: 298-02-2 GSB05-2294-2008; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 100ug/mL	支	5	否
251	甲拌磷砒	CAS: 2588-04-7 SB05-294-2015; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 100ug/mL	支	5	否
252	甲拌磷亚砒	CAS: 2588-03-6 SB05-295-2015; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 100ug/mL	支	5	否
253	联苯腈酯	CAS: 149877-41-8 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	5	否
254	联苯菊酯	CAS: 82657-04-3 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	5	否
255	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 28553-12-0	1ST1158-1000M	瓶	3	否
256	六号溶剂	10 mg/ml, 有证标准物质, 需要最新批号, 5mL/支	支	12	否
257	氯氟氰菊酯	CAS: 68085-85-8 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	5	否
258	氯氰菊酯	CAS: 52315-07-8 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	5	否
259	咪鲜胺	1ST21247-100B	支	12	否
260	食用油中邻苯二甲酸酯质控样品	MCS-30087, 适用于 GB 5009.271-2016; 含 DBP、DEHP, 有证标准物质	瓶	1	否
261	四聚乙醛	CAS: 108-62-3; 100mg	支	5	否
262	氧乐果	CAS: 1113-02-6 ; 1mL; 于丙酮; 有证标准物质; 1000ug/mL	支	5	否
263	有机氯农药混合溶液标准物质	GBW(E)060133, α -66650.0ug/ml; β -666 50.2ug/mL; γ -666 50.0ug/mL; δ -666 50.1ug/mL;p,p'-DDT 50.1ug/mL;o,p'-DDT 50.2ug/mL ;p,p'-DDE 50.1ug/mL; p,p'-DDD 50.0ug/mL $U=2\%(k=2)$; β -666: 49.9 μ g/mL; γ -666: 50.1 μ g/mL; δ -666: 49.9 μ g/mL; p,p'-DDT:49.9 μ g/mL; o,p'-DDT:50.0 μ g/mL; p,p'-DDE:49.9 μ g/mL; p,p'-DDD:50.0 μ g/mL; 1mL/支, 有证标准物质	支	2	否
264	67 种农药混标	1ST020504-100A	支	3	否
265	70 种农药混标	1ST020505-100A	支	3	否
266	81 种农药混标	1ST021500-100M	支	3	否
267	氨基甲酸 (AMPA)	1ST7904-100W	支	3	否
268	苯醚甲环唑	1ST21189-100B	支	15	否
269	吡虫啉	1ST20298-100M	支	15	否
270	吡唑醚菌酯	1ST21083-100M	支	15	否
271	丙溴磷	1ST20155-100B	支	15	否
272	草甘膦(PMG)	1ST22470-100W	支	4	否
273	草甘膦同位素内标 (1,2-C13N15)	1ST22670-100W	支	2	否
274	除虫脲	1ST20345-100MB	支	15	否
275	啶虫脒	1ST20297-100B	支	15	否
276	氟虫腈	1ST20305-100A	支	15	否
277	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	1ST25001-100M	支	15	否
278	氯吡脲	1ST24004-100M	支	15	否
279	氰霜唑	1ST21230-100A	支	15	否

280	噻虫胺	1ST20351-100M	支	15	否
281	噻虫嗪	1ST20350-100B	支	15	否
282	三羟基克百威	1ST20259-100M	支	15	否
283	涕灭威砒	1ST20266-100M	支	15	否
284	涕灭威亚砒	1ST20273-100A	支	15	否
285	烯酰吗啉	1ST21145-100M	支	15	否
286	辛硫磷	1ST20170-100B	支	15	否
287	氧乐果	1ST20167-100B	支	15	否
288	大葱生物成分分析标准物质 GBW10049	35g/瓶	瓶	6	否
289	二甲基砷标准溶液 GBW08669	0.7 μ mol/g, 2 mL	瓶	1	否
290	砷胆碱标准溶液 GBW08671	0.3 μ mol/g, 2 mL	瓶	1	否
291	砷酸根标准溶液 GBW08667	0.233 μ mol/g, 2 mL	瓶	5	否
292	砷甜菜碱标准溶液 GBW08670	0.5 μ mol/g, 2 mL	瓶	1	否
293	食用菌中无机砷分析质控样 MCS-70755	MCS-70755,50g/瓶, 1.78mg/kg	瓶	1	否
294	水中溴离子成分分析标准物质 GBW(E)081212	100mL/瓶	瓶	1	否
295	水中溴酸根溶液标准物质 GBW08676	20ml/瓶	瓶	1	否
296	小麦粉中二氧化钛分析质控样品	30g/瓶 MCS-10079	瓶	1	否
297	小麦粉中溴酸钾分析质控样品	30g/瓶 MCS-10083	瓶	1	否
298	亚砷酸根标准溶液 GBW08666	1.011 μ mol/g, 2 mL	瓶	5	否
299	一甲基砷标准溶液 GBW08668	0.3 μ mol/g, 2 mL	瓶	1	否
300	苯甲羟肟酸	1ST1954-100mg	支	1	否
301	乙腈中 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (3-ADON)溶液	1ST7215-100A, 100 μ g/mL	支	1	否
302	乙腈中甲基杂色曲霉毒素溶液	1ST15135-100A-0.5ml, 100 μ g/mL	支	1	否
303	5-甲氧基柄曲霉素	1ST301149-1mg	支	1	否
304	乙腈/水中玉米赤霉烯酮-4-O- β -D-葡萄糖苷溶液	1ST157582-100AW, 100 μ g/mL	支	1	否
305	乙腈中 α -玉米赤霉醇溶液	1ST7201A-100A, 100 μ g/mL	支	1	否
306	α -玉米赤霉烯醇-4-O- β -D-葡萄糖苷	1ST160335-10mg	支	1	否
307	乙腈中 β -玉米赤霉醇溶液	1ST7201B-100A, 100 μ g/mL	支	1	否
308	3-表-赭曲霉毒素 A	1ST177223-5mg	支	1	否
309	乙腈中 14-表-赭曲霉毒素 A 溶液	1ST314464-100A, 100 μ g/mL	支	1	否

310	赭曲霉毒素 TA	1ST7288-1mg	支	1	否
311	乙腈中桔霉素 H1 溶液	1ST195002-100A, 100µg/mL	支	1	否
312	环匹阿尼酸	1ST7221Z-100µg	支	1	否
313	二甲基亚砷中(-)-圆弧菌素溶液	1ST163776-100D-0.5ml, 100µg/mL	支	1	否
314	二甲基亚砷中(-)-圆弧菌醇溶液	1ST313187-100D, 100µg/mL	支	1	否
315	甲醇中鲜绿青霉素溶液	1ST178899-100M-0.5ml, 100µg/mL	支	1	否
316	纯绿青霉醇	1ST313879-1mg	支	1	否
317	甲醇中黄天精溶液	1ST9168-100M, 100µg/mL	支	1	否
318	甲醇中红天精溶液	1ST9169-100M, 100µg/mL	支	1	否
319	Lysilactone A	1ST174575-10mg	支	1	否
320	乙腈中麦角隐亭溶液	1ST40246-100A, 100µg/mL	支	1	否
321	金链菌素	1ST314463-5mg	支	1	否
322	乙醇中细胞松弛素 H 溶液	1ST9145-100Y, 100µg/mL	支	1	否
323	乙醇中细胞松弛素 J 溶液	1ST9146-100Y, 100µg/mL	支	1	否
324	乙腈/水中异米酵菌酸溶液	1ST158949-10AW, 10µg/mL	支	1	否
325	新异米酵菌酸	1ST194136-1mg	支	1	否
326	甲醇中黄曲霉素 R0 溶液	1ST7259-1000M, 1000µg/mL	支	1	否
327	甲醇中黄曲霉素 P1(AFP1)溶液	1ST001445-100M, 100µg/mL	支	1	否
328	乙腈中黄曲霉素 P2(AFP2)溶液	1ST9195-10A, 10µg/mL	支	1	否
329	甲醇中黄曲霉素 Q1(AFQ1)溶液	1ST9196-100M, 100µg/mL	支	1	否
330	黄曲霉素 B2a(AFB2a)	1ST7293-1mg	支	1	否
331	乙腈中 T-2 毒素(T2) 溶液	1ST7219-100A, 100µg/mL	支	1	否
332	乙腈中赭曲霉毒素 A(OTA)溶液	1ST7211-100A, 100µg/mL	支	1	否
333	乙腈中杂色曲霉毒素 溶液	1ST8107-100A, 100µg/mL	支	1	否
334	乙腈中柄曲霉素 (STE)溶液	1ST7239-100A, 100µg/mL	支	1	否
335	乙腈中桔霉素溶液	1ST7220-100A, 100µg/mL	支	1	否
336	甲醇中交链孢烯溶液	1ST001410-100M, 100µg/mL	支	1	否
337	乙腈/甲醇中链孢酚单甲醚溶液	1ST7257-100AM, 100µg/mL	支	1	否
338	甲醇中镰刀菌酸溶液	1ST000607-100M, 100µg/mL	支	1	否
339	乙腈中白僵菌素溶液	1ST7258-100A, 100µg/mL	支	1	否
340	乙腈中恩镰孢菌素 A 溶液	1ST001558-100A, 100µg/mL	支	1	否
341	乙腈中恩镰孢菌素 A1 溶液	1ST001559-100A, 100µg/mL	支	1	否
342	乙腈中恩镰孢菌素 B 溶液	1ST001560-100A, 100µg/mL	支	1	否

343	乙腈中恩镰孢菌素 B1 溶液	1ST001561-100A, 100µg/mL	支	1	否
344	乙腈中 HT-2 毒素溶液	1ST7237-100A, 100µg/mL	支	1	否
345	乙腈中草青霉素溶液	1ST7233-100A, 100µg/mL	支	1	否
346	乙腈中黄绿青霉素溶液	1ST7251-100A, 100µg/mL	支	1	否
347	乙腈中二乙酰氧基草镰刀菌烯醇溶液	1ST7223-100A, 100µg/mL	支	1	否
348	甲醇中镰刀菌酮 X 溶液	1ST7227-100M, 100µg/mL	支	1	否
349	乙腈中黄曲霉素 M1(AFM1)溶液	1ST7209-100A, 100µg/mL	支	1	否
350	乙腈/水中伏马毒素 B1(FB1)溶液	1ST7224-100AW, 100µg/mL	支	1	否
351	乙腈/水中伏马毒素 B2(FB2)溶液	1ST7225-100AW, 100µg/mL	支	1	否
352	乙腈/水中伏马毒素 B3(FB3)溶液	1ST7226-100AW, 100µg/mL	支	1	否
353	乙腈中青霉震颤素 A 溶液	1ST7234-100A, 100µg/mL	支	1	否
354	乙腈中渥曼青霉素溶液	1ST001432-100A, 100µg/mL	支	1	否
355	乙腈中腾毒素 (TEN) 溶液	1ST001592-100A, 100µg/mL	支	1	否
356	乙腈中 α -玉米赤霉烯醇溶液	1ST7202-100A, 100µg/mL	支	1	否
357	乙腈中 β -玉米赤霉烯醇溶液	1ST7202B-100A, 100µg/mL	支	1	否
358	乙腈中玉米赤霉酮溶液	1ST7203-100A, 100µg/mL	支	1	否
359	甲醇中玉米赤霉烯酮 (ZEN)溶液	1ST7204-100M, 100µg/mL	支	1	否
360	乙腈中震颤真菌毒素溶液	1ST7242-100A, 100µg/mL	支	1	否
361	细格菌素	1ST2931-1mg	支	1	否
362	乙腈中交链孢酚 (AOH)溶液	1ST7256-100A, 100µg/mL	支	1	否
363	乙腈中细交链孢菌酮酸溶液	1ST7236-100A, 100µg/mL	支	1	否
364	乙腈中串珠镰刀菌毒溶液	1ST7228-10A, 10µg/mL	支	1	否
365	乙腈中青霉酸溶液	1ST7238-100A, 100µg/mL	支	1	否
366	甲醇中软毛青霉酸溶液	1ST188634-100M, 100µg/mL	支	1	否
367	乙腈中麦角异柯宁碱溶液	1ST40244-10A, 10µg/mL	支	1	否
368	乙腈中麦角日亭宁溶液	1ST40249-10A, 10µg/mL	支	1	否
369	乙腈中麦角异卡里碱溶液	1ST40247-10A, 10µg/mL	支	1	否
370	甲醇中马来酸麦角新	1ST10461-100M, 100µg/mL	支	1	否

	碱溶液				
371	乙腈中异烟棒曲霉素 C-13C22 溶液	1ST001587C22-10A, 10µg/mL	支	1	否
372	甲醇中胶霉毒素 -13C13 溶液	1ST9154C13-10M, 10µg/mL	支	1	否
373	乙腈中黄绿青霉素 -13C23 溶液	1ST7251C23-10A, 10µg/mL	支	1	否
374	乙腈中腾毒素 (TEN)-13C22 溶液	1ST001592C22-5A, 5µg/mL	支	1	否
375	乙腈中白僵菌素 -13C45 溶液	1ST7258C45-5A, 5µg/mL	支	1	否
376	乙腈中 T-2 毒素 -13C24(T2-13C24)溶液	1ST7219C24-10A, 10µg/mL	支	1	否
377	乙腈中 α -玉米赤霉烯 醇-D4 溶液	1ST7202D4-10A, 10µg/mL	支	1	否
378	乙腈中 β -玉米赤霉烯 醇-D5 溶液	1ST7202BD5-100A, 100µg/mL	支	1	否
379	乙腈/水中伏马毒素 B2-13C34(FB2-13C34) 溶液	1ST7225C34-10AW, 10µg/mL	支	1	否
380	2(5H)-呋喃酮	1ST175381-100mg	支	1	否
381	甲醇中脱氧雪腐镰刀 菌烯醇-3-硫酸铵盐溶 液	1ST178472M-100M, 100µg/mL	支	1	否
382	甲醇中脱氧雪腐镰刀 菌烯醇-15-硫酸铵盐溶 液	1ST198987M-100M, 100µg/mL	支	1	否
383	乙腈中大黄素溶液	1ST000574-1000A, 1000µg/mL	支	1	否
384	甲醇中 Culmorin 溶液	1ST182337-100M, 100µg/mL	支	1	否
385	球毛壳菌素 A	1ST001547-1mg	支	1	否
386	乙腈中三氟乙酸溶液	1ST70012-100A, 100µg/mL	支	1	否
387	乙腈中全氟丙酸溶液	1ST160649-100A, 100µg/mL	支	1	否
388	水中三氟甲磺酸溶液	1ST186243-100W, 100µg/mL	支	1	否
389	甲醇中全氟丙烷磺酸 钠盐溶液	1ST161569Na-100M, 100µg/mL	支	1	否
390	乙腈中全氟己基磺酸 溶液	1ST191988-100A, 100µg/mL	支	1	否
391	乙腈中三氟乙酸 -13C2 钠盐溶液	1ST70012C2Na-100A, 100µg/mL	支	1	否

02 包 化学试剂

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	2-(N-吗啉代)乙烷磺酸	AR500g/瓶	瓶	3	否
2	2,6-二氯靛酚	AR500mL/瓶	瓶	1	否
3	5,5-二硫双(2-硝基苯甲酸)	5G	瓶	2	否
4	95%乙醇	AR2500ml 4 瓶/箱, 64-17-5	箱	30	否
5	EDTA 二钠	AR250g/瓶	瓶	15	否
6	L-脯氨酸(标准物质)	C163456000-100mg, 147-85-3	瓶	2	否
7	N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺酸	25G	瓶	1	否
8	α -淀粉酶	500g/瓶	瓶	3	否
9	氨水	AR500g *20 瓶/箱, 1336-21-6	箱	2	否
10	丙酮	AR500ml/瓶	瓶	20	否
11	蛋白酶	CAS:9014-01-1	瓶	5	否
12	碘化钾	分析纯, 500g/瓶, 20 瓶/箱	箱	2	否
13	淀粉酶	100g	瓶	3	否
14	对氨基苯磺酸	100g	瓶	8	否
15	对氨基磺酸氨	100g/p 瓶	瓶	1	否
16	福林酚	AR500ml/瓶	瓶	1	否
17	高氯酸	AR500ml* 20 瓶/箱;CAS:7601-90-3	箱	5	否
18	硅胶 60	1kg/瓶, 粒径 0.063mm-0.200mm	瓶	5	否
19	过氧化氢	AR500mL/瓶	瓶	10	否
20	海砂	500g/瓶	瓶	40	否
21	环己烷	AR500ml/瓶	瓶	20	否
22	活性炭粉	1000g, 80-200 目, 无铁离子	包	3	否
23	甲醇	AR500ml/瓶	瓶	20	否
24	甲醛	AR500ml* 20 瓶/箱,	瓶	20	否
25	硫酸	GR500mL *20 瓶/箱;7664-93-9	箱	15	否
26	钼铵酸	12054-85-2	瓶	1	否
27	纳氏试剂	250mL/瓶	瓶	2	否
28	柠檬酸钠	AR500ml *20 瓶/箱	箱	1	否
29	偏磷酸	500g*20 瓶/箱	箱	1	否
30	三氯甲烷	AR500g* 20 瓶/箱	箱	20	否
31	三氯乙酸	500g	瓶	1	否
32	三羟基甲基氨基甲烷	AR500g/瓶	瓶	1	否
33	三水合乙酸钠	AR500g* 20 瓶/箱, 6131-90-4	箱	1	否
34	石油醚	AR500ml *20 瓶/箱	箱	280	否
35	无水乙醇	AR2500ml , 4 瓶/箱	箱	50	否
36	亚铁氰化钾	AR500g* 20 瓶/箱	箱	1	否
37	盐酸	AR500mL20 瓶/箱, 7647-01-0	箱	20	否
38	盐酸 N-(1-萘)-乙烯二胺	10g/瓶	瓶	1	否
39	盐酸萘乙二胺	5G	瓶	12	否
40	乙醚	AR500ml *20 瓶/箱, 60-29-7	箱	100	否
41	乙酸	AR500ml *20 瓶/箱, 64-19-7	箱	15	否
42	乙酸锌	AR500g* 20 瓶/箱	箱	1	否

43	乙酰辅酶 A 1	1.10mg 装。 纯度 85%，含 Li 2%。	个	30	否
44	乙酰辅酶 A 2	50mg 装。 纯度 85%，含 Li 2%。 10101907001	个	20	否
45	乙酰肉碱转移酶 CAT	活性：80U/mg 5mg/1ml	个	15	否
46	异丙醇	AR500ml *20 瓶/箱， 67-63-0	箱	80	否
47	总 D-异柠檬酸测定组合试剂盒	414433， 1 套/盒	盒	2	否
48	十水硼酸钠	500g*20 瓶/箱	箱	1	否
49	二甲苯	500mL*20 瓶/箱	箱	1	否
50	五水合硫代硫酸钠	500g*20 瓶/箱	箱	1	否
51	铜催化剂	1000 片/盒 60046518	盒	5	是
52	海砂	500g*20 瓶/箱	箱	1	否
53	95%乙醇	分析纯，含量≥99.7% 500ml/瓶	瓶	100	否
54	百里香酚蓝指示剂	分析纯，25g/瓶，CAS： 76-61-9	瓶	10	否
55	冰乙酸	分析纯，500mL/瓶，20 瓶/箱，含量 ≥99.5%；CAS： 64-19-7	箱	1	否
56	丙酮	色谱纯，4L/瓶；CAS： 67-64-1，用于 LC-MS 痕量分析，杂质含量控制在 ppb 级别	瓶	4	是
57	碘化钾	分析纯，500g/瓶，20 瓶/箱	箱	1	否
58	氯化钠	CAS： 7647-14-5；AR，分析纯；500g/ 瓶，20 瓶/；含量≥99.5%	箱	5	否
59	氢氧化钾	优级纯，500g/瓶，含量≥85.0%；CAS： 1310-58-3	瓶	50	否
60	三氯甲烷	CAS： 67-66-3；AR，分析纯，500ml/ 瓶，20 瓶/箱，含量≥99.0%	瓶	20	否
61	石油醚	分析纯，500mL/瓶，20 瓶/箱，30~60℃； CAS： 8032-32-4	瓶	60	否
62	四氯化碳	CAS 56-23-5；AR，环保分析纯；500mL/ 瓶，20 瓶/箱；含量≥99.5%	瓶	10	否
63	无水硫酸钠	分析纯，500g/瓶，20 瓶/箱；含量≥99.0%； CAS： 7757-82-6	箱	1	否
64	无水乙醇	AR,分析纯；2500mL/瓶，4 瓶/箱	瓶	100	否
65	无水乙醚	分析纯，500mL/瓶，20 瓶/箱；CAS： 60-29-7	瓶	20	否
66	乙醚	分析纯，500ml/瓶，20 瓶/箱；CAS： 60-29-7	瓶	20	否
67	异丙醇	分析纯，500mL/瓶，20 瓶/箱，含量 ≥99.7%；CAS： 67-63-0	箱	20	否
68	乳酸	分析纯，500mL/瓶，体积分数 85%；CAS： 50-21-5	瓶	2	否
69	变色硅胶	CAS:112926-00-8, 10018360, 变色硅胶 干燥剂，500g/瓶，	瓶	15	否
70	MCPBA（间氯过氧苯甲酸）	分析纯，CAS： 937-14-4,100g/瓶，85%	瓶	3	否
71	硫代硫酸钠	优级纯，500g/瓶，CAS： 7772-98-7，优 级纯，500g/瓶，CAS： 7772-98-7 98.5% 500g 20042518	瓶	3	否
72	马来酸双酯	分析纯，CAS： 142-16-5,25mL/瓶，95%	瓶	5	否
73	乙醇	色谱纯，CAS： 64-17-5，2.5L/瓶	瓶	10	是
74	愈创木酚	分析纯；500ml/瓶；CAS： 90-05-1	瓶	5	否
75	正己烷	农残级，CAS： 110-54-3，2.5L/瓶	瓶	15	是

76	二氯甲烷	农残级, CAS: 110-54-3, 2.5L/瓶	瓶	1	是
77	液体石蜡	分析纯; 500mL/瓶; CAS:8042-47-5, 重质、密度: 0.86-0.89XW01804247501	瓶	5	否
78	硫酸锰	分析纯; 500g/瓶	瓶	5	否
79	L(+)-抗坏血酸	分析纯 500g/瓶	瓶	5	否
80	TRIS	P19G100486; CAS ,77-86-1; 500g/瓶	瓶	2	是
81	磷酸三钠 (磷酸钠)	分析纯 500g/瓶	瓶	3	否
82	偏重亚硫酸钠	500g/瓶; CAS ,7681-57-4; 分析纯 500g/瓶	瓶	3	否
83	七水合磷酸氢二钠	分析纯 500g/瓶	瓶	5	否
84	七水合磷酸氢二钠	AR (沪试), ≥99.0%, 分析纯 500g/瓶	瓶	2	否
85	三水合乙酸钠	分析纯 500g/瓶	瓶	2	否
86	一水合柠檬酸	500g/瓶; CAS ,5949-29-1; 分析纯 500g/瓶	瓶	2	否
87	无水乙醇	AR2500mL 4 瓶/箱	箱	10	否
88	液碱 (液体氢氧化钠)	1、包装规格: 25KG/桶; 2、使用方法: 即用型; 3、产品有效期: 发货时起至少一年; 4、产品有效含量: 30%; 25kg/桶。	桶	30	否
89	还原铁粉	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定; S29787-100g ; 100g/瓶	瓶	1	否
90	舒巴坦	Sulbactam, 0.1g/盒, 16986600/CAS ,68373-14-8	盒	1	是
91	青霉素钾	CDAA-560036; CAS:113-98-4;250mg	瓶	1	否
92	α淀粉酶	10080-25g; 25g/瓶	瓶	2	是
93	β淀粉酶	A7130-10KU; 10KU/瓶, 100G	瓶	2	是
94	木瓜蛋白酶	76216; CAS ,9001-73-4; 500mg/瓶	瓶	3	是
95	胃蛋白酶 (1: 3000)	适用于 GB 31610.1-2023 食品安全国家标准 动物性水产品及其制品中颚口线虫的检验; 100g/瓶; WP7195	瓶	1	否
96	五氧化二磷	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定; 214701-100g; 100g/瓶; 纯度 99%	瓶	1	是
97	三氯化铁	分析纯, 500g/瓶	瓶	1	否
98	氯化钠	分析纯 AR (沪试), ≥99.5%,500g, 10019318, 一箱 20 瓶, 一瓶 500g	箱	20	否
99	无水硫酸钠	分析纯 AR (沪试), ≥99.0%,500g, 10020518, 一箱 20 瓶, 一瓶 500g	箱	50	否
100	乙腈	分析纯, AR≥99.0%,500mL, 8000618, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	40	否
101	木瓜蛋白酶	酶活力≥800U/mg, 64006836	瓶	20	否
102	三氟乙酸	色谱纯 99.5%, 818781	瓶	4	否
103	脂肪酶	100g/瓶 Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin), L3126-100G,	瓶	10	是
104	环己烷色谱纯	色谱纯, 4L/瓶, 4 瓶/箱	箱	5	是
105	石油醚分析纯	分析纯, 500mL/瓶, 20 瓶/箱,沸程: 30~60°C; CAS: 8032-32-4	箱	48	否
106	无水乙醇分析纯	AR,分析纯; 2500mL/瓶, 4 瓶/箱	箱	35	否

107	高峰淀粉酶	酶活力 100U/mg, 100g/瓶, cas:9001-19-8, 86247	瓶	20	是
108	异丙醇	色谱级, 4L/瓶, 4 瓶/箱, 含量≥99.9%。 , a451-4	箱	8	是
109	氨水	质谱级, 500mL/瓶, A512P500	瓶	1	是
110	甲酸	500ml/瓶, 色谱级, A118P-500,	瓶	5	是
111	甲酸铵	色谱级, 500g/瓶, A115-50	瓶	1	是
112	磷酸	色谱级, 500mL/瓶, A260-500	瓶	5	是
113	乙腈	质谱级, 2.5L/瓶, 4 瓶/箱, 34967-2.5L	箱	2	是
114	N-N 二甲基甲酰胺	分析纯 AR (沪试), ≥99.5%, 81007718, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	5	否
115	氨水分析纯	500mL/瓶, 10002118, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	5	否
116	苯硼酸	25g/瓶 99.5%,	瓶	20	否
117	二氯甲烷	色谱纯, D143-4, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	18	是
118	甲醇	色谱纯, Y668-4, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	80	否
119	七氟丁酰基咪唑	5g/瓶, 811505	瓶	5	否
120	四氢呋喃	色谱纯, T425-4F	瓶	1	是
121	无水乙醚	分析纯 , 80059618, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	30	否
122	溴化钠	AR (沪试), ≥99.0%, 500g/瓶, 10019118	瓶	3	否
123	乙酸乙酯	色谱纯, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	10	是
124	异辛烷	色谱纯, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	2	是
125	正己烷	色谱纯, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	20	是
126	吡啶盐酸盐	分析纯 25g/瓶, 815778	瓶	50	否
127	二氯甲烷	分析纯 AR (沪试), ≥99.5%, 500mL, 80047318, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	2	否
128	氢氧化钠	分析纯 AR (沪试) (粒状), ≥96.0%, 500g, 10019762	瓶	25	否
129	冰醋酸	色谱纯, 500mL/瓶, A3500	瓶	6	是
130	抗坏血酸	500g/瓶, 分析纯	瓶	15	否
131	乙腈	色谱纯, F533-4, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	2	否
132	硝酸	分析纯 500ml/瓶, 10014508	瓶	25	否
133	甲苯	色谱纯, 4L/瓶, 4 瓶/箱	箱	6	否
134	N,N-二甲基乙酰胺	分析纯, 500g/瓶	瓶	15	否
135	亚硝酸钠	分析纯 500g/瓶, 10020018	瓶	15	否
136	六甲基二硅胺烷	500g/瓶, 用于气相衍生	瓶	5	是
137	色谱石油醚	500mL/瓶, 30-60℃, 色谱纯	瓶	30	否
138	色谱无水乙醚	500mL/瓶, 色谱纯	瓶	30	否
139	氨基酸分析仪衍生液套装	299-70501, 含茚三酮 1 瓶和缓冲液 1 瓶	套	5	是
140	氨基酸分析仪专用缓冲液	2-503-00, 含 PH-1 2 瓶, 含 PH-2 1 瓶, 含 PH-3 1 瓶, 含 PH-4 2 瓶, 含 PH-RG 1 瓶	套	5	是
141	氢氧化钾	500g/瓶, 20 瓶/箱, 10017018	箱	7	否
142	硫酸	分析纯 500mL/瓶, 质量分数 95-98%, 密度 1.84g/ml	瓶	20	否

143	淀粉酶	100g/瓶, 酶活力 2000u/g	瓶	1	否
144	3-巯基乙酸	25g/瓶	瓶	1	否
145	丹磺酰氯	5g/瓶	瓶	2	否
146	L-半胱氨酸	500G	瓶	1	否
147	三(2-羧乙基)磷	100G	瓶	1	否
148	40%四丁基氢氧化铵水溶液	500ML	瓶	1	否
149	三甲基氯硅烷	分析纯 500mL/瓶	瓶	5	否
150	磷酸二氢钠	分析纯, 500g/瓶, 20 瓶/箱	箱	1	否
151	磷酸氢二钠	分析纯, 500g/瓶, 20 瓶/箱	箱	1	否
152	叔丁基甲醚	色谱纯, 4L/瓶, 4 瓶/箱	箱	1	否
153	庚烷磺酸钠	色谱纯, 25g/瓶	瓶	20	否
154	甲酸铵	78314-100mL-F, 102858380	瓶	6	是
155	淀粉葡萄糖苷酶 (来源于黑曲霉)	500U REF 11202332001	瓶	10	是
156	β 半乳糖苷酶 (来源于黑曲霉)	Megazyme-4000U/mL	瓶	15	是
157	淀粉脱脂酶	A23-E-AMGDF-40ML	瓶	2	是
158	氢氧化钠浓缩液	S197272-1EA	瓶	60	否
159	硝酸镁	B0190632, 10000mg/L, 100ml/瓶	瓶	1	是
160	偏磷酸	500g/瓶, 分析纯	瓶	2	否
161	正丁醇	500mL/瓶, 分析纯	瓶	5	否
162	三氯甲烷	500mL/瓶, 分析纯	瓶	3	否
163	碳酸氢钠	500g/瓶, 分析纯	瓶	2	否
164	三氯乙酸	500g/瓶, 分析纯	瓶	2	否
165	谷氨酸钠	500g/瓶, 分析纯	瓶	1	否
166	二水合乙酸锌	AR 分析纯 500g 20 瓶/箱	箱	2	否
167	三水合六氰铁 (II) 酸钾 (亚铁氰化钾)	AR 分析纯 500g 20 瓶/箱	箱	2	否
168	碘化钾	AR 分析纯 500g 20 瓶/箱	瓶	1	否
169	甲酸	AR 分析纯 500ml	瓶	5	否
170	乙酸	AR 分析纯 500ml	瓶	5	否
171	盐酸	500g/瓶, 36-38%	瓶	1	否
172	Tris 碱	CAS: 77-86-1, 1000g/瓶	瓶	1	否
173	蛋白酶	Sigma P5147, 100mg/瓶	瓶	8	是
174	硫酸锌	分析纯 500g/瓶	瓶	1	否
175	一水合柠檬酸	500g/瓶, 分析纯	瓶	1	否
176	甲醇	质谱级, 2.5L/瓶, 4 瓶/箱, 34966-2.5L	箱	1	是
177	盐酸吡啶盐	分析纯, 50 克/瓶	瓶	20	否
178	磷酸氢二铵	分析纯, 500g/瓶, CP (沪试), $\geq 99.0\%$, 10002715	瓶	1	否
179	三氯化铁	分析纯, 500g/瓶, CP (沪试), $\geq 97.0\%$, 10011918	瓶	1	否
180	碘乙酰胺	I1149, 5g/瓶	瓶	1	是

181	尿素	15604, 1kg/瓶, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)	瓶	1	是
182	重组胰蛋白酶	蛋白质组级 03708969001 蛋白质含量 ≥150 units/mg	瓶	1	是
183	分析纯甲醇	500mL/瓶, 20 瓶/箱, 10014118	箱	1	否
184	茚三酮衍生液	1L/瓶, 氨基酸分析仪用, 296-70511	瓶	1	是
185	N,N-二甲基甲酰胺	色谱纯, 4L/瓶	瓶	1	是
186	N-N 二甲基甲酰胺	分析纯 AR (沪试), ≥99.5%, 81007718, 一箱 20 瓶, 一瓶 500mL	箱	1	否
187	碘化钾	分析纯, 500g/瓶, 20 瓶/箱	箱	1	否
188	甲醇	≥99.5%/分析纯 500ml*20 瓶	瓶	60	否
189	甲醇	色谱纯 4L/瓶, 4 瓶/箱	瓶	100	是
190	甲醇	质谱级, 2.5L/瓶, 4 瓶/箱, 34966-2.5L	箱	1	是
191	磷酸	色谱级, 500mL/瓶, A260-500	瓶	1	是
192	氯化钠	分析纯 AR (沪试), ≥99.5%, 500g, 10019318, 一箱 20 瓶, 一瓶 500g	箱	4	否
193	三苯基磷	100g/瓶, 20 瓶/箱	瓶	1	否
194	三乙胺	HPLC, O4884-100, 100mL/瓶	瓶	1	是
195	无水硫酸镁	20025118, 500g/瓶; AR (沪试), ≥98.0%, 20 瓶/箱;	箱	3	否
196	无水乙醇	分析纯 2.5L*4 瓶	瓶	40	否
197	乙腈	≥99.5%/分析纯 500ml*20 瓶	瓶	60	否
198	乙腈	色谱纯 4L/瓶, 4 瓶/箱	瓶	100	是
199	乙腈	质谱级, 2.5L/瓶, 4 瓶/箱, 34967-2.5L	箱	1	是
200	乙酸	AR500ml *20 瓶/箱, 64-19-7	箱	2	否
201	异丙醇	色谱纯; 4L/瓶; CAS: 67-63-0, 用于痕量分析, 杂质含量控制在 ppb 级别	瓶	8	是
202	柠檬酸二钠盐倍半水合物	500g, XW01613205402	瓶	3	否
203	柠檬酸钠二水合物	LA12274500G: 99%, 500g/瓶;	瓶	3	否
204	三氯乙酸	色谱纯 99%, T818878-500g	瓶	3	否
205	乙酸铵	LC-MS 级, 50g/瓶, 用于痕量分析, 杂质含量控制在 ppb 级别, A114-50	瓶	3	是
206	聚乙二醇 (8000)	分析纯, 1000g/瓶	瓶	4	否
207	正己烷	色谱纯, 4L/瓶; CAS: 110-54-3, 用于痕量分析, 杂质含量控制在 ppb 级别	瓶	14	是
208	二氯甲烷	色谱纯, 4L/瓶; CAS: 75-09-2, 用于痕量分析, 杂质含量控制在 ppb 级别	瓶	10	是
209	环己烷	色谱纯; 4L/瓶, 4 瓶/箱; 含量≥99.9%; CAS: 110-82-7;	瓶	1	否
210	乙酸乙酯	色谱纯, 4L/瓶; CAS: 141-78-6, 用于痕量分析, 杂质含量控制在 ppb 级别	瓶	1	是
211	异辛烷	色谱纯, 一箱 4 瓶, 一瓶 4L	箱	1	是
212	FMOC-CL (草甘磷衍生剂)	源叶: B65974-250mg 茚甲氧羰酰氯 28920-43-6 HPLC≥98% 250mg	瓶	3	否
213	硼酸钠 (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O)	10020818, AR (沪试), ≥99.5%; 500g/瓶	瓶	3	否
214	氨水	优级纯	瓶	1	否
215	甲醇	LC-MS, 1L/瓶, 1.06035, 4 瓶/箱	瓶	1	是
216	水	LC-MS, 1L/瓶, LC365-1, 6 瓶/箱	箱	1	是

217	乙醇	HPLC, 4L/瓶, AH090-4, 4 瓶/箱	瓶	1	是
218	乙腈	≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv, 2.5L/瓶, 1000292500, 4 瓶/箱	瓶	1	是
219	正己烷	≥99% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv, 2.5L/瓶, 1.03701 2500, 4 瓶/箱	箱	1	是
220	乙酸乙酯	LC-MS, 1L/瓶, 1.03649	瓶	1	是
221	无水乙醇	HPLC, 2.5L/瓶, 1.11727.2508, 4 瓶/箱	箱	1	是
222	甲酸	LC-MS, 50mL/瓶, 5.33002.0050	瓶	1	是
223	乙酸	LC-MS, 50mL/瓶, 5.33001.0050	瓶	1	是
224	乙酸铵溶液	LC-MS, 100mL/瓶, 09691-100mL	瓶	1	是
225	水	LC-MS, 2.5L/瓶, 1.15333	瓶	1	是
226	Triton X-100	T88492-100ml; 100ml /瓶	瓶	1	是
227	戊二醛	G17471-25ml 分子式: C ₅ H ₆ Cl ₂ O ₂ ; 分子量: 169.01, 25mL/瓶	瓶	1	是
228	尿素过氧化氢	289132-5G;5 g/瓶	瓶	1	是
229	耐高糖干酵母	5g/袋, 20 袋/组	袋	30	否
230	脱脂奶粉	400 个/袋 (16*25g)	袋	1	否
231	耐低糖干酵母	100g/袋	袋	10	否
232	盐酸	分析纯 2.5L/瓶	瓶	1	是

03 包 色谱柱和前处理柱

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	Allure Silica 5 μ m, 250 $\times$ 2.1mm LC 色谱柱	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统, AS-RE-9160572	根	1	是
2	MXT Siltek Guard Column 10m, 0.53mm ID 保留间隙柱	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统, AS-GC-4060	根	4	是
3	MXT-1 Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25 μ m GC 色谱分析柱	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统, AS-RE-70120, GC 毛细管柱	根	4	是
4	ZORBAX Eclipse XDB-C18 色谱柱	ZORBAX Eclipse XDB-C18, 80 $\text{\AA}$, 4.6 x 150 mm, 5 μ m, 400 bar pressure limit, 993967-902	根	9	是
5	肝素亲和柱	规格: 12ml 25 支 产品编号: QC0768	盒	20	否
6	乳铁蛋白用色谱柱	300C4-T 4.6*250,5 μ m SN: 14538-246L0710, A226-050030-04625S	根	5	否
7	色谱柱	SKU:186004505 XBridge Protein BEH C4 Column, 300 A, 3.5 μ m 4.6 mm x250 mm, 1/pk	根	2	是
8	HLB 固相萃取柱	200mg 6cc, WTA106202, 30 个/盒	盒	15	是
9	Poroshell 120 EC C18	InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 4.6 mm, 4 μ m, UHPLC guard, 3/pk, 820750-916	根	2	是
10	Poroshell 120 PFP	InfinityLab Poroshell 120 PFP, 4.6 x 100 mm, 2.7 μ m. 色谱柱为极性和非极性分析物提供了不同的选择性和优异的峰形, 对于芳香族和卤代化合物表现优异, 能够改善色谱分析。695975-408	根	2	是
11	Proshell 120 PFP 色谱柱	4.6*150mm, 4 μ m, 693970--408	根	5	是
12	Zorbax Eclipse Plus PAH	ZORBAX RR Eclipse PAH, 95 $\text{\AA}$, 2.1 x 100 mm, 3.5 μ m HPLC column, 959793-918	根	2	是
13	Zorbax SIL	250*4.6mm,5 μ m (880975-901, ZORBAX Rx-SIL 色谱柱, 4.6 x 250 mm, 5 μ m, 400 bar.)	根	2	是
14	QuEChERS 萃取盐包	5610-2137, ValueLab QuEChERS 萃取盐包, EN 15662 方法, 无离心管, 50/包. . QuEChERS EN 15662 方法, 萃取盐。包含: 4 g MgSO ₄ 、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐	包	25	否

15	QuEChERS 萃取盐包	5610-2129, ValueLab QuEChERS 分散试剂盒, 一般水果和蔬菜, EN 方法, 15 mL, 50/包。一般水果和蔬菜, EN 方法。包含: 150 mg PSA、900 mg MgSO ₄ 。去除极性有机酸、部分糖类和脂类。	包	25	否
16	Protein G 柱	Bio-Monolith Protein G 液相色谱柱, 4.95 × 5.2 mm., 5190-6900	根	1	是
17	色谱柱 DB-1701 Intuvo	DB-1701 Intuvo 气相色谱柱模块, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm. (仅适用于 Intuvo 9000 气相色谱系统), 123-0732-INT	根	5	是
18	DB-EUPAH 色谱柱	20m*0.18mm*0.14um 121-9627 (J&W DB-EUPAH 气相色谱柱, 20 m, 0.18 mm, 0.14 μm, 7 英寸柱架。这是最常用的气相色谱柱规格, 可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统)	根	5	是
19	HP-5MS 色谱柱	30m*0.25mm*0.25um 19091s-433, J&W HP-5ms 气相色谱柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm, 7 英寸柱架。这是最常用的气相色谱柱规格, 可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统。	根	20	是
20	色谱柱	US22110281(DB-FFAP,30*0.32*0.25,Intuvo,123-3232-INT)DB-FFAP Intuvo 气相色谱柱模块, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm. (仅适用于 Intuvo 9000 气相色谱系统)	根	2	是
21	色谱柱 HP-5MS UI	J&W HP-5ms 超高惰性气相色谱柱, 15*0.25*0.25, 19091S-431 UI	根	20	是
22	XDB-C18 色谱柱	ZORBAX Eclipse XDB-C18, 80Å, 4.6 x 250 mm, 5 μm, 400 bar pressure limit, 990967-902	根	10	是
23	Venusil MP C18(2)	4.6*150mm,5um, VSA951505-2. 色谱柱	根	2	否
24	SelectCore MAX 固相萃取柱	MAX060-060500-1, 500mg/6mL; 30/pkg	盒	50	否
25	SCX 色谱柱	3.0*50mm, 5μm	根	2	否
26	氨基酸分析柱 Ion Exchange Column #2622SC-PH	4.6*60mm, 855-4506	根	1	是
27	DB-1701	30*0.32*0.25 (123-0732)	根	5	是
28	Eclipse PAH 色谱柱	4.6mm*250mm,5um,959990-918	根	2	是
29	Zorbax SIL	150*4.6mm,5um (883952-701, ZORBAX SIL 色谱柱, 4.6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar.)	根	5	是
30	肝素亲和柱	25 支/盒	盒	20	否
31	C18-WP 色谱柱	4.6*250mm,5μm,LAEQ-462572	根	2	否
32	Protein G 亲和柱	SBBB-CC55018,25 支/盒	盒	10	否
33	EC-C18 色谱柱	4.6*50mm,2.7μm,69975-902	根	1	是

34	Zorbax SIL	150*4.6mm,5um (883952-701, ZORBAX Rx-SIL 色谱柱, 4.6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar.)	根	3	是
35	多环芳烃萃取柱	500mg/6mL	盒	50	否
36	ShimNex HE ZIC	380-01247-33-122417-0002 ShimNex HE ZIC, 3um, 2.1x100mm 色谱柱	根	1	是
37	Cleanert C18	60mg/3mL, 50 支/盒, CAT#S180603	盒	1	否
38	Cleanert NH2	500mg/6mL, 50 支/盒, CAT#NH5006	盒	1	否
39	Cleanert SCX	500mg/6mL, 30 支/盒, CAT#SC5006	盒	5	否
40	Eclipse Plus C18	ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95Å, 4.6 x 100 mm, 3.5 μm, PN:959961-902	根	2	是
41	色谱柱	4.6*250mm,5μm Honey NH2, VN852505-H	根	4	否
42	ShimNex CS C18, 5μm, 4.6x150mm	380-01230-02。色谱柱	根	3	是
43	氨基固相萃取柱	500mg/3mL, 氨丙基键合硅胶固定相, 粒径 40μm—60μm, 及其配套转接头, S24060031050, 50 支/盒	盒	2	否
44	黄曲霉毒素 B1B2G1G2 免疫亲和柱	3cc, 25 支/盒, IAC103-3	盒	2	否
45	黄曲霉毒素 B1B2G1G2 免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒	盒	2	否
46	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒	盒	25	否
47	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒, RBAP1804	盒	2	否
48	呕吐毒素免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒, RBAP1802	盒	1	否
49	呕吐毒素免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒	盒	25	否
50	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	3cc, 26 支/盒, HCM0525B	盒	1	否
51	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	3mL, 25 支/盒	盒	25	否
52	赭曲霉毒素 A	3mL, 25 支/盒, RBAP1801	盒	2	否
53	赭曲霉毒素 A	3mL, 25 支/盒	盒	1	否
54	色谱柱 SH-5SiIMS	30m*0.25mm*0.25um, S221-76127-30	根	5	是
55	HSS T3 1.8um 3.0*100mm	ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å,1.8 um, 3 mm X100 mm, 1/pk, 186004680。色谱柱	支	3	是
56	sep-pak 氨基固相萃取	6cc/1g, 30 支/盒, S24060061100	盒	1	否

	柱				
57	SHIMSEN STYRA MCX	500mg/12mL 20EA (380-00853-03)。混合型强阳离子交换反相小柱, 20 个/盒	盒	1	是
58	C18 液相 色谱柱	5 μ m, 4.6 x 250 mm, VA952505-0	根	4	否
59	ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱	1.7 μ m, 2.1*150mm	根	3	是
60	色谱柱 HP-5MS UI	19091S-433 UI 30m*0.25mm*0.25 μ m	根	3	是
61	C18 液相 色谱柱	Alphasil VC-C18, 5 μ m, 4.6x150mm, 1120515051	根	4	否
62	苯基柱 SB-Phrnyl	858700-912	根	2	是
63	HSS T3 1.8 μ m 3.0*50mm	ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100 $\text{\AA}$, 1.8 μ m, 3 mm X50 mm, 1/pk, 186004680。色谱柱	支	3	是
64	ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱	1.7 μ m, 2.1*100mm, 186002352	根	3	是
65	ACQUITY UPLC HILIC 色谱柱	1.8 μ m, 2.1*100mm, 186003461	根	2	是
66	InfinityLab PFC 延迟色 谱柱, 4.6x30mm	5062-8100	根	2	是
67	sunfire c18	sunfire C18, 5 μ m, 4.6 x 150 mm, 186002559	根	3	是
68	ZORBAX NH2	5 μ m, 4.6 x 250 mm, PN:880952-708	根	2	否
69	叶黄素色谱 柱	SHIMSEN VD C30, 3 μ m, 4.6*250, 380-01000-01	根	3	是
70	XD-C18 CH 色谱柱	4.6*150mm, 5 μ m, 100A, 2220515051	根	2	否
71	乳清蛋白检 测试剂盒	YS-BWP100K, 一盒可以测 100 个样品	盒	1	否
72	萃取盐包	QuEChERS 萃取盐包, 50 个/盒, 4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl QS050301	箱	20	否
73	固相萃取柱	Cleanert PEP-2 SPE, PE2006-2, 200mg/6ml 30/pkg	盒	5	否
74	肝素亲和柱	HEP065-120001-2, 产品名称: SelectCore Heparin 肝素亲和柱, 规格型号: 1mL/12mL; 20/pkg	盒	2	否
75	苯并(a)芘分 子印迹柱	500mg, 6mL/30 pcs, 30 个/盒	盒	40	否
76	黄曲霉 B1 毒素磁珠净 化试剂盒	24 个/盒	盒	1	否
77	呕吐毒素磁 珠净化试剂 盒	24 个/盒	盒	1	否
78	玉米赤霉烯 酮毒素磁珠 净化试剂盒	24 个/盒	盒	1	否

04 包 理化实验耗材

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	玻璃比色皿	10mm	个	200	否
2	玻璃广口锥形瓶	500mL	个	20	否
3	玻璃丝口瓶	1000mL	个	30	否
4	玻璃锥形瓶	150mL	个	220	否
5	玻璃锥形瓶	100mL	个	500	否
6	玻璃锥形瓶	200mL	个	200	否
7	滴定管 1	10mL 滴定管 AS 级, 10ml:0,02 ML, 直型滴定阀	支	5	否
8	滴定管 2	25mL 滴定管 AS 级, 25ml:0,05 ML, 直型滴定阀	支	5	否
9	滴定管 3	50mL 滴定管 AS 级, 50ml:0,1 ML, 直型滴定阀	支	5	否
10	碱性洗涤剂	5kg	瓶	40	否
11	具塞比色管 1	25mL, 带刻度	个	200	否
12	具塞比色管 2	50mL, 带刻度	个	200	否
13	具塞比色管 3	100mL, 带刻度	个	300	否
14	口罩	活性炭 25 个/包 活性炭 25 个/包	包	300	否
15	量筒 1	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 100mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	10	否
16	量筒 2	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 500mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	10	否
17	量筒 3	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 1000mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	10	否
18	量筒 4	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 250mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	10	否
19	量筒 5	2000mL	个	10	否
20	慢速定量滤纸	18cm*50 盒/箱, 100 只/盒已叠好	箱	1	否
21	快速定性滤纸	18cm*50 盒/箱, 100 只/盒已叠好	箱	5	否
22	快速定量滤纸	18cm*50 盒/箱, 100 只/盒已叠好	箱	2	否
23	中速定性滤纸	18cm*50 盒/箱, 100 只/盒已叠好	箱	1	否
24	磨口带盖试剂瓶	500mL/个	个	20	否
25	强力高效擦拭布	93495B, 900 张/盒	箱	20	否
26	容量瓶 1	100mL	个	20	否
27	容量瓶 2	200mL	个	20	否
28	容量瓶 3	500mL	个	20	否
29	容量瓶 4	1000mL	个	10	否
30	容量瓶 5	2000mL	个	10	否
31	烧杯	1000mL	个	10	否
32	手套 1	M, 100 只/盒	盒	300	否
33	手套 2	S, 100 只/盒	盒	300	否
34	手套 3	L, 100 只/盒	盒	300	否
35	酸性洗涤剂	5kg	瓶	50	否
36	陶瓷坩埚	25mL	个	200	否
37	FOSS 膳食纤维杯	400mL;10002081	个	8	否

38	高脚烧杯	500mL	个	50	否
39	高脚烧杯	50mL	个	200	否
40	一次性使用无菌注射器	20mL*100 个/盒	盒	50	否
41	G2 漏斗	100mL	个	50	否
42	石英坩埚	50ml	个	50	否
43	吸耳球	/	个	50	否
44	广口锥形瓶	150mL, 加厚, 白色透明, 宽口 (喇叭口), 颈部直径 32mm, 瓶身直径 75mm, 全高 124mm	个	60	否
45	2 号保鲜袋	100 个/包, 加厚	包	5	否
46	6 号保鲜袋	100 个/包, 加厚	包	20	否
47	7 号保鲜袋	100 个/包, 加厚	包	20	否
48	9 号保鲜袋	100 个/包, 加厚	包	20	否
49	空白一次性纸杯	纯白无图案文字, 100 个/包, 9 盎司, 加厚	包	10	否
50	不锈钢称量勺	微量不锈钢药匙, 长度 120mm, 刮头宽 7mm, 平头宽 7mm	支	10	否
51	锡纸	30CM*10M/卷	卷	10	否
52	50ml 磨口 KD 浓缩瓶	50ml, 磨口, 口径 19/26, 耐高温, 带 2mL 刻度	个	40	否
53	聚乙烯试剂瓶	250mL, 小口透明, 瓶口直径 18mm, 瓶身直径 61mm, 总高 132mm, 10 个/袋	袋	5	否
54	聚乙烯试剂瓶	250mL, 广口透明, 瓶口内径 33mm, 瓶口含盖外径 46mm, 底径 58mm, 高度 130mm, 10 个/袋	袋	5	否
55	一次性活性炭口罩	50 片/盒	盒	20	否
56	蒸笼纸	500 张/包, 直径 7cm	包	1	否
57	蒸笼纸	500 张/包, 直径 9cm	包	4	否
58	谷物选筛	边框高度 5cm, 直径 20cm, 孔径 7mm	个	1	否
59	谷物选筛	边框高度 5cm, 直径 20cm, 孔径 8mm	个	1	否
60	谷物选筛	边框高度 5cm, 直径 20cm, 孔径 9mm	个	1	否
61	谷物选筛	边框高度 5cm, 直径 20cm, 孔径 10mm	个	1	否
62	长柄瓶刷	长约 40cm, 直径约 6cm	个	5	否
63	15ml 尖底离心管	SCT-15ML-25-S, 25 个/包	包	10	是
64	盐包	5982-0028CH, 100/pk	盒	3	是
65	NN-二甲基亚硝胺	硫酸镁 4g, 氯化钠 1g, 50 个。	盒	40	否
66	NN-二甲基亚硝胺	QuEChERS 净化管, EMR:1g, 50 个。Cat: CQJ-190	袋	40	否
67	NN-二甲基亚硝胺	硫酸镁 1.6g, 氯化钠 0.4g, 15mL, 50 个。AN50A007, 25JA50004	盒	40	否
68	100mL 玻璃烧杯	100mL 玻璃烧杯, 透明	个	700	否
69	棕色容量瓶	5mL	个	20	否
70	10mL 摺盖圆底离心管	10mL, 200 支/包, QBBY-15021-1	包	56	否
71	15mL 圆底离心管 (螺纹盖)	15mL, 100 只/包, QBBY-20200226, ABBB-702015-100	包	70	否
72	250mL 分液漏斗	250mL, 聚四氟乙烯内螺纹	个	90	否
73	巴氏吸管 (3mL)	3mL 塑料巴氏吸管, 未灭菌, 500 支/盒, 155mm, ADEQ-2600111	盒	260	否
74	称量纸	7.5cm*7.5cm, 500 张/包,	包	8	否

75	干湿两用抹布	20*20cm/卷, 150 张/卷,	卷	30	否
76	高回收棕色螺纹瓶	高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 100 只/塑盒, VAAP-31509-1232A-100, 100 只/塑盒	盒	50	否
77	加厚丁腈手套 M 号	一次性无粉丁腈手套 (9 寸,蓝色,M 号) 经济型, 10 盒/箱, QCEQ-NB091403-10,	箱	12	否
78	透明进样瓶	透明, 无析出, 无残留, 2ml, 100 个/盒, 50 盒/箱, SGL-228	箱	95	否
79	透明聚丙烯进样小瓶	300μL, 100 个/包, VAAP-30309P-1232-100, VAAP-30309P-1232-100	盒	80	否
80	无尘擦拭纸	25*38cm/卷, 500 张,	卷	20	否
81	样品瓶盖	蓝色螺口盖, 带固定 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 5190-9068, 1000 个/包	包	90	是
82	一次性注射器散件	5mL,两件式注射器, 100 支/包, QBAA-002013S-100	包	550	否
83	针式过滤器 (尼龙)	尼龙材质, 13mm,0.45μm, 100 个/盒, CAT#:AS021345-PT	盒	170	否
84	针式过滤器 (水系)	30110, 0.45um, 13mm, 100 个/盒	盒	470	否
85	针头式过滤器	0.22μm, 100 个/盒, AS021320-P-19	盒	280	否
86	棕色进样瓶	棕色, 无析出, 无残留, 避光, 2ml, 100 个/盒, 50 盒/箱, SGL-230	箱	20	否
87	150mL 玻璃烧杯	150mL 玻璃烧杯	个	50	否
88	60mL 标液瓶棕色	100 个/盒, 60mL	盒	3	否
89	0.1-10ul 枪头	规格: 0030073754, epTIPS Reloads 预装板, PCR 洁净级, 0.1-10 μl, 34 mm, 深灰色,960 个(10 板 x96 个吸头)	盒	2	是
90	2.0ml 离心管	规格: 0030108132, 蛋白低吸附管 2.0ml, PCR 洁净级, 100 个	盒	10	是
91	2-200ul 枪头	规格: 0030073819, epTIPS Reloads 预装板, PCR 洁净级, 2-200 μl, 53 mm, 黄色, 960 个(10 板 x96 个吸头)	盒	15	是
92	50-1000ul 枪头	规格: 0030073851, epTIPS Reloads 预装板, PCR 洁净级, 50-1000 μl, 71 mm, 蓝色, 960 个(10 板 x96 个吸头)	盒	20	是
93	变色硅胶	变色硅胶干燥剂, 500g/瓶	kg	10	否
94	1200 制备液相收集馏分瓶	Vial, screw top, clear, certified, flat bottom, 6 mL, for LC, 100/pk. Vial size: 22 x 37 mm (16 mm cap), 9301-1377, 100 个/盒	盒	70	是
95	巴氏吸管	长度 217mm, 容量 5mL, 250/盒, ADEQ-2600122-250	盒	50	否
96	废液安全过滤器	SecurityCAP Waste Safety Filter, 6-month Exhaust Filter for Wide-port Caps, GL14 Threads, 3/pk, AC1-0362	个	10	否
97	流动相安全过滤	SecurityCAP Mobile Phase Safety Filter, 6-month Capacity, 1/4in-28 Threads, 10/pk, AC2-0961	个	5	否

98	透明进样瓶	短螺纹透明样品瓶,带书写处,包-100 个/盒, 2mL,, 1033	盒	920	否
99	压好的定性滤纸	12.5cm, 100 张/盒, 50 盒/箱, SCBB-ZP102-125	箱	8	否
100	棕色进样瓶	短螺纹棕色样品瓶,带书写处,包-100 个/盒, 2mL,, 1034	盒	1220	否
101	50mL 量分液漏斗	玻璃, 透明	个	2	否
102	100mL 量分液漏斗	玻璃, 透明	个	2	否
103	1000mL 量筒	玻璃, 透明	个	2	否
104	2000mL 玻璃烧杯	玻璃烧杯, 透明	个	5	否
105	滤膜	Hydrophilic PTFE13mm 0.22μm 100 /box 380-00341-05; M04348BSF	盒	1	是
106	实验室用一次性注射器 (PP/PE.无橡胶活塞, 偏头, 无针头)	5ml 100 只/袋 30 袋/箱	箱	15	否
107	L 码丁腈手套	SM0047ZZZ_03BX KC500	箱	2	是
108	滤纸	25cm×25cm, 压好的定性滤纸	箱	2	否
109	50mL 尖底离心管	50mL 25 只/袋 500 只/箱 30*115mm; 2981000 S/N: N2980583	箱	3	否
110	玻璃内衬管	100 个/包 5181-1270	包	20	否
111	一次性注射器	5mL 100 只/袋,30 袋/箱, QBAA-002013x30, 一体式注射器	箱	30	否
112	烧杯	1000mL 玻璃烧杯, 36 只/箱	箱	10	否
113	透明带内插管玻璃样品瓶	2003: 2mL 样品瓶, 透明, 带内插管(融合)	盒	40	否
114	样品瓶盒	5*10 孔位	个	50	否
115	样品瓶盒	10*10 孔位	个	100	否
116	干湿两用抹布	50 片*10 卷	卷	100	否
117	烧杯	2000mL 玻璃烧杯	个	20	否
118	活性炭口罩	50 片/盒, 独立包装, 一次性	盒	100	否
119	透明聚丙烯 (PP) 螺纹口自动进样瓶	32009P-1232-100, 2mL 透明聚丙烯 (PP) 螺纹口自动进样瓶	盒	20	否
120	气相色谱柱	19091s-433ui, hp-5ms ui 30*0.250*0.25	根	2	是
121	可塑金属密封垫圈	G2855-28501	盒	2	是
122	实验室手套	QCEQ-NB091402-10, S 码	箱	20	否
123	针式滤器	380-01341-05 SHIMSEN Arc Disc Hydrophilic PTFE, 13 mm, 0.22 μm 100/box*10	箱	10	是
124	在线过滤器	WAT088084, 沃特世在线过滤器	个	10	是
125	RP 下半支组件 (1000 微升)	Lower part 1000ul, 3120620001	个	1	是
126	RP 下半支组件 (10 毫升)	Lower part 10ml, 3120622004	个	1	是
127	RP 套筒 (1000 微升)	Ejector sleeve 1000μl, 3120629009	个	1	是
128	RP 套筒 (5 毫升)	Ejector sleeve 5ml, 3120630007	个	1	是
129	RP 套筒 (10 毫升)	Ejector sleeve 10ml, 3120631003	个	1	是
130	RP 耐腐蚀下半支 (100-1000 微升)	Lower part with PTFE piston var. 1 mL, 3120641009	个	1	是

131	RP 耐腐蚀下半支（1-10 毫升）	Lower part with PTFE piston var. 10 mL, 3120646000	个	1	是
132	密封圈（10 毫升）	Sealing ring single channel 10mL 20pcs, 3120857005	个	1	是
133	保护滤芯（0.5-5 毫升，10 个）	Protect.filter 5mL violet,10filt+1sleeve, 4920623005	个	1	是
134	RP 计数器	Counter for volume display 0-1-2, 3120812008,（10,100,1000,10000）微升	个	1	是
135	弹射按钮	Ejector, 3120011080	个	1	是
136	RP 下半支组件	Lower part 5ml, 3120621008, 5 毫升	个	1	是
137	2 mL 定位孔包装广口螺纹口样品瓶	2 mL 定位孔包装广口螺纹口样品瓶, 透明, 带书写处, 9 mm, 32X11.6 mm, 100/PK, AN10E001	盒	1	否
138	塑料量筒 1000mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 1000mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
139	100mL 塑料量筒	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 100mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
140	10mL 塑料量筒	10mL	个	1	否
141	25mL 塑料量筒	25mL	个	1	否
142	2ml 透明玻璃瓶	短螺纹透明样品瓶, 带书写处,包-100 个/盒, 2mL,1033	盒	900	否
143	2ml 透明玻璃瓶（带固定支架）	短螺纹透明样品瓶, 带固定支架, 带书写处,包-100 个/盒, 2mL,1033S	盒	60	否
144	2ml 棕色玻璃瓶	短螺纹棕色样品瓶, 带书写处,包-100 个/盒, 2mL,1034	盒	20	否
145	3mL 一次性塑料吸管	3mL 塑料巴斯德吸管, 未灭菌 1 盒, 500 支/盒, 155mm,ADEQ-2600111	盒	40	否
146	5000mL 带手柄塑料量杯	5000mL	个	1	否
147	50mL 塑料量筒	50mL	个	1	否
148	擦手纸	100 张/盒 20 盒/箱	箱	10	否
149	无尘擦拭纸	25*38cm/卷, 500 张	卷	10	否
150	样品瓶盖	蓝色螺口盖,带固定 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 5190-9068, 1000 个/包	包	100	是
151	一次性注射器	5mL,100 支/包	包	200	否
152	一次性注射器散件	5mL,两件式注射器, 100 支/包, QBAA-002013S-100	包	200	否
153	50ml 尖底离心管	50mL/支, 500/箱, ABEQ-3300002-500	箱	60	否
154	最大回收瓶带瓶盖	100 个/盒, 2mL, 186000327c	盒	10	是
155	6 号保鲜袋	100 个/包	包	20	否
156	9 号保鲜袋	100 个/包	包	10	否
157	玻璃纤维滤纸	Contains 100, GF/A 11cm (1.5um), Reorder#31955C	盒	20	是
158	豆浆过滤袋	30cm*40cm	个	10	否
159	紫色加厚无粉丁腈手套	L 号, 100 支/盒	盒	2	否
160	无色透明 2mL 进样小瓶（带书写签）	5190-9589, 100/包	包	50	是
161	圆形移液管架	多孔	个	2	否
162	加厚型深蓝色丁腈手套	保特蓝 U2500, 4.5g, M 码, 100 只/盒	盒	20	否
163	锡纸	30CM*10M/卷	卷	50	否

164	玻璃内插管	玻璃内插管(带聚合物支脚,适用于9mm、10-425、11mm 样品瓶),VDAP-4025BS-629-100	包	50	否
165	尼龙 66 (Nylon) 滤膜	13mm, 0.22μm, 100 个/盒, JTSF0306	盒	300	否
166	紫色加厚无粉丁腈手套	S 码, 每盒 100 只, 10 盒/箱	箱	1	否
167	紫色加厚无粉丁腈手套	M 码, 每盒 100 只, 10 盒/箱	箱	5	否
168	3M 防毒面具滤盒	型号: 6006	套	3	是
169	平板推车	双层双扶手, 无护栏	个	5	否
170	2mL 离心管	500 支/包, 10 包/箱, MCT-200-C	箱	5	否
171	0.5-10μL 枪头	1000 支/包, 20 包/箱, T-300	箱	1	否
172	200μL 枪头	1000 支/包, 20 包/箱, T-200-Y	箱	2	否
173	1000μL 枪头	1000 支/包, 5 包/箱, T-1000-B	箱	10	否
174	5mL 枪头	250 支/包, T-5000-C	包	10	否

05 包 实验用气体

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	超纯氦	40L/瓶 纯度 99.9999%	瓶	4	否
2	高纯氮	40L/瓶 纯度 99.9999%	瓶	500	否
3	高纯氦	40L/瓶 纯度 99.9999%	瓶	130	否
4	高纯氩	40L/瓶 纯度 99.9999%	瓶	1900	否
5	高纯氧	40L/瓶 纯度 99.9999%	瓶	16	否
6	液氮	200L/罐 纯度 99.9999%	升	1000	否
7	液氦	80L/罐 纯度 99.9999%	升	300	否

06 包 色谱仪器耗材

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	大容量捕集阱（分子筛）RMSHY-2	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统载气过滤，RMSHY-2	个	2	是
2	可视化载气净化器 CP-17973	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统载气过滤，CP-17973	个	2	是
3	SilTite Miniferrules 0,25mm iD 0.25mm 密封垫	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统，AS-SG-073470，10 个/盒	盒	2	是
4	SilTite Miniferrules 0,53mm iD 0.53mm 密封垫	适用于液相-双通道气相二维色谱联用系统，AS-SG-073472，10 个/盒	盒	2	是
5	分子筛过滤器	Hydrocarbon/Moisture Trap ModelHMT200-2	个	2	是
6	分子筛过滤器	Molecular Sieve 5A Moisture Trap 1/8"(200cc, S.A.)	个	2	是
7	进样针	用于 CTC 的安捷伦进样针，10 μ L，固定式针头，26 号，57 mm，锥形针尖，自动更换进样模块自动进样器，8010-0163，1 个/盒	盒	40	是
8	超高惰性衬管	5190-3167, Ultra InertLiner Splitless 25/pk, 5190-3167, 25 个/盒	盒	47	是
9	进样隔垫	S227-35004-01 Premium Green Septa (50pc) 隔垫，隔垫	盒	5	是
10	进样口衬管	5190-3169, Ultra InertLiner Univ 25/pk25/pk, 5190-3169	盒	20	是
11	微量进样针	S221-34618 AOC-20i 10F-S-0.63 10UL SYRINGE 进样针，221-34618	根	20	是
12	不分流衬管	进样衬管,进样口衬管，不分流	个	95	是
13	灯丝（7010D）	G7002-60001（灯丝组件，用于 Agilent 7010 三重四极杆 GC/MS）	个	1	是
14	O 型圈	036-11201-84	个	2	是
15	顶空针	0.5mmOD, 2322590004	个	2	是
16	灯丝	225-10340-91, 1 个/盒	根	10	是
17	灯丝	G7005-60061（一种用于气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）的高温灯丝，具有高温特性，能够在高温环境下稳定工作）	根	95	是
18	进样针	安捷伦 ALS 进样针，蓝色系列，10 μ L，固定式针头，23-26/42/锥形针尖，PTFE 头推杆，G4513-80203	盒	20	是
19	石墨密封圈	500-2114	盒	10	是
20	进样针	安捷伦 ALS 进样针，10 μ L, 9301-0725	盒	25	是
21	废液桶带安全盖	5-port DIN51 Cap and 6-month Exhaust Filter, AC1-1551	套	10	否
22	调谐液	G1969-85000 安捷伦质谱调谐液(英文标签版)	瓶	4	是
23	砂子	颗粒 1600um-80um 筛孔	份	1	否
24	乙腈	分析纯 AR，500mL/瓶，一箱 20 瓶	箱	50	否

25	针座	适配 1290/6470	个	6	是
26	泵油	适配 6470	瓶/ 桶	6	是
27	毛细管	适配 6495; S/N:11535-2-65;P/N:G1964-80659	根	2	是
28	石墨垫圈	G3280-67009, 1 个/盒	盒	5	否
29	矩管	矩管, 径向, 带球形连接器, 1/包, 配备球形接头进样口和 1.4m 内径中心管	个	1	是
30	雾化器	用于 Agilent MP-AES	个	1	是
31	石英舟	DMA8347,10 个/盒	盒	2	是
32	seasspray 雾化器	G8010-60255	套	1	是
33	矩管	G8010-60228	套	1	是
34	Shim-pack GIST 预柱	5UM, 4.0X10MM(X2), 适用于岛津液相色谱仪, 227-30032-03	盒	1	是
35	保护柱芯	cartridge guard column E Intersil ODS-SP,5um,Cartridge (4.0x10mmx2),5020-19006, 2 个/盒	盒	6	是
36	GAS clean 载气净化器 更换滤芯	CP17973	个	1	是
37	捕集阱 H2	RMSHY-2	个	1	是
38	捕集阱 He	RMSH-2	个	1	是
39	捕集阱 N2	RMSN-2	个	1	是
40	衬管	5190-3171, 100 个/盒, 不分流超惰衬管	盒	3	是
41	灯丝	G7005-60061, 1 个/盒	盒	6	是
42	分流出口捕集阱	RDT-1020	个	1	是
43	水分捕集阱	5182-9211	个	1	是
44	微量进样针	5181-3360 10μL 适用于 Agilent 气相/气质色谱仪, 6 支/盒	盒	2	是
45	载气净化器	60180-824	个	1	是
46	O 型圈	036-11201-84	个	40	是
47	不分流衬管	进样口衬管, 不分流, 带玻璃毛, 5/包, 用于岛津气相色谱仪质谱联用仪, 227-35008-01	包	10	是
48	灯丝	S225-10340-91	根	6	是
49	分子筛 MS FILTER,CONDITIONING	分子筛 MS FILTER,CONDITIONING, 用于 GCMS-QP2010 / QP2010S / QP2010Plus; 1/袋	袋	2	是
50	过滤器 FILTER ASSY	过滤器 FILTER ASSY, 用于 GCMS-QP2010 / QP2010S / QP2010Plus; 1/袋	袋	2	是
51	过滤器 FILTER FOR SPLIT (分子筛捕集管一体式过滤器)	过滤器 FILTER FOR SPLIT, 用于 GCMS-QP2020 / 2020NX; 1/袋	袋	2	是
52	进样隔垫	S227-35004-01 Premium Green Septa (50pc) 隔垫, 隔垫	盒	10	是
53	微量进样针	S221-34618 AOC-20i 10F-S-0.63 10UL SYRINGE 进样针, 221-34618	根	6	是
54	LC-MS 质谱调谐液	G1969-85000, 100mL/瓶		2	是

			瓶		
55	FS 离子导入系统	G3911-30000 , 0.6 mm 内径, 180 mm	根	2	是
56	常规流速喷针	做样品用, OPTON-30694	支	2	是
57	低流速喷针	校正用, OPTON-30139	支	1	是
58	500ml 注射器	00301-19016	支	1	是
59	正离子模式校正液	88,323	瓶	1	是
60	负离子模式校正液	88,324	瓶	1	是
61	进样器六通阀转子	6,840	个	1	是
62	进样器针座密封	6820.0047A	个	1	是
63	质谱电熨针	700,005,346	支	1	是
64	进样口隔垫	不粘连高级绿色隔垫, 11 mm, 50/包, 5183-4759	包	1	是
65	密封垫	密封垫,分流平板, 超高惰性, 带垫圈, 5190-6144	包	2	是
66	O 型圈	不粘连衬管 O 形圈, 10/包, 5188-5365	包	1	是
67	不分流衬管	进样衬管,进样口衬管, 超高惰性, 不分流, 单细径锥, 带玻璃毛, 5/包, 5190-3163	包	1	是
68	进样针 10ul	注射器,ALS 进样针, 10 uL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖, 5181-1267	包	2	是
69	密封垫圈	密封垫圈, 0.4 mm VG, 用于 0.1-0.25 mm 色谱柱, 10/包, 5181-3323	包	2	是
70	通用柱螺帽	通用柱螺帽, 2/包, 5181-8830	包	1	是

07 包 光谱仪器耗材

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	色谱级乙酸铵	色谱级 500g/瓶, A639-500g	瓶	12	是
2	锌粉还原柱	50*4.6mm, VZN9600505-0	根	15	否
3	硅藻土柱	Chem Elut cartridges, unbuffered, 5.0 mL,100 个/包, 12198006	包	10	是
4	SB-C18 色谱柱	4.6mm*250mm,5um,880975-902	根	15	是
5	液相色谱柱	CAPCELL PAK 4.6mmI.D.*250mm, 5um	根	5	否
6	色谱柱	Hypersil Gold 50*4.6mm	根	5	是
7	色谱柱	SB-C18 1.8um,4.6*50mm, 827975-902	根	5	是
8	PSA/Silica 复合填料玻璃柱	500mg/500mg/6mL	盒	30	否
9	弗洛里硅土固相萃取柱	500mg/6ml	盒	20	否
10	ZORBAX SIL 4-Pack	4.6*12.5mm, 5um。保护柱,820950-901	根	12	是
11	色谱柱	XBridge Glycan BEH Amide, 4.6*150 mm, 2.5 um, 186007270	根	3	是
12	色谱柱	LAEQ-4615001,产品名称: Athena XPH-Amide 液相色谱柱,产品规格: 4.6*150mm, 2.5um	根	2	否
13	氨基柱	NH2 柱, 5um,4.6*250mm	根	5	否
14	色谱柱	221-75954-30	根	4	是
15	色谱柱	19091S-433UI	根	4	是
16	色谱柱	227-30924-03	根	1	是
17	Eclipse Plus C18 色谱柱	3.5um, 4.6*100mm, PN:959961-902	根	5	是
18	spe 柱 (ProElut PWA-2)	65815, ProElut PWA-2 150 mg / 6 mL 30/pk, 做合成色素的小柱	盒	5	否
19	ProElut C18 500 mg / 6 mL	63105, 描述 ProElut C18 500 mg / 6 mL 30/pk	盒	1	否
20	Zorbax NH2	250*4.6mm,5um (PN880952-708)	根	5	是
21	硅胶固相萃取柱	1g/6mL, 非键合硅胶固定相, 粒径 40um—60um, 及其配套转接头, S21060061100, 30 支/盒	盒	2	否
22	砷形态保护柱	OWT209, 类型: 4.0*50mm	个	1	否
23	砷形态快速分析柱	OWT210, 类型: 4.0*50mm	个	1	否
24	Florisil 固相萃取柱	6cc,500mg, 210430039A,WAT043405	盒	50	是
25	瓶口分配器	10mL	个	3	否
26	瓶口分配器	25mL	个	3	否
27	瓶口分配器	50mL	个	3	否
28	移液枪	Research plus 单道可调量程移液器, 100-1000 ul, 蓝色, CNAS3123000268	个	8	是
29	移液枪	Research plus 单道可调量程移液器, 1-10 mL, CNAS3123000284	个	8	是

30	移液枪	Research plus 单道可调量程移液器 , 20-200 μ l, 黄色, CNAS3123000250	个	8	是
31	移液枪	Research plus 单道可调量程移液器 10-100ul, CNAS3123000241	个	8	是
32	移液枪	Research plus 单道可调量程移液器 , 2-20 μ l, 浅灰色, CNAS3123000292	个	8	是
33	乙酸钠	>99%, 71183-1kg	瓶	14	是
34	草甘膦小柱	380-00853-03, SHIMSEN Styra MCX 500mg/12mL 20pcs	盒	15	是
35	茶叶用净化管	380-00990-37, SHIMSEN QuEChERS III, 15mL, 400mg PSA, 400mg C18, 200mg GCB, 1200mg MgSO ₄ , 50/P 固相萃取小柱, 50 个/盒	盒	7	是
36	茶叶用盐包	380-00152-04。SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts, 6g MgSO ₄ , 1.5g NaOAc, 50/P 固相萃取填料 50 支/盒	盒	17	是
37	有色蔬菜用净化管	380-00990-34, SHIMSEN QuEChERS III, 15mL, 150mg PSA, 15mg GCB, 885mg MgSO ₄ , 50/P 固相萃取小柱 50 支/盒	盒	12	是
38	有色蔬菜用盐包	380-00149-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts, 4g MgSO ₄ , 1g NaCl, 0.5g DHS (柠檬酸氢二钠), 1g TSCD(柠檬酸钠), 50/P 固相萃取填料 50 支/盒	盒	22	是
39	透明玻璃试剂瓶	250mL/瓶, 10 个/盒	盒	5	否
40	1000 μ l 吸头	2244010003 (9104020543), 规格 1000 μ l 吸头, 蓝色, 袋装, 1000 只/袋, 1 袋/箱	箱	5	是
41	200 μ l 吸头	2244010002 (9104020449), 规格 200 μ l 吸头, 黄色, 袋装, 1000 只/袋, 1 袋/箱,	箱	5	是
42	50mL 具塞刻度比色管	50mL 具塞刻度比色管,	个	800	否
43	数字可调式瓶口分配器 (1.0-10mL)	带有循环阀释放软管的瓶口分配器, 数字可调, 适用于有机物和高浓度的酸/盐, SDCA-4600341	个	9	否
44	数字可调式瓶口分配器 2.5-25mL	带有循环阀释放软管的瓶口分配器, 数字可调, 适用于有机物和高浓度的酸/盐, SDCA-4600351	个	6	否
45	数字可调式瓶口分配器 5-50mL	带有循环阀释放软管的瓶口分配器, 数字可调, 适用于有机物和高浓度的酸/盐, SDCA-4600361	个	4	否
46	样品周转车	双层样品周转车, 总高 91.5, 总长 87, 底长 71.8*底宽 44cm,	个	4	否
47	5ml 移液枪枪头	型号 0030000978, 规格 100-5000 μ l 袋装, 5x100 个吸头	盒	20	是
48	10ml 移液枪枪头	型号 0030000765, 规格 0.5-10 mL 袋装 , 2x100 个吸头	盒	10	是
49	棕色玻璃试剂瓶	2L/瓶	个	10	否
50	100ml 容量瓶	100ml	个	100	否

51	10ml 容量瓶	10ml	个	100	否
52	50ml 容量瓶	50ml	个	100	否
53	透明进样瓶	PZ1023, 2ML 透明钳口卡口瓶, 11.6*32mm, 100 只/盒	盒	500	否
54	样品瓶盖	GZ1044101,十字预切口, 11mm 开口盖, 6mm 中心孔, 100 只/包	包	480	否
55	100mL 具塞刻度比色管	100mL 具塞刻度比色管,	个	300	否
56	25mL 具塞刻度比色管	25mL 具塞刻度比色管, 耐酸碱	个	1000	否
57	广口三角瓶	250ml	个	100	否
58	滤膜	聚醚砜, 0.45μm, 25mm, 100 个/盒	盒	500	否
59	移液器吸头	1-10ml, 022492098	盒	5	是
60	10ml 塑料吸管	10ml, 300mm, 100 支 / 盒	盒	10	否
61	绿色芦荟乳胶手套	小号。20 盒/箱	箱	5	否
62	绿色芦荟乳胶手套	中号。20 盒/箱	箱	5	否
63	乳胶检查手套	中号 10 盒/箱	箱	5	是
64	乳胶检查手套	大号 10 盒/箱	箱	5	是
65	雾化器	N8145011	盒	3	是
66	雾化器	N8052373	盒	2	是
67	进样管	5005-0020, 1.02mm, 12 根/包, 适用于 7800	包	3	是
68	内标管	5005-0021, 0.25mm, 12 根/包, 适用于 7800	包	1	是
69	EDI	MILLI-Q -INTEGRAL 5 密理博纯水机, 耗材型号 ZLX0EDI05	台	1	否
70	纯水机盐包	食品级离子交换树脂再生剂, 氯化钠: ≥97%, 水分: ≤0.8%, 铅(以 Pb 计): <0.1%, 10kg/包	包	20	否
71	预切口瓶盖	蓝色螺口盖, 带固定预开口 PTFE/硅橡胶隔垫, 2 mL, 1000/包, 5190-9067	包	50	是
72	手套	乳胶(无粉) S 天然橡胶胶乳 每盒 100 只 10 盒/箱	箱	5	否
73	手套	乳胶(无粉) L 天然橡胶胶乳 每盒 100 只 10 盒/箱	箱	5	否
74	有色蔬菜用净化管	380-00990-34, SHIMSEN QuEChERS III, 15mL, 150mg PSA, 15mg GCB, 885mg MgSO4, 50/P 固相萃取小柱 50 支/盒	盒	2	是
75	有色蔬菜用盐包	380-00149-04, SHIMSEN QuEChERS Ext-Salts, 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5g DHS (柠檬酸氢二钠), 1g TSCD(柠檬酸钠), 50/P 固相萃取填料 50 支/盒	盒	6	是
76	镍采样锥	适用于 Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱联用仪, 镍(x 透镜、带 Cu 基座的 Ni 尖锥的标配), G3280-67040	个	2	是
77	镍截取锥	适用于 Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱联用仪, 镍截取锥, G8400-67200	个	2	是
78	砷形态分析试剂盒	OWT213-1 (浓缩 A 相)	个	1	否
79	砷形态分析试剂盒	OWT214-1(浓缩 B 相)	个	1	否
80	A10 灯	1.适配型号: INTEGRAL, 2.可通过光致	个	2	是

		氧化作用减少超纯水中的总有机碳 (TOC)含量。ZFA10UVM1			
81	超纯化柱	1.适配型号: Advantage A10;2.采用聚丙烯和聚乙烯制造,适用于生产超纯水。包含清洁的高纯材料,从而最大程度减少有机物和可萃取污染物的浸出。QTUM0TIX1	个	2	是
82	空气过滤器	1.适配型号: INTEGRAL;2.由聚丙烯、聚醚砜(PES)和苯乙烯-丙烯腈(SAN)制成。滤柱是在无二氯甲烷(DCM)的工艺中组装。TANKMPK01	个	3	是
83	预纯化柱	1.适配型号: INTEGRAL ;2.用于在自来水的反渗透(RO)纯化之前进行预处理。通过有效去除污染物(例如游离氯、大颗粒和胶体、有机化合物和硬度)对自来水进行预处理。这保护反渗透(RO)膜免于有机污垢、和氯氧化和矿物结垢。它也延长了水纯化系统的使用寿命并优化其性能。PR0G0T0S2	个	3	是
84	终端过滤器	1.适配型号: Simplicity® UV;2.该过滤器是将 0.22 µm PES(聚醚砜)不对称膜过滤器热封在苯乙烯丙烯腈外壳上。这样可以最大程度地减少有机和无机可萃取物的释放。MPGP04001	个	4	是
85	铂金截取锥	适用于 Thermo ICAP Q 电感耦合等离子体质谱仪, 1324540	个	1	否
86	色谱柱	色谱柱,DB-5ht 柱, 30 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 英寸柱架, 122-5731	盒	1	是

08 包 生物培养基

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	叶酸测定培养液	适用于 GB 5009.211-2022 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定； 250g /瓶； HB7020-1。	瓶	2	否
2	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）	即用型培养基；适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；10mL/支×20；08C1-015B。	盒	10	否
3	(改良)Skirrow 琼脂基础（颗粒剂型）	干粉培养基；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM126。	瓶	5	否
4	0.1%蛋白胨水（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；250g/瓶；GCM853。	瓶	1	否
5	0.1%煌绿	附加试剂；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；1mL/支×20；P-73。	盒	20	否
6	0.5%碱性复红	染色试剂；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；110mL；CM1020。10mL/盒，每盒可以颜色 100 个菌落，大概可以检测 20 批次阳性	盒	1	否
7	1%TTC 溶液	附加试剂；适用于化妆品安全技术规范（2015 年版）中微生物检测用品列表；5 支/盒；P-79B。	盒	4	否
8	10%氯化钾	附加试剂；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；1mL/支×5；P-88。	盒	1	否
9	3% NaCl 胰蛋白胨大豆琼脂	干粉培养基；适用于 GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM409。	瓶	1	否
10	3%H2O2	生化试剂；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；20 支/盒；M164。	盒	1	否
11	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW）	颗粒培养基；适用于 GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM401B。	瓶	5	否
12	400ml 均质袋	1、均质袋为无菌包装；2、适用于 400ml 型均质器样品均质、现场采样及实验室样品分装；3、S05 100 个/包 320*180 21 丝	包	30	否
13	7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；1000g/瓶；GCM306-1K。	瓶	30	否
14	Baird-Parker 琼脂基础	干粉培养基；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；1000g/瓶；CM302-01。	瓶	60	否
15	Baird-Parker 琼脂平板	一次性平板产品；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具	盒	2900	否

		有 CNAS 出具的检测报告；10 皿/包×2；PB022A。			
16	Bolton 肉汤基础（颗粒剂型）	干粉培养基；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；100g/瓶；cm182。	瓶	1	否
17	CIN-1 培养基基础	干粉培养基；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM150。	瓶	1	否
18	D-环丝氨酸	附加试剂；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；0.04g/支×5；P-15B。	盒	30	否
19	E-buffer 溶液	附加试剂；适用于 GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测；900μL/支*5/盒；P-126	盒	1	否
20	EC 肉汤（颗粒剂型）	干粉培养基；适用于 GB 4789.39-2013 粪大肠菌群；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM104。	瓶	1	否
21	KF 链球菌琼脂基础	干粉培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；100g/瓶；CM165A。	瓶	1	否
22	MC 培养基（颗粒剂型）	颗粒培养基；GB 4789.35-2023 乳酸菌检验；250g；GCM156	瓶	10	否
23	MRS 琼脂（MRS Agar）	参比培养基；《GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》中规定：“采用定量方法时，应使用参比培养基作为对照”；250g/瓶；RCM188	瓶	5	否
24	MRS 琼脂培养基	干粉培养基；GB 4789.35-2023 乳酸菌检验；250g；CM188A	瓶	20	否
25	PALCAM 培养基基础（颗粒型）	颗粒培养基；适用于 GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；250g/瓶；GCM509A。	瓶	10	否
26	PALCAM 选择性添加剂	附加试剂；适用于 GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；5 支/盒；P-104。	盒	80	否
27	SCDLP 液体培养基	干粉培养基；适用于化妆品安全技术规范（2015 年版）中微生物检测用品列表；250g/瓶；CM701。	瓶	1	否
28	TCBS 琼脂	干粉培养基；适用于 GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM402。	瓶	1	否
29	TPGYT 培养基基础	干粉培养基；适用于 GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验；250g/瓶；CM1545。	瓶	1	否
30	阪崎肠杆菌显色培养基（DFI 琼脂）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB 4789.40-2016 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；200g/瓶；GESM015B。	瓶	3	否

31	吡哆醇 Y 培养基	1、成粒率 90%以上；2、颗粒度均匀，在 10-20 目之间；3、水分含量<5%；4、含琼脂的培养基制备的平板凝胶强度适宜，在 300-500g/cm ² 之间。；5、pH 值在标准要求范围内，用户无需自行调节；6、包装加内盖，密封性良好，防止培养基吸潮结块；250g/瓶；HB8684	瓶	1	否
32	表面涂抹采样管（BPW，含拭子）	用于被检物体表面自然菌的消毒前擦拭；10mL/支×50 支/盒；GT2105。	盒	1	否
33	表面涂抹采样管（复方中和剂磷酸盐缓冲液，含拭子）	用于被检物体表面自然菌的消毒后擦拭；10mL/支×50 支/盒；GT2102。	盒	1	否
34	表面涂抹采样管（磷酸盐缓冲液，含拭子）	用于被检物体表面自然菌的消毒前擦拭；10mL/支×50 支/盒；GT2101。	盒	1	否
35	表面涂抹采样管（生理盐水，含拭子）	用于被检物体表面自然菌的消毒前擦拭；10mL/支×50 支/盒；GT2103。	盒	1	否
36	布氏肉汤	干粉培养基；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM125。	瓶	1	否
37	肠道菌增菌肉汤（EE）	干粉培养基；适用于 GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验；250g/瓶；CM144。	瓶	5	否
38	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；适用于 GB 4789.38-2012 大肠埃希氏菌；4 种×10 套；DBI-01。	盒	1	否
39	大豆蛋白胨肉汤 Rappaport-Vassiliadis Soya Broth	干粉培养基；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM234。	瓶	4	否
40	大豆蛋白胨肉汤 Rappaport-Vassiliadis Soya Broth	试管即用型产品；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；50ml/支×12/盒；CMT346。	盒	250	否
41	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；适用于 GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；8 种×10 套；DBI-04。	盒	1	否
42	碘液	附加试剂；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；2mL/支×20；P-72。	盒	1	否
43	冻干血浆	生化试剂；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；10 支/盒；CM304。	盒	20	否
44	多粘菌素 B	附加试剂；适用于 GB4789.11-2014 β-溶血性链球菌检验；2.25mg/支×5；P-36H。	盒	1	否
45	多粘菌素 B	附加试剂；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；10 支/盒；P-36E-X。	盒	20	否
46	二苯醚乙醇溶液	附加试剂；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；5mL/支×10；P-107。	盒	1	否
47	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；适用于 GB4789.7-2013 副溶血性弧菌检验；16 种×10 套；DBI-08。	盒	1	否
48	改良 CCDA 基础（颗粒剂型）	干粉培养基；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM183。	瓶	1	否

49	改良 Y 琼脂	干粉培养基；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM151。	瓶	1	否
50	改良克氏双糖铁琼脂	生化鉴定；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；250g/瓶；CM189。	瓶	1	否
51	改良磷酸盐缓冲液	干粉培养基；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM152。	瓶	1	否
52	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB 4789.40-2016 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM1519。	瓶	4	否
53	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；250g/瓶；GCM133。	瓶	10	否
54	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板	一次性平板产品；适用于 GB4789.11-2014 β-溶血性链球菌检验；10 皿/包×2；PB048。	盒	1	否
55	哥伦比亚血琼脂平板	一次性平板产品；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；10 皿/包×2；PB003A。	盒	30	否
56	哥伦比亚血琼脂平板即	用型培养基；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；10 皿/包；08A1-009。	盒	10	否
57	革兰氏染色液试剂盒	用于革兰氏染色；10mL×4；CM1001。	盒	2	否
58	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）	干粉培养基；适用于 GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；250g/瓶；CM502A。	瓶	1	否
59	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤（TSB-YE）	干粉培养基；适用于 GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；250g/瓶；CM501A。	瓶	1	否
60	含铁牛奶培养基	干粉培养基；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；250g/瓶；CM608。	瓶	1	否
61	缓冲蛋白胨水（BPW）	自立袋即用型产品；适用于 GB 4789.40-2016 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；900mL/袋×2；CM201-07B。	袋	300	否
62	缓冲蛋白胨水（BPW）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；1000g/瓶；GCM201-1K。	瓶	1	否
63	缓冲动力-硝酸盐培养基	生化管；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；20 支/盒；M037。	盒	1	否
64	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM103。	瓶	4	否

65	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB) -单料	试管即用型产品；适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；10mL/支×20；CM103-05。	盒	1	否
66	肌醇测定培养基	干粉培养基；适用于 GB 5009.270-2023 食品安全国家标准 食品中肌醇的测定；100g/瓶；CM1408。	瓶	5	否
67	结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂 (VRBA-MUG) (颗粒剂型)	颗粒培养基；适用于 GB 4789.38-2012 大肠埃希氏菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；100g/瓶；GCM174-1H。	瓶	10	否
68	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) (颗粒剂型)	颗粒培养基；适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM115。	瓶	300	否
69	菌落总数测试片	即用培养基；适用于 GB4789.2-2022 菌落总数测定；25 片/包；ET001。	包	1	否
70	抗生素溶液(两性霉素 B、头孢哌酮和利福平)	附加试剂；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；5 支/盒；P-103。	盒	1	否
71	抗生素溶液(头孢哌酮、万古霉素、两性霉素 B、多粘菌素 B 和三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐)	附加试剂；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；5 支/盒；P-102。	盒	1	否
72	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；8 种×10；DBI-07。	盒	50	否
73	蜡样芽孢杆菌显色培养基	干粉培养基；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；38.2g/瓶；ESM013。	瓶	10	否
74	酪蛋白琼脂	干粉培养基；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；250g/瓶；CM137。	瓶	1	否
75	亮绿乳糖胆盐培养液 (BGLB)	干粉培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；250g/瓶；CM143。	瓶	1	否
76	磷酸盐缓冲液	干粉培养基；适用于 GB4789.2-2016 菌落总数测定；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM1022。	瓶	4	否
77	磷酸盐缓冲液	试管即用型产品；适用于 GB4789.2-2016 菌落总数测定；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；9mL/支×20 支/盒；CM1022-05。	盒	200	否
78	硫酸锰营养琼脂	干粉培养基；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；250g/瓶；CM604A。	瓶	1	否
79	卵黄琼脂培养基基础	干粉培养基；适用于 GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验；250g/瓶；CM606A。	瓶	1	否
80	卵磷脂吐温 80 营养琼脂	干粉培养基；适用于化妆品安全技术规范(2015 年版)中微生物检测用品列表；250g/瓶；CM702。	瓶	1	否
81	绿脓菌素测定培养基 (颗粒剂型)	干粉培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；250g/瓶；CM707。	瓶	1	否

82	马尿酸弯曲杆菌生化鉴定试剂	生化试剂；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；0.1g；P-40。0.1g/盒，溶于10mLPBS 缓冲液中，制成 1% 溶液备用，一盒大概可以可以检测 10 批次样品	盒	1	否
83	麦康凯琼脂（MAC）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM908B。	瓶	1	否
84	孟加拉红培养基（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌计数；1000g/瓶；GCM164-1K。	瓶	5	否
85	莫匹罗星锂	附加试剂；GB 4789.35-2023 乳酸菌检验；5mg*5/盒；P-109	盒	10	否
86	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂（XLD）	干粉培养基；适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM219A。	瓶	1	否
87	纳氏试剂	附加试剂；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；10mL/支；P-105。	支	1	否
88	萘啶酮酸	附加试剂；适用于 GB4789.11-2014 β -溶血性链球菌检验；2.25mg/支×5；P-18E。	盒	1	否
89	脑心浸液肉汤(BHI)（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM917B。	瓶	1	否
90	庖肉牛肉粒	附加试剂；适用于 GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验；100g/瓶；CM607。	瓶	1	否
91	庖肉培养基基础	干粉培养基；适用于 GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验；250g/瓶；CM605A。	瓶	1	否
92	品红亚硫酸钠培养基	干粉培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；250g/瓶；CM121。	瓶	1	否
93	平板计数琼脂（PCA）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.2-2016 菌落总数测定；1000g/瓶；GCM101-1K。	瓶	4	否
94	乳糖胆盐发酵培养液（颗粒剂型）	颗粒培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；250g/瓶；GCM108。	瓶	1	否
95	乳糖蛋白胨培养液	颗粒培养基；GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法产品列表；250g/瓶；GCM122。	瓶	1	否
96	乳糖-明胶培养基	生化管；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；20 支/盒；M034。	盒	1	否
97	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；10 种×10 套；DBI-05。	盒	1	否
98	沙氏葡萄糖琼脂（Sabouraud Dextrose Agar Medium, SDA）	参比培养基；《GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》中规定：“采用定量方法时，应使用参比培养基作为对照”；250g/瓶；RCM145	瓶	5	否
99	十六烷三甲基溴化铵琼脂（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于化妆品安全技术规范（2015 年版）中微生物检测用品列表；	瓶	1	否

		250g/瓶；GCM704。			
100	双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂）	干粉培养基；适用于化妆品安全技术规范（2015年版）中微生物检测用品列表；250g/瓶；CM708A。	瓶	1	否
101	四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB）	干粉培养基；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；CM203。	瓶	4	否
102	四硫磺酸盐煌绿增菌液基础(TTB)	试管即用型产品；适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验；50ml/支*12/盒；CMT347。	盒	250	否
103	头孢菌素	附加试剂；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；1.5mg/支*5；P-87A。	盒	1	否
104	涂抹棒/缓冲蛋白胨水	YH SWAB BPW；无菌；用于餐具的现场涂抹；10mL/支，10 支/盒,40 盒/箱	箱	6	否
105	万古霉素(B)	附加试剂；适用于 GB 4789.40-2016 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）；1mg/支*5；P-08B。	盒	20	否
106	无菌采样袋（180*300mm）	1、采样袋为无菌包装，金属丝封边；2、适用于现场采样及实验室样品分装；3、按批次实施严格质控，并出具质检报告。4、250 个/盒；S21。	盒	20	否
107	无菌采样袋(305*460mm)	1、采样袋为无菌包装，金属丝封边；2、适用于现场采样及实验室样品分装；3、按批次实施严格质控，并出具质检报告。4、305*460mm；100 个/盒；GT2211。	盒	20	否
108	无菌海绵涂抹棒（含中和缓冲液 50ml）	含涂抹棒的液体培养基；适用于环境采样；10 支/包；GT2301-50	包	10	否
109	稀释液	干粉培养基；GB 4789.35-2023 乳酸菌检验；250g；CM1566	瓶	20	否
110	硝酸盐还原甲、乙液	附加试剂，与 M037 配套使用；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；10mL*2；CM1005。	盒	1	否
111	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；10 种*10 套；DBI-10。	盒	1	否
112	新生霉素（C）	附加试剂；GB4789.8-2016 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验；0.25mg/支*5；P-10C。	盒	1	否
113	新生霉素（D）	附加试剂；适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验；0.125mg/支*5；P-10D。	盒	30	否
114	新鲜无菌脱纤维羊血	附加试剂；适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；100mL/瓶；P-62。	瓶	1	否
115	血琼脂平板	一次性平板产品；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；10 皿/包；PB001。	包	50	否
116	亚碲酸盐卵黄增菌液	附加试剂；适用于 GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；5mL/支*10；CM303。	盒	950	否

117	亚硫酸铋琼脂（BS）颗粒	颗粒培养基；适用于 GB4789.4-2024 沙门氏菌检验；1000g/瓶；02-047K；250g/瓶。	瓶	10	否
118	氧化酶试剂	生化鉴定；适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验；20 支/盒；M153。	盒	1	否
119	叶酸测定培养基	干粉培养基；适用于 GB 5009.211-2022 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定；100g/瓶；CM1405。	瓶	50	否
120	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM801。	瓶	1	否
121	液体石蜡	附加试剂；适用于 GB4789.12-2016 肉毒梭菌检验；5mL/支×10；P-106。	盒	20	否
122	一次性培养皿	1、材料：PS（本色透明）2、尺寸：盖：Φ92.3±0.35 底：Φ87.0±0.35 重量：盖：7.2±0.15 底：8.1±0.25；3、外观：（1）产品沿口不得有飞边，无明显拉毛。（2）产品不得有油污和明显黑点等杂物。（3）产品不得有排气，缺料等问题。（4）产品不得有裂痕、无明显硬伤划痕和不影响使用的划痕。（5）产品表面不得有熔接线和明显的白点。4、10 套/袋；50 袋/箱；S36；5、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，灭菌后应无菌；按 GB/T14233.1 试验时 EO 残留量应不大于 10mg/kg。	箱	100	否
123	伊红美蓝琼脂（EMB）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM105。	瓶	3	否
124	胰蛋白胨大豆琼脂（Trypticase Soy Agar, TSA）	参比培养基；《GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》中规定：“采用定量方法时，应使用参比培养基作为对照”；250g/瓶；RCM168	瓶	5	否
125	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.11-2014 β-溶血性链球菌检验；250g/瓶；GCM301。	瓶	1	否
126	胰酪-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC）（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.13-2012 产气荚膜梭菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM138。	瓶	1	否
127	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础（颗粒剂型）	颗粒培养基；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶；GCM134。	瓶	1	否
128	胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB）	一次性平板产品；适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验；10 皿/包×2；PB041。	盒	1	否
129	乙酰胺琼脂	干粉培养基；适用于化妆品安全技术规范（2015 年版）中微生物检测用品列表；250g/瓶；CM703。	瓶	1	否

130	营养琼脂(NA) (颗粒剂型)	颗粒培养基; 适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验 ; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 250g/瓶; GCM107。	瓶	4	否
131	营养肉汤	干粉培养基; 适用于 GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验 ; 1000g/瓶; CM106-01。	瓶	40	否
132	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST) (颗粒剂型)	颗粒培养基; 适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数; 1000g/瓶; GCM102-1K。	瓶	2	否
133	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST) -单料	试管即用型产品; 适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 10mL/支×20; CM102-05。	盒	100	否
134	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST) -双料	试管即用型产品; 适用于 GB4789.3-2025 大肠菌群计数; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 10mL/支×18; CM102-05S。	盒	10	否
135	志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒	干制生化鉴定试剂盒; 适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验 ; 17 种×10 套; DBI-03。	盒	1	否
136	志贺氏菌四种混合多价血清	干志贺氏菌诊断血清; 适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验 ; 1mL/瓶。	盒	1	否
137	志贺氏菌显色培养基	干粉培养基; 适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验 ; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 1000mL/瓶; ESM012。	瓶	1	否
138	志贺氏菌增菌肉汤基础 (颗粒剂型)	颗粒培养基; 适用于 GB4789.5-2012 志贺氏菌检验 ; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 250g/瓶; CM251。	瓶	1	否
139	自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂 (121℃)	1.指示菌: 嗜热脂肪芽孢杆菌 (ATCC7953), 含菌量: 5.0*10 ⁵ ~3.0*10 ⁶ ; 2.有效期: 12 个月; 3.执行标准: GB 18282.1-2015, GB18281.3-2015, 消毒技术规范 (2002); 20 支/盒; KTZ/6-0020。	盒	10	否
140	生物素测定培养基	100g/瓶。用于药品、食品、特殊配方等产品中维生素 B12 含量的定量检测	盒	1	否
141	维生素 B12 检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料等产品中维生素 B12 的定量检测;2、参照标准: GB5009.285;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450μL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0、0.025、0.05、0.1、0.16、0.24、0.36 μg / 100 g(mL);11、定量限: 定量限 0.025 μg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%; 板间 CV 值 ≤ 10%	盒	1	否

142	生物素检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料等产品中生物素的定量检测;2、参照标准: GB5009.259;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450μL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0.00、0.04、0.16、0.32、0.64、1.12、1.60 μg / 100 g (mL);11、定量限 0.04 μg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%;	盒	1	否
143	叶酸检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料等产品中叶酸的定量检测;2、参照标准: GB5009.211;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月 ;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450μL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0.00、0.10、0.40、0.80、1.20、1.80、3.40 μg / 100 g(mL);11、定量限 0.10 μg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%	盒	1	否
144	泛酸检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料中泛酸的定量检测;2、参照标准: GB5009.210;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450μL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0、20、40、80、120、160、240 μg / 100 g (mL);11、定量限 20 μg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%;	盒	1	否
145	烟酸/烟酰胺检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料中烟酸/烟酰胺的定量检测;2、参照标准: GB5009.89;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450μL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0、20、40、80、120、160、	盒	1	否

		240 µg / 100 g (mL);11、定量限 20 µg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%			
146	维生素 B6 检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料中维生素 B6 的定量检测;2、参照标准: GB5009.154;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450µL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0、0.4、0.8、1.6、2.4、3.2ng / mL;11、定量限 0.4ng / mL;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%	盒	1	否
147	6S 叶酸检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料中 6S-5-甲基四氢叶酸钙的定量检测;2、参照标准: GB5009.211;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 菌板、冻干型标准品、培养基、封口膜;7、试剂盒内附即用型质控样;8、反应体系: 反应体积 150-450µL;9、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时;10、标准点设置: 0、0.10、0.40、0.80、1.20、1.80、3.40 µg / 100 g (mL);11、定量限 0.1 µg / 100 g;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%	盒	1	否
148	微孔板 B12 检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品, 原生食品和饮料等产品中维生素 B12 的定量检测;2、参照标准: GB5009.285;3、适用于各主流型号酶标仪 (610-630nm 或者 540-550nm);4、规格: 96 孔*3/盒;5、储存温度: 2-8℃, 产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成: 冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系: 反应体积 150-450µL;9*、反应条件: 37℃孵育 24-26 小时 (根据生长情况可适当延长至 40-48 小时);10*、标准点设置: 0、0.002、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.016、0.02 ng / mL;11、定量限 0.002 ng / mL;12、板内 CV 值 ≤ 10%;板间 CV 值 ≤ 10%;	盒	1	否

149	微孔板生物素检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品，原生食品和饮料等产品中生物素的定量检测;2、参照标准：GB5009.259;3、适用于各主流型号酶标仪（610-630nm 或者 540-550nm）;4、规格：96 孔*3/盒;5、储存温度：2-8℃，产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成：冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、无菌水、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系：反应体积 150-450μL;9*、反应条件：37℃孵育 24-26 小时;10*、标准点设置：0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12、0.16、0.20 ng /mL;11、定量限 0.02 ng /mL;12、板内 CV 值 ≤10%：板间 CV 值 ≤10%;	盒	1	否
150	微孔板叶酸检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品，原生食品和饮料等产品中叶酸的定量检测;2、参照标准：GB5009.211;3、适用于各主流型号酶标仪（610-630nm 或者 540-550nm）;4、规格：96 孔*3/盒;5、储存温度：2-8℃，产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成：冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系：反应体积 150-450μL;9*、反应条件：37℃孵育 32-40 小时;10*、标准点设置：0、0.01、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10、0.12、0.16、0.20 ng /mL;11、定量限 0.01 ng /mL;12、板内 CV 值 ≤10%：板间 CV 值 ≤10%;	盒	1	否
151	微孔板泛酸检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品，原生食品和饮料中泛酸的定量检测;2、参照标准：GB5009.210;3、适用于各主流型号酶标仪（610-630nm 或者 540-550nm）;4、规格：96 孔*3/盒;5、储存温度：2-8℃，产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成：冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系：反应体积 150-450μL;9*、反应条件：37℃孵育 24-26 小时（根据生长情况可适当延长至 40-48 小时）;10*、标准点设置：0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20 ng /mL;11、定量限 4 ng /mL;12、板内 CV 值 ≤10%板间 CV 值 ≤10%;	盒	1	否

152	微孔板烟酸/烟酰胺检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品，原生食品和饮料中烟酸/烟酰胺的定量检测;2、参照标准：GB5009.89;3、适用于各主流型号酶标仪（610-630nm 或者 540-550nm）;4、规格：96 孔*3/盒;5、储存温度：2-8℃，产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成：冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系：反应体积 150-450μL;9*、反应条件：37℃ 孵育 24-26 小时;10*、标准点设置：0、4、8、12、16、20、24、32、40 ng /mL;11、定量限 4 ng /mL;12、板内 CV 值 ≤10%;板间 CV 值 ≤10%;	盒	1	否
153	维生素 B6 检测试剂盒	1、用于婴幼儿配方食品、特医食品、功能性食品和饮料中维生素 B6 的定量检测;2、参照标准：GB5009.154;3、适用于各主流型号酶标仪（610-630nm 或者 540-550nm）;4、规格：96 孔*3/盒;5、储存温度：2-8℃，产品有效期 12 个月;6、试剂盒组成：冻干检测菌、冻干型标准品、培养基、封口膜;7*、试剂盒内附即用型质控样;8*、反应体系：反应体积 150-450μL;9*、反应条件：37℃ 孵育 24-26 小时;10*、标准点设置：0、0.4、0.8、1.6、2.4、3.2ng / mL;11、定量限 0.4ng / mL;12、板内 CV 值 ≤10%;板间 CV 值 ≤10%;	盒	1	否
154	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
155	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
156	碘液	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格 2ml*10 支/盒	盒	1	否
157	煌绿	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格 1ml*10 支/盒	盒	1	否
158	沙门氏菌显色培养基	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，1000ml 配置量/瓶	瓶	1	否
159	营养琼脂(NA)	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
160	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
161	三糖铁（TSI）琼脂	适用于：GB4789.4-2024 沙门氏菌检验，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
162	月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST）肉汤	GB4789.3-2025 大肠菌群计数，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
163	煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤	GB4789.3-2025 大肠菌群计数，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
164	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）	GB4789.3-2025 大肠菌群计数，规格：250g/瓶，10 瓶/箱	瓶	1	否
165	大肠菌群计数测试片	GB4789.3-2025 大肠菌群计数，规格：25 片/包	瓶	1	否

166	平板计数琼脂 (PCA)	GB4789.2-2022 菌落总数测定, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
167	7.5%氯化钠肉汤	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
168	Baird-Parker 琼脂基础	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
169	亚碲酸盐卵黄增菌液	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	盒	1	否
170	血琼脂平板基础	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
171	营养琼脂(NA)	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
172	脑心浸液肉汤(BHI)	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
173	兔血浆	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 10 支/盒	盒	1	否
174	革兰氏染色液试剂盒	GB4789.10-2016 金黄色葡萄球菌检验, 规格: 10mL*4 支/盒	盒	1	否
175	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)	GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌计数, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
176	孟加拉红培养基	GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌计数, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
177	霉菌酵母菌测试片	GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌计数, 规格: 25 片/包	包	1	否
178	Fraser 增菌肉汤 (FB1、FB2)基础	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
179	萘啶酮酸	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 2.25mg 支*10 支/盒	盒	1	否
180	吡啶黄素 (V)	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 2.812mg 支*10 支/盒	瓶	1	否
181	柠檬酸铁铵	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 0.1125g 支*10 支/盒	瓶	1	否
182	萘啶酮酸	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 4.0mg 支*10 支/盒	瓶	1	否
183	吡啶黄素	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 5.0mg 支*10 支/盒	瓶	1	否
184	柠檬酸铁铵	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 0.1g 支*10 支/盒	瓶	1	否
185	含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE)	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
186	含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
187	OA 李斯特氏菌显色培养基	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 1000ml 配置量/瓶	瓶	1	否
188	PALCAM 培养基基础	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
189	PALCAM 选择性添加剂	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 1mL 支*10 支/盒	瓶	1	否
190	SIM 动力培养基	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否
191	缓冲葡萄糖蛋白胨水	GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌, 规格: 250g/瓶, 10 瓶/箱	瓶	1	否

192	沙门氏菌 H 多价 2:e,h;e,n,x;f,g;g,m,s;g,p;m,t	1、用途：用于沙门氏菌血清分型鉴定； 2、包装规格：1ml/瓶；HN716 3、产品有效：1 年以上；4、使用方法：玻片凝集法。	瓶	2	否
193	沙门氏菌属“0”多价血清 A-F	1、用途：用于沙门氏菌血清分型鉴定； 2、包装规格：1ml/瓶；HN701-09 3、产品有效：1 年以上；4、使用方法：玻片凝集法。	瓶	2	否
194	(改良)Skirrow 琼脂平板	适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；10 皿/包× 2 PB027A	盒	4	否
195	10%Nacl 胰胨水	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒，M021	盒	4	否
196	50%卵黄液	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、10 支/盒 P-124	盒	80	否
197	6%Nacl 胨水	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒，M130	盒	4	否
198	8%Nacl 胨水	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒 M131	盒	4	否
199	Bolton 肉汤	适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；225mL/袋×10 CM182-06	盒	4	否
200	Bolton 肉汤	适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；100mL/袋×10 CM182-07	盒	4	否
201	CFC 添加剂(头孢菌素和夫西地酸溶液)	用于配制假单胞菌 CFC 选择性培养基。（SN 标准）每支添加于 100mL CM1017 假单胞菌 CFC 选择性培养基基础中。P-101，5 支/盒	盒	100	否
202	DTA-dextrose tryptone agar 葡萄糖胰蛋白胨琼脂	250g/瓶 CM1522	瓶	4	否
203	EC 肉汤	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM104A	瓶	8	否
204	MPC 琼脂 milk plate count agar 乳平板计数琼脂	250g/瓶 CM199	瓶	4	否
205	O157 诊断血清	1、用途：用于沙门氏菌血清分型鉴定； 2、包装规格：1ml/瓶；HN907-1 3、产品有效：1 年以上；4、使用方法：玻片凝集法。	瓶	1	否

206	PYG 液体培养基基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM1521	瓶	1	否
207	SIM 培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM227	瓶	4	否
208	SPS 琼脂添加试剂	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、2 支/套×10，P-118	盒	3	否
209	STEC 显色培养基	干粉培养基；适用于 GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测 1000mL K12-ST160	瓶	1	否
210	Swarm 琼脂	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM253	瓶	1	否
211	TPY 琼脂培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM198	瓶	4	否
212	氨基酸脱羧酶对照	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒，M007	瓶	4	否
213	阪崎肠杆菌干制生化鉴定试剂盒	1、试剂孔采用微孔板冻干技术。2、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。3、按批次实施严格质控，并出具质检报告。4、10 种*10 套，DBI-09	盒	2	否

214	半固体琼脂	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM507	瓶	4	否
215	半胱氨酸盐酸盐	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、50mg/5ml×10，P-03	盒	30	否
216	表面涂抹采样管（BPW，含拭子）	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、用于被检物体的表面涂抹采样，拭子与试管盖子一体化设计；4、10mL/支×50 支/盒 GT2105	盒	40	否
217	察氏培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM114	瓶	1	否
218	瓷珠菌种保存管	1、用于常见细菌、真菌的保存、复苏和运输 2、25 支/盒 GT3101	盒	1	否
219	大肠埃希氏菌 O157: H7 干制生化鉴定试剂盒	1、试剂孔采用微孔板冻干技术。2、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。3、按批次实施严格质控，并出具质检报告。4、12 种*10 套，DBI-06	盒	2	否
220	大肠杆菌 O157 显色培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、产品按照批次送检第三方检测机构，具有 CNAS 出具的检测报告。8、1000ml，ESM007	瓶	8	否
221	胆汁液态培养基	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒，M154	盒	4	否
222	蛋白胨-盐溶液	干粉培养基；适用于 GB4789.4-2024 沙门氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶 CM1551	瓶	4	否
223	靛基质试剂	用于生化鉴定；10mL/支 CM1002	盒	4	否

224	动力-硝酸盐培养基（A法）	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20支/盒，M033	盒	4	否
225	改良 CCDA 平板	适用于 GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；10皿/包×2 PB026A	盒	4	否
226	改良 EC 肉汤（mEC+n）基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM104A	瓶	4	否
227	改良胰蛋白胨大豆液体培养基（mTSB）	干粉培养基；适用于 GB 4789.49-2024 产志贺毒素大肠埃希氏菌检测 250g/瓶 CM196	瓶	4	否
228	虎红培养基	干粉培养基；适用于 GB4789.15-2016 霉菌和酵母菌计数；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有 CNAS 出具的检测报告；250g/瓶 CM164	瓶	4	否
229	假单胞菌 CFC 选择性培养基基础	用于配制假单胞菌 CFC 选择性培养基。（SN 标准）	瓶	10	否
230	假单胞菌琼脂基础培养基 /CN 琼脂	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM1018A	瓶	28	否
231	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBDA/VRBGA）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM118	瓶	10	否
232	金氏 B 培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM1019	瓶	2	否

233	赖氨酸脱羧酶肉汤	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20支/盒，M006	瓶	4	否
234	卵黄琼脂基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM606	瓶	4	否
235	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液	干粉培养基；适用于GB4789.4-2024沙门氏菌检验；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有CNAS出具的检测报告；250g/瓶；CM234。	瓶	4	否
236	氯化钠三糖铁琼脂	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM408	瓶	4	否
237	氯化血红素	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、50mg/5ml×10，P-84a	盒	60	否
238	氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM843A	瓶	4	否
239	马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM123	瓶	4	否
240	马铃薯-葡萄糖琼脂培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指	瓶	4	否

		标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM123A			
241	马铃薯琼脂	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、100g/瓶，CM1505	瓶	4	否
242	麦芽浸粉琼脂（MEA）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM173	瓶	2	否
243	木糖 b	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20 支/盒，M012b	盒	4	否
244	脑心浸液琼脂培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM918B	瓶	4	否
245	脑心浸液肉汤(BHI)	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM917	瓶	4	否
246	脑心浸液液态培养基	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM917C	瓶	4	否
247	尿素酶	用于生化鉴定；20 支/盒 M036	盒	4	否
248	氰化钾空白对照管	用于生化鉴定；20 支/盒 M152	盒	4	否
249	氰化钾试验管	用于生化鉴定；20 支/盒 M151	盒	4	否

250	乳酸杆菌生化鉴定套装	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、58种×10套，S021	盒	10	否
251	噻孢霉素	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、1.25μg/支×5，P-09A	盒	40	否
252	三糖铁琼脂（TSI）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM205	瓶	4	否
253	色氨酸肉汤	用于生化鉴定；20支/盒 M002	盒	4	否
254	山梨醇麦康凯琼脂基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM127	瓶	4	否
255	嗜热链球菌生化鉴定套装	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、7种×10套，S022	盒	10	否
256	鼠李糖	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20支/盒，M011b	盒	4	否
257	双歧杆菌琼脂培养（BBL）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM193	瓶	1	否
258	吐温 80	500ml/瓶	瓶	4	否
259	维生素 K1	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、50mg/5ml×10，P-85a	盒	60	否
260	我妻氏培养基基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM406	瓶	2	否

261	无盐胰胨水	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20支/盒 M018	盒	4	否
262	新生霉素 B	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、4.5mg/支，P-10B	盒	24	否
263	亚碲酸钾溶液	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、5mL/支×10，P-70	盒	4	否
264	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、100g/瓶，CM140	瓶	4	否
265	亚硫酸盐煌绿增菌液基础（用于蛋与蛋制品中沙门氏菌的增菌培养(GB 标准) [需与 P-73 配套使用]）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM237	瓶	1	否
266	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM168	瓶	4	否
267	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、250g/瓶，CM134	瓶	4	否
268	胰酪胨大豆羊血琼脂基础（TSSB）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH 值：培养基灭菌后冷却至 25℃时，pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0%以下。5、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，	瓶	1	否

		并出具质检报告。7、250g/瓶，CM136			
269	乙酰胺肉汤	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20支/盒，M155	盒	4	否
270	吡啶乙酸酯弯曲杆菌生化鉴定试剂	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、0.05g/瓶，P-42	瓶	1	否
271	吡啶乙酸酯纸片	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、20片/瓶，P-116	瓶	1	否
272	茆三酮	1、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。2、按批次实施严格质控，并出具质检报告。3、0.35g/瓶，P-92	瓶	1	否
273	月桂基硫酸盐胰蛋白胨MUG肉汤（LST-MUG）	1、包装瓶含有内盖及防盗环；2、配置溶液的颜色正常，澄清透明，灭菌后无絮或颗粒等杂质。3、pH值：培养基灭菌后冷却至25℃时，pH应在标准pH±0.2范围内。4、水分应控制在6.0%以下。5、微生物技术指标：依据GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、按批次实施严格质控，并出具质检报告。7、100g/瓶，CM102A	瓶	4	否
274	致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒	1、试剂孔采用微孔板冻干技术。2、试剂的溶解采用无菌水，生产过程均保证严格无菌。3、按批次实施严格质控，并出具质检报告。4、5种*10套，DBI-09	盒	3	否
275	Fraser 增菌肉汤（FB1、FB2）基础	干粉培养基；适用于GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；；产品逐批送检第三方检测机构，每个批次具有CNAS出具的检测报告；250g/瓶；CM510。	瓶	300	否
276	FB1 增菌肉汤配套试剂	附加试剂；适用于GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；5套/盒；P-129。	盒	200	否
277	FB2 增菌肉汤配套试剂	附加试剂；适用于GB 4789.30-2025 单核细胞增生李斯特氏菌；5套/盒；P-130。	盒	100	否
278	弯曲菌增菌液基础	干粉培养基；适用于GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；250g/包；CM1569。	瓶	1	否
279	弯曲菌增菌液配套试剂（抗生素溶液）	干粉培养基；适用于GB4789.9-2025 空肠弯曲菌；5支/盒；P-134。	盒	1	否
280	生物素测定培养基	干粉培养基；GB5009.259-2023 食品安全国家标准 食品中生物素的测定；100g/瓶；CM1407。	瓶	1	否
281	水样采集袋（无菌）	无菌耗材；水样的无菌采集；20个/包；S15。	瓶	10	否
282	质谱系统微生物样本预处理试剂盒	100测试/盒，包含裂解液I（甲酸）×2支，裂解液II（乙腈）×2支，基质溶液100ul×1支	盒	5	否
283	质谱系统样本处理基质溶液	500测试/盒，只含有基质溶液，100ul×5支	盒	10	否
284	质谱系统霉菌样本预处理试剂盒	50测试/盒，用于霉菌前处理后质谱鉴定，内含霉菌提取试剂I 10ml×1支，霉菌提取试剂II 10ml×1支，基质溶液50ul×1支	盒	5	否
285	质谱系统样本预处理溶液	500测试/盒，只含有70%甲酸溶液，	盒	10	否

		100ul×5 支			
286	微生物质谱鉴定仪用校准品	80 测试/盒, 20 测试×4 支 (冻干), 质谱仪器专用校准品, 含有肌红蛋白和核糖核酸酶。质谱校准品复溶液 150ul×1 支	盒	1	否
287	质谱 96 孔靶板	0.7mm96 孔/块金属靶板, 表面含有疏水层, 用于涂布标本上质谱检测	块	2	否
288	自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂 (121℃)	1.指示菌: 嗜热脂肪芽孢杆菌 (ATCC7953), 含菌量: 5.0*10 ⁵ ~3.0*10 ⁶ ; 2.有效期: 12 个月; 3.执行标准: GB 18282.1-2015, GB18281.3-2015, 消毒技术规范 (2002); 20 支/盒; KTZ/6-0020。	盒	8	否

09 包 微生物耗材

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	(PCR-0208-C)0.2mlPCR 八联排管	PCR-0208-C, 规格: 10 盒/箱;实时荧光定量 pcr 反应体系管 0.2ml	箱	1	否
2	(PCR-2CP-RT-C)0.2mlPCR 八联排盖(平盖)荧光定量专用	PCR-2CP-RT-C, 规格: 10 盒/箱;实时荧光定量 pcr 反应体系管盖 (平盖) 0.2ml	箱	1	否
3	0.1mlPCR 八联排盖(平盖) 荧光定量专用	PCR-0108-LP-RT-C, 规格: 10 盒/箱;薄壁 PCR 联排管和实时 PCR 联排管盖, 透明, 非灭菌	箱	1	否
4	0.1mlPCR 八联排管	PCR-0108-LP-C, 规格: 10 盒/箱; 0.1 mL 薄壁 PCR 联排管, 透明, 非灭菌	箱	1	否
5	1.5ml 离心管	MCT-150-C,规格 10 包。一包 500 个, 1.5 mL MaxyClear Snaplock 微量离心管, 聚丙烯, 透明, 非灭菌。	箱	10	否
6	1000ul 吸头	T-1000-B, 规格: 5 包/箱, 去 RNA 酶	箱	1	否
7	10ul 吸头 短白	T-300, 规格: 20 包/箱, 去 RNA 酶	箱	1	否
8	200ul 吸头	T-200-Y, 规格: 20 包/箱, 去 RNA 酶	箱	1	否
9	2ml 离心管	MCT-200-C, 规格: : 10 包/箱, 去 RNA 酶	箱	5	否
10	鸡胰腺酶	P2002, 规格 500mg/瓶, Chicken Pancreatin;	瓶	10	是
11	微生物法泛酸检测试剂盒	p1005,规格 96 孔。标准范围: 0.04 - 0.24 mg / 100 g (ml); 3、定量限: 0.04 mg / 100 g (ml), 检测限: 0.0035 mg / 100 g (ml)	盒	1	是
12	微生物法生物素检测试剂盒	p1003,规格 96 孔。标准范围: 0.08 - 0.72 µg / 100 g (ml); 3、定量限: 0.08 µg / 100 g (ml), 检测限: 0.013 µg / 100 g (ml)	盒	1	是
13	微生物法叶酸检测试剂盒	p1001,规格 96 孔。标准范围: 0.16 - 1.28 µg / 100 g (ml); 定量限: 0.16 µg / 100 g (ml), 检测限: 0.018 µg / 100 g (ml); 回收率: 90-105%。	盒	1	是
14	一次性防护手套 L 号	规格 100 只/盒, L 号, 透明加厚, 弹性大, 防油防污。	盒	8	否
15	VITEK MS MOULD KIT 霉菌提取试剂盒	设备专用耗材; 415680; 1 盒	盒	1	是
16	VITEK MS-CHCA Matrix for use with VITEK MS VITEK MS 样品处理基质液	设备专用耗材; 411071; 1 件。	件	1	是
17	VITEK MS-DS VITEK MS 一次性样品靶板 (32 块/件)	设备专用耗材; 410893; 32 块/件	件	1	是
18	VITEK PICKME Nibs VITEK MS 采样笔头(18 盒*96 个/盒)	设备专用耗材; 423551; 18 盒*96 个/盒。	件	1	是
19	VITEK PICKME Pen VITEK MS 采样笔	设备专用耗材; 423546; 1 支/件。	件	1	是

20	采样笔头	10 支笔,1 支笔里有 30 个笔头	件	1	否
21	大肠埃希菌 Escherichia coli derived from ATCC® 8739™	产品型号: LYFO DISK; 产品号: 0483L; 基本规格: 6 颗/瓶。	瓶	1	是
22	高压灭菌锅滤芯	设备专用零件: 5182507T0---GA	个	1	否
23	18 种食源性病原体核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	适用机型: 开放型平台, 可适用于各种多通道校正的全自动荧光 PCR 检测仪。50T/盒; D196RYH-50T	盒	1	否
24	10ml 塑料针筒 (带针头)	10ml 塑料针筒 (带针头); 100 支/包	包	1	否
25	5ml 塑料针筒 (带针头)	5ml 塑料针筒 (带针头); 100 支/包	包	1	否
26	84 消毒泡腾片	泡腾消毒片Ⅱ型; 包装规格:100 片/瓶; 产品规格:1.25g/片; 【主要有效成分及含量】本品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分; 的消毒片, 有效氯含量为 500±50mg/片。【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、分枝杆菌和细菌芽孢, 并可灭活病毒。【使用范围】适用于一般污染物品及环境、传染病人的污染物; 物, 疫源地的消毒; 一般硬质物体表面的消毒; 游泳池水的消毒。	瓶	10	否
27	PP 塑料量杯 1L	S-000105; 口径 包装数量规格: 1000ml; 高度: 103mm; 球体直径: 116mm; 口径: 143mm; 1 个。	个	1	否
28	PP 塑料量杯 2L	S-000106; 口径 包装数量规格: 2000ml; 高度: 118mm; 球体直径: 126mm; 口径: 230mm; 1 个。	个	1	否
29	百洁布	材质: 海绵; 片数: 20 片/包; 型号: Y-5441	包	1	否
30	不锈钢酒精灯	200mL; 含灯芯灯帽; 不锈钢酒精灯; 加厚螺口; 防爆防漏。	个	1	否
31	酒精喷壶	全塑喷壶; 白金酒精 500ml 喷壶; 白色无液体; 超细雾款; 1 个。	个	1	否
32	离心管 50mL	高速离心管; 50ml 螺旋盖尖底; 25 支/袋; 产品材质: 原生 PP 材质; 产品用途: 主要用于离心机分离; 产品特点: ① 无菌无酶无热原 ② 耐更高离心力 ③ 双色印刷。	袋	1	否
33	品级大容量塑料瓶	食品级 PET 加厚材质; 防潮; 密封收纳罐; 手提方瓶; 容量: 1.5L; 瓶身尺寸: 15.5*12cm; 1 个。	个	1	否
34	实验室塑料漏斗	PP 材质; 长颈; 管长 90mm, 上口直径 75mm; 下口直径 9mm。	个	1	否
35	塑料量筒 1000mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 1000mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
36	塑料量筒 100mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 100mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
37	塑料量筒 2000mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 2000mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
38	塑料量筒 250mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 250mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
39	塑料量筒 500mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 500mL; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否
40	塑料量筒 50mL	塑料量筒; 双面带刻度线; 半透明 PP 材料; 50ml; 实验器材; 耐酸碱;	个	1	否

41	塑料洗瓶 500ml	500ml 冲洗瓶；长嘴弯头挤压；带刻度；实验室洗瓶；防爆安全；尖嘴油；耐腐蚀。	个	1	否
42	天平称量纸 100*100mm	天平称量纸；100*100mm；耐腐蚀；不沾；500 张/包；加厚款。	包	1	否
43	天平称量纸 75*75mm	天平称量纸；75*75mm；耐腐蚀；不沾；500 张/包；加厚款。	包	1	否
44	拖鞋实验室专用工作鞋 36/37	36/37 码；防滑贴片-无带；跟底款式：平跟；鞋底材质：EVA；图案：纯色；颜色：黑色。	双	1	否
45	拖鞋实验室专用工作鞋 38/39	38/39 码；防滑贴片-无带；跟底款式：平跟；鞋底材质：EVA；图案：纯色；颜色：黑色。	双	1	否
46	拖鞋实验室专用工作鞋 40/41	40/41 码；防滑贴片-无带；跟底款式：平跟；鞋底材质：EVA；图案：纯色；颜色：黑色。	双	1	否
47	拖鞋实验室专用工作鞋 42/43	42/43 码；防滑贴片-无带；跟底款式：平跟；鞋底材质：EVA；图案：纯色；颜色：黑色。	双	1	否
48	拖鞋实验室专用工作鞋 44/45	44/45 码；防滑贴片-无带；跟底款式：平跟；鞋底材质：EVA；图案：纯色；颜色：黑色。	双	1	否
49	100 格冷冻盒	尺寸(长宽高):140*140*53mm；产品名称：塑料冷冻管盒；产品材质：PP 塑料材质；规格：100 格；适用范围 用于实验室样品管的存放	个	1	否
50	冻存管 2ml	未开封或未损坏包装的内容物不含可检测到的脱氧核糖核酸酶（DNase）、核糖核酸酶（RNase）、人类 DNA 和热原。内容物无细胞毒性；Cryo.s™，聚丙烯（PP）材质，带螺旋盖，无菌；122277；100 个/包；5 包/盒。	盒	10	否
51	碱性清洗剂	适用于实验室玻璃器皿的手工和超声波清洗；无磷，适用于磷元素重点分析应用；也适用于移液管专用清洗机；10.0kg/桶；15PF-x。	桶	1	否
52	橡胶牛津乳胶手套	加厚型长款，洗刷用，防切割；中码	双	1	否
53	蜡样芽胞杆菌/苏云金芽胞杆菌核酸测试剂盒（PCR-探针法）	ZBKC06016；规格：50 次；采用实时荧光 PCR 技术，针对蜡样芽胞杆菌/苏云金芽胞杆菌特异性基因设计引物和探针，从而实现蜡样芽胞杆菌/苏云金芽胞杆菌在核酸水平上的定性检测。	盒	5	否
54	五种致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸测试剂盒（荧光 PCR 法）	ZBKC06018；规格：50 次；针对致泻大肠埃希氏菌（DEC）特异性基因设计引物和探针。采用实时荧光 PCR 技术在核酸水平上进行菌株的鉴定。	盒	10	否
55	有机玻璃比色管架	有机玻璃；2*6 孔；孔直径 31mm；长*宽*高：230*80*112mm；厚度：5mm。	个	1	否
56	α -淀粉酶	1、包装规格：250g/瓶；01-067 2、符合 GB4789	瓶	1	否
57	VITEK2 专用 0.45%盐水	用于配制菌悬液；500mL/瓶；423520。	瓶	2	是
58	一次性悬浮液管	一次性悬浮液管 2000 支/箱 69285	箱	1	是

59	2ml 一次性移液管	1、2mL 一次性移液管；2、已灭菌，3、2mL/支，25 支/包，1000 支/箱，绿色色环；1/50 刻度；GSP-012-002。	箱	50	否
60	3M 压力灭菌指示胶带	当达到一定的灭菌条件 121°C.20 分钟；132°C、3 分钟,卡上的指示剂由米白色变为深褐色；24mm*55m；1322	卷	30	否
61	B12 测试肉汤	1、包装规格：100g/瓶； 245710 2、符合 GB4789 3、使用方法：加水配制灭菌使用； 4、产品有效期：2 年以上。	瓶	50	是
62	B12 接种肉汤	1、包装规格：100g/瓶； 254210 2、符合 GB4789 3、使用方法：加水配制灭菌使用； 4、产品有效期：2 年以上。	瓶	4	是
63	B12 培养琼脂	1、包装规格：100g/瓶； 254110 2、符合 GB4789 3、使用方法：加水配制灭菌使用； 4、产品有效期：2 年以上。	瓶	2	是
64	Parafilm 封口膜	10cm*38m；一卷/盒；PM996	盒	3	否
65	PH 计校准液	红色；PH4.01；保质期两年；51350018250；mL/瓶；6 瓶/盒	盒	1	是
66	PH 计校准液	绿色；PH7.00；保质期两年；51300020250；mL/瓶；6 瓶/盒	盒	1	是
67	PH 计校准液	蓝色；PH9.21；保质期两年；51350022250；mL/瓶；6 瓶/盒	盒	1	是
68	WYPALL* L40 擦拭纸	大卷式；产品尺寸：31.8cm x 34.0cm；750 张/卷 X 1 卷/箱	箱	20	否
69	α 淀粉酶	10080-25g；25g/瓶	瓶	1	是
70	β 淀粉酶	A7130-10KU；10KU/瓶	瓶	1	是
71	β -内酰胺酶 1500-3000UI/mg 蛋白质	1500-3000UI/mg，9001-74-5；CAS:9001-74-5；10KU	瓶	1	否
72	玻璃比色皿	玻璃比色皿；1cm	个	1	否
73	不锈钢医用剪刀（直尖）	不锈钢；独立包装；直头；J21190 剪刀 10cm；1 个/袋	袋	1	否
74	不锈钢医用镊子（组织镊）	不锈钢；独立包装；25cm 组织镊；J42070；1 个/袋	袋	1	否
75	肠杆菌科及其它革兰氏阴性菌鉴定试剂条	用于肠杆菌科及其它革兰氏阴性菌鉴定；25 条/盒；20100。	盒	1	是
76	醋酸纤维膜	用于 GB/T 5750.12-2023；25mm 直径，3 μ m 孔径 100 张/盒，C300A025A	盒	1	是
77	冻干兔血浆	1、包装规格：3ml*10 瓶/盒； 240827 2、用于金黄色葡萄球菌的血浆凝固酶实验。 4、产品有效期：2 年以上。	盒	1	是
78	泛酸测试肉汤	1、包装规格：100g/瓶；260410 2、符合 GB4789 3、使用方法：加水配制灭菌使用；4、产品有效期：2 年以上。	瓶	50	是
79	泛酸钙(维生素 B5)纯度标准物质	标准值：99.6%；CAS：137-08-6；50mg/瓶；GBW(E)100270。	瓶	2	否
80	封口膜	规格：16CM*16CM；过滤膜直径：3CM；4 个透气孔；双层；特点：耐高温灭菌，在 135°C、0.15MPa 下可重复利用；简介：无菌培养容器封口膜是高分子材料制成，不虫蛀，不霉变，对培养物无毒害作用，可非常有效的过滤灰尘，防止细菌污染，透气性好，耐高压，而且能反复作用；500 张/包，20 包/箱。	箱	3	否

81	高温橡皮筋	韧性好,弹力好,极限长度能拉 7 到 8 倍不断; 无毒环保,抗老化,不发粘; 耐高温, 开水煮沸 100 度 2 小时不断; 实验室灭菌橡皮筋; 乳胶圈 500 克/包	包	5	否
82	鸽子肝脏丙酮提取物干粉	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定; S29761; 10g/瓶	瓶	1	否
83	革兰氏染色质控片	1、包装规格: 50 片/盒; 231401 2、用于革兰氏染色的质量控制 3、产品有效期: 2 年以上。	盒	1	是
84	革兰氏阳性细菌鉴定卡	1.用于 VITEK2 系统; 2.2°C-8°C 保存, 3.20 测试/盒; 4.用于革兰氏阳性细菌的鉴定; 21342。	盒	10	是
85	革兰氏阴性细菌鉴定卡	1.用于 VITEK2 系统; 2.2°C-8°C 保存, 3.20 测试/盒; 4.用于革兰氏阴性细菌的鉴定; 21341。	盒	10	是
86	过硫酸氢钾复合盐消毒粉	1.以过硫酸氢钾为主要成分, 有效氯不小于 10%; 2.浅粉色颗粒状粉末, 有柠檬或者氯的气味; 3.具有广泛的杀灭微生物作用, 包括细菌, 芽孢, 病毒, 真菌等。1KG/桶	桶	20	否
87	黑色塑料袋垃圾袋	用于直径 37cm; 高 35cm 的垃圾桶; 加大特厚型; 垃圾袋 40cm*60cm; 100 个/包。	包	100	否
88	弧菌显色	干粉培养基; 用于霍乱弧菌、副溶血弧菌和创伤弧菌的分离和检测。1000ml/瓶; 2054。	瓶	2	是
89	弧菌显色培养基	1、培养基感官评价: 干粉颜色、配置溶液的颜色正常; 除特殊培养基外, 培养基应澄清透明, 灭菌后一般无絮或颗粒等杂质。2、凝胶强度: 含琼脂的培养基以划线接种时培养基不被划破为宜。3、pH 值: 在 25°C±0.05°C 的条件下测定培养基的 pH 值, 除特殊说明外, 培养基灭菌后冷却至 25 °C 时, pH 应在标准 pH±0.2 范围内。4、水分应控制在 6.0% 以下。5、微生物技术指标: 依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、1L/瓶; K06A	瓶	10	是
90	缓冲蛋白胨水培养基	1、包装规格: 10KG/桶; 2、符合 GB4789.3、使用方法: 加水配制灭菌使用; 4、产品有效期: 3 年以上; 288210。	桶	10	是
91	混合纤维膜	用于 GB/T 5750.12-2023; 142mm 直径, 1μm 孔径; 100 片/盒	盒	1	否
92	鸡胰腺干粉	1g/瓶; R12022326-1g	瓶	1	否
93	碱性磷酸酶	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定; P7640-1g; 1g/瓶	瓶	1	是
94	接种环 1	1、1μL 一次性绿色接种环; 2、已灭菌, 3、50 支/桶, 20 桶/盒 4、产品有效期: 4 年以上; 220215。	盒	10	是
95	接种环 2	1、10μL 一次性蓝色接种环; 2、已灭菌, 3、50 支/桶, 20 桶/盒 4、产品有效期: 4	盒	10	是

		年以上；220217。			
96	结晶紫中性红胆盐琼脂 VRBA	1、包装规格：500g/瓶；211695 2、使用方法：加水配制灭菌使用；3、产品有效期：3 年以上。	盒	1	是
97	聚丙烯处理袋	PP 处理袋；300x500mm；适合蒸汽高压灭菌；10L；Greiner；500 个/箱；643201	箱	1	是
98	均质袋	高密度聚乙烯膜材料；坚硬、哑光、半透明；容易书写和标记；尺寸：190×300mm；容量：400mL；最佳均质体积：50-300mL。25 个*20 包/盒，5 盒/箱。	箱	20	是
99	口罩 2	医用外科；蓝色一次性医用外科，17.5*9cm,耳带 18cm，医用，外科对细菌过滤不小于 95%。10 个/包	包	50	否
100	垃圾桶	PP 带盖塑料桶；规格:25L；材质为 PP 高密度聚乙烯；耐受温度:-20℃~120℃；密封:倒置、运输颠簸不漏；颜色:白色；上直径: 32.5cm，下直径: 28.1cm，高度: 38.5cm。	个	1000	否
101	蓝盖瓶	无色透明，250mL/个，10 个/箱。：218013651	箱	1	是
102	蓝盖瓶	无色透明，5000mL/个，1 个/箱。：218017353	箱	1	是
103	蓝盖瓶 1	无色透明，100ml。21801245；100mL/个；10 个/箱。	箱	1	否
104	蓝盖瓶 2	无色透明，50ml；21801175；50mL/个；10 个/箱。	箱	10	否
105	李斯特菌显色培养基	1、符合 GB4789.30；2、微生物技术指标：依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制。6、5L/瓶(72g/L)；1345。	瓶	15	是
106	李斯特氏菌属鉴定试条	用于李斯特氏菌的生化鉴定；10 测试+10 安瓿/盒；10300。	盒	1	是
107	两虫 滤芯	多孔网状泡沫滤芯，滤芯包括多层多孔网状泡沫层，每层厚 10mm，外径 55mm，内径 18mm，从 600mm 压缩到 30mm；98-10601-00；10 个/盒	盒	1	是
108	两虫 质控标样	两虫检测质控标样，4 支/盒，每支内含有灭活的贾第鞭毛虫和隐孢子虫各 100 只；CS4CG100；4 支/盒	盒	1	是
109	滤膜	白色圆片直径 47mm，；孔径 0.45μm；600 片/盒；无菌；HAWG047BW。	盒	1	是
110	免疫磁分选试剂盒	两虫检测专用免疫磁分选试剂盒，隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒；98-14286-00；10 次/盒	盒	1	是
111	免疫组化笔	用于 GB/T 5750.12-2023；4ml/支	支	1	否
112	灭菌处理袋	1.PP/PE 复合材质；2.61cm×80cm，50 个/包，5 包/箱；3.白色透明，袋子上无任何生物安全标识；4.可用于高温高压蒸汽灭菌，灭菌后袋子不破损。	箱	1	否
113	木瓜蛋白酶	76216；CAS ,9001-73-4；250mg/瓶	瓶	1	是

114	耐高温高压分注管 (6.4mm 内径泵头管)	用于重量稀释仪的泵头管, 硅胶树脂材料, 内径为 6.4mm, 规格 6 个/盒, 直型/Y 型通用, 可与 GL45-6.4mm 分注管搭配使用; 561304。	盒	1	是
115	牛血清蛋白 BSA	69003433; 10g/瓶	瓶	1	否
116	诺福杀孢子剂	1.高纯过氧化氢消毒剂, 浓度≤9.5%, 具有高效的消毒灭菌性能.2.消毒液不含乙酸, 无毒, 无腐蚀性, 对人体安全无害。3.广谱高效杀菌, 杀灭芽孢等微生物达到 6 个 log 灭菌水平。4.1 升/瓶; NW15。	瓶	5	否
117	平板计数琼脂	1、包装规格: 500g/瓶; 247940 2、使用方法: 加水配制灭菌使用; 3、产品有效期: 3 年以上。	瓶	50	是
118	青霉素钾	CDAA-560036; CAS:113-98-4;250mg	瓶	1	否
119	氰钴胺(维生素 B12)纯度标准物质	标准值: 99.0%; CAS: 68-19-9 ; 50mg/瓶 GBW(E)100272。	瓶	2	否
120	乳酸杆菌琼脂 AOAC	1、包装规格: 100g/瓶; 290010 2、符合 GB4789 3、使用方法: 加水配制灭菌使用; 4、产品有效期: 2 年以上。	瓶	2	是
121	乳酸杆菌肉汤 AOAC	1、包装规格: 100g/瓶; 290110 2、符合 GB4789 3、使用方法: 加水配制灭菌使用; 4、产品有效期: 2 年以上。	瓶	4	是
122	塞子	硅胶材质, 尺寸: 16*20mm	个	1	否
123	沙门氏菌 O 多价 A-S+Vi	1、沙门氏菌诊断血清; 适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验 ; 2、使用方法: 玻片凝集; 3、反应因子类型: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46 + Vi; 4、规格: 3ml/瓶; 5、有效期: 2 年以上。	盒	1	是
124	沙门氏菌 Poly H	1、沙门氏菌诊断血清; 适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验 ; 2、使用方法: 玻片凝集; 3、反应因子类型: a b c d i z10 E G k L r z y Z4 1 z6 z293mL/; 4、规格: 3ml/瓶; 5、有效期: 2 年以上	盒	1	是
125	沙门氏菌显色培养基(二代)	适用于 GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验; 微生物技术指标: 依据 GB4789.28-2013《培养基及试剂质量控制》进行微生物指标的质量控制; 5L/瓶; 干粉需配套添加剂; SA162(B)。	瓶	15	是
126	沙门氏菌诊断血清套装	1、沙门氏菌诊断血清; 适用于 GB4789.4-2016 沙门氏菌检验 ; 2、使用方法: 玻片凝集; 3、规格: 1ml*60 支/套; 4、有效期: 2 年以上。	盒	1	是
127	商用锡箔纸 (加厚型)	8011 合金铝箔纸; 宽 38cm, 长 140m, 厚 25μm; 盒身自带金属锯齿; 1 个/盒	盒	5	否

128	生物危害灭菌袋(无标识, 大号)	1、材质: 聚丙烯; 2、生物危害标记, 用于已知和潜在生物危害的实验室废物收集处理; 3、耐高温高压, 可在高达 121℃ 的温度下进行高温高压灭菌; 4、极好的耐撕裂性和耐冲击性; 5、可带书写区, 可进行污染物的再分类收集; 6、无色、透明; 7、有大、中、小号三种尺寸可选择; HV60001; 50 个/包, 200 个/箱	箱	10	否
129	实验室擦拭纸	无尘纸工业擦拭纸; 实验室除尘纸无纺布; 大卷式大卷纸; 500 张/卷; 产品尺寸: 25cm x 37cm	箱	30	否
130	试管 1	玻璃, 18*100mm	支	1	否
131	试管 2	玻璃, 18*180mm	支	1	否
132	舒巴坦	Sulbactam, 0.1g/盒, 16986600/CAS ,68373-14-8	盒	1	是
133	涂布棒	1.L 型涂布棒; 2.已灭菌, 3.500 支/箱; 10 支/包; CSP-012-014。	箱	80	否
134	脱脂奶粉	1、配置溶液的颜色正常, 澄清透明, 灭菌后无絮或颗粒等杂质。2、水分应控制在 6.0%以下; 500g/瓶; 230100。	瓶	1	是
135	微需氧产气袋	1、包装规格: 20 袋/盒, 适配 2.5L 厌氧罐; 3、使用方法: 即用型, 无需催化剂; 4、产品有效期: 10 个月以上; 260680。	盒	5	是
136	胃蛋白酶 (1: 3000)	适用于 GB 31610.1-2023 食品安全国家标准 动物性水产品及其制品中颚口线虫的检验; 100g/瓶; WP7195	瓶	1	否
137	无尘室用粘尘地垫 (强粘和型)	使用水溶性粘和剂, 可在清洁的环境中使用 材质: PE (聚乙烯); 厚度: 40um/层 (薄膜); CC-1143-24; 600mm×1200mm; 30 层/张; 10 张/箱	箱	1	是
138	无尘室用粘尘地垫 (强粘和型)	使用水溶性粘和剂, 可在清洁的环境中使用 材质: PE (聚乙烯); 厚度: 40um/层 (薄膜); CC-1143-22; 450mm×900mm; 30 层/张; 10 张/箱	箱	1	是
139	五氧化二磷	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定; 214701-100g; 100g/瓶; 纯度 99%	瓶	1	是
140	洗耳球	酒红色; 球体直径: 60mm; 高 110mm; 重量: 31g; 1 个;	个	1	否
141	细胞分离液 Percoll	用于 GB/T 5750.12-2023, 500g/瓶	瓶	1	否
142	芽孢杆菌鉴定试卡	1.用于 VITEK2 系统; 2.2℃-8℃保存, 3.20 测试/盒; 4.用于芽孢杆菌的鉴定; 21345。	盒	1	是
143	烟酸测定培养基	1、包装规格: 100g/瓶; 232210; 2、符合 GB4789 3、使用方法: 加水配制灭菌使用; 4、产品有效期: 2 年以上。	瓶	4	是
144	厌氧产气袋	1、包装规格: 20 袋/盒, 适配 2.5L 厌氧罐; 3、使用方法: 即用型, 无需催化剂; 4、产品有效期: 10 个月以上; 260678。	盒	90	是
145	厌氧指示剂	1、包装规格: 100 片/盒; 271051 2、符合 GB4789 3、产品有效期: 6 个月以上。	盒	5	是
146	验室乳胶帽	硅胶材质; 耐高温, 耐腐蚀; 手感好, 胶体硬吸力强; 1mL/个, 10 个/包; S-006011	包	1	否

147	验室乳胶帽	硅胶材质；耐高温，耐腐蚀；手感好，胶体硬吸力强；2mL/个，10 个/包；S-006012	包	1	否
148	验室乳胶帽	硅胶材质；耐高温，耐腐蚀；手感好，胶体硬吸力强；31mL/个，10 个/包；S-006013	包	1	否
149	叶酸纯度标准物质	标准值：90.4%；CAS：59-30-3；20mg/瓶 GBW10126。	瓶	2	否
150	一次性采样咽拭子	产品材质：植绒头+ABS 杆；产品尺寸：150mm 产品包装：500 支/袋；产品用途：一次性使用采；3cm 折断点；	袋	30	否
151	一次性丁腈手套	12 寸医用加长蓝色丁腈手套；主要原料：丁腈胶乳(NBR)；产品尺寸:L；100 只/盒 10 盒/箱；产品颜色:蓝色； :L。	箱	10	否
152	一次性丁腈手套	12 寸医用加长蓝色丁腈手套；主要原料：丁腈胶乳(NBR)；产品尺寸:M；100 只/盒 10 盒/箱；产品颜色:蓝色； :M。	箱	20	否
153	一次性丁腈手套	12 寸医用加长蓝色丁腈手套；主要原料：丁腈胶乳(NBR)；产品尺寸:S；100 只/盒 10 盒/箱；产品颜色:蓝色； :S。	箱	10	否
154	一次性丁腈手套	12 寸医用加长蓝色丁腈手套；主要原料：丁腈胶乳(NBR)；产品尺寸:XS；100 只/盒，10 盒/箱；产品颜色:蓝色； :XS(特小号)。	箱	2	否
155	一次性防护服	1 独立包装；2 环氧乙烷灭菌;3 白色;4CF- XL;100 件/箱	箱	5	否
156	一次性无菌规格板	1.伽玛射线灭菌。2.PP 材质。3.单个 25 平方厘米。4.单个独立包装；B-SLCYB0505；5*5cm，100 片/盒。	盒	1	否
157	医用隔离无纺布鞋套（加厚型）	医用级；无纺布材质；透气耐穿；阻隔性好；加厚材质；穿戴方便；不易脱落；100 支/包	包	100	否
158	医用一次性无纺布加厚帽子（蓝色 28g 圆顶帽）	抽真空无菌包装；无纺布材质；防尘，透气，防落发；圆形；保质期：36 个月；20 支/包（抽空包）	包	50	否
159	胰酪大豆胨琼脂（TSA）	1、包装规格：500g/瓶；236950 2、使用方法：加水配制灭菌使用；3、产品有效期：3 年以上。	盒	1	是
160	阴离子交换树脂 Dowex 1x8	适用于 GB 5009.210-2023 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定；S29787-100g；100g/瓶	瓶	1	否
161	婴儿配方奶粉中维生素 B12（氰钴胺素）标准物质	CAS：68-19-9；15g/袋；GBW10277。	袋	2	否
162	婴儿配方乳粉中泛酸成分分析标准物质	CAS：79-83-4；16g/袋；GBW(E)100924。	袋	2	否
163	荧光染色试剂盒	用于对隐孢子虫和贾第鞭毛虫进行荧光染色，符合 GB5750—2006 及 USEPA1623 要求，含阳性对照玻片以及即用型 DAPI 核染色剂；EST-CG80-D；80 次/盒	盒	1	是
164	粘尘地垫专用垫	符合 RoHS2；6-7585-13；725mm×1325mm；1 个/箱	箱	1	是
165	粘尘地垫专用垫	符合 RoHS2；6-7585-11；575mm×1025mm；1 个/箱	箱	1	是

166	兹浩消毒液 3%浓度	1.抗微生物的有效范围: 包括细菌、病毒、耐药菌以及芽孢等, 通过国家权威机构试验认证。2.消毒剂有效成分过氧化氢, 浓度为 3%±0.3%, 保证对实验室内表面和仪器设备无腐蚀性, 同时消毒剂浓度可达到消毒效果。3.消毒剂稳定性: 消毒剂有效期 24 个月, 效期内有效杀菌成分降低<1%4.认可认证: 已经获得国家卫生部消毒剂和消毒器械卫生许可批件 5 升/桶; ZH001。	桶	10	否
167	紫外线强度指示卡	1.产品由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成; 2.卡片纸中间为紫外线感光色块, 两端分别为 70μW/cm ² 和 90μW/cm ² 的标准色块; 3.紫外线感光色块受到紫外线照射后, 随紫外线辐照强度的不同, 产生深浅程度不同的紫色, 与标准色块比较可监测紫外线灯辐照强度是否达到使用要求; 4.适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测; 100 片/盒。	盒	10	否
168	DNeasy mericon Food Kit 食物核酸提取试剂盒	与传统的 CTAB 方法相比, 能够从各种食物样本中更加快速的纯化 DNA。含有优化的试剂, 能够回收短的 DNA 片段(达 100 bp), 确保高度片段化的 DNA 也能够被高效分离, 并在 PCR 反应中得到扩增。69514	盒	4	是
169	API 50CHL 培养基	API 50CHL 培养基; 10*10ml/盒; 50410	盒	1	是
170	API 50CH 培养基	API 50 CH 培养基; 10 条/盒; 50300	盒	1	是
171	MYP 琼脂	颗粒培养基; 适用于 GB4789.14-2014 蜡样芽孢杆菌检验; 产品逐批送检第三方检测机构, 每个批次具有 CNAS 出具的检测报告; 500g/瓶; 281010。	瓶	1	是
172	病毒 RNA 提取试剂盒	规格: 50T 储存条件及有效期: 室温避光保存 (其中 Carrier 在 4℃可贮存 1 个月, 长期保存需置于 -20℃), 有效期 12 个月。常温运输。	盒	1	否
173	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	YZB0703A, 规格 50T.1.检测灵敏度: 10~100 copies/test	盒	1	否
174	诺如病毒 (GI/GII) 核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法, 含 MS2)	适用范围: 适用于贝类, 硬质食品表面, 软质水果以及水中诺如病毒的检测。规格: 50T 储存条件及有效期: -20℃以下避光保存, 有效期 12 个月。冰袋低温运输 (不超过 8℃) 不超过 4 天。避免反复冻融。检测灵敏度: 2×10 ³ copies/mL。适用仪器: ABI 系列、Bio-Rad 系列、宏石 SLAN 系列等实时荧光定量 PCR 仪。要求仪器有 FAM、HEX、CY5 检测通道。	盒	1	否
175	诺如病毒 GII 外加扩增控制 RNA	适用范围: 适用于贝类, 生食蔬菜, 硬质食品表面, 软质水果以及水中诺如病毒检测过程中的外加扩增控制。规格: 5T; 储存条件及有效期: 常温避光保存, 有效期 12 个月。	盒	1	否

176	产气荚膜梭菌 cpe 毒力基因核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	IDL023Y-25, 25T/盒。用于定性检测从培养基、增菌液等样本中提取的产气荚膜梭菌 cpe 毒力基因的核酸。实时荧光定量 PCR 法。65 分钟以内。灵敏度 (LoD): 500 copies/mL。重复性: Ct 值变异系数不大于 5%。	盒	1	否
177	副溶血性弧菌 TLH/TDH/TRH 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	IDL002Y-25, 25T/盒, 检测靶标: 溶血性弧菌 TLH、TDH、TRH 毒力基因。实时荧光定量 PCR 法。65 分钟以内, 3 个荧光通道光, 灵敏度 (LoD): 500 copies/mL。重复性: Ct 值变异系数不大于 5%。	盒	1	否
178	一次性培养皿	规格: 500 个/箱 BKPM-9014	箱	1	否
179	涂抹海绵	用于车间环境致病菌的涂抹采集。规格: 20 只/包, 5 包/箱 WTMHM-10NS	箱	1	否
180	一次性无菌培养皿(已灭菌)	20 个/袋, 25 袋/箱 (500 个/箱), 细菌培养皿, 14g。; PYM005	箱	1	否
181	1uL 一次性无菌接种环	1uL 一次性无菌接种环, 1uL/支*100/包; JZH001	包	1	否
182	10uL 一次性无菌接种环	10uL 一次性无菌接种环, 10uL/支*100/包; JZH002	包	1	否
183	L 型涂抹棒	L 型涂抹棒, 10 支/包, 无菌; TMB002	包	1	否
184	耐高温组培封口膜	尺寸: 160*160mm, 过滤膜直径: 16mm, 非无菌, 500 张/卷, 1 卷/盒。; SF1616R	盒	1	否
185	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒	50 次/盒, 1、用于全血、淋巴结、脾脏、肌肉、环境样品等 样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。(2) 保存条件: -20℃以下冷冻保存。(3) 试剂盒组成: 荧光 PCR 酶混合液 1000μl/管、引物探针、阳性对照 100μl/管、阴性对照 100μl/管。	盒	1	否
186	HCCA,portioned	用于质谱 microflexVUSER MANVAL MICROFLEX LT/SH SYSTEM, 实验基质溶液, 可简单方便地制备 MALDI 基质溶液, 该基质可溶于标准溶剂, 配置方便, 用于通过 MALDI-TOF-MS 法测定多肽和蛋白质。没管含 2.5mg 基质, 只需添加指定的溶剂量, 即可快速制备所需浓度的基质溶液, 符合 IVD MALDI Biotyper, 配置说明, 2.5mg/管, 10 管/盒, 8255344	盒	2	是
187	细菌检测标准品(bacterial test standard, BTS)	用于质谱 microflexVUSER MANVAL MICROFLEX LT/SH SYSTEM, 靶板质控, 符合 IVD MALDI Biotyper, 配置说明, 5 管/盒 8255343	盒	2	是
188	一代测序胶 (A26073)	POP-7™ 聚合物, 用于 3500 测序, 96 samples	盒	1	否
189	调节试剂 (4393718)	调节试剂用于聚合物泵的灌注, 在聚合物型改变之间以及仪器关闭过程中洗涤聚合物泵用于 3500 测序	盒	1	否
190	阳极缓冲液 (4393927)	阳极缓冲液槽 (ABC) 包含 1X 运行缓冲液 用于 3500 测序	盒	1	否
191	一代测序试剂 (4337455)	BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 100 个反应	盒	1	是

192	阴极缓冲液（4408256）	阴极缓冲液容器 (CBC) 包含 1X 运行缓冲液 3500 测序	盒	1	否
193	Ion 510™ Chip Kit	510 芯片用于动植物源性样品测序使用 (8 张/盒)	盒	1	是
194	模板制备 Ion 510/520/530™ Kit-Chef - 8 rxns & 4 Init (A34461)	适合于动物源性鉴定试剂盒（一次可混合多个样本，比如 24 个样本）	盒	1	是
195	模板制备 Ion 510/520/530™ Kit-Chef - 8 rxns & 8 Init(A34019)	适合于植物源性鉴定试剂盒（一次可混合多个样本，比如 48 个植物）	盒	1	是
196	2×TaqMan Gene Expression Master Mix	实时荧光 PCR 用 MIX,内含 50℃反应的特殊去污染 UNG 酶，含有 ROX 校正荧光；4369016， 5mL/瓶	盒	5	是
197	TaqMan Fast Advanced Master Mix	实时荧光 PCR 用 MIX,可在预装反应中保持高水平的性能长达 72 小时；反应速度快，1 支/盒，1 支/5mL	盒	5	是
198	氨苄青霉素钠 CAS:69-52-3	用于质粒筛选培养基配置 5g	瓶	1	否
199	磁珠法植物基因组 DNA 提取试剂盒（DP342-02）	1、1 h 内即可获得超纯的基因组 DNA 2、可整合移液法和磁棒法自动化仪器进行高通量提取实验 3、适用于多种植物组织 4、无需酚/氯仿等有毒有机试剂 5、获得的 DNA 纯度高，可直接用于芯片检测、高通量测序等实验 1 套/盒	盒	1	否
200	动物引物组 II 文库（GT003-02）	（含 25-48 号条形码，每个条形码可供 4 次试验，整个试剂盒 96 次）	盒	1	否
201	动物引物组 I 文库（GT003-01）	（含 1-24 号条形码，每个条形码可供 4 次试验，整个试剂盒 96 次）	盒	1	否
202	卡那霉素 B CAS:4696-76-8	用于质粒筛选培养基配置 250mg	瓶	1	否
203	植物引物组 II 文库（GT004-02）	（含 25-48 号条形码，每个条形码可供 4 次试验，整个试剂盒 96 次）	盒	1	否
204	植物引物组 I 文库（GT004-01）	（含 1-24 号条形码，每个条形码可供 4 次试验，整个试剂盒 96 次）	盒	1	否
205	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒	规格 96 孔。检测限 0.5 ppb.	盒	32	是
206	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒	RC3805,规格 96 孔。检测范围在 1-50ppb; 适用于谷物、饲料、各类食品及（醋，酱油，料酒，黄酒，辣椒等）调味品；回收率 80%-120%；检测限 1ug/kg;	盒	32	否
207	Tris-HCl	T36790-500g; 纯度: >99.5%(滴定), 500G/瓶	瓶	1	是
208	DNeasy mericon Food Kit 食物核酸提取试剂盒	与传统的 CTAB 方法相比，能够从各种食物样本中更加快速的纯化 DNA。含有优化的试剂,能够回收短的 DNA 片段(达 100 bp)，确保高度片段化的 DNA 也能够被高效分离，并在 PCR 反应中得到扩增。69514	盒	3	是
209	聚乙烯吡咯烷酮	PVP40-50G,50g/瓶	瓶	1	是
210	硫酸葡聚糖	67578-5G,5g/瓶	瓶	1	是
211	焦磷酸钠	P8010-500G, 500 g/瓶	瓶	1	是
212	聚蔗糖	P8010-500G; 500G/瓶	瓶	1	是
213	Denhardt's solution	D2532-5ML; 5 mL/瓶,50x	瓶	1	是

214	casein	C3400-500G; 500G/瓶。	瓶	1	是
215	CAPSO	C2278-100G; ≥99% anhydrous basis (titration),100G/瓶,	瓶	1	是
216	luminol	A8511-5G;5g/瓶	瓶	2	是
217	革兰氏阳性细菌鉴定卡	1.用于 VITEK2 系统;2.2℃-8℃保存,3.20 测试/盒; 4.用于革兰氏阳性细菌的鉴定; 21342。	盒	4	是
218	革兰氏阴性细菌鉴定卡	1.用于 VITEK2 系统;2.2℃-8℃保存,3.20 测试/盒; 4.用于革兰氏阴性细菌的鉴定; 21341。	盒	4	是
219	带垫片培养皿 47mm	1、无菌性,一次性使用,直径 47 毫米,每箱(600 个单位),材料纤维素垫片,聚苯乙烯,透明设备,用于微生物分析。2、带 Petri-Pad 的皮氏培养皿用于培养通过膜过滤在 47 毫米滤膜上捕获的微生物。它适用于饮料和水的生物负荷测试。3、该产品可与 2 毫升安瓿培养基组合(从酵母和霉菌到总计数),以及特定的微生物(如大肠杆菌)的检测和计数一起使用。Petri-Pad 的吸收容量为 1.8-2.2ml。600 个/箱	箱	2	是
220	单片滤膜 0.45μm47mm	1、孔径大小 0.45 微米过滤膜片,过滤膜片直径 47mm。2、圆形白色混合纤维素酯(MCE)过滤膜(网格状)。3、无菌环氧乙烷处理,应用食品和饮料,水质监测。600 片/盒	盒	2	是
221	EZ-Fluo 试剂盒	EZFREAG57	盒	5	是
222	紫外线强度指示卡	1.产品由卡片纸、紫外线感光色块和标准色块组成;2.卡片纸中间为紫外线感光色块,两端分别为 70μW/cm2 和 90μW/cm2 的标准色块;3.紫外线感光色块受到紫外线照射后,随紫外线辐照强度的不同,产生深浅程度不同的紫色,与标准色块比较可监测紫外线灯辐照强度是否达到使用要求;4.适用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测;100 片/盒。	盒	1	否
223	TGuide S32 磁珠法动物组织基因组 DNA 提取试剂盒 (DP602)	具有独特分离作用的磁珠和独特的缓冲液系统,从各种动物组织中分离纯化高质量基因组 DNA。与 TGuide S32/S16 自动核酸提取仪契合,通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠,从而实现磁珠和核酸的转移,提高了自动化程度。整个实验过程安全、便捷,提取的基因组 DNA 片段大,纯度高,质量稳定可靠	盒	5	否
224	冻干粉(模拟食品)中菌落总数定量分析质控样品	QC-FD-001,真空西林瓶,用于菌落总数加标实验,实验室质量控制。每瓶含 1 颗冻干球。不限方法。2 瓶/盒	盒	1	否
225	坤昱鞋履膜机 PETG 环保防滑膜	配套坤昱鞋履膜机 XT46C 1000 只/卷 PETG 材质	卷	1	否
226	维生素 B7 (生物素)测定培养基	1、产品有效期:3 年;2、包装规格:50g/瓶,棕色玻璃瓶,05818;3、符合 GB 5009.259 检测标准、使用方法:加水配制灭菌使用	盒	1	是

227	B12 乳酸杆菌保存检出用培养基	1、产品有效期：3 年;2、包装规格：100g/瓶，05802;3、符合 GB 47892、使用方法：加水配制灭菌使用	盒	1	是
228	B12 乳酸杆菌接种用培养基	1、产品有效期：3 年;2、包装规格：100g/瓶，05803;3、符合 GB 47892、使用方法：加水配制灭菌使用	盒	1	是
229	一次性靶板	96 孔位，20 块/盒；带条形码，免清洗，所有孔位都可独立使用，保障微生物实验生物安全，避免交叉污染，节省实验成本。	盒	1	是
230	质谱样品处理基质	10×2.5mg/盒；微生物质谱鉴定专用基质 (HCCA = α -氰基-4-羟基肉桂酸)，每管含 2.5±0.3mg 基质，以稳定的干燥冻干粉预分装形式提供，有效期 24 个月。可简单方便地制备 MALDI 基质溶液，用于通过 MALDI-TOF-MS 法测定多肽和蛋白质。	盒	1	是
231	细菌试验标准品	5 支/盒，每管含有大肠埃希菌 DH5 α 提取物，核糖核酸酶 A (RNase A) 和肌红蛋白组成。每支约 500 μ g,覆盖的质量范围为 3.6 - 17 kDa。-18℃ 以下保存，有效期 24 个月。在 MALDI-TOF-MS 中用作质量标准品，不仅用于校正和优化全自动快速生物质谱检测系统，而且还用于控制样本微生物的鉴定结果。	盒	1	是
232	Half-Fraser 肉汤（完整）	适用于 GB4789.30-2025，单核细胞增生李斯特氏菌的前增菌处理，规格：500g/瓶，BC215HA	瓶	1	是
233	FB1 肉汤（即用型）	适用于 GB4789.30-2025，单核细胞增生李斯特氏菌的前增菌处理，规格：225ml/袋*10 袋/盒，BM01608-CA	盒	1	是
234	Fraser 肉汤基础	适用于 GB4789.30-2025，单核细胞增生李斯特氏菌的增菌培养基肉汤基础，规格：500g/瓶，BK133HA	瓶	1	是
235	FB1 择性添加剂	适用于 GB4789.30-2025，添加至 Fraser 肉汤基础中，配置成 FB1,用于单核细胞增生李斯特氏菌的前增菌处理，规格：10 瓶/盒，BS03008	盒	1	是
236	FB2 择性添加剂	适用于 GB4789.30-2025，添加至 Fraser 肉汤基础中，配置成 FB2,用于单核细胞增生李斯特氏菌的前增菌处理，规格：10 瓶/盒，BS03108	盒	1	是
237	TBX	适用于 GB4789.38-2025，用于大肠埃希氏的分菌离培养，规格：500g/瓶 BK146HA	瓶	1	是
238	M036-100g B12 测定用培养基	适用于：GB 5009.285-2022 食品中维生素 B12 的测定 (ATCC 7830)；规格：M036-100g/瓶。	瓶	1	是
239	M037-100G 泛酸测定培养基	适用于：GB 5009.210-2023 食品中泛酸的测定 (ATCC 8014)；规格：M037-100g/瓶。	瓶	1	是
240	M1281-100g 泛酸测定培养基 AOAC	适用于：GB 5009.210-2023 食品中泛酸的测定 (ATCC 8014)；规格：M1281-100g/瓶。	盒	1	是

241	M040-100g 烟酸测定培养基	适用于：GB 5009.89-2023 食品中烟酸和烟酰胺的测定（ATCC 8014）；规格：M040-100g/瓶。	盒	1	是
242	M126-100g 叶酸测定培养基 AOAC	适用于：GB 5009.211-2022 食品中叶酸的测定（ATCC 8043）；规格：M126-100g/瓶。	瓶	1	是
243	M543-100g 叶酸酪蛋白培养基	适用于：GB 5009.211-2022 食品中叶酸的测定（ATCC 8043）；规格：M543-100g/瓶。	瓶	1	是
244	M366-100g 乳酸杆菌琼脂 AOAC	规格：M366-100g/瓶	瓶	1	是
245	M367-100g 乳酸杆菌肉汤 AOAC	规格：M367-100g/瓶	瓶	1	是
246	M206-100g B12 接种用肉汤	规格：M206-100g/瓶	瓶	1	是
247	GM369-500G 乳酸菌肉汤（MRS 肉汤）（颗粒型）	规格：GM369-500g/瓶	瓶	1	是
248	GM641-500G 乳酸菌琼脂（MRS 琼脂）（颗粒型）	适用于：GB 4789.35-2023 食品中乳酸菌检验；规格：GM641-500g/瓶。	瓶	1	是
249	M2065 乳酸杆菌显色培养基（含增补剂 FD345）	用于通过显色法从乳制品混合物中培养和分离各种乳杆菌；规格：M2065-1000ml 配置量/瓶。	瓶	1	是
250	M1960 双歧杆菌显色培养基	用于培养和区分临床样本和食品样本中的双歧杆菌和乳杆菌；规格：M1960-1000ml 配置量/瓶。	瓶	1	是
251	M1712 乳酸菌显色培养基（Nickels and Leesment Medium）（含增补剂 FD245）	用于乳制品中柠檬酸盐发酵乳酸菌的计数；规格：M1712-1000ml 配置量/瓶（含增补剂 FD245）。	盒	1	是
252	GM1494I-5KG 缓冲蛋白胨水（颗粒型）	用于从食品中分离沙门氏菌的无选择性初增菌肉汤；规格：GM1494I-5KG/桶，颗粒型。	瓶	1	是

10 包 分子生物耗材

序号	产品名称	规格参数	单位	数量	是否接受进口产品
1	100bp DNA Ladder(MD109)	MD109-01, 规格 50 次, 100 bp DNA Ladder 共有 11 条 DNA 片段, 500 bp 条带最亮,	包	1	否
2	10ml 吸头	0030000781, 规格 0.5-10 mL L 加长型袋装, 2x100 个吸头	箱	3	是
3	2×Taq PCR Mastermix	KT201-02, 规格 5×1ml, 提高 PCR 反应的特异性和灵敏度, 还能有效扩增 GC 含量高、二级结构等复杂模板。最低可扩增 2 个拷贝的目的模板,	包	1	否
4	50bp DNA Ladder(MD108)	MD108-02, 规格 200 次, 50 bp DNA Ladder, 共有 9 条 DNA 片段, 可直接电泳, 每次上样 6 μl, 300 bp 条带最亮.	包	1	否
5	5ml 吸头	0030000978, 规格 100-5000μl 袋装, 5x100 个吸头	箱	1	是
6	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 1 校准板 I	A26331, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.2m 含校准染料有: (FAM™、VIC™、ROX™、SYBR™ 染料)	盒	1	是
7	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 2 校准板 II	A26332, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.2ml (ABY™、JUN™、MUSTANG PURPLE™ 染料)	盒	1	是
8	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 3 校准板 III	A26333, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.2ml (TAMRA™、NED™、Cy™5 染料)	盒	1	是
9	Ab-qPCR(探针法)试剂盒	ZBKC02001; 规格: 1mL/支, 5 支/盒。适用于以 DNA 为模板的探针法 qPCR 专用预混液, 可以对扩增产物进行实时监测; 适合微量 DNA 的检测, 可用于多重荧光定量检测; 1mL/支, 5 支/盒;	盒	130	否
10	BigDye XTerminator™ Purification Kit	4376486, 规格: 100 preps。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 PCR 反应的试剂盒。	盒	2	是
11	BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit	4337455, 规格: 100 reactions。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 PCR 反应的试剂盒。	盒	1	是
12	ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup Reagent	75001.1.ML, 规格: 500 reactions。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器, 即可从 PCR 反应中除去过量的引物和未结合的核苷酸。	盒	1	是
13	Ezup 柱式深加工产品基因组 DNA 抽提试剂盒	B518264-0100, 规格 100 次, CTAB 裂解法和硅胶膜吸附柱相结合专门用于深加工产品基因组 DNA 抽提的试剂盒,	盒	1	否
14	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 1 校准板 I	A26336, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.1ml 背景校正试剂	盒	1	是

15	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 2 校准板 II	A26337, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.1ml 含校准染料有: (FAM™、VIC™、ROX™、SYBR™ 染料)	盒	1	是
16	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 3 校准板 III	A26340, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.1ml (ABY™、JUN™、MUSTANG PURPLE™ 染料)	盒	1	是
17	Hi-Di™ Formamide	4401457, 规格: 5 mL。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 PCR 反应的试剂盒。	盒	1	是
18	MeltDoctor HRM 校准标准品 (20X)	4425562, 规格: 1 ml。适用于荧光定量 PCR QuantStudio 8flex, HRM 标准品	盒	1	是
19	MeltDoctor HRM 预混液	4415440, 规格: 5 ml。适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex, 用于鉴别核酸序列的基因变异	盒	1	是
20	MicroAmp™ 96 孔托盘/固定装置	403081, 规格: 10 sets。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 96 孔托盘/固定装置	盒	1	是
21	MicroAmp™ Clear Adhesive Film	4306311, 规格 100 films, 粘性盖膜严密密封 PCR 反应孔, 防止漏液和蒸发。易于密封和取下。	盒	1	是
22	MicroAmp™ Optical Adhesive Film	4311971, 规格 100 covers, 高透光度粘性盖膜用于微孔板时, 可降低孔间污染和样品蒸发的几率。	盒	8	是
23	NGS 模板制备试剂盒 (肉+鱼)	A39477, 规格: 8 次/盒, 配合 CHEF 模板制备仪器使用。	盒	1	是
24	NGS 模板制备试剂盒 (植物)	A39476, 规格: 8 次/盒, 配合 CHEF 模板制备仪器使用。	盒	1	是
25	NGS 肉类鉴别试剂盒	A38452, 规格: 96 次/盒, 用于 NGS 方法进行肉类鉴别试验的建库。	盒	1	是
26	NGS 鱼类鉴别试剂盒	A38454, , 规格: 96 次/盒, 用于 NGS 方法进行鱼类鉴别试验的建库。	盒	1	是
27	NGS 植物鉴别试剂盒	A38456, , 规格: 96 次/盒, 用于 NGS 方法进行植物苑食品鉴别试验的建库, 。	盒	1	是
28	Platinum II 热启动 PCR 预混液 (2X)	14000013, 规格: 200 reactions。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器 测序片段预扩增:	盒	1	是
29	Premix Ex Taq™ 探针	RR390A,规格 50 µl 反应 × 200 次。用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。	包	2	是
30	Real Time PCR Bovine and Ovine DNA 检测试剂盒	RR913,规格 50 次。用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。三种不同荧光染料可进行三通道同步检测,通过标记三种不同荧光物质 (FAM、ROX、HEX) 的特异性探针进行特异性杂交;	盒	2	是
31	Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit	RR910,规格 50 次。用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。反应液中须有两种不同荧光染料进	盒	1	是

		行双通道同步检测；			
32	Real Time PCR Porcine DNA 检测试剂盒	RR912,规格 50 次.用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。反应液中须有两种不同荧光染料进行双通道同步检测；	盒	2	是
33	Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96-well 背景校准	4432364, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR QuantStudio 7flex 0.2ml 背景校正试剂	盒	1	是
34	Region of Interest (ROI) and Background Plates,fast 96-well 背景校准	4432426, 规格: 96 反应/盒, 目标区域 (ROI) 和背景孔板 (Fast 96 孔)	盒	1	是
35	RNase A 溶液(RT405)	RT405-12,规格 500μl。在核酸提取过程中去除非目的核酸的试剂。	包	40	否
36	测序卡夹	A41331, 规格: 250 injections/1000 reactions。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器, 测序卡夹。	盒	1	是
37	SeqStudio™ 阴极缓冲液容器	A33401, 规格: 4 containers。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 PCR 反应的试剂盒 (阴极缓冲液)。	盒	1	是
38	StepOnePlus 实时荧光定量 PCR 系统光谱校准试剂盒	4371435, 规格: 96 反应/盒, 适用于荧光定量 PCR Stepone plus 0.1ml (FAM、VIC、NED 和 ROX; SYBR Green I、JOE 和 TAMRA)	盒	1	是
39	taqman gene expression master mix 预混液	4369016, 规格 5ml, TaqMan 基因表达预混液在九个对数的线性动态范围内获得精确可靠的实时 qPCR 定量。TaqMan 基因表达预混液是经过优化的 2X 混合液, 包含除模板和引物外的全部组分。	瓶	1	是
40	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 吸能验证板	4351979, 规格: 96 反应/盒, QuantStudio 7flex 系统, 0.1ml 96 孔仪器验证 RNase P 试剂盒包含一个 96 孔 PCR 板	盒	1	是
41	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 吸能验证板	4351979, 规格: 96 反应/盒, Stepone plus 系统, 0.1ml 96 孔仪器验证 RNase P 试剂盒包含一个 96 孔 PCR 板	盒	1	是
42	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 性能验证	4432382, 规格: 96 反应/盒, QuantStudio 7flex 系统 96 孔仪器验证 RNase P 试剂盒包含一个 96 孔 PCR 板	盒	1	是
43	测序	提供菌液, 质粒等样品及测序引物或通用引物信息等, 公司对样品的特定 DNA 序列进行测定	反应	200	否
44	测序标准品、BigDye™ Terminator v3.1 (适用于 3500/SeqStudio™ Flex)	4404312, 规格: 4 tubes。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器, 测序标准品	盒	1	是
45	测序芯片 510	A27769, 规格: 8 张/盒, 芯片用于 S5 型测序仪的测序工作。	盒	1	是
46	磁珠法深加工产品基因组 DNA 抽提试剂盒	B518764-0100, 规格 100 次, CTAB 裂解法和生物纳米磁珠分离技术相结合, 用于深加工产品基因组 DNA 抽提的试剂盒	盒	1	否
47	蛋白酶 K	RT403-02,规格 5ml 次。应用于核酸提	包	50	否

		取,蛋白消解。			
48	动物源性植物饲料基因组 DNA 提取试剂盒 (DP323)	DP323-03,规格 200 次,可从多种动物源性植物饲料或动物组织中提取基因组 DNA。	盒	1	否
49	复合霉菌毒素参考物质	TMQC-MT100 (MT-C-70032), 规格 100g, 含有 Aflatoxin B1; Aflatoxin B2 ; Aflatoxin G1 ND ; Aflatoxin G2 ND ; DON; T-2 Toxin; HT-2 Toxin; Ochratoxin A; Zearalenone .	袋	1	是
50	腹泻性贝类毒素	PN 520021, 规格 96 孔。如样品为水, 检测限为 0.05ng/mL	盒	1	是
51	光学 96 孔板	N8010560, 规格 10 块/盒, 单一刚性聚丙烯材料制成光学 96 孔板; 磨砂表面; 光学处理过; 无荧光杂质干扰;	盒	15	是
52	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法灵敏检测试剂盒	5121AFBs,规格 96 孔。高灵敏试剂盒检测限低至 0.03 ppb.	盒	8	是
53	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒	R1211,规格 96 孔。检测范围在 1-50ppb	盒	1	是
54	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒	5121AFB,规格 96 孔。检测限 0.5 ppb.	盒	1	是
55	黄曲霉毒素 M1 酶联免疫法试剂盒	R1121,规格 96 孔。检测限 0.005 ppb,	盒	1	是
56	金黄色葡萄球菌肠毒素分型	R4101,规格 96 孔。2、检测限: 液态样品: 0.25 ng/ml Toxin, 固态样品: 0.375 ng/g Toxin, 细菌培养物上清 0.25 ng/ml Toxin;	盒	2	是
57	金黄色葡萄球菌肠毒素总量	R4105,规格 96 孔。检测限: 液态样品 0.25 ng/ml 毒素、固态样品 0.375 ng/g 毒素、细菌培养物上清 0.25 ng/ml 毒素。	盒	5	是
58	刻度连盖离心管 (1.5mL)	ZBKC09100; 医疗级聚丙烯材质制成, 高透明, 带刻度、方便、美观一次性使用; 规格: 500 支/包; 10 包/箱;	箱	1	否
59	刻度连盖离心管 (2mL)	ZBKC09101; 医疗级聚丙烯材质制成, 高透明, 带刻度、方便、美观一次性使用; 规格: 500 支/包; 10 包/箱;	箱	1	否
60	快速 96 孔板	4346906, 规格 20 块/盒, 单一刚性聚丙烯材料制成光学 0.1ML96 孔板; 磨砂表面, 在实时荧光定量 PCR 应用中使热循环加热基座的干扰荧光最小化。	盒	15	是
61	快速恒温扩增试剂(EX0, 探针法)	YZL0103,规格 48T。1, 基于多酶恒温扩增技术, 2, 反应温度 36-42°C3, 反应时间≤20 分钟	盒	1	否
62	快速恒温扩增试剂 (NFO)	YZL0110,规格 48T。1, 基于多酶恒温扩增技术.2, 反应温度 36-42°C.3, 反应时间≤20 分钟.4, 配套 FAM 胶体金检测卡, 可以实现无仪器判读	盒	1	否
63	麻痹性贝类毒素	PN 52255B, 规格 96 孔。0.015ng/mL, 半抑制浓度(50%B/B0)约为 0.16ng/mL, 接近校准曲线中部的检测结果比较精确	盒	1	是
64	霉菌毒素参考物质	TQC-M1111-100 规格: 100g; 含有 Aflatoxin B1	袋	1	是
65	呕吐毒素试剂盒	R5906, 规格 96 孔, 检测限 18.5ppb	盒	1	是

66	深加工食品 DNA 提取试剂盒	DP326,规格 100 次。食品原料和深加工食品的 DNA 提取试剂盒,	盒	3	否
67	失忆性贝类毒素	ON0021, 规格 96 孔。 0.17ng/g, 半抑制浓度 (50%B/B)为 2.2 ng/g	盒	1	是
68	食品中牛和羊源性成分检测试剂盒	ZBKC01002; 规格: 50 次 (25μL/反应)。快速检测试剂盒; 基于多重实时荧光定量 PCR 技术; 可以在一次反应; 中同时实现对牛、羊和内参基因的检测。	盒	130	否
69	食品中猪源性成分检测试剂盒	ZBKC01003; 规格: 50 次 (25μL/反应); 快速检测试剂盒; 基于多重实时荧光定量 PCR 技术; 可以在一次反应; 中同时实现对对猪和内参基因的检测。	盒	130	否
70	适用于 SeqStudio™ 基因分析仪的 8 联管隔垫	A35643, 规格: 24 septa。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 8 联管胶垫	盒	1	是
71	适用于 SeqStudio™ 基因分析仪的 96 孔隔垫	A35641, 规格: 20 septa。适用于基因分析仪 SeqStudio 机器测序 96 孔隔垫	盒	1	是
72	探针	纯化方式 HPLC; 5'和 3'端修饰 FAM、VIC、ROX、TAMRA、MGB	OD	90	否
73	细胞基因组提取试剂盒	规格: 200 次/盒, 采用可以特异性结合 DNA 的离心吸附柱, 提取多种细胞 中的基因组 DNA。	盒	20	否
74	通用移液器吸头 0.1-10uL	ZBKC09005; 医疗级聚丙烯材质制成, 高透明、方便、美观、配合牢固、一次性使用; 规格: 1000 支/包; 50 包/箱;	箱	1	否
75	通用移液器吸头 1000uL	ZBKC09003; 医疗级聚丙烯材质制成, 蓝色, 方便、美观、配合牢固、一次性使用; 规格: 500 支/包; 20 包/箱;	箱	1	否
76	通用移液器吸头 200uL	ZBKC09004; 医疗级聚丙烯材质制成, 黄色, 方便、美观、配合牢固、一次性使用; 规格: 1000 支/包; 30 包/箱;	箱	1	否
77	微生物法 B12 检测试剂盒	p1002,规格 96 孔。标准品范围: 0.03 - 0.18 μg / 100 g (ml); 3、定量限: 0.03 μg / 100 g (ml), 检测限: 0.021 μg / 100 g (ml)。	盒	2	是
78	五种致泻大肠埃希氏菌 (DEC) 核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	YZB0701, 规格 50T.1.可鉴定 EPEC、EHEC、ETEC、EIEC、EAEC	盒	1	否
79	引物	纯化方式 PAGE	碱基	12500	否
80	预装板吸头 0.1-20 μl	30073770,规格 10 板 x96 个吸头。预装板吸头,PCR 洁净级,0.1-20 μl,	箱	2	是
81	预装板吸头 2-200 μl	30073819,规格 10 板 x96 个吸头。预装板吸头 ,PCR 洁净级,2-200 μl	箱	2	是
82	预装板吸头 50-1000 μl	30073851,规格 10 板 x96 个吸头。预装板吸头 ,PCR 洁净级, 50-1000 μl,	箱	2	是
83	赭曲霉试剂盒	R1312,规格 96 孔。检测限:0.5 μg/kg (玉米/小麦), 0.4 μg/kg (大麦), 1.2 μg/kg (黑麦), 0.8 μg/kg (大米), 1.6 μg/kg (饲料)	盒	1	是
84	质控试剂盒	A39478, 规格: 10 次, 每个试剂盒包含一份 CEPH 基因组 DNA 对照、一份 200 bp 人类 CEPH 对照文库以及一份 400 bp 大肠杆菌 对照文库, 用于 NGS	盒	1	是

		物种鉴别质控。			
85	一次性培养皿（90mm）	ZBKC09001; 医疗级聚苯乙烯材质制成, 高透明, 不易碎; 灭菌方式: 环氧乙烷灭菌; 规格: 16g/块; 10 块/包; 50 包/箱;	箱	300	否
86	一次性培养皿（90mm）	ZBKC09002; 医疗级聚苯乙烯材质制成, 高透明, 不易碎; 灭菌方式: 环氧乙烷灭菌; 规格: 12g/块; 10 块/包; 50 包/箱;	箱	50	否
87	VITEK MS 酵母菌样品预处理液	411,072	瓶	1	是
88	分枝杆菌/诺卡菌提取试剂盒	415,659	盒	1	是
89	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒	RC3805,规格 96 孔。检测范围在 1-50ppb; 适用于谷物、饲料、各类食品及（醋, 酱油, 料酒, 黄酒, 辣椒等）调味品; 回收率 80%-120%; 检测限 1ug/kg;	盒	120	否
90	黄曲霉毒素 M1 酶联免疫法试剂盒	RC3804,规格 96 孔。检测限范围 0.005-0.08ppb; 液奶检测限 0.005ppb, 奶粉检测限 0.05ppb, 发酵乳 0.01ppb; 检测时间 75 分钟; 回收率 80%-120%;	盒	60	否
91	呕吐毒素试剂盒	RC3802, 规格 96 孔, 检测限 0.2ppm; 检测时间 8 分钟, 回收率 80%-120%; 符合国标检测限、定量限;	盒	1	否
92	赭曲霉试剂盒	RC3801,规格 96 孔。检测限: 玉米、小麦、大麦、大米 0.3μg/kg	盒	1	否
93	一次性使用病毒采样管	型号: I 型(含灭活剂); 规格: 6mL; 50 支; 主要用于样本的收集、运输和储存等。	盒	10	否
94	黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒	CA10301-1 96 孔/盒 0.01ppb-0.12ppb	盒	2	否
95	黄曲霉毒素 M1 检测试剂盒	CA10104-1 96 孔/盒 5ppt-80ppt	盒	2	否
96	RNase, RNA and DNA Remover	R504-01,核酸清除剂, 250ml/瓶,可去除 RNA 酶和 DNA 污染残留,	盒	5	否
97	六种食源性病毒核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	ZBKC01009; 规格: 50 次; 试剂盒适用于从食品或水样中定性检测六种常见食源性病毒: 诺如病毒 GI 型、诺如病毒 GII 型、札如病毒、A 组轮状病毒、腺病毒和星状病毒。	盒	15	否
98	十二种食源性致病菌核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	ZBKC01010; 规格: 50 次; 试剂盒适用于从食品或水样中定性检测十二种常见食源性致病菌: 单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌 O157:H7、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、克罗诺杆菌属、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、气单胞菌属、蜡样芽孢杆菌、弯曲菌属、产气荚膜梭菌。	盒	6	否
99	胶体金试剂（繁育器组件定制）	ZBCK11001-PC; 规格: 48 次; 试剂盒基于一种常温恒温核酸快速扩增技术, 原理是基于生物体内基因重组修复机制, 依靠多种功能蛋白在常温下协同作	盒	10	否

		用, 实现核酸快速扩增。			
100	胶体金试剂 (定制)	ZBCK11001; 规格: 48 次; 试剂盒基于一种常温恒温核酸快速扩增技术, 原理是基于生物体内基因重组修复机制, 依靠多种功能蛋白在常温下协同作用, 实现核酸快速扩增。	盒	50	否
101	动物源性成分 (组织) 基因组快速提取试剂盒	ZBKC01005; 规格: 50 次 (200 μ L/反应); 适用于快速提取肉或肉制品中的 DNA, 提取时间不超过 10 min。	盒	15	否
102	RT-qPCR UNG 试剂盒	ZBKC02002; 规格: 1.25mL/支, 4 支/盒。试剂盒内含有逆转录酶、RNase 抑制剂、DNA 聚合酶、UNG 酶和反应缓冲液, 将以 RNA 为模板的逆转录实验步骤和以 cDNA 为模板的 PCR 步骤合为一体, 在一管内按一个反应程序一步完成荧光定量检测。	盒	1	否
103	单重核酸试纸条	ZBKC01013; 规格: 48 次; 采用层析式双抗体夹心法快速检测核酸扩增产物。	盒	20	否
104	DNA 恒温快速扩增试剂盒 (胶体金试纸条型)	ZBCK01012; 规格: 48 次; 试剂盒基于一种常温恒温核酸快速扩增技术, 原理是基于生物体内基因重组修复机制, 依靠多种功能蛋白在常温下协同作用, 实现核酸快速扩增。	盒	30	否
105	DNA 恒温快速扩增试剂盒 (荧光法)	ZBCK01015; 规格: 48 次; 试剂盒基于一种常温恒温核酸快速扩增技术, 原理是基于生物体内基因重组修复机制, 依靠多种功能蛋白在常温下协同作用, 实现核酸快速扩增。	盒	30	否
106	诺如病毒 (GI/GII) 核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法, 含 MS2)	ZBKC01007; 规格: 50 次; 试剂盒适用 GB 4789.42-2025。采用实时荧光 PCR 技术, 针对诺如病毒特异性基因设计引物和探针。	盒	1	否
107	病毒 RNA 提取试剂盒	ZBKC01006; 规格: 50 次; 试剂盒采用的离心柱和配方, 可以从细胞培养上清液和食品等样品中高效率分离纯化病毒的 RNA。试剂盒特别加入了 Carrier, 可以从体系中很容易捕获微量 RNA, 具有方便、快捷、高产量、重复性好的特点。	盒	1	否
108	MS2 过程控制试剂盒 (荧光 PCR 法)	ZBKC01008; 规格: 50 次; 试剂盒采用实时荧光 PCR 技术, 针对 MS2 设计特异性的引物和探针, 通过对荧光信号的检测来实现对病毒检测过程中的过程控制。	盒	1	否
109	不锈钢微量药勺	180mm, 10 支/包, 不锈钢 304 材质, 用于精确量取小剂量粉末或颗粒状物质, 勺长 8mm, 勺宽 7mm, 总长 179mm, 铲长 30mm, 铲宽 7mm,	包	5	否
110	Premix Ex Taq™ 探针	RR390A, 规格 50 μ l 反应 $\times$ 200 次。用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。	包	10	是

111	Real Time PCR Bovine and Ovine DNA 检测试剂盒	RR913,规格 50 次.用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。三种不同荧光染料可进行三通道同步检测,通过标记三种不同荧光物质 (FAM、ROX、HEX) 的特异性探针进行特异性杂交;	盒	1	是
112	Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit	RR910,规格 50 次.用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。反应液中须有两种不同荧光染料进行双通道同步检测;	盒	2	是
113	Real Time PCR Porcine DNA 检测试剂盒	RR912,规格 50 次.用于检测用于检测标准 SN/T 2051-2008 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法。反应液中须有两种不同荧光染料进行双通道同步检测;	盒	2	是
114	RNase A 溶液(RT405)	RT405-12,规格 500μl。在核酸提取过程中去除非目的核酸的试剂。	包	1	否
115	蛋白酶 K	RT403-02,规格 5ml 次。应用于核酸提取,蛋白消解。	包	1	否
116	深加工食品 DNA 提取试剂盒	DP326,规格 100 次。食品原料和深加工食品的 DNA 提取试剂盒,	盒	3	否
117	细胞基因组提取试剂盒	DP304-03,规格: 200 次/盒,采用可以特异性结合 DNA 的离心吸附柱,提取多种细胞 中的基因组 DNA。	盒	3	否
118	病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒	50 次/盒,采用专一结合核酸的离心吸附柱和缓冲系统,适合从血浆、血清和其它无细胞体液等样品中分离纯化病毒的 DNA 或者 RNA。所得病毒基因组 DNA 或 RNA 无蛋白、核酸酶或其它杂质的污染,可直接用于 PCR、反转录等分子生物学实验。	盒	3	否
119	TGuide Smart 通用性基因组 DNA 提取试剂盒	DP605 96preps 适用于天根自动化提取试剂盒	盒	10	否
120	Ab-qPCR(探针法)试剂盒	ZBKC02001;规格: 1mL/支, 5 支/盒。适用于以 DNA 为模板的探针法 qPCR 专用预混液,可以对扩增产物进行实时监测;适合微量 DNA 的检测,可用于多重荧光定量检测; 1mL/支, 5 支/盒;	盒	50	否
121	食品中牛和羊源性成分检测试剂盒	ZBKC01002;规格: 50 次 (25μL/反应)。快速检测试剂盒;基于多重实时荧光定量 PCR 技术;可以在一次反应;中同时实现对牛、羊和内参基因的检测。	盒	5	否
122	食品中猪源性成分检测试剂盒	ZBKC01003;规格: 50 次 (25μL/反应);快速检测试剂盒;基于多重实时荧光定量 PCR 技术;可以在一次反应;中同时实现对对猪和内参基因的检测。	盒	5	否

第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

05 包、08 包合同是否为中小企业预留合同：■是/□否

01 包、02 包、03 包、04 包、06 包、07 包、09 包、10 包合同是否为中小企业预留合同：
□是/■否

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

采购人（甲方）：北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）

中标人（乙方）：_____

北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）(甲方)在__（项目名称）项目所需试剂耗材经北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司以_____号（项目编号）招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定_____(乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1. “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。
2. “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、招标文件、投标文件、中标通知书、图纸、音像制品等资料。
3. “合同货物”指合同货物清单（附件二）（同投标文件中投标分项报价表，下同）中所规定的硬件、软件、文件资料等内容。
4. “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的运输、保险、验收以及其他类似的义务。
5. “检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
6. “验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
7. “质量保证期”指自合同签订之日起不少于一年，乙方以自担费用方式保证合同货物正常使用的时期。
8. “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
9. “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条约（公）约的有关规定。
10. “招标文件”指北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司发布的招标文件。
11. “中标通知书”指向中标人发出的书面中标通知。

二、合同价格

- 1、合同总金额为人民币 _____元（大写：_____）。
- 2、本合同价格为包含了购买货物及其相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含

了货物发运到指定地点所需的一切费用。

- 3、合同货物详细目录及销售价格见附件二、合同货物清单（同投标文件中投标分项报价表）。

三、支付和结算方式

- 1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
- 2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
- 3、付款方式：
 - 1) 按照试剂耗材的中标单价和实际供货产品数量核算费用，每包支付费用不超过中标金额，每三个月按照实际发生金额结算当期费用。合同期满后，双方据实结算并一次性付清。
 - 2) 合同货物的质量保证期自合同签订后不少于一年，在此期间的保修及所有相关服务备件更换及相关费用为全部免费保修。
- 4、乙方应向甲方开具相应金额的增值税专用发票。
- 5、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方在书面通知乙方后，有权从上述付款中扣除该等款项进行索赔。

四、交货

- 1、交货方式：现场交货
 - A、乙方负责将货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，经甲方核对无误，双方签署收货单后为交货完毕。收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。
 - B、所有货物运抵现场的日期为交货日期。
- 2、交货日期：2026年12月31日前分批完成送货。
- 3、运输方式 采购人指定方式。
- 4、交货（安装、调试、服务）地点 采购人指定的地点。

五、包装和标记

- 1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。
- 2、下列资料包装在合同货物的包装箱中：

- 1) 装箱单;
 - 2) 合同货物数量和质量合格证书及其它必要的技术资料
- 3、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良,致使合同货物遭到损坏或丢失,乙方应负责免费修理或更换,并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、质量标准和检验(履约验收方案)

- 1、乙方应保证提供给甲方的合同货物完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
- 2、乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《2.1 采购标的需满足的技术规格等要求;》部分中的规定及投标文件中《采购需求偏离表》(如果被采购人接受)相一致,若无相应技术规范,合同货物质量应符合中华人民共和国颁布的标准及相应的技术规范要求。
- 3、除招标文件另有规定或乙方已在投标文件中载明并为甲方书面所接受,乙方不得将合同转包或分包给其他供应商履行,且合同的主体或关键性工作必须由乙方亲自完成。
- 4、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验,并提供质量合格证书。
- 5、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验,应依据本项目招标文件中的有关规定进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。
- 6、开箱检验时双方应派员参加,并签署验收证书。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱检验,否则乙方应承认甲方的检验结果。
- 7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损,但箱内货物短缺或损伤,双方应签署书面形式证明,乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点,相关费用由乙方承担。

七、违约责任

- 1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务;或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后十日内或在乙方签署货损证明后十日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求;或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时,

甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

- 1) 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。
 - 2) 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的货物或 / 和修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关货物的质量保证期也应相应延长。
 - 3) 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可以采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。
- 2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
- 3、延期交货的违约责任
- 如乙方未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则每逾期一日，乙方应按逾期交货货物价款总值的百分之（一）计算，向甲方支付逾期交货违约金，但不超过合同总金额的百分之（十）。乙方支付逾期交货违约金并不免除乙方交货的责任。
- 4、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

八、不可抗力

- 1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
- 2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
- 3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
- 4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、保密条款

- 1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
- 2、除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十、合同的解释和法律适用

- 1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
- 2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
- 3、对本合同的任何解释均应以书面作出。
- 4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

十一、合同的终止

- 1、本合同因下列原因而终止：
 - 1) 本合同正常履行完毕；
 - 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
 - 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
 - 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。
- 2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、权利的保留

- 1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

- 2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
- 3、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十三、争议的解决

- 1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十四、合同的补充、修改和变更

- 1、如果甲方需追加与本合同相同的标的，在不改变合同其他条款的前提下，乙方可与甲方签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。
- 2、对本合同的补充必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报采购代理机构备案。
- 3、双方签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

十五、其它约定事项

- 1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章/合同章后生效。
- 2、本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。
- 3、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
- 4、一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，每份正本具有同等法律效力。

甲方：北京市食品检验研究院（北京市食品安全监控和风险评估中心）

授权人：

（签字盖章）

地址：北京市海淀区丰德东路 17 号

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

纳税人识别号：

开户行：

签订日期：_____年____月____日

乙方：

授权人：

（签字盖章）

地址：

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行及帐号：

签订日期：_____年____月____日

附件 1、中标通知书

附件 2、投标分项报价表

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 十、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

3-2-1 供应商须具备有效期内的《危险化学品经营许可证》（许可范围须包含本次采购内容）（适用于 02、05 包）

3-3-2 供应商须具备有效期内的《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（许可范围须包含本次采购内容）（适用于 02 包）

3-2-3 供应商须具备有效的危险货物运输资质，二选一提供（适用于 02、05 包）：

（1）供应商自身具备运输资质的，提供有效期内的《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输（适用于 02、05 包）；

（2）供应商自身不具备运输资质的，须提供（适用于 02、05 包）：

- ① 与委托运输公司签订的有效合作协议或合作关系证明材料；
- ② 运输公司有效期内的《道路运输经营许可证》，经营范围须包含危险货物运输；
- ③ 运输公司有效的营业执照。

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-01 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造 商 规模	制造 商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	HCl 滴定溶液										3	
2	HCl 滴定溶液										3	
3	丙二醛溶液标准物质										1	
4	硫代硫酸钠滴定溶液										4	
5	没食子酸										1	
6	氢氧化钾标准滴定溶液,乙醇基 质										4	
7	氢氧化钾滴定溶液										3	
8	氢氧化钾滴定溶液										1	
9	硝酸银标准滴定溶液										3	
10	小麦硬度指数标准样品										10	
11	粳稻整精米率标准样品										5	
12	粳米加工精度标准样品（精碾）										2	
13	粳米加工精度标准样品（适碾）										2	
14	粳米品尝评分参考样品										2	
15	籼稻整精米率标准样品										2	
16	籼米加工精度标准样品（精碾）										2	
17	籼米加工精度标准样品（适碾）										2	
18	籼米品尝评分参考样品										1	
19	小麦粉加工精度标准样品										1	
20	环己烷/甲苯中 9 种饱和烃芳香 烃矿物油/定量内标与分离标记 物										10	

21	矿物油碳数保留时间标准物质										4	
22	直链淀粉标准物质										2	
23	支链淀粉标准物质										2	
24	单一菌菌落总数质控样										1	
25	低浓度肠球菌质控样										1	
26	低浓度大肠菌群质控样										1	
27	低浓度铜绿假单胞菌质控样										1	
28	D-生物素标准品										1	
29	D-生物素标准品										1	
30	泛酸钙盐合物标准品										1	
31	泛酸钙盐合物标准品										1	
32	维生素 B12 标准品										1	
33	维生素 B12 标准品										1	
34	维生素 B6 标准品										1	
35	维生素 B6 标准品										1	
36	烟酸标准品										1	
37	烟酸标准品										1	
38	叶酸标准品										1	
39	叶酸标准品										1	
40	D-生物素标准品										2	
41	Standard Reference Material 1869										10	
42	泛酸钙盐合物标准品										2	
43	维生素 B12 标准品										2	
44	维生素 B6 标准品										2	
45	烟酸标准品										2	
46	叶酸标准品										2	
47	肉葡萄球菌										3	
48	木糖葡萄球菌										3	
49	肠膜明串珠菌肠膜亚种										3	
50	肠膜明串珠菌肠膜亚种										3	
51	肠膜明串珠菌肠膜亚种										3	
52	肠膜明串珠菌肠膜亚种										3	

53	肠膜明串珠菌乳脂亚种										3	
54	肉葡萄球菌										1	
55	木糖葡萄球菌										1	
56	木糖葡萄球菌										1	
57	木糖葡萄球菌										1	
58	木糖葡萄球菌										1	
59	木糖葡萄球菌										1	
60	13 种 PFCS 同位素标准溶液										2	
61	甲醇中 21 种全氟混标(PFOS)										2	
62	17 种增塑剂混标 GB31604.30/GB5009.271										1	
63	24 种磺胺类兽药混标(安捷伦 276 种多兽残解决方案 2.0)										5	
64	25 种无机混标 GB5009.268-2016										3	
65	2'-岩藻糖基乳糖										2	
66	4 种酰胺醇类药物内标混标 GB 31658.20-2022										3	
67	6 种阴离子混标										2	
68	ZW-NIST-1869										5	
69	β -半乳糖苷酶										12	
70	β -胡萝卜素										3	
71	橙汁中苯甲酸、安赛蜜、糖精 钠成分分析标准物质										3	
72	大葱标准物质										5	
73	大米标准物质										5	
74	糕点中脱氢乙酸定量分析质控 样品										3	
75	果聚糖酶										5	
76	果糖										3	
77	环丙沙星										5	
78	环己基氨基磺酸钠溶液标准物 质										20	

79	甲醇中 13 种 β -受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标)										3	
80	甲醇中 18 种 β -受体激素混标溶液(GB 31658.22-2022)										5	
81	甲醇中 2 种磺胺内标混标溶液(农业部 1077 号公告-1-2008)										2	
82	甲醇中 3,6,3-壬基酚-13C6 溶液										2	
83	甲醇中 4 种兽药内标混标溶液(GB 31658.20-2022-内标)										4	
84	甲醇中 9 种全氟羧酸内标混标溶液(SNT 5222-2019&DB32T 4004-2021)										2	
85	甲醇中全氟庚酸-13C4 溶液										2	
86	甲醇中全氟己基磺酸-13C3 钠盐溶液										2	
87	昆布三糖										3	
88	麦芽六糖										5	
89	麦芽七糖										5	
90	麦芽三糖										5	
91	麦芽四糖										5	
92	麦芽五糖										5	
93	奶粉标准物质										5	
94	牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质										6	
95	牛乳铁蛋白纯度标准物质										4	
96	诺氟沙星 D5										5	
97	氢化可的松										5	
98	乳糖-N-新四糖										2	
99	食品甜味剂糖精钠溶液标准物质										5	
100	维生素 B2										3	
101	乙腈/水中 13 种食品添加剂混标溶液(GB 1886.355-2022)										1	

102	乙腈中 19 种非甾体类抗炎药混标溶液(SNT 2190-2008-部分)										2	
103	乙腈中 30 种药物混标溶液(化妆品安全技术规范(2015 年版新增)-A)										1	
104	乙腈中 6 种霉菌毒素混标溶液(181 种兽药&SN/T 3235-2012-B)										2	
105	乙腈中 8 种香豆素混标溶液(BJS 202203)										3	
106	乙腈中双酚 A-D4 溶液										2	
107	乙酸乙酯中 109 种农药混标溶液(GB 23200.113-2018)										10	
108	乙酸乙酯中 113 种农药混标溶液(GB 23200.113-2018)										10	
109	蔗糖酶										10	
110	乙腈中 15 种药物混标溶液(BJS 202209 部分)										1	
111	展青霉素										1	
112	赭曲霉毒素 B										1	
113	黄曲霉毒素 b1										4	
114	全麦粉中呕吐毒素成分分析标准物质										1	
115	全麦粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质										1	
116	脱氧雪腐镰刀菌烯醇										4	
117	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质										1	
118	玉米全粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质										3	
119	大米粉中钾, 镁, 钙, 铁, 锰, 锌, 铜, 钠分析质控样										2	
120	奶粉中钾、钙、钠、镁、铜、铁、锌、锰分析质控样品										2	

121	37 种脂肪酸甲酯混标										8	
122	3 种抗氧化剂混标 (BHA,BHT,TBHQ)										6	
123	倍硫磷砒										5	
124	倍硫磷亚砒										5	
125	腐霉利										5	
126	甲拌磷										5	
127	氯氟氰菊酯										1	
128	氯氰菊酯										1	
129	咪鲜胺										12	
130	67 种农药混标										3	
131	70 种农药混标										3	
132	81 种农药混标										5	
133	草甘膦(PMG)										1	
134	砷酸根标准溶液 GBW08667										6	
135	水中溴酸根溶液标准物质 GBW08676										1	
136	亚砷酸根标准溶液 GBW08666										6	
137	没食子酸										1	
138	糙米粉中 Pb、Cd、As 成分分析 标准物质										2	
139	镉										4	
140	铬										4	
141	汞										4	
142	铅										3	
143	砷										5	
144	硒										2	
145	锡										2	
146	小麦粉成分分析标准物质										1	
147	玉米粉中 Pb、Cd、As 成分分析 标准物质										2	
148	甲醇中六种消毒剂混标										2	
149	4 种四环素类药物固体混标										2	
150	甲醇中 13 种喹诺酮类药物混标										2	

151	乙腈中 4 种多环芳烃混标										1	
152	丙酮/异辛烷中 1 种多环芳烃内标混标										1	
153	甲醇中两种药物混标										2	
154	染发剂中 32 种染料混标套装 1										2	
155	化妆品中 20 种防晒剂混标										2	
156	甲苯中 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯-D5（以醇计）										1	
157	乙腈/水中 5 种糖类混标溶液（GB 5009.8-2023-方法一 &TCECC 002-2021-附录 A-a）										12	
158	甲苯中 7 种有机磷酸酯内标混标溶液										3	
159	壬烷中 2,2',5,5'-四氯联苯-13C12 溶液										1	
160	壬烷中 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯-13C12 溶液										1	
161	双乙酸钠										10	
162	甲醇中 5 种降糖药物混标溶液（BJS 201901）										2	
163	甲醇中 21 种降糖药物混标溶液（BJS 201901）										2	
164	乙腈中玉米赤霉烯酮(ZEN)溶液										3	
165	乙腈中 6 种霉菌毒素混标溶液（181 种兽药&SN/T 3235-2012-B）										3	
166	19 种青霉素类固体混标										2	
167	甲醇中 5 种大环内酯类混标溶液（GB 31658.26-2025-9）										2	
168	甲醇中 17 种兽药混标溶液（GB 31658.26-2025-10）										2	
169	甲醇中 25 种农药混标溶液（GB 31658.26-2025-11）										3	

170	乙酸乙酯										1	
171	乳酸乙酯										1	
172	婴儿配方乳粉中营养成分质量 控制样品										5	
173	氟标液标准物质										2	
174	挥发酚标准物质										3	
175	邻苯二甲酸氢钾标准物质										3	
176	硫酸铵标准物质										2	
177	芦丁标准品										5	
178	硼酸标准物质										1	
179	氰化物标准物质										2	
180	十二烷基苯磺酸钠标准物质										2	
181	碳酸钠标准物质										3	
182	维生素 b1 标准物质										1	
183	维生素 b2 标准物质										1	
184	维生素 C 标准物质										3	
185	重铬酸钾基准试剂										3	
186	7 种氨基甲酸酯类杀虫剂混标										4	
187	阿维菌素										4	
188	苯甲酸										2	
189	灭蝇胺										6	
190	偶氮甲酰胺										1	
191	13C-3-ADON										1	
192	13C-DON										4	
193	15-ADON										1	
194	15-乙酰基蛇形毒性										1	
195	3-ADON										1	
196	3-葡萄糖苷-脱氧雪腐镰刀菌烯 醇										1	
197	DON										4	
198	DON-13C15										4	
199	T-2 三醇										1	
200	T-2 四醇										1	

201	黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 总量										1	
202	胶黏毒素										1	
203	镰刀菌稀酮										1	
204	麦角卡里碱										1	
205	麦角柯宁碱										1	
206	麦角克碱										1	
207	麦角生碱										1	
208	霉酚酸										1	
209	青霉酸										1	
210	新茄镰孢菌醇										1	
211	雪腐镰刀菌烯醇										2	
212	异烟棒曲霉毒素 C 溶液										1	
213	赭曲霉毒素 B										6	
214	苯并芘										12	
215	多环芳烃标准溶液										2	
216	黄曲霉毒素 b1										5	
217	黄曲霉毒素 g1g2b1b2										1	
218	全麦粉中呕吐毒素成分分析标准物质										2	
219	全麦粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质										2	
220	叔丁基对苯二酚 (tbhq)										2	
221	脱氧雪腐镰刀菌烯醇										5	
222	玉米赤霉烯酮										5	
223	玉米全粉中黄曲霉毒素 B1 成分分析标准物质										2	
224	玉米全粉中呕吐毒素和玉米赤霉烯酮成分分析标准物质										2	
225	玉米全粉中玉米赤霉烯酮成分分析标准物质										2	
226	赭曲霉毒素 A										4	
227	芝麻林素										2	

228	芝麻素										2	
229	大米粉中钾, 镁, 钙, 铁, 锰, 锌, 铜, 钠分析质控样										1	
230	奶粉中钾、钙、钠、镁、铜、铁、锌、锰分析质控样品										1	
231	109 种农药混标										4	
232	113 种农药混标										4	
233	丙酮中毒死蜱-D10 溶液										4	
234	环氧七氯										4	
235	乙腈中 2,4-滴溶液										4	
236	乙腈中氟虫腈溶液										4	
237	乙腈中霜霉威溶液										2	
238	17 种增塑剂混标 GB31604.30/GB5009.271										3	
239	37 种脂肪酸甲酯混标										3	
240	3 种抗氧化剂混标 (BHA,BHT,TBHQ)										6	
241	百菌清										8	
242	倍硫磷										5	
243	倍硫磷砒										5	
244	倍硫磷亚砒										5	
245	苯醚甲环唑										1	
246	敌百虫										1	
247	敌敌畏										5	
248	毒死蜱										5	
249	腐霉利										5	
250	甲拌磷										5	
251	甲拌磷砒										5	
252	甲拌磷亚砒										5	
253	联苯肼酯										5	
254	联苯菊酯										5	
255	邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 28553-12-0										3	

256	六号溶剂										12	
257	氯氟氰菊酯										5	
258	氯氰菊酯										5	
259	咪鲜胺										12	
260	食用油中邻苯二甲酸酯质控样品										1	
261	四聚乙醛										5	
262	氧乐果										5	
263	有机氯农药混合溶液标准物质										2	
264	67 种农药混标										3	
265	70 种农药混标										3	
266	81 种农药混标										3	
267	氨基甲酸（AMPA）										3	
268	苯醚甲环唑										15	
269	吡虫啉										15	
270	吡唑醚菌酯										15	
271	丙溴磷										15	
272	草甘膦(PMG)										4	
273	草甘膦同位素内标 (1,2-C13N15)										2	
274	除虫脲										15	
275	啶虫脒										15	
276	氟虫腈										15	
277	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐										15	
278	氯吡脲										15	
279	氰霜唑										15	
280	噻虫胺										15	
281	噻虫嗪										15	
282	三羟基克百威										15	
283	涕灭威砒										15	
284	涕灭威亚砒										15	
285	烯酰吗啉										15	
286	辛硫磷										15	

287	氧乐果										15	
288	大葱生物成分分析标准物质 GBW10049										6	
289	二甲基砷标准溶液 GBW08669										1	
290	砷胆碱标准溶液 GBW08671										1	
291	砷酸根标准溶液 GBW08667										5	
292	砷甜菜碱标准溶液 GBW08670										1	
293	食用菌中无机砷分析质控样 MCS-70755										1	
294	水中溴离子成分分析标准物质 GBW(E)081212										1	
295	水中溴酸根溶液标准物质 GBW08676										1	
296	小麦粉中二氧化钛分析质控样 品										1	
297	小麦粉中溴酸钾分析质控样品										1	
298	亚砷酸根标准溶液 GBW08666										5	
299	一甲基砷标准溶液 GBW08668										1	
300	苯甲羟肟酸										1	
301	乙腈中 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀 菌烯醇(3-ADON)溶液										1	
302	乙腈中甲基杂色曲霉毒素溶液										1	
303	5-甲氧基柄曲霉素										1	
304	乙腈/水中玉米赤霉烯酮 -4-O-β-D-葡萄糖苷溶液										1	
305	乙腈中α-玉米赤霉醇溶液										1	
306	α-玉米赤霉烯醇-4-O-β-D-葡萄 糖苷										1	
307	乙腈中β-玉米赤霉醇溶液										1	
308	3-表-赭曲霉毒素 A										1	
309	乙腈中 14-表-赭曲霉毒素 A 溶 液										1	
310	赭曲霉毒素 TA										1	

311	乙腈中桔霉素 H1 溶液										1	
312	环匹阿尼酸										1	
313	二甲基亚砷中(-)-圆弧菌素溶液										1	
314	二甲基亚砷中(-)-圆弧菌醇溶液										1	
315	甲醇中鲜绿青霉素溶液										1	
316	纯绿青霉醇										1	
317	甲醇中黄天精溶液										1	
318	甲醇中红天精溶液										1	
319	Lysilactone A										1	
320	乙腈中麦角隐亭溶液										1	
321	金链菌素										1	
322	乙醇中细胞松弛素 H 溶液										1	
323	乙醇中细胞松弛素 J 溶液										1	
324	乙腈/水中异米酵菌酸溶液										1	
325	新异米酵菌酸										1	
326	甲醇中黄曲霉素 R0 溶液										1	
327	甲醇中黄曲霉素 P1(AFP1)溶液										1	
328	乙腈中黄曲霉素 P2(AFP2)溶液										1	
329	甲醇中黄曲霉素 Q1(AFQ1)溶液										1	
330	黄曲霉素 B2a(AFB2a)										1	
331	乙腈中 T-2 毒素(T2)溶液										1	
332	乙腈中赭曲霉毒素 A(OTA)溶液										1	
333	乙腈中杂色曲霉毒素溶液										1	
334	乙腈中柄曲霉素(STE)溶液										1	
335	乙腈中桔霉素溶液										1	
336	甲醇中交链孢烯溶液										1	
337	乙腈/甲醇中链孢酚单甲醚溶液										1	
338	甲醇中镰刀菌酸溶液										1	
339	乙腈中白僵菌素溶液										1	
340	乙腈中恩镰孢菌素 A 溶液										1	
341	乙腈中恩镰孢菌素 A1 溶液										1	

342	乙腈中恩镰孢菌素 B 溶液										1	
343	乙腈中恩镰孢菌素 B1 溶液										1	
344	乙腈中 HT-2 毒素溶液										1	
345	乙腈中蕈青霉素溶液										1	
346	乙腈中黄绿青霉素溶液										1	
347	乙腈中二乙酰氧基草镰刀菌烯醇溶液										1	
348	甲醇中镰刀菌酮 X 溶液										1	
349	乙腈中黄曲霉素 M1(AFM1)溶液										1	
350	乙腈/水中伏马毒素 B1(FB1)溶液										1	
351	乙腈/水中伏马毒素 B2(FB2)溶液										1	
352	乙腈/水中伏马毒素 B3(FB3)溶液										1	
353	乙腈中青霉震颤素 A 溶液										1	
354	乙腈中渥曼青霉素溶液										1	
355	乙腈中腾毒素 (TEN)溶液										1	
356	乙腈中 α -玉米赤霉烯醇溶液										1	
357	乙腈中 β -玉米赤霉烯醇溶液										1	
358	乙腈中玉米赤霉酮溶液										1	
359	甲醇中玉米赤霉烯酮(ZEN)溶液										1	
360	乙腈中震颤真菌毒素溶液										1	
361	细格菌素										1	
362	乙腈中交链孢酚(AOH)溶液										1	
363	乙腈中细交链孢菌酮酸溶液										1	
364	乙腈中串珠镰刀菌毒溶液										1	
365	乙腈中青霉酸溶液										1	
366	甲醇中软毛青霉酸溶液										1	
367	乙腈中麦角异柯宁碱溶液										1	
368	乙腈中麦角日亨宁溶液										1	

369	乙腈中麦角异卡里碱溶液										1	
370	甲醇中马来酸麦角新碱溶液										1	
371	乙腈中异烟棒曲霉素 C-13C22 溶液										1	
372	甲醇中胶霉毒素-13C13 溶液										1	
373	乙腈中黄绿青霉素-13C23 溶液										1	
374	乙腈中腾毒素 (TEN)-13C22 溶液										1	
375	乙腈中白僵菌素-13C45 溶液										1	
376	乙腈中 T-2 毒素 -13C24(T2-13C24)溶液										1	
377	乙腈中 α -玉米赤霉烯醇-D4 溶液										1	
378	乙腈中 β -玉米赤霉烯醇-D5 溶液										1	
379	乙腈/水中伏马毒素 B2-13C34(FB2-13C34)溶液										1	
380	2(5H)-呋喃酮										1	
381	甲醇中脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3- 硫酸铵盐溶液										1	
382	甲醇中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 -15-硫酸铵盐溶液										1	
383	乙腈中大黄素溶液										1	
384	甲醇中 Culmorin 溶液										1	
385	球毛壳菌素 A										1	
386	乙腈中三氟乙酸溶液										1	
387	乙腈中全氟丙酸溶液										1	
388	水中三氟甲磺酸溶液										1	
389	甲醇中全氟丙烷磺酸钠盐溶液										1	
390	乙腈中全氟己基磺酸溶液										1	
391	乙腈中三氟乙酸-13C2 钠盐溶液										1	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-02 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	2-（N-吗啉代）乙烷磺酸										3	
2	2,6-二氯靛酚										1	
3	5,5-二硫双（2-硝基苯甲酸）										2	
4	95%乙醇										30	
5	EDTA 二钠										15	
6	L-脯氨酸（标准物质）										2	
7	N-2-羟乙基哌嗪-N-2-乙烷磺 酸										1	
8	α-淀粉酶										3	
9	氨水										2	
10	丙酮										20	
11	蛋白酶										5	
12	碘化钾										2	
13	淀粉酶										3	
14	对氨基苯磺酸										8	
15	对氨基磺酸氨										1	
16	福林酚										1	
17	高氯酸										5	
18	硅胶 60										5	
19	过氧化氢										10	
20	海砂										40	
21	环己烷										20	
22	活性炭粉										3	
23	甲醇										20	
24	甲醛										20	
25	硫酸										15	

26	钼铵酸										1	
27	纳氏试剂										2	
28	柠檬酸钠										1	
29	偏磷酸										1	
30	三氯甲烷										20	
31	三氯乙酸										1	
32	三羟基甲基氨基甲烷										1	
33	三水合乙酸钠										1	
34	石油醚										280	
35	无水乙醇										50	
36	亚铁氰化钾										1	
37	盐酸										20	
38	盐酸 N-(1-萘)-乙烯二胺										1	
39	盐酸萘乙二胺										12	
40	乙醚										100	
41	乙酸										15	
42	乙酸锌										1	
43	乙酰辅酶 A 1										30	
44	乙酰辅酶 A 2										20	
45	乙酰肉碱转移酶 CAT										15	
46	异丙醇										80	
47	总 D-异柠檬酸测定组合试剂盒										2	
48	十水硼酸钠										1	
49	二甲苯										1	
50	五水合硫代硫酸钠										1	
51	铜催化剂										5	
52	海砂										1	
53	95%乙醇										100	
54	百里香酚蓝指示剂										10	
55	冰乙酸										1	
56	丙酮										4	
57	碘化钾										1	

58	氯化钠										5	
59	氢氧化钾										50	
60	三氯甲烷										20	
61	石油醚										60	
62	四氯化碳										10	
63	无水硫酸钠										1	
64	无水乙醇										100	
65	无水乙醚										20	
66	乙醚										20	
67	异丙醇										20	
68	乳酸										2	
69	变色硅胶										15	
70	MCPBA（间氯过氧苯甲酸）										3	
71	硫代硫酸钠										3	
72	马来酸双酯										5	
73	乙醇										10	
74	愈创木酚										5	
75	正己烷										15	
76	二氯甲烷										1	
77	液体石蜡										5	
78	硫酸锰										5	
79	L(+)-抗坏血酸										5	
80	TRIS										2	
81	磷酸三钠（磷酸钠）										3	
82	偏重亚硫酸钠										3	
83	七水合磷酸氢二钠										5	
84	七水合磷酸氢二钠										2	
85	三水合乙酸钠										2	
86	一水合柠檬酸										2	
87	无水乙醇										10	
88	液碱（液体氢氧化钠）										30	
89	还原铁粉										1	
90	舒巴坦										1	

91	青霉素钾										1	
92	α 淀粉酶										2	
93	β 淀粉酶										2	
94	木瓜蛋白酶										3	
95	胃蛋白酶（1：3000）										1	
96	五氧化二磷										1	
97	三氯化铁										1	
98	氯化钠										20	
99	无水硫酸钠										50	
100	乙腈										40	
101	木瓜蛋白酶										20	
102	三氟乙酸										4	
103	脂肪酶										10	
104	环己烷色谱纯										5	
105	石油醚分析纯										48	
106	无水乙醇分析纯										35	
107	高峰淀粉酶										20	
108	异丙醇										8	
109	氨水										1	
110	甲酸										5	
111	甲酸铵										1	
112	磷酸										5	
113	乙腈										2	
114	N-N 二甲基甲酰胺										5	
115	氨水分析纯										5	
116	苯硼酸										20	
117	二氯甲烷										18	
118	甲醇										80	
119	七氟丁酰基咪唑										5	
120	四氢呋喃										1	
121	无水乙醚										30	
122	溴化钠										3	
123	乙酸乙酯										10	

124	异辛烷										2	
125	正己烷										20	
126	吡啶盐酸盐										50	
127	二氯甲烷										2	
128	氢氧化钠										25	
129	冰醋酸										6	
130	抗坏血酸										15	
131	乙腈										2	
132	硝酸										25	
133	甲苯										6	
134	N,N-二甲基乙酰胺										15	
135	亚硝酸钠										15	
136	六甲基二硅胺烷										5	
137	色谱石油醚										30	
138	色谱无水乙醚										30	
139	氨基酸分析仪衍生液套装										5	
140	氨基酸分析仪专用缓冲液										5	
141	氢氧化钾										7	
142	硫酸										20	
143	淀粉酶										1	
144	3-巯基乙酸										1	
145	丹磺酰氯										2	
146	L-半胱氨酸										1	
147	三(2-羧乙基)膦										1	
148	40%四丁基氢氧化铵水溶液										1	
149	三甲基氯硅烷										5	
150	磷酸二氢钠										1	
151	磷酸氢二钠										1	
152	叔丁基甲醚										1	
153	庚烷磺酸钠										20	
154	甲酸铵										6	
155	淀粉葡萄糖苷酶（来源于黑曲霉）										10	

156	β 半乳糖苷酶（来源于黑曲霉）										15	
157	淀粉脱脂酶										2	
158	氢氧化物浓缩液										60	
159	硝酸镁										1	
160	偏磷酸										2	
161	正丁醇										5	
162	三氯甲烷										3	
163	碳酸氢钠										2	
164	三氯乙酸										2	
165	谷氨酸钠										1	
166	二水合乙酸锌										2	
167	三水合六氰铁（II）酸钾（亚铁氰化钾）										2	
168	碘化钾										1	
169	甲酸										5	
170	乙酸										5	
171	盐酸										1	
172	Tris 碱										1	
173	蛋白酶										8	
174	硫酸锌										1	
175	一水合柠檬酸										1	
176	甲醇										1	
177	盐酸吡啶盐										20	
178	磷酸氢二铵										1	
179	三氯化铁										1	
180	碘乙酰胺										1	
181	尿素										1	
182	重组胰蛋白酶										1	
183	分析纯甲醇										1	
184	茚三酮衍生液										1	
185	N,N-二甲基甲酰胺										1	
186	N-N 二甲基甲酰胺										1	

187	碘化钾										1	
188	甲醇										60	
189	甲醇										100	
190	甲醇										1	
191	磷酸										1	
192	氯化钠										4	
193	三苯基膦										1	
194	三乙胺										1	
195	无水硫酸镁										3	
196	无水乙醇										40	
197	乙腈										60	
198	乙腈										100	
199	乙腈										1	
200	乙酸										2	
201	异丙醇										8	
202	柠檬酸二钠盐倍半水合物										3	
203	柠檬酸钠二水合物										3	
204	三氯乙酸										3	
205	乙酸铵										3	
206	聚乙二醇（8000）										4	
207	正己烷										14	
208	二氯甲烷										10	
209	环己烷										1	
210	乙酸乙酯										1	
211	异辛烷										1	
212	FMOC-CL（草甘磷衍生剂）										3	
213	硼酸钠(Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O)										3	
214	氨水										1	
215	甲醇										1	
216	水										1	
217	乙醇										1	
218	乙腈										1	
219	正己烷										1	

220	乙酸乙酯										1	
221	无水乙醇										1	
222	甲酸										1	
223	乙酸										1	
224	乙酸铵溶液										1	
225	水										1	
226	Triton X-100										1	
227	戊二醛										1	
228	尿素过氧化氢										1	
229	耐高糖干酵母										30	
230	脱脂奶粉										1	
231	耐低糖干酵母										10	
232	盐酸										1	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号: BJJQ-2026-247-03 项目名称: _____ 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	Allure Silica 5μm , 250×2.1mm LC 色谱柱										1	
2	MXT Siltek Guard Column 10m, 0.53mm ID 保留间隙柱										4	
3	MXT-1 Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um GC 色谱分 析柱										4	
4	ZORBAX Eclipse XDB-C18 色 谱柱										9	
5	肝素亲和柱										20	
6	乳铁蛋白用色谱柱										5	
7	色谱柱										2	
8	HLB 固相萃取柱										15	
9	Poroshell 120 EC C18										2	
10	Poroshell 120 PFP										2	
11	Proshell 120 PFP 色谱柱										5	
12	Zorbax Eclipse Plus PAH										2	
13	Zorbax SIL										2	
14	QuEChERS 萃取盐包										25	
15	QuEChERS 萃取盐包										25	
16	Protein G 柱										1	
17	色谱柱 DB-1701 Intuvo										5	

18	DB-EUPAH 色谱柱										5	
19	HP-5MS 色谱柱										20	
20	色谱柱										2	
21	色谱柱 HP-5MS UI										20	
22	XDB-C18 色谱柱										10	
23	Venusil MP C18(2)										2	
24	SelectCore MAX 固相萃取柱										50	
25	SCX 色谱柱										2	
26	氨基酸分析柱 Ion Exchange Column #2622SC-PH										1	
27	DB-1701										5	
28	Eclipse PAH 色谱柱										2	
29	Zorbax SIL										5	
30	肝素亲和柱										20	
31	C18-WP 色谱柱										2	
32	Protein G 亲和柱										10	
33	EC-C18 色谱柱										1	
34	Zorbax SIL										3	
35	多环芳烃萃取柱										50	
36	ShimNex HE ZIC										1	
37	Cleanert C18										1	
38	Cleanert NH2										1	
39	Cleanert SCX										5	
40	Eclipse Plus C18										2	
41	色谱柱										4	
42	ShimNex CS C18, 5μm, 4.6x150mm										3	
43	氨基固相萃取柱										2	

44	黄曲霉毒素 B1B2G1G2 免疫亲和柱										2	
45	黄曲霉毒素 B1B2G1G2 免疫亲和柱										2	
46	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱										25	
47	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱										2	
48	呕吐毒素免疫亲和柱										1	
49	呕吐毒素免疫亲和柱										25	
50	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱										1	
51	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱										25	
52	赭曲霉毒素 A										2	
53	赭曲霉毒素 A										1	
54	色谱柱 SH-5SiMS										5	
55	HSS T3 1.8um 3.0*100mm										3	
56	sep-pak 氨基固相萃取柱										1	
57	SHIMSEN STYRA MCX										1	
58	C18 液相色谱柱										4	
59	ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱										3	
60	色谱柱 HP-5MS UI										3	
61	C18 液相色谱柱										4	
62	苯基柱 SB-Phrnyl										2	
63	HSS T3 1.8um 3.0*50mm										3	
64	ACQUITY UPLC BEH C18 色谱柱										3	
65	ACQUITY UPLC HILIC 色谱柱										2	

66	InfinityLab PFC 延迟色谱柱, 4.6x30mm										2	
67	sunfire c18										3	
68	ZORBAX NH2										2	
69	叶黄素色谱柱										3	
70	XD-C18 CH 色谱柱										2	
71	乳清蛋白检测试剂盒										1	
72	萃取盐包										20	
73	固相萃取柱										5	
74	肝素亲和柱										2	
75	苯并(a)芘分子印迹柱										40	
76	黄曲霉 B1 毒素磁珠净化试剂盒										1	
77	呕吐毒素磁珠净化试剂盒										1	
78	玉米赤霉烯酮毒素磁珠净化试剂盒										1	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-04 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	玻璃比色皿										200	
2	玻璃广口锥形瓶										20	
3	玻璃丝口瓶										30	
4	玻璃锥形瓶										220	
5	玻璃锥形瓶										500	
6	玻璃锥形瓶										200	
7	滴定管 1										5	
8	滴定管 2										5	
9	滴定管 3										5	
10	碱性洗涤剂										40	
11	具塞比色管 1										200	
12	具塞比色管 2										200	
13	具塞比色管 3										300	
14	口罩										300	
15	量筒 1										10	
16	量筒 2										10	
17	量筒 3										10	
18	量筒 4										10	
19	量筒 5										10	
20	慢速定量滤纸										1	
21	快速定性滤纸										5	
22	快速定量滤纸										2	

23	中速定性滤纸										1	
24	磨口带盖试剂瓶										20	
25	强力高效擦拭布										20	
26	容量瓶 1										20	
27	容量瓶 2										20	
28	容量瓶 3										20	
29	容量瓶 4										10	
30	容量瓶 5										10	
31	烧杯										10	
32	手套 1										300	
33	手套 2										300	
34	手套 3										300	
35	酸性洗涤剂										50	
36	陶瓷坩埚										200	
37	FOSS 膳食纤维杯										8	
38	高脚烧杯										50	
39	高脚烧杯										200	
40	一次性使用无菌注射器										50	
41	G2 漏斗										50	
42	石英坩埚										50	
43	吸耳球										50	
44	广口锥形瓶										60	
45	2 号保鲜袋										5	
46	6 号保鲜袋										20	
47	7 号保鲜袋										20	
48	9 号保鲜袋										20	
49	空白一次性纸杯										10	
50	不锈钢称量勺										10	

51	锡纸										10	
52	50ml 磨口 KD 浓缩瓶										40	
53	聚乙烯试剂瓶										5	
54	聚乙烯试剂瓶										5	
55	一次性活性炭口罩										20	
56	蒸笼纸										1	
57	蒸笼纸										4	
58	谷物选筛										1	
59	谷物选筛										1	
60	谷物选筛										1	
61	谷物选筛										1	
62	长柄瓶刷										5	
63	15ml 尖底离心管										10	
64	盐包										3	
65	NN-二甲基亚硝胺										40	
66	NN-二甲基亚硝胺										40	
67	NN-二甲基亚硝胺										40	
68	100mL 玻璃烧杯										700	
69	棕色容量瓶										20	
70	10mL 摺盖圆底离心管										56	
71	15mL 圆底离心管（螺纹盖）										70	
72	250mL 分液漏斗										90	
73	巴氏吸管（3mL）										260	
74	称量纸										8	
75	干湿两用抹布										30	
76	高回收棕色螺纹瓶										50	
77	加厚丁腈手套 M 号										12	
78	透明进样瓶										95	

79	透明聚丙烯进样小瓶										80	
80	无尘擦拭纸										20	
81	样品瓶盖										90	
82	一次性注射器散件										550	
83	针式过滤器（尼龙）										170	
84	针式过滤器（水系）										470	
85	针头式过滤器										280	
86	棕色进样瓶										20	
87	150mL 玻璃烧杯										50	
88	60mL 标液瓶棕色										3	
89	0.1-10ul 枪头										2	
90	2.0ml 离心管										10	
91	2-200ul 枪头										15	
92	50-1000ul 枪头										20	
93	变色硅胶										10	
94	1200 制备液相收集馏分瓶										70	
95	巴氏吸管										50	
96	废液安全过滤器										10	
97	流动相安全过滤										5	
98	透明进样瓶										920	
99	压好的定性滤纸										8	
100	棕色进样瓶										1220	
101	50mL 量分液漏斗										2	
102	100mL 量分液漏斗										2	
103	1000mL 量筒										2	
104	2000mL 玻璃烧杯										5	
105	滤膜										1	

106	实验室用一次性注射器 (PP/PE.无橡胶活塞, 偏头, 无 针头)										15	
107	L 码丁腈手套										2	
108	滤纸										2	
109	50mL 尖底离心管										3	
110	玻璃内衬管										20	
111	一次性注射器										30	
112	烧杯										10	
113	透明带内插管玻璃样品瓶										40	
114	样品瓶盒										50	
115	样品瓶盒										100	
116	干湿两用抹布										100	
117	烧杯										20	
118	活性炭口罩										100	
119	透明聚丙烯 (PP) 螺纹口自动 进样瓶										20	
120	气相色谱柱										2	
121	可塑金属密封垫圈										2	
122	实验室手套										20	
123	针式滤器										10	
124	在线过滤器										10	
125	RP 下半支组件 (1000 微升)										1	
126	RP 下半支组件 (10 毫升)										1	
127	RP 套筒 (1000 微升)										1	
128	RP 套筒 (5 毫升)										1	
129	RP 套筒 (10 毫升)										1	
130	RP 耐腐蚀下半支(100-1000 微 升)										1	

131	RP 耐腐蚀下半支(1-10 毫升)										1	
132	密封圈(10 毫升)										1	
133	保护滤芯(0.5-5 毫升, 10 个)										1	
134	RP 计数器										1	
135	弹射按钮										1	
136	RP 下半支组件										1	
137	2 mL 定位孔包装广口螺纹口样品瓶										1	
138	塑料量筒 1000mL										1	
139	100mL 塑料量筒										1	
140	10mL 塑料量筒										1	
141	25mL 塑料量筒										1	
142	2ml 透明玻璃瓶										900	
143	2ml 透明玻璃瓶(带固定支架)										60	
144	2ml 棕色玻璃瓶										20	
145	3mL 一次性塑料吸管										40	
146	5000mL 带手柄塑料量杯										1	
147	50mL 塑料量筒										1	
148	擦手纸										10	
149	无尘擦拭纸										10	
150	样品瓶盖										100	
151	一次性注射器										200	
152	一次性注射器散件										200	
153	50ml 尖底离心管										60	
154	最大回收瓶带瓶盖										10	
155	6 号保鲜袋										20	
156	9 号保鲜袋										10	
157	玻璃纤维滤纸										20	

158	豆浆过滤袋										10	
159	紫色加厚无粉丁腈手套										2	
160	无色透明 2mL 进样小瓶（带书写签）										50	
161	圆形移液管架										2	
162	加厚型深蓝色丁腈手套										20	
163	锡纸										50	
164	玻璃内插管										50	
165	尼龙 66（Nylon）滤膜										300	
166	紫色加厚无粉丁腈手套										1	
167	紫色加厚无粉丁腈手套										5	
168	3M 防毒面具滤盒										3	
169	平板推车										5	
170	2mL 离心管										5	
171	0.5-10μL 枪头										1	
172	200μL 枪头										2	
173	1000μL 枪头										10	
174	5mL 枪头										10	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-05 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	超纯氦										4	
2	高纯氮										500	
3	高纯氦										130	
4	高纯氩										1900	
5	高纯氧										16	
6	液氮										1000	
7	液氦										300	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。
投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-06 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	大容量捕集阱（分子筛） RMSHY-2										2	
2	可视化载气净化器 CP-17973										2	
3	SilTite Miniferrules 0,25mm iD 0.25mm 密封垫										2	
4	SilTite Miniferrules 0,53mm iD 0.53mm 密封垫										2	
5	分子筛过滤器										2	
6	分子筛过滤器										2	
7	进样针										40	
8	超高惰性衬管										47	
9	进样隔垫										5	
10	进样口衬管										20	
11	微量进样针										20	
12	不分流衬管										95	
13	灯丝（7010D）										1	
14	O 型圈										2	
15	顶空针										2	
16	灯丝										10	
17	灯丝										95	
18	进样针										20	
19	石墨密封圈										10	

20	进样针										25	
21	废液桶带安全盖										10	
22	调谐液										4	
23	砂子										1	
24	乙腈										50	
25	针座										6	
26	泵油										6	
27	毛细管										2	
28	石墨垫圈										5	
29	矩管										1	
30	雾化器										1	
31	石英舟										2	
32	seasspray 雾化器										1	
33	矩管										1	
34	Shim-pack GIST 预柱										1	
35	保护柱芯										6	
36	GAS clean 载气净化器更换滤芯										1	
37	捕集阱 H2										1	
38	捕集阱 He										1	
39	捕集阱 N2										1	
40	衬管										3	
41	灯丝										6	
42	分流出口捕集阱										1	
43	水分捕集阱										1	
44	微量进样针										2	
45	载气净化器										1	
46	O 型圈										40	

47	不分流衬管										10	
48	灯丝										6	
49	分子筛 MS FILTER,CONDITIONING										2	
50	过滤器 FILTER ASSY										2	
51	过滤器 FILTER FOR SPLIT (分子筛捕集管一体式过滤器)										2	
52	进样隔垫										10	
53	微量进样针										6	
54	LC-MS 质谱调谐液										2	
55	FS 离子导入系统										2	
56	常规流速喷针										2	
57	低流速喷针										1	
58	500ml 注射器										1	
59	正离子模式校正液										1	
60	负离子模式校正液										1	
61	进样器六通阀转子										1	
62	进样器针座密封										1	
63	质谱电熨针										1	
64	进样口隔垫										1	
65	密封垫										2	
66	O 型圈										1	
67	不分流衬管										1	
68	进样针 10ul										2	
69	密封垫圈										2	
70	通用柱螺帽										1	
总价(元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-07 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	色谱级乙酸铵										12	
2	锌粉还原柱										15	
3	硅藻土柱										10	
4	SB-C18 色谱柱										15	
5	液相色谱柱										5	
6	色谱柱										5	
7	色谱柱										5	
8	PSA/Silica 复合填料玻璃柱										30	
9	弗洛里硅土固相萃取柱										20	
10	ZORBAX SIL 4-Pack										12	
11	色谱柱										3	
12	色谱柱										2	
13	氨基柱										5	
14	色谱柱										4	
15	色谱柱										4	
16	色谱柱										1	
17	Eclipse Plus C18 色谱柱										5	
18	spe 柱（ProElut PWA-2）										5	
19	ProElut C18 500 mg / 6 mL										1	
20	Zorbax NH2										5	
21	硅胶固相萃取柱										2	

22	砷形态保护柱										1	
23	砷形态快速分析柱										1	
24	Florisil 固相萃取柱										50	
25	瓶口分配器										3	
26	瓶口分配器										3	
27	瓶口分配器										3	
28	移液枪										8	
29	移液枪										8	
30	移液枪										8	
31	移液枪										8	
32	移液枪										8	
33	乙酸钠										14	
34	草甘膦小柱										15	
35	茶叶用净化管										7	
36	茶叶用盐包										17	
37	有色蔬菜用净化管										12	
38	有色蔬菜用盐包										22	
39	透明玻璃试剂瓶										5	
40	1000μl 吸头										5	
41	200μl 吸头										5	
42	50mL 具塞刻度比色管										800	
43	数字可调式瓶口分配器 (1.0-10mL)										9	
44	数字可调式瓶口分配器 2.5-25mL										6	
45	数字可调式瓶口分配器 5-50mL										4	
46	样品周转车										4	

47	5ml 移液枪枪头										20	
48	10ml 移液枪枪头										10	
49	棕色玻璃试剂瓶										10	
50	100ml 容量瓶										100	
51	10ml 容量瓶										100	
52	50ml 容量瓶										100	
53	透明进样瓶										500	
54	样品瓶盖										480	
55	100mL 具塞刻度比色管										300	
56	25mL 具塞刻度比色管										1000	
57	广口三角瓶										100	
58	滤膜										500	
59	移液器吸头										5	
60	10ml 塑料吸管										10	
61	绿色芦荟乳胶手套										5	
62	绿色芦荟乳胶手套										5	
63	乳胶检查手套										5	
64	乳胶检查手套										5	
65	雾化器										3	
66	雾化器										2	
67	进样管										3	
68	内标管										1	
69	EDI										1	
70	纯水机盐包										20	
71	预切口瓶盖										50	
72	手套										5	
73	手套										5	

74	有色蔬菜用净化管										2	
75	有色蔬菜用盐包										6	
76	镍采样锥										2	
77	镍截取锥										2	
78	砷形态分析试剂盒										1	
79	砷形态分析试剂盒										1	
80	A10 灯										2	
81	超纯化柱										2	
82	空气过滤器										3	
83	预纯化柱										3	
84	终端过滤器										4	
85	铂金截取锥										1	
86	色谱柱										1	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-08 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	叶酸测定培养液										2	
2	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）										10	
3	(改良)Skirrow 琼脂基础（颗粒剂型）										5	
4	0.1%蛋白胨水（颗粒剂型）										1	
5	0.1%煌绿										20	
6	0.5%碱性复红										1	
7	1%TTC 溶液										4	
8	10%氯化铈										1	
9	3% NaCl 胰蛋白胨大豆琼脂										1	
10	3%H2O2										1	
11	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW）										5	
12	400ml 均质袋										30	
13	7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）										30	
14	Baird-Parker 琼脂基础										60	
15	Baird-Parker 琼脂平板										2900	
16	Bolton 肉汤基础（颗粒剂型）										1	
17	CIN-1 培养基基础										1	
18	D-环丝氨酸										30	
19	E-buffer 溶液										1	
20	EC 肉汤（颗粒剂型）										1	
21	KF 链球菌琼脂基础										1	
22	MC 培养基（颗粒剂型）										10	
23	MRS 琼脂 (MRS Agar)										5	
24	MRS 琼脂培养基										20	

25	PALCAM 培养基基础（颗粒型）										10	
26	PALCAM 选择性添加剂										80	
27	SCDLP 液体培养基										1	
28	TCBS 琼脂										1	
29	TPGYT 培养基基础										1	
30	阪崎肠杆菌显色培养基（DFI 琼脂）（颗粒剂型）										3	
31	吡哆醇 Y 培养基										1	
32	表面涂抹采样管（BPW，含拭子）										1	
33	表面涂抹采样管（复方中和剂磷酸盐缓冲液，含拭子）										1	
34	表面涂抹采样管（磷酸盐缓冲液，含拭子）										1	
35	表面涂抹采样管（生理盐水，含拭子）										1	
36	布氏肉汤										1	
37	肠道菌增菌肉汤（EE）										5	
38	大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒										1	
39	大豆蛋白胨肉汤 Rappaport-Vassiliadis Soya Broth										4	
40	大豆蛋白胨肉汤 Rappaport-Vassiliadis Soya Broth										250	
41	单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒										1	
42	碘液										1	
43	冻干血浆										20	
44	多粘菌素 B										1	
45	多粘菌素 B										20	
46	二苯醚乙醇溶液										1	

47	副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒										1	
48	改良 CCDA 基础（颗粒剂型）										1	
49	改良 Y 琼脂										1	
50	改良克氏双糖铁琼脂										1	
51	改良磷酸盐缓冲液										1	
52	改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（mLST）（颗粒剂型）										4	
53	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）（颗粒剂型）										10	
54	哥伦比亚 CNA 血琼脂平板										1	
55	哥伦比亚血琼脂平板										30	
56	哥伦比亚血琼脂平板即										10	
57	革兰氏染色液试剂盒										2	
58	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）										1	
59	含 0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤（TSB-YE）										1	
60	含铁牛奶培养基										1	
61	缓冲蛋白胨水（BPW）										300	
62	缓冲蛋白胨水（BPW）（颗粒剂型）										1	
63	缓冲动力-硝酸盐培养基										1	
64	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）（颗粒剂型）										4	
65	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）-单料										1	
66	肌醇测定培养基										5	
67	结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂（VRBA-MUG）（颗粒剂型）										10	
68	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）（颗粒剂型）										300	
69	菌落总数测试片										1	

70	抗生素溶液（两性霉素 B、头孢哌酮和利福平）										1	
71	抗生素溶液（头孢哌酮、万古霉素、两性霉素 B、多粘菌素 B 和三甲氧苄胺嘧啶乳酸盐）										1	
72	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒										50	
73	蜡样芽孢杆菌显色培养基										10	
74	酪蛋白琼脂										1	
75	亮绿乳糖胆盐培养液（BGLB）										1	
76	磷酸盐缓冲液										4	
77	磷酸盐缓冲液										200	
78	硫酸锰营养琼脂										1	
79	卵黄琼脂培养基基础										1	
80	卵磷脂吐温 80 营养琼脂										1	
81	绿脓菌素测定培养基（颗粒剂型）										1	
82	马尿酸弯曲杆菌生化鉴定试剂										1	
83	麦康凯琼脂（MAC）（颗粒剂型）										1	
84	孟加拉红培养基（颗粒剂型）										5	
85	莫匹罗星锂										10	
86	木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂（XLD）										1	
87	纳氏试剂										1	
88	萘啶酮酸										1	
89	脑心浸液肉汤(BHI)（颗粒剂型）										1	
90	庖肉牛肉粒										1	
91	庖肉培养基基础										1	
92	品红亚硫酸钠培养基										1	
93	平板计数琼脂（PCA）（颗粒剂型）										4	

94	乳糖胆盐发酵培养液（颗粒剂型）										1	
95	乳糖蛋白胨培养液										1	
96	乳糖-明胶培养基										1	
97	沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒										1	
98	沙氏葡萄糖琼脂（Sabouraud Dextrose Agar Medium, SDA）										5	
99	十六烷三甲基溴化铵琼脂（颗粒剂型）										1	
100	双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂）										1	
101	四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB）										4	
102	四硫磺酸盐煌绿增菌液基础（TTB）										250	
103	头孢菌素										1	
104	涂抹棒/缓冲蛋白胨水										6	
105	万古霉素(B)										20	
106	无菌采样袋（180*300mm）										20	
107	无菌采样袋（305*460mm）										20	
108	无菌海绵涂抹棒（含中和缓冲液 50ml）										10	
109	稀释液										20	
110	硝酸盐还原甲、乙液										1	
111	小肠结肠炎耶尔森氏菌干制生化鉴定试剂盒										1	
112	新生霉素（C）										1	
113	新生霉素（D）										30	
114	新鲜无菌脱纤维羊血										1	
115	血琼脂平板										50	
116	亚碲酸盐卵黄增菌液										950	
117	亚硫酸铋琼脂（BS）颗粒										10	
118	氧化酶试剂										1	
119	叶酸测定培养基										50	

120	液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） （颗粒剂型）										1	
121	液体石蜡										20	
122	一次性培养皿										100	
123	伊红美蓝琼脂（EMB）（颗粒 剂型）										3	
124	胰蛋白胨大豆琼脂（Trypticase Soy Agar, TSA）										5	
125	胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）（颗粒 剂型）										1	
126	胰酪-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂 基础（TSC）（颗粒剂型）										1	
127	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 （颗粒剂型）										1	
128	胰酪胨大豆羊血琼脂平板 （TSSB）										1	
129	乙酰胺琼脂										1	
130	营养琼脂(NA)（颗粒剂型）										4	
131	营养肉汤										40	
132	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 （LST）（颗粒剂型）										2	
133	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 （LST）-单料										100	
134	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 （LST）-双料										10	
135	志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒										1	
136	志贺氏菌四种混合多价血清										1	
137	志贺氏菌显色培养基										1	
138	志贺氏菌增菌肉汤基础（颗粒 剂型）										1	
139	自含式压力蒸汽灭菌生物指示 剂（121℃）										10	
140	生物素测定培养基										1	
141	维生素 B12 检测试剂盒										1	

142	生物素检测试剂盒										1	
143	叶酸检测试剂盒										1	
144	泛酸检测试剂盒										1	
145	烟酸/烟酰胺检测试剂盒										1	
146	维生素 B6 检测试剂盒										1	
147	6S 叶酸检测试剂盒										1	
148	微孔板 B12 检测试剂盒										1	
149	微孔板生物素检测试剂盒										1	
150	微孔板叶酸检测试剂盒										1	
151	微孔板泛酸检测试剂盒										1	
152	微孔板烟酸/烟酰胺检测试剂盒										1	
153	维生素 B6 检测试剂盒										1	
154	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液										1	
155	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）										1	
156	碘液										1	
157	煌绿										1	
158	沙门氏菌显色培养基										1	
159	营养琼脂(NA)										1	
160	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）										1	
161	三糖铁（TSI）琼脂										1	
162	月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤										1	
163	煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤										1	
164	结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA)										1	
165	大肠菌群计数测试片										1	
166	平板计数琼脂（PCA）										1	
167	7.5%氯化钠肉汤										1	
168	Baird-Parker 琼脂基础										1	
169	亚碲酸盐卵黄增菌液										1	

170	血琼脂平板基础										1	
171	营养琼脂(NA)										1	
172	脑心浸液肉汤(BHI)										1	
173	兔血浆										1	
174	革兰氏染色液试剂盒										1	
175	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA)										1	
176	孟加拉红培养基										1	
177	霉菌酵母菌测试片										1	
178	Fraser 增菌肉汤 (FB1、FB2) 基础										1	
179	萘啶酮酸										1	
180	吡啶黄素 (V)										1	
181	柠檬酸铁铵										1	
182	萘啶酮酸										1	
183	吡啶黄素										1	
184	柠檬酸铁铵										1	
185	含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE)										1	
186	含 0.6%酵母膏粉的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)										1	
187	OA 李斯特氏菌显色培养基										1	
188	PALCAM 培养基基础										1	
189	PALCAM 选择性添加剂										1	
190	SIM 动力培养基										1	
191	缓冲葡萄糖蛋白胨水										1	
192	沙门氏菌 H 多价 2:c,h;e,n,x;f,g;g,m,s;g,p;m,t										2	
193	沙门氏菌属“0”多价血清 A-F										2	
194	(改良)Skirrow 琼脂平板										4	
195	10%NaCl 胰胨水										4	
196	50%卵黄液										80	
197	6%NaCl 胨水										4	
198	8%NaCl 胨水										4	

199	Bolton 肉汤										4	
200	Bolton 肉汤										4	
201	CFC 添加剂(头孢菌素和夫西地酸溶液)										100	
202	DTA-dextrose tryptone agar 葡萄糖胰蛋白胨琼脂										4	
203	EC 肉汤										8	
204	MPC 琼脂 milk plate count agar 乳平板计数琼脂										4	
205	O157 诊断血清										1	
206	PYG 液体培养基基础										1	
207	SIM 培养基										4	
208	SPS 琼脂添加试剂										3	
209	STEC 显色培养基										1	
210	Swarm 琼脂										1	
211	TPY 琼脂培养基										4	
212	氨基酸脱羧酶对照										4	
213	阪崎肠杆菌干制生化鉴定试剂盒										2	
214	半固体琼脂										4	
215	半胱氨酸盐酸盐										30	
216	表面涂抹采样管 (BPW, 含拭子)										40	
217	察氏培养基										1	
218	瓷珠菌种保存管										1	
219	大肠埃希氏菌 O157: H7 干制生化鉴定试剂盒										2	
220	大肠杆菌 O157 显色培养基										8	
221	胆汁液态培养基										4	
222	蛋白胨-盐溶液										4	
223	靛基质试剂										4	
224	动力-硝酸盐培养基 (A 法)										4	
225	改良 CCDA 平板										4	

226	改良 EC 肉汤 (mEC+n) 基础										4	
227	改良胰蛋白胨大豆液体培养基 (mTSB)										4	
228	虎红培养基										4	
229	假单胞菌 CFC 选择性培养基基础										10	
230	假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂										28	
231	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂 (VRBDA/VRBGA)										10	
232	金氏 B 培养基										2	
233	赖氨酸脱羧酶肉汤										4	
234	卵黄琼脂基础										4	
235	氯化镁孔雀绿大豆胨(RVS)增菌液										4	
236	氯化钠三糖铁琼脂										4	
237	氯化血红素										60	
238	氯硝铵 18%甘油 (DG18) 琼脂基础										4	
239	马铃薯葡萄糖琼脂 (PDA)										4	
240	马铃薯-葡萄糖琼脂培养基										4	
241	马铃薯琼脂										4	
242	麦芽浸粉琼脂 (MEA)										2	
243	木糖 b										4	
244	脑心浸液琼脂培养基										4	
245	脑心浸液肉汤(BHI)										4	
246	脑心浸液液态培养基										4	
247	尿素酶										4	
248	氰化钾空白对照管										4	
249	氰化钾试验管										4	
250	乳酸杆菌生化鉴定套装										10	
251	噻孢霉素										40	

252	三糖铁琼脂（TSI）										4	
253	色氨酸肉汤										4	
254	山梨醇麦康凯琼脂基础										4	
255	嗜热链球菌生化鉴定套装										10	
256	鼠李糖										4	
257	双歧杆菌琼脂培养（BBL）										1	
258	吐温 80										4	
259	维生素 K1										60	
260	我妻氏培养基基础										2	
261	无盐胰胨水										4	
262	新生霉素 B										24	
263	亚碲酸钾溶液										4	
264	亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础（SPS）										4	
265	亚硒酸盐煌绿增菌液基础（用于蛋与蛋制品中沙门氏菌的增菌培养（GB 标准）[需与 P-73 配套使用]）										1	
266	胰蛋白胨大豆琼脂（TSA）										4	
267	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础										4	
268	胰酪胨大豆羊血琼脂基础（TSSB）										1	
269	乙酰胺肉汤										4	
270	吡啶乙酸酯弯曲杆菌生化鉴定试剂										1	
271	吡啶乙酸酯纸片										1	
272	茆三酮										1	
273	月桂基硫酸盐胰蛋白胨 MUG 肉汤（LST-MUG）										4	
274	致泻大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒										3	
275	Fraser 增菌肉汤（FB1、FB2）基础										300	

276	FB1 增菌肉汤配套试剂										200	
277	FB2 增菌肉汤配套试剂										100	
278	弯曲菌增菌液基础										1	
279	弯曲菌增菌液配套试剂（抗生素溶液）										1	
280	生物素测定培养基										1	
281	水样采集袋（无菌）										10	
282	质谱系统微生物样本预处理试剂盒										5	
283	质谱系统样本处理基质溶液										10	
284	质谱系统霉菌样本预处理试剂盒										5	
285	质谱系统样本预处理溶液										10	
286	微生物质谱鉴定仪用校准品										1	
287	质谱 96 孔靶板										2	
288	自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂（121℃）										8	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-09 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	(PCR-0208-C)0.2mlPCR 八联排管										1	
2	(PCR-2CP-RT-C)0.2mlPCR 八联排盖(平盖)荧光定量专用										1	
3	0.1mlPCR 八联排盖(平盖)荧光定量专用										1	
4	0.1mlPCR 八联排管										1	
5	1.5ml 离心管										10	
6	1000ul 吸头										1	
7	10ul 吸头 短白										1	
8	200ul 吸头										1	
9	2ml 离心管										5	
10	鸡胰腺酶										10	
11	微生物法泛酸检测试剂盒										1	
12	微生物法生物素检测试剂盒										1	
13	微生物法叶酸检测试剂盒										1	
14	一次性防护手套 L 号										8	
15	VITEK MS MOULD KIT 霉菌提取试剂盒										1	
16	VITEK MS-CHCA Matrix for use with VITEK MS VITEK MS 样品处理基质液										1	

17	VITEK MS-DS VITEK MS 一次性样品靶板（32 块/件）										1	
18	VITEK PICKME Nibs VITEK MS 采样笔头(18 盒*96 个/盒)										1	
19	VITEK PICKME Pen VITEK MS 采样笔										1	
20	采样笔头										1	
21	大肠埃希菌 Escherichia coli derived from ATCC® 8739™										1	
22	高压灭菌锅滤芯										1	
23	18 种食源性病原体核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒										1	
24	10ml 塑料针筒（带针头）										1	
25	5ml 塑料针筒（带针头）										1	
26	84 消毒泡腾片										10	
27	PP 塑料量杯 1L										1	
28	PP 塑料量杯 2L										1	
29	百洁布										1	
30	不锈钢酒精灯										1	
31	酒精喷壶										1	
32	离心管 50mL										1	
33	品级大容量塑料瓶										1	
34	实验室塑料漏斗										1	
35	塑料量筒 1000mL										1	
36	塑料量筒 100mL										1	
37	塑料量筒 2000mL										1	
38	塑料量筒 250mL										1	
39	塑料量筒 500mL										1	
40	塑料量筒 50mL										1	

41	塑料洗瓶 500ml										1	
42	天平称量纸 100*100mm										1	
43	天平称量纸 75*75mm										1	
44	拖鞋实验室专用工作鞋 36/37										1	
45	拖鞋实验室专用工作鞋 38/39										1	
46	拖鞋实验室专用工作鞋 40/41										1	
47	拖鞋实验室专用工作鞋 42/43										1	
48	拖鞋实验室专用工作鞋 44/45										1	
49	100 格冷冻盒										1	
50	冻存管 2ml										10	
51	碱性清洗剂										1	
52	橡胶牛津乳胶手套										1	
53	蜡样芽胞杆菌/苏云金芽胞杆菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法）										5	
54	五种致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）										10	
55	有机玻璃比色管架										1	
56	α -淀粉酶										1	
57	VITEK2 专用 0.45% 盐水										2	
58	一次性悬浮液管										1	
59	2ml 一次性移液管										50	
60	3M 压力灭菌指示胶带										30	
61	B12 测试肉汤										50	
62	B12 接种肉汤										4	
63	B12 培养琼脂										2	
64	Parafilm 封口膜										3	
65	PH 计校准液										1	
66	PH 计校准液										1	

67	PH 计校准液										1	
68	WYPALL* L40 擦拭纸										20	
69	α 淀粉酶										1	
70	β 淀粉酶										1	
71	β -内酰胺酶 1500-3000UI/mg 蛋白质										1	
72	玻璃比色皿										1	
73	不锈钢医用剪刀（直尖）										1	
74	不锈钢医用镊子（组织镊）										1	
75	肠杆菌科及其它革兰氏阴性菌鉴定试剂条										1	
76	醋酸纤维膜										1	
77	冻干兔血浆										1	
78	泛酸测试肉汤										50	
79	泛酸钙(维生素 B5)纯度标准物质										2	
80	封口膜										3	
81	高温橡皮筋										5	
82	鸽子肝脏丙酮提取物干粉										1	
83	革兰氏染色质控片										1	
84	革兰氏阳性细菌鉴定卡										10	
85	革兰氏阴性细菌鉴定卡										10	
86	过硫酸氢钾复合盐消毒粉										20	
87	黑色塑料袋垃圾袋										100	
88	弧菌显色										2	
89	弧菌显色培养基										10	
90	缓冲蛋白胨水培养基										10	
91	混合纤维膜										1	
92	鸡胰腺苷干粉										1	

93	碱性磷酸酶										1	
94	接种环 1										10	
95	接种环 2										10	
96	结晶紫中性红胆盐琼脂 VRBA										1	
97	聚丙烯处理袋										1	
98	均质袋										20	
99	口罩 2										50	
100	垃圾桶										1000	
101	蓝盖瓶										1	
102	蓝盖瓶										1	
103	蓝盖瓶 1										1	
104	蓝盖瓶 2										10	
105	李斯特菌显色培养基										15	
106	李斯特氏菌属鉴定试条										1	
107	两虫 滤芯										1	
108	两虫 质控标样										1	
109	滤膜										1	
110	免疫磁分选试剂盒										1	
111	免疫组化笔										1	
112	灭菌处理袋										1	
113	木瓜蛋白酶										1	
114	耐高温高压分注管 (6.4mm 内径泵头管)										1	
115	牛血清蛋白 BSA										1	
116	诺福杀孢子剂										5	
117	平板计数琼脂										50	
118	青霉素钾										1	
119	氰钴胺(维生素 B12)纯度标准 物质										2	

120	乳酸杆菌琼脂 AOAC										2	
121	乳酸杆菌肉汤 AOAC										4	
122	塞子										1	
123	沙门氏菌 O 多价 A-S+Vi										1	
124	沙门氏菌 Poly H										1	
125	沙门氏菌显色培养基(二代)										15	
126	沙门氏菌诊断血清套装										1	
127	商用锡箔纸（加厚型）										5	
128	生物危害灭菌袋(无标识，大号)										10	
129	实验室擦拭纸										30	
130	试管 1										1	
131	试管 2										1	
132	舒巴坦										1	
133	涂布棒										80	
134	脱脂奶粉										1	
135	微需氧产气袋										5	
136	胃蛋白酶（1：3000）										1	
137	无尘室用粘尘地垫（强粘和型）										1	
138	无尘室用粘尘地垫（强粘和型）										1	
139	五氧化二磷										1	
140	洗耳球										1	
141	细胞分离液 Percoll										1	
142	芽孢杆菌鉴定试卡										1	
143	烟酸测定培养基										4	
144	厌氧产气袋										90	
145	厌氧指示剂										5	
146	验室乳胶帽										1	
147	验室乳胶帽										1	

148	验室乳胶帽										1	
149	叶酸纯度标准物质										2	
150	一次性采样咽拭子										30	
151	一次性丁腈手套										10	
152	一次性丁腈手套										20	
153	一次性丁腈手套										10	
154	一次性丁腈手套										2	
155	一次性防护服										5	
156	一次性无菌规格板										1	
157	医用隔离无纺布鞋套(加厚型)										100	
158	医用一次性无纺布加厚帽子 (蓝色 28g 圆顶帽)										50	
159	胰酪大豆胨琼脂 (TSA)										1	
160	阴离子交换树脂 Dowex 1x8										1	
161	婴儿配方奶粉中维生素 B12 (氰钴胺素) 标准物质										2	
162	婴儿配方乳粉中泛酸成分分析 标准物质										2	
163	荧光染色试剂盒										1	
164	粘尘地垫专用垫										1	
165	粘尘地垫专用垫										1	
166	兹浩消毒液 3%浓度										10	
167	紫外线强度指示卡										10	
168	DNeasy mericon Food Kit 食物 核酸提取试剂盒										4	
169	API 50CHL 培养基										1	
170	API 50CH 培养基										1	
171	MYP 琼脂										1	
172	病毒 RNA 提取试剂盒										1	

173	蜡样芽胞杆菌核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)										1	
174	诺如病毒 (GI/GII) 核酸检测 试剂盒 (荧光 PCR 法, 含 MS2)										1	
175	诺如病毒 GII 外加扩增控制 RNA										1	
176	产气荚膜梭菌 cpe 毒力基因核 酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)										1	
177	副溶血性弧菌 TLH/TDH/TRH 核酸检测试剂 盒 (荧光 PCR 法)										1	
178	一次性培养皿										1	
179	涂抹海绵										1	
180	一次性无菌培养皿(已灭菌)										1	
181	1uL 一次性无菌接种环										1	
182	10uL 一次性无菌接种环										1	
183	L 型涂抹棒										1	
184	耐高温组培封口膜										1	
185	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试 剂盒										1	
186	HCCA,portioned										2	
187	细菌检测标准品(bacterial test standard, BTS)										2	
188	一代测序胶 (A26073)										1	
189	调节试剂 (4393718)										1	
190	阳极缓冲液 (4393927)										1	
191	一代测序试剂 (4337455)										1	
192	阴极缓冲液 (4408256)										1	
193	Ion 510™ Chip Kit										1	

194	模板制备 Ion 510/520/530™ Kit-Chef - 8 rxns & 4 Init (A34461)										1	
195	模板制备 Ion 510/520/530™ Kit-Chef - 8 rxns & 8 Init(A34019)										1	
196	2×TaqMan Gene Expression Master Mix										5	
197	TaqMan Fast Advanced Master Mix										5	
198	氨苄青霉素钠 CAS:69-52-3										1	
199	磁珠法植物基因组 DNA 提取 试剂盒 (DP342-02)										1	
200	动物引物组 II 文库(GT003-02)										1	
201	动物引物组 I 文库(GT003-01)										1	
202	卡那霉素 B CAS:4696-76-8										1	
203	植物引物组 II 文库(GT004-02)										1	
204	植物引物组 I 文库(GT004-01)										1	
205	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试 剂盒										32	
206	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试 剂盒										32	
207	Tris-HCl										1	
208	DNeasy mericon Food Kit 食物 核酸提取试剂盒										3	
209	聚乙烯吡咯烷酮										1	
210	硫酸葡聚糖										1	
211	焦磷酸钠										1	
212	聚蔗糖										1	
213	Denhardt's solution										1	
214	casein										1	

215	CAPSO										1	
216	luminol										2	
217	革兰氏阳性细菌鉴定卡										4	
218	革兰氏阴性细菌鉴定卡										4	
219	带垫片培养皿 47mm										2	
220	单片滤膜 0.45μm47mm										2	
221	EZ-Fluo 试剂盒										5	
222	紫外线强度指示卡										1	
223	TGuide S32 磁珠法动物组织基因组 DNA 提取试剂盒 (DP602)										5	
224	冻干粉 (模拟食品) 中菌落总数定量分析质控样品										1	
225	坤昱鞋履膜机 PETG 环保防滑膜										1	
226	维生素 B7 (生物素) 测定培养基										1	
227	B12 乳酸杆菌保存检出用培养基										1	
228	B12 乳酸杆菌接种用培养基										1	
229	一次性靶板										1	
230	质谱样品处理基质										1	
231	细菌试验标准品										1	
232	Half-Fraser 肉汤 (完整)										1	
233	FB1 肉汤 (即用型)										1	
234	Fraser 肉汤基础										1	
235	FB1 择性添加剂										1	
236	FB2 择性添加剂										1	
237	TBX										1	
238	M036-100g B12 测定用培养基										1	
239	M037-100G 泛酸测定培养基										1	

240	M1281-100g 泛酸测定培养基 AOAC										1	
241	M040-100g 烟酸测定培养基										1	
242	M126-100g 叶酸测定培养基 AOAC										1	
243	M543-100g 叶酸酪蛋白培养基										1	
244	M366-100g 乳酸杆菌琼脂 AOAC										1	
245	M367-100g 乳酸杆菌肉汤 AOAC										1	
246	M206-100g B12 接种用肉汤										1	
247	GM369-500G 乳酸菌肉汤 (MRS 肉汤) (颗粒型)										1	
248	GM641-500G 乳酸菌琼脂 (MRS 琼脂) (颗粒型)										1	
249	M2065 乳酸杆菌显色培养基 (含增补剂 FD345)										1	
250	M1960 双歧杆菌显色培养基										1	
251	M1712 乳酸菌显色培养基 (Nickels and Leesment Medium) (含增补剂 FD245)										1	
252	GM1494I-5KG 缓冲蛋白胨水 (颗粒型)										1	
总价 (元)												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号：BJJQ-2026-247-10 项目名称： 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社 会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	100bp DNA Ladder(MD109)										1	
2	10ml 吸头										3	
3	2×Taq PCR Mastermix										1	
4	50bp DNA Ladder(MD108)										1	
5	5ml 吸头										1	
6	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 1 校准板 I										1	
7	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 2 校准板 II										1	
8	96-WELL 0.2ML CAL PLATE 3 校准板 III										1	
9	Ab-qPCR(探针法)试剂盒										130	
10	BigDye XTerminator™ Purification Kit										2	
11	BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit										1	
12	ExoSAP-IT Express PCR Product Cleanup Reagent										1	
13	Ezup 柱式深加工产品基因组 DNA 抽提试剂盒										1	
14	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 1 校准板 I										1	

15	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 2 校准板 II										1	
16	FAST 96-WELL 4-DYE CAL PLATE 3 校准板 III										1	
17	Hi-Di™ Formamide										1	
18	MeltDoctor HRM 校准标准品 (20X)										1	
19	MeltDoctor HRM 预混液										1	
20	MicroAmp™ 96 孔托盘/固定装置										1	
21	MicroAmp™ Clear Adhesive Film										1	
22	MicroAmp™ Optical Adhesive Film										8	
23	NGS 模板制备试剂盒 (肉+鱼)										1	
24	NGS 模板制备试剂盒 (植物)										1	
25	NGS 肉类鉴别试剂盒										1	
26	NGS 鱼类鉴别试剂盒										1	
27	NGS 植物鉴别试剂盒										1	
28	Platinum II 热启动 PCR 预混液 (2X)										1	
29	Premix Ex Taq™ 探针										2	
30	Real Time PCR Bovine and Ovine DNA 检测试剂盒										2	
31	Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit										1	
32	Real Time PCR Porcine DNA 检测试剂盒										2	

33	Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96-well 背景校准										1	
34	Region of Interest (ROI) and Background Plates, fast 96-well 背景校准										1	
35	RNase A 溶液(RT405)										40	
36	测序卡夹										1	
37	SeqStudio™ 阴极缓冲液容器										1	
38	StepOnePlus 实时荧光定量 PCR 系统光谱校准试剂盒										1	
39	taqman gene expression master mix 预混液										1	
40	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 吸能验证板										1	
41	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 吸能验证板										1	
42	TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate 性能验证										1	
43	测序										200	
44	测序标准品、BigDye™ Terminator v3.1 (适用于 3500/SeqStudio™ Flex)										1	
45	测序芯片 510										1	
46	磁珠法深加工产品基因组 DNA 抽提试剂盒										1	
47	蛋白酶 K										50	

48	动物源性植物饲料基因组DNA 提取试剂盒(DP323)										1	
49	复合霉菌毒素参考物质										1	
50	腹泻性贝类毒素										1	
51	光学 96 孔板										15	
52	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法灵敏检测试剂盒										8	
53	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒										1	
54	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒										1	
55	黄曲霉毒素 M1 酶联免疫法试剂盒										1	
56	金黄色葡萄球菌肠毒素分型										2	
57	金黄色葡萄球菌肠毒素总量										5	
58	刻度连盖离心管（1.5mL）										1	
59	刻度连盖离心管（2mL）										1	
60	快速 96 孔板										15	
61	快速恒温扩增试剂(EX0, 探针法)										1	
62	快速恒温扩增试剂（NFO）										1	
63	麻痹性贝类毒素										1	
64	霉菌毒素参考物质										1	
65	呕吐毒素试剂盒										1	
66	深加工食品 DNA 提取试剂盒										3	
67	失忆性贝类毒素										1	
68	食品中牛和羊源性成分检测试剂盒										130	

69	食品中猪源性成分检测试剂盒										130	
70	适用于 SeqStudio™ 基因分析仪的 8 联管隔垫										1	
71	适用于 SeqStudio™ 基因分析仪的 96 孔隔垫										1	
72	探针										90	
73	细胞基因组提取试剂盒										20	
74	通用移液器吸头 0.1-10uL										1	
75	通用移液器吸头 1000uL										1	
76	通用移液器吸头 200uL										1	
77	微生物法 B12 检测试剂盒										2	
78	五种致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）										1	
79	引物										12500	
80	预装板吸头 0.1-20 μl										2	
81	预装板吸头 2-200 μl										2	
82	预装板吸头 50-1000 μl										2	
83	赭曲霉试剂盒										1	
84	质控试剂盒										1	
85	一次性培养皿（90mm）										300	
86	一次性培养皿（90mm）										50	
87	VITEK MS 酵母菌样品预处理液										1	
88	分枝杆菌/诺卡菌提取试剂盒										1	
89	黄曲霉毒素 B1 酶联免疫法试剂盒										120	
90	黄曲霉毒素 M1 酶联免疫法试										60	

	剂盒											
91	呕吐毒素试剂盒										1	
92	赭曲霉试剂盒										1	
93	一次性使用病毒采样管										10	
94	黄曲霉毒素 B1 检测试剂盒										2	
95	黄曲霉毒素 M1 检测试剂盒										2	
96	RNase, RNA and DNA Remover										5	
97	六种食源性病毒核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒										15	
98	十二种食源性致病菌核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒										6	
99	胶体金试剂（孵育器组件定制）										10	
100	胶体金试剂（定制）										50	
101	动物源性成分（组织）基因组快速提取试剂盒										15	
102	RT-qPCR UNG 试剂盒										1	
103	单重核酸试纸条										20	
104	DNA 恒温快速扩增试剂盒（胶体金试纸条型）										30	
105	DNA 恒温快速扩增试剂盒（荧光法）										30	
106	诺如病毒（GI/GII）核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法，含 MS2）										1	
107	病毒 RNA 提取试剂盒										1	
108	MS2 过程控制试剂盒（荧光 PCR 法）										1	

109	不锈钢微量药勺										5	
110	Premix Ex Taq™ 探针										10	
111	Real Time PCR Bovine and Ovine DNA 检测试剂盒										1	
112	Real Time PCR Bovine DNA Detection Kit										2	
113	Real Time PCR Porcine DNA 检测试剂盒										2	
114	RNase A 溶液(RT405)										1	
115	蛋白酶 K										1	
116	深加工食品 DNA 提取试剂 盒										3	
117	细胞基因组提取试剂盒										3	
118	病毒基因组 DNA/RNA 提取 试剂盒										3	
119	TGuide Smart 通用性基因组 DNA 提取试剂盒										10	
120	Ab-qPCR(探针法)试剂盒										50	
121	食品中牛和羊源性成分检测 试剂盒										5	
122	食品中猪源性成分检测试剂 盒										5	
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

所有产品如果涉及具体产品的信息（如品牌、货号等），并非指向特定产品，而是仅供投标人从实验效果（如结果精度、结果复现性等）的角度作为参照，请投标人选择实验效果不低于招标参数的产品。

投标人须按照各分包采购清单中列明的产品、数量进行投标报价，不得增加或减少产品或数量，否则做无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

6-1采购清单产品偏离表**—无偏离或正偏离产品**

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	产品名称	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1.针对“偏离情况”为无偏离或正偏离的产品请在此表中填写，投标人须对偏离情况的真实性负责，据实填写偏离情况，此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6-2采购清单产品偏离表

—负偏离产品

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	产品名称	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1.针对“偏离情况”为负偏离的产品请在此表中填写，投标人须对偏离情况的真实性负责，据实填写偏离情况，此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6-3采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术（除采购清单产品偏离情况外）要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。
3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 评标标准中“产品渠道”的证明材料

10-3 评标标准中关于“质保期承诺”的承诺函

10-4 其他材料