



北京市政府采购项目 公开招标文件 (2023 年版)

项目名称：2024年护国寺中医医院康复理疗类医疗设备

项目编号：11010224210200016851-XM001

项目代理编号：GXTC-C-241290113

采 购 人：北京中医药大学附属护国寺中医医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

2024年10月

使用说明

为促进政府采购活动的公开、公平和公正进行，进一步优化 我市政府采购营商环境，提高招标文件编制质量和采购工作效率，根据政府采购有关法律法规及政策要求，会同有关单位研究制定了《北京市政府采购项目公开招标文件示范文本（试行）（2022 年版）》（以下简称《示范文本》），并在我市政府采购项目中 推广使用。

现根据一年来使用情况及政府采购有关新政策要求，就《示范文本》进行更新。

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“■”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、提示条款

《示范文本》中“（）”形式标记的红色斜体内容，属于提示编制招标文件的注意事项，招标文件发出前，有关提示内容应予以删除。

四、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第二章“投标人须知”设置了资料表形式。“投标人须知资料表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知资料表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知资料表”为准。

为避免招标文件编制过程中出现的相同内容在文件中前后不一致等错误，招标文件尽量做到相同内容只出现一次，其他章节涉及有关内容的，以标明条款号引用的方式体现。

五、采购需求与合同文本

《示范文本》在第五章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。

采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

六、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式，尽可能对格式中需要填列的内容进行了简化，尽可能减少了格式中需要签字、盖章的要求。

七、实施及修改

请北京市各级预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的推广使用，使用中有任何意见建议，请及时与北京市财政局政府采购管理处联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。

采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章	投标邀请	5
第二章	投标人须知	9
第三章	资格审查	28
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	31
第五章	采购需求	42
第六章	拟签订的合同文本	42
第七章	投标文件格式	70

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11010224210200016851-XM001

项目代理编号：GXTC-C-241290113

2. 项目名称： 2024年护国寺中医医院康复理疗类医疗设备

3. 项目预算金额：194.84万元、项目最高限价(如有)：194.54万元

4. 采购需求：

序号	标的名称	数量	简要技术需求或服务要求
01	体外冲击波治疗仪等设备	一批	体外冲击波治疗仪：工作压力： $1 \times 10^2 \text{ kPa} \sim 5.5 \times 10^2 \text{ kPa}$ （ $1 \sim 5.5 \text{ bar}$ ），调节步进值 $0.1 \times 10^2 \text{ kPa}$ 等技术需求。

5. 合同履行期限：合同签订且生效后 90 日内完成供货。

6. 本项目是否接受联合体投标： ☐ 是 ☒ 否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒ 本项目专门面向 ☒ 中小 ☐ 小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

预留份额通过以下措施进行： 无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)： 无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.2 其他特定资格要求：

(1) 若投标人为代理商，且所投产品属于第三类医疗器械，则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为代理商，且所投产品属于第二类医疗器械，则须提供中华人民共和国第二类医疗器械经营备案凭证；

(2) 若投标人为制造商，且所投产品为医疗器械，须提供中华人民共和国医疗器械生产许可证及相关经营许可。

三、获取招标文件

1. 时间： 2024年10月31日至2024年11月06日， 每天上午09:00至下午17: 00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：投标人持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4. 售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2024年11月20日09点30分 (北京时间)。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等，政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2. 本项目采用**全流程电子化采购方式**，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册)，办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件



供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 公告发布媒体：中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、北京市政府采购网 (<http://www.ccgp-beijing.gov.cn>)、北京市公共资源交易服务平台 (<http://ggzyfw.beijing.gov.cn>)。

七、对本次招标提出询问， 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京中医药大学附属护国寺中医医院

地 址：北京市西城区棉花胡同83号

联系方式：侯老师 010-56895810

2. 采购代理机构信息

名 称：国信招标集团股份有限公司

地 址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

联系方式：赵文彪 刘可轩 15810726705

3. 项目联系方式

项目联系人：赵文彪 刘可轩

电 话：15810726705

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“**■**”的选项意为适用于本项目，标记“**□**”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： □ 服务 ■ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □ 是 ■ 否
2.4	核心产品	□ 关于核心产品本项目不适用。 □ 本项目为单一产品采购项目。 ■ 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>体外冲击波治疗仪。</u> 不同投标人参加同一合同（包）项下投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标须知第24.3条的规定执行，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.1	现场考察	■ 不组织 □ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	■ 不召开 □ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。

4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求(如有)：_____。																																																			
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" data-bbox="582 974 1481 1944"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>标的名称</th> <th>中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>体外冲击波治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>2.</td><td>中低频治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>3.</td><td>纯音测听室</td><td>工业</td></tr> <tr><td>4.</td><td>医用诊疗床</td><td>工业</td></tr> <tr><td>5.</td><td>平行杠</td><td>工业</td></tr> <tr><td>6.</td><td>电动起立床</td><td>工业</td></tr> <tr><td>7.</td><td>语言障碍康复评估与训练系统</td><td>工业</td></tr> <tr><td>8.</td><td>智能温热牵引系统</td><td>工业</td></tr> <tr><td>9.</td><td>智能疼痛治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>10.</td><td>中频治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>11.</td><td>间歇式压力治疗系统</td><td>工业</td></tr> <tr><td>12.</td><td>气压弹道式体外冲击波治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>13.</td><td>磁振热治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>14.</td><td>脑循环治疗仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>15.</td><td>脑电仿生电刺激仪</td><td>工业</td></tr> <tr><td>16.</td><td>医用诊疗床（电动升降）</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1.	体外冲击波治疗仪	工业	2.	中低频治疗仪	工业	3.	纯音测听室	工业	4.	医用诊疗床	工业	5.	平行杠	工业	6.	电动起立床	工业	7.	语言障碍康复评估与训练系统	工业	8.	智能温热牵引系统	工业	9.	智能疼痛治疗仪	工业	10.	中频治疗仪	工业	11.	间歇式压力治疗系统	工业	12.	气压弹道式体外冲击波治疗仪	工业	13.	磁振热治疗仪	工业	14.	脑循环治疗仪	工业	15.	脑电仿生电刺激仪	工业	16.	医用诊疗床（电动升降）	工业
序号	标的名称	中小企业划分标准所属行业																																																			
1.	体外冲击波治疗仪	工业																																																			
2.	中低频治疗仪	工业																																																			
3.	纯音测听室	工业																																																			
4.	医用诊疗床	工业																																																			
5.	平行杠	工业																																																			
6.	电动起立床	工业																																																			
7.	语言障碍康复评估与训练系统	工业																																																			
8.	智能温热牵引系统	工业																																																			
9.	智能疼痛治疗仪	工业																																																			
10.	中频治疗仪	工业																																																			
11.	间歇式压力治疗系统	工业																																																			
12.	气压弹道式体外冲击波治疗仪	工业																																																			
13.	磁振热治疗仪	工业																																																			
14.	脑循环治疗仪	工业																																																			
15.	脑电仿生电刺激仪	工业																																																			
16.	医用诊疗床（电动升降）	工业																																																			

11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☐无 ☒有，具体情形：本项目设有单项设备最高限价（详见第五章 采购需求），投标人对各项设备的单项报价不得超过单项最高限价，否则其投标无效。
------	------	--

条款号	条目	内容
★12.1	投标保证金	投标保证金金额：<u>人民币叁万元整</u>。 递交时间：同投标文件递交截止时间，逾期未到账视为未提交保证金。 递交地点：同投标文件。 投标保证金方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 请投标人在汇款时务必注明所投标项目的采购编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 请各投标人在递交文件截止时间前3日，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，递交文件截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。 投标保证金收受人信息： 开户行名称：国信招标集团股份有限公司北京第二分公司 开户行：招商银行北京分行西直门支行 账号（虚拟账号）：1109483075106012400016720 在用途中注明“<u>保证金+GXTC-C-241290113</u>”。
12.7.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☐无 ☒有，具体情形： （1）在投标有效期内，供应商擅自撤销投标的； （2）投标人未按规定与采购人签订合同的； （3）投标人未按规定提交履约保证金的； （4）投标人擅自放弃中标的。

★13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>不少于 90</u> 日历天。
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒ 得分且投标报价均相同的，以技术指标及服务方案得分高者为中标人。 ☐ 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒ 不允许 ☐ 允许，具体要求： (1) 可以分担保履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
26.1.1	询问	询问送达形式： <u>可通过邮件形式或书面形式（询问函须盖投标人公章）</u> ， <u>送达采购人或采购代理机构。</u>
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：<u>国信招标集团股份有限公司招标事业部</u>； 联系电话：<u>010-87235060</u>； 通讯地址：<u>北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层。</u>
★27	代理费	收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参考原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 说明： (1) 以中标金额作为收费的计算基数。 (2) 中标服务费币种与中中标签订的合同的币种相同或采购代理机构同

	意的币种。 （3）服务费的交纳方式：在投标文件中，投标人向采购代理机构递交服务费承诺书。一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 （4）此项费用不应单独开列，无论投标人是否填报，都视为此费用已经包含在投标报价总价中。 中标服务费账户 户名：国信招标集团股份有限公司北京第二分公司 开户行：中信银行北京国奥村支行 账 号：8110701011802773946 联行号：302100011585 可在用途中标明“<u>服务费 GXTC-C-241290113</u>”。
--	--



投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人(也称“供应商”、“申请人”)：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号文)。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企

业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的

通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号)，采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物(VOCs)治理,贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求,相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购〔2020〕2381号)。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的,属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准(具体标准见第五章《采购需求》),否则**投标无效**;属于推荐性标准的,优先采购,具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准(试行)

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号),本项目如涉及商品包装和快递包装的,则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 绿色数据中心政府采购需求标准(试行)为加快数据中心绿色转型,根据财政部 生态环境部 工业和信息化部 关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号),本项目如涉及绿色数据中心,则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用,无论投标的结果如何,采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分:

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币报价。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外), 否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式: 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账(保函提交) 截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的, 应在投标截止时间前到账; **以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的, 应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。**由于到账时间晚于投标截止时间的, 或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的, 其**投标无效**。

12.4 投标保证金有效期同投标有效期。

12.5 投标人为联合体的, 可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金, 其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.6 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金, 采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金, 经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外:

12.6.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的, 自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金;

12.6.2 中标人的投标保证金, 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人;

12.6.3 未中标投标人的投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人;

12.6.4 终止招标项目已经收取投标保证金的, 自终止采购活动后5个工作

日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.7 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.7.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等)，可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件)；要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等)，投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.2 采购人、采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补

充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

- 23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。
- 23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

- 24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- 24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同



25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法

定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，**投标报价应包含代理费用。**

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业(包括合伙企业)的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网	无须投标人

序号	审查因素	审查内容	格式要求
		(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn)； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其 投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目(包)要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目(包)，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》 (本项目不适用)

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 及 3-3 项规定。 3、本表序号 3-4 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 （本项目不适用）
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价 或单项设备最高限价 ；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外)；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明(如有)	如本项目(包)非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	分包裹履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定; 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有);
10	报价的修正(如有)	不涉及报价修正,或投标文件报价出现前后不一致时,投标人对修正后的报价予以确认;(如有)
11	报价合理性	报价合理,或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的;
12	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时,投标人所投产品不含进口产品;
13	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),投标人的投标产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2)所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求;(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求) 3)国家有特殊信息安全要求的项目,采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,投标产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品; 4)项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。 5)本项目执行《强制性产品认证管理规定》(国家质量监督

		检验检疫总局 总局令第117号)和《市场监管总局关于优化强制性产品认证目录的公告》(2020年第18号)的规定,本项目中投标人所投产品如涉及、列入强制性产品认证产品目录的设备,投标人必须提供对应产品型号的“3C认证证书”。
14	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;
15	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
16	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
17	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为： _____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中标开一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中标开一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☒其他方式，具体要求：不涉及。

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）本项目的类型为服务，故不涉及。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）本项目的类型为服务，故不涉及。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求：评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及投标报价均相同的，按技术部分得分由高到低规则排列。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目(各采购包)的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。



二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	商务部分 (16分)	8	投标人的业绩案例 (8分) 审核依据为投标文件中提供的2021年10月1日至今的类似项目合同复印件并加盖投标人公章。(备注：合同至少提供合同首页，标的页，双方盖章签字页；类似项目是指与本项目行业分类类别相同的项目，提供合同复印件并加盖投标人公章。(备注：合同的业绩案例，投标人销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。)) 每提供一个合格证明材料得2分，最多得8分。
		6	产品的授权 (6分) 提供本项目采购的重要设备 (共4项) 的制造厂家针对本项目的产品授权书和售后维保服务承诺函。每提供一项设备的授权书和售后维保服务承诺函得1.5分，最多得6分，未提供不得分。 审核依据是货物 (产品) 制造厂家盖章的授权书和售后维保服务承诺函 (格式自拟) 电子件。 备注：如投标人为上述货物 (产品) 的制造厂家，则须在投标文件中明确说明并提供加盖投标人单位公章的制造厂家资格声明原件 (格式自拟) 作为此项评审内容的证明材料，否则不得分。
		2	政策性产品 (2分) 若投标人所投的节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》内，且非政府强制采购产品 (即未以“★”标注的)，并在投标文件中提供合格证明材料，则本项得1分，否则得0分； 若投标人所投的环境标志产品属于《环境标志产品

			政府采购品目清单》内，并在投标文件中提供合格证明材料，则本项得1分，否则得0分。 注：合格证明材料是指加盖投标人单位公章的，《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的通知》中指定的认证机构的认证证明（有效期内）的复印件。
2	技术部分 (54分)	12	投标文件中重要设备（共4项货物）的技术指标响应招标文件要求的情况（12分） 投标参数应对招标文件中货物需求技术指标进行逐条响应，标记“#”的条款需按文件要求提供技术支持资料。每1项货物的应答指标全部为正偏离或无偏离，得<u>3</u>分，负偏离或未应答不得分。每一项货物的技术指标中任意一条指标响应为负偏离时，视为此项设备的技术负偏离，该项设备不得分。 本项分值最高得<u>12</u>分。 （审核依据是技术规格偏离表逐项响应和招标文件要求的佐证证明材料，按文件要求盖章）
		18	投标文件中一般设备（共12项货物）的技术指标响应招标文件要求的情况（18分） 投标参数应对招标文件中货物需求技术指标进行逐条响应，标记“#”的条款需按文件要求提供技术支持资料。每1项货物的应答指标全部为正偏离或无偏离，得<u>1.5</u>分，负偏离或未应答不得分。每一项货物的技术指标中任意一条指标响应为负偏离时，视为此项设备的技术负偏离，该项设备不得分。 本项分值最高得<u>18</u>分。 （审核依据是技术规格偏离表逐项响应和招标文件要求的佐证证明材料，按文件要求盖章）
		8	供货、安装调试方案等（8分） 对项目整体的供货措施完善、详细，有明确的时间

			横道图或图表表示，保障方案完整、可行；安装调试方案成熟、有原厂的技术支持；针对性强，得8分。 对项目整体的供货措施比较完善，但有缺失，无横道图等，保障方案欠缺；安装调试方案尚可，技术支持力量略差；得6分。 对项目整体的供货措施通用、无横道图等，通用保障方案和安装调试方案，技术支持力量较差；得4分。 对项目整体的供货措施混乱、无序，无横道图等，没有保障方案和安装调试方案，技术支持力量较差；不满足项目需求，得2分。 未提供相应的供货、安装等方案，得0分。
		8	培训、售后服务等（8分） 投标人的培训方案完整，师资专业，执行性强，有具体的培训课程安排、培训资源丰富且合理的；售后服务方案内容完整、规范，针对性强，且有维修安装能力证书；服务响应时间及时、时效性强；得8分； 投标人的培训方案相对完整，有具体的培训课程安排，售后服务方案内容比较完整、但有欠缺，服务响应时间合理但时效性较差；得6分； 投标人的培训方案通用有欠缺，通用的培训课程安排，售后服务方案通用、但有欠缺，服务响应时间合理但时效性较差；得4分 投标人有简单的培训方案及安排，售后服务内容欠妥，服务响应时间差，得2分。 未提供售后服务及培训相关等应答，得0分
		3	配合验收方案（3分） 根据投标人提供的设备验收方案进行评审。 投标人应积极配合甲方组织的验收，有针对性、详

			细的配合验收方案，按国家有关标准和招标文件要求的指标进行验收，得3分； 投标人配合甲方的验收，只有通用的配合验收方案，得1.5分； 投标人无相关配合验收方案，得0分。
		2	质量保证期（2分） 质保期（即保修期），投标人必须响应招标文件采购需求中质量保证期（3年）。 在此基础之上，每延长一年加1分，最多加2分。
		3	备品、配件供应能力（3分） 根据投标人的响应情况，承诺在国内有稳定的备品、配件库，库存充沛，种类齐全，有承诺函可在3个小时内供应给采购人，得3分； 根据投标人的响应情况，承诺在国内有备品、配件库，库存、种类欠缺，有承诺函可在6小时内供应采购人，得1.5分； 未提供相关响应内容不得分。 审核依据是投标人提供备品库的地理位置、储存数量、种类等证明资料。
3	投标报价		满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。
合计		100	

注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

序号	标的名称	数量	是否允许采购进口产品	备注	★单项设备最高限价（元）
1.	体外冲击波治疗仪	1台	否	核心产品、重要设备	418000
2.	中低频治疗仪	1台	否	一般设备	79800
3.	纯音测听室	1台	否	一般设备	90000
4.	医用诊疗床	4台	否	一般设备	152000
5.	平行杠	1台	否	一般设备	6000
6.	电动起立床	3台	否	一般设备	120000
7.	语言障碍康复评估与训练系统	1台	否	重要设备	158000
8.	智能温热牵引系统	1台	否	一般设备	96900
9.	智能疼痛治疗仪	1台	否	一般设备	97000
10.	中频治疗仪	1台	否	重要设备	198000
11.	间歇式压力治疗系统	2台	否	一般设备	90000
12.	气压弹道式体外冲击波治疗仪	1台	否	重要设备	190000
13.	磁振热治疗仪	2台	否	一般设备	150000
14.	脑循环治疗仪	1台	否	一般设备	39900
15.	脑电仿生电刺激仪	1台	否	一般设备	40000
16.	医用诊疗床（电动升降）	1台	否	一般设备	19800

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1 项目交付时间：合同签订且生效后 90 日内完成供货。

1.2 地点（范围）：北京中医药大学附属护国寺中医医院指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订且生效后，采购人在7个工作日内支付合同金额的50%，设备到货，安装、调试、验收合格后7个工作日内支付剩余的50 %。采购人付款前，中标人需向采购人开具并交付与支付金额相同的增值税发票，否则，采购人有权延迟支付货款且不承担任何违约责任。

3. 包装和运输

符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应当符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应当适应远距运输并且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵合同约定地点。由于货物包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由供应商承担。

4. 售后服务和质保期

4.1 质量保证期

★ 按合同及国家相关规定进行验收，验收合格后至少 36 个月为质保期（软件升级更新、硬件保修保养）。

4.2 针对采购人的具体应用需求及招标文件的有关要求提出质量保证和售后服务方案。

（1）投标人需提供**重要设备（4项）** 原厂出具的至少36个月的售后维保服务承诺函。

（2）如出现质量问题，中标人在接到采购人报修通知后2小时内响应，24小时内维修人员到场维修解决，并承担产生的费用；如货物经中标人2次维修/调换仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权追究中标人的违约责任。

4.3 根据招标文件的有关要求提供培训方案。

（1）所有设备安装调试成功后，投标人负责对采购人操作人员进行现场技术培训，包括产品维护、故障排错、性能优化等，使操作人员能够熟练掌握并独立操作。

4.4 备品备件



投标人提供的备品备件，所有备品备件都必须保证为全新产品，与原件的型号及性能保持一致。

4.5 安装调试

合同签订后，投标人应派有经验的技术人员无偿到用户现场无偿进行安装调试。

投标人应提供对机房及电源的要求。

4.6 技术服务

在设备使用过程中采购人根据实际需要提出的完善需求，中标人应提供技术支持、技术服务及售后服务以支持所有设备高质量的运行。

5. 保险

货物是按现场交货方式报价的，由卖方办理保险，保险范围包括卖方承诺装运的货物。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购的标的是北京中医药大学附属护国寺中医医院所需的医疗设备，采购标的需满足招标文件规定的功能要求，达到临床医疗使用目标。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

★（1）投标产品属于医疗器械的，应按原国家药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

（2）投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

（3）投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件（如适用）。

★（4）投标人所提供的仪器设备必须是全新、未使用过的，技术是先进的、仪器设备是可靠的、质量是优质的，且符合中国的电力标准和安全防护标准。

2. 货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

设备 1、体外冲击波治疗仪

★用途：适用范围：肌肉、软组织和骨关节慢性疼痛

#1. 工作压力： $1 \times 10^2 \text{ kPa} \sim 5.5 \times 10^2 \text{ kPa}$ （1~5.5bar），调节步进值 $0.1 \times 10^2 \text{ kPa}$ 。

#2. 最大能量密度： 5 mJ/mm^2 。

3. 最大输出能量： $\geq 210 \text{ mJ}$ 。

#4. 冲击频率：1~25Hz（允差 $\pm 0.5 \text{ Hz}$ ），调节步进值0.5Hz。

5. 冲击次数：100~9900次，调节步进值100次。

6. 冲击模式：单次冲击和连续冲击。

7. 操作显示： ≥ 12.1 英寸液晶触摸屏。

8. 输出通道：三通道（2把冲击手枪、1把按摩手枪），可独立调节、同时使用。

9. 治疗枪具有减振功能。

10. 按摩枪振幅6mm，振动频率 $\geq$ 四档可调。

11. 传导子： ≥ 8 个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；配三个子弹和三个弹道。

12. 按摩头： ≥ 7 个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头。

13. 治疗头金属部分可在 135°C 高温高压下消毒。

#14. 治疗探头通过生物相容性检测（提供招标文件要求的技术佐证文件，加盖公章）。

15. 智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

16. 具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

17. 输出压力波脉宽最小为 $180 \mu\text{s}$ ，其误差不应超出 $\leq \pm 10\%$ 。

18. 具有双重过压安全装置。

19. 带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量 ≥ 200 个。

20. VAS疼痛评估模式：内置4种，动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情VAS，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算。

21. 具有对压缩空气除水并自动排放功能。

22. 、额定输入功率： $\leq 950 \text{ VA}$ 。

23. 阶梯输出控制模式： $\geq$ 五种，压力、频率阶梯参数可调。

24. 系统显示生成的报告，支持导出或打印功能。

25. 系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量。

#26. 兼容彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印。（提供招标文件要求的技术佐证文件，加盖公章）

设备2、中低频治疗仪

★用途：镇痛、促进局部血液循环的作用，用于缓解软组织损伤引起的疼痛。

- 1、操作显示： ≥ 12 英寸液晶触摸屏。
- 2、外形尺寸（长宽高）： $\leq 520\text{mm} \times 470\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 。
- 3、输出通道：六路矩形波脉冲输出。
- 4、每路参数独立调节。
- 5、电极固定方式：吸附和贴片两种。
- 6、治疗模式：连续输出、慢速断续输出、快速断续输出。
- #7、脉冲频率： $1\text{Hz} \sim 160\text{Hz}$ ，步进 1Hz ，允差 $\pm 20\%$ 。
- 8、脉冲宽度： $20\mu\text{s} \sim 520\mu\text{s}$ ，步进 $10\mu\text{s}$ ，允差 $\pm 20\%$ 。
- 9、输出幅度：在 500Ω 的负载电阻下，不大于 65V 。
- #10、治疗时间： $0 \sim 99\text{min}$ 可调，允差 $\pm 10\%$ ，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
- 11、具有开/短路保护功能，对应通道有声光提示并停止输出。
- 12、具有负压装置，吸附负压调节范围： $0 \sim -40\text{kPa}$ 可调，步进 -10kPa ，允差 $\pm 10\%$ 。
- 13、储水盒具有液位检测报警功能。
- 14、具有吸附海绵预加热功能。

设备3、纯音测听室

★测听室符合：听力测听室国家标准GB/T16403-1996，GB/T16296-2018。

1. 隔声墙体采用双层钢板隔声墙体, 3 层结构, 厚度 150mm。(包括钢板壳体、钢板隔声板、金属微孔隔声板, 层内填充吸声材料) 壳体采用厚度 1.5mm 的冷轧钢板制成的六面体隔声壳, 整体镀锌, 表面静电喷塑, 六面体与地面之间做隔震处理。室内四周及顶部均做隔声吸音处理, 铝质微孔板内饰。
2. 隔音门/屏蔽门, 采用全金属结构, 双磁声闸密封隔声门, 开关自如, 保证隔声指标。
外形尺寸: $\leq 1850\text{mm} \times 850\text{mm}$
3. 可拆卸板式结构, 现场组装, 并可多次拆装重组。
- #4. 隔音材料: 内部采用吸音棉。提供具有 CMA 使用标识的检测机构出具的环保检测报告。
5. 减振浮筑底板, 采用隔声阻尼减振浮筑底板, 在隔声底板上均匀安装阻尼减振器。隔声室内进行二次浮筑形式。减振浮筑底板隔声量 $\geq 50\text{dB(A)}$
6. 隔、吸音墙体、顶板, 内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板, 墙体装饰面(除地面)为 1.5mm 厚微孔板, 开孔率 60%, 吸声系数达到 0.8 以上, 墙体、顶板隔声量 $\geq 50\text{dB(A)}$
7. 隔声窗采用加强型三层中空玻璃隔音窗技术, 采用大视窗等, 隔音窗隔声量 $\geq 50\text{dB(A)}$
8. 室内照明系统, 室内电器的设计安装按标准规范进行并满足要求。
9. 电源: 外部装有一个电源插头, 内部根据仪器需要可安装 2 个电源插座。
10. 通风要求进风、回风、排风 3 条通风道形成通风系统。通风道采用无毒无害的吸声材料, 迷路阻尼形式, 测听室可在空调开启的情况下工作并保证声学指标。换气量 $\geq 120\text{m}^3/\text{小时}$, 消音处理, 消音量 $\geq 35\text{dB}$
11. 地面材料及要求: 地面为浮筑(隔震)装置, 采用浮筑系统若干组。浮起钢制地框、钢板壳体。壳体内部地面为隔声板、塑胶地板。

设备4、医用诊疗床

1. 适用范围：供医疗人员行手法治疗时用以支撑患者身体，形成临床所需体位。
2. 床面规格（长×宽）：2000mm×1100mm（±50mm）；
3. 床体靠背尺寸：700mm×1100mm（±50mm），角度调节范围为：0～80°。
4. 床体升降高度可调：450mm～900mm，便于床-椅转移。
5. 床体腰腿段尺寸：1300mm×1100mm（±50mm）。
6. 床体最大承重不低于200kg。
- #7. 脚踏控制结构；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；
8. 采用高性能电机，运行安静流畅。
9. 床体具有由患者停止床功能控制的装置；
10. 床面采用超纤皮，耐磨耐老化，舒适透气；
11. 床体钢架采用T2.0mm定制管材；
12. 各运动部件之间采用优质轴承，静音耐用。

设备5、平行杠

1. 结构：由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。
2. 用途：用于医院步行康复训练
3. 性能要求：
 - 3.1 扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。
 - 3.2 扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。
 - 3.3 底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。
4. 技术指标和参数：
 - 4.1 外形尺寸（长×宽×高）：3300mm×820mm×800mm（±50mm）；
 - 4.2 两扶手杆中心调节范围：不小于320mm~640mm；
 - 4.3 扶手杆直径：≥ Φ 38mm；
 - 4.4 脚踏板安全工作载荷：≥100 kg；
 - 4.5 矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：≥15°。

设备6、电动起立床

1. 适用范围：适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。
2. 床面规格（长×宽）：1900mm（长）×600mm（宽）（±50mm）；
3. 床面具有垂直升降功能，床面升降距离：450mm～800mm；
4. 采用医用慢速推杆电机，从0° 升至85° 的起立时间≤30s；
- #5. 具备站立角度查看及调节功能：0～85° 可调，步长1° ，误差≤±5° ；
6. 具有站立角度校准功能，保证角度显示准确；
- #7. 脚踏板可左右分别调节背屈及跖屈角度，调节范围为：+15° ~-25° ；
8. 电最大安全载荷为180kg，可作升降和起立运动；
9. 每只脚踏板的最大安全载荷≥1500N；
10. 辅助台的最大安全工作载荷为垂直方向≥750N，水平方向≥500N；
11. 固定带最大安全工作载荷≥500N；
- #12. 具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；
- #13. 具有至少六种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，可设置站立时间；
14. 具备站立时间设置功能：0min～75min可调，步长5min，计时结束有提示音；
- #15. 双电机控制床体升降及床体起立；
- #16脚踏控制结构，保证站立过程中床体的不可移动及安全性；
17. 采用高性能双电机，运行平稳安静，设备运行时噪音应≤60dB。
18. 具备患者可操作紧急停止控制装置
19. 床面采用超纤皮，耐磨耐老化，舒适透气；
20. 床体钢架采用T2.0mm管材；
21. 各运动部件之间采用优质轴承，静音耐用。
- #22. 设备静态承载能力≥4000N。
- #23手持控制器配备LCD显示屏，可显示内容包括站立角度-时间曲线、站立角度、程序模式及站立时间等。
24. 手持控制器配备程序控制键，可选择站立时间选项及启动和暂停起立床的程序运行。

设备7、语言障碍康复评估与训练系统

1. 功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练。
2. 仪器预装正版语言障碍康复评估与训练软件系统，配有便携式密码狗。
3. 系统功能：解释整个系统的按键功能和操作说明；
4. 资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能；
5. 评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。
 - 5.1听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。
 - 5.2视检查：包括视图匹配、视执行检查。
 - 5.3语音检查：包括清浊音检查。
 - 5.4口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。
- # 6. 康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。
7. 评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。
- #8. 康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分。
 9. 听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。
 10. 视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。
 11. 语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。
 12. 发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。
 13. 口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练。
 14. 学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频等多种训练题型。
 15. 康复建议：针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。

设备 8、智能温热牵引系统

1. 电源电压：220V，50Hz。
2. 额定输入功率：100VA，允差 $\leq \pm 15\%$ 。
3. 腰椎牵引行程：0~200mm，允差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。
4. 腰椎牵引总时间：0~99min范围内设定，级差1min，允差 $\leq 30\text{s}$ 。
5. 腰椎牵引力：0~990N范围内可调，级差10N。
6. 牵引时间：0~9min范围内设定，级差1min，误差 $\leq 30\text{s}$ 。
7. 间歇时间：0~9min范围内设定，级差1min，误差 $\leq 30\text{s}$ 。
8. 颈椎牵引力：0~300N范围内可调，级差10N。
9. 颈椎牵引行程：0~300mm，允差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。
10. 颈椎牵引总时间：0~99min范围内设定，级差1min，允差 $\leq 30\text{s}$ 。
11. 成角动作范围： $-10^{\circ} \sim +30^{\circ}$ 连续可调，允差 $\leq \pm 2^{\circ}$ 。
12. 旋转动作范围：左右各 25° 连续可调，允差 $\leq \pm 2^{\circ}$ 。
13. 腰部热疗加热温度 $45^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 。
14. 三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。
15. 二十种治疗方案存储并读取。
16. 颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
17. 多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。
18. 适应范围：适用于颈椎、腰椎牵引。

设备9、智能疼痛治疗仪

1. 额定输入功率：80VA。
- #2. 两路输出：一路点状输出，一路面阵输出。
3. 光疗仪辐射器尺寸：
 - 3.1 点状辐射器长 160mm±5mm，外径 30mm±2mm；
 - 3.2 点状辐射器连接线长 1080mm±10%；
 - 3.3 面阵辐射器长：200mm，宽：160mm，厚：50mm；
 - 3.4 面阵辐射器连接线长 1260mm±15%。
 - 3.5 面阵辐射器支架高 740mm±15%。
- #4. 光疗仪输出波长
 - 4.1 点状辐射器输出波长：810nm±5%；
 - 4.2 面阵辐射器输出光波长 810nm/980nm±5%；
5. 光疗仪输出光功率：
 - 5.1 点状辐射器波长为 810nm 的输出功率设定范围为 0~500mW 连续可调，单按按键级差 1mW，长按按键级差 10mW。
 - 5.2 面状辐射器上波长为 810nm 的输出功率设定范围为 0~500mW 可调，单按按键级差 1mW，长按按键级差 10mW；波长为 980nm 的输出功率设定范围为 0~200mW 可调，输出功率随 810nm 变化而变化，单按每 5 次级差为 2mW，长按级差 4mW。
6. 智能控制，液晶显示，单路参数独立设定，可独立使用。
7. 光疗仪上有定时控制装置，定时范围在 0~99min 可调，级差 1min，定时器显示误差 ≤±10%。
8. 输出光功率不稳定性 ≤±5%。
9. 四轮台车设计；
10. 三维可调支架，灵活方便。
11. 光疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动光疗仪。
12. 光疗仪配有紧急激光终止器。

设备 10、中频治疗仪

- #1. 两路八组（共 16 个电极）输出，每路 4 组通道，共有 8 组通道。每一路可三维、二维输出相互转换，治疗部位 ≥ 8 个，可进行平面和立体动态干涉；
- 2. 仪器压力设置范围应在 10.7kPa（80mmHg） $\sim$ 40kPa（300mmHg）内可调，误差 $\leq \pm 10\%$ ；级差 1.33kPa（10mmHg）。
- #3. 吸引模式至少连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调。
- 4. 吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到 ≤ 30 mmHg，1min 后自动变为 OFF， ≤ 20 s 恢复设定吸引压值；
- 5. 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；
- #6. 顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激；
- 7. 输出频率（基频）为 1kHz $\sim$ 11kHz 可调节，步长 0.5kHz；
- #8. 差频频率在 0.1Hz $\sim$ 200Hz；
- #9. 调制频率为 0.1Hz $\sim$ 150Hz；
- #10. 输出电流有效值应在 0mA $\sim$ 100mA 范围内连续可调
- 11. 具有八种治疗模式，至少包含三种干扰电模式与五种预调制电模式可选择，其中干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰，预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引；
- 12. 动态节律为 4s $\sim$ 10s 可调，步长 1s；
- 13. 差频变化周期为 15s $\sim$ 30s 可调，步长 1s；
- 14. 至少五种调制度可调节：0、25%、50%、75%、100%；
- 15. 差频变化范围至少为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8 种治疗模式可调；
- 16. 具有方案库功能，实现对治疗方案进行管理。
- 17. 具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库。
- 18. 具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能。
- 19. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗；
- 20. 多重安全保护：至少包括过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。

设备 11、间歇式压力治疗系统

1. 操作方式: 人体仿生电容触摸屏操作; 可实时显示治疗部位, 治疗压力, 治疗时间, 治疗模式等
2. 显示: 主机 7 英寸全彩 IPS 医用级电容屏幕, 分辨率 $\geq 1024 \times 600$
3. 屏幕亮度: 屏幕亮度 0-100 可调, 16.7M 色防眩可调
4. 屏幕待机: 长时间无操作时, 屏幕自动进入待机状态
5. 内置电池: 自带内部电源, 当外部停电时, 可自动启动内部电源供电, 保持治疗状态, 电池容量 $\geq 5200\text{mA}$, 工作时间 ≥ 8 小时, 待机时间 ≥ 72 小时
6. 通道数: 支持两通道, 独立八腔
7. 气囊腔道数: 单腔、三腔、四腔、六腔、八腔
8. 气囊种类支持: 腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手单腔气囊、左/右足单腔气囊, 重复单人次使用供临床选择
9. 压力范围: 0-260mmHg 调节, 精度 1mmHg, ≥ 3 级压力可调, 梯度压力 30-40-45mmHg, 足底 120-140mmHg。
10. 充气速度: 最快充满单腔时间 2s 以内
11. 压力滑动快速调节: 具有
12. 治疗时间: 治疗时间 1~1500 分钟可调, 调节步进 1 分钟, 支持无限模式
13. 治疗模式: 恒压梯度模式、循环压力模式、手足泵模式、梯度压力模式等 30 种以上治疗模式进行圆周施压
14. 间歇控制系统: 双时钟间歇控制仪器设备启停功能
15. 一键选中功能: 支持一键选中功能, 长按任意部位可全选中全部治疗部位
16. 治疗腔道: 双通道可同时充气, 也可交替充气, 正序逆序充气, 支持手脚不能部位同时工作
17. 静脉充盈回流时间: 单侧 0-60 秒可调
18. 工程模式: 支持屏幕测试, 气囊压力测试, 仪器性能测试等
19. 提示功能: 具有超压、欠压、等安全提示功能, 异常状态实时监控
20. 安全防护功能: 内置过压保护系统在下列情况下仪器会自动泄压: 在达到预置工作时间时; 中断治疗时; 工作电源突然中断时。
21. 数据记录: 支持无限治疗记录
22. 挂钩设计: 可选不同规格挂钩来调节安装

23. 气囊结构设计:特制叠加式双层结构气囊

24. 超静音设计 $\leq 60\text{dB}$ (A)

25. 台车:配备升降台车

26. 无线扩展功能:支持无线扩展升级,可连接中央工作站和血栓评估软件。

设备12、气压弹道式体外冲击波治疗仪

- ★1. 产品具有食品药品监督管理局医疗器械注册证
- ★2. 设备符合 SGS 的 EMC 和安规要求，有相应报告。
- 3. 适用范围：适用于生物力学疗法，肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化肌肉和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。
- 4. 技术参数：
 - 4.1 气动弹道式放射状冲击波源，适合骨骼肌肉系统冲击波治疗；
 - 4.2 机重 $\leq 15\text{Kg}$ ；
 - #4.3 ≥ 7 英寸彩色液晶中英文触摸屏设计，显示直观，操作简便；
 - 4.4 支持中、英语言；
 - 4.5 内置治疗图示，提供专业治疗方案建议；
 - 4.6 可自由编辑并储存自定义处方；
 - 4.7 人体工程学手柄，开关具备保险装置，防止误操作；
 - 4.8 支持 USB 接口一键升级；
 - 4.9 治疗强度 1~4bar 可调，步长 0.1bar；
 - 4.10 治疗频率 1~17Hz 连续可调，步长 1Hz；
 - 4.11 治疗枪子弹、枪管拆卸简便，客户可自行维护；
 - #4.12 具有单次冲击模式，方便调试治疗强度及定位；
 - 4.13 配备 R15，R20 两种治疗头；
 - 4.14 配备台车和专用拉杆箱。

设备13、磁振热治疗仪

- #1. 独立四通道输出，参数可独立调节
- 2. 磁场强度： 磁感应最大强度 $\geq 45\text{mT}$ ，范围内可调，步长为 10mT ，误差为 $\pm 10\%$ ；
- #3. 振动频率具有单一振动模式（频率 $30\text{Hz}-60\text{Hz}$ 四档可调）和多频振动模式（频率 $30\text{Hz}-60\text{Hz}$ 循环） ， 振动时间和周期可调
- 4. 治疗温度 40°C 、 46°C 、 52°C 、 58°C 共 4 级可调，精度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ；
- 5. 无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；
- #6. 软件含有 ≥ 10 种处方可选，；
- 7. 具有三种及以上治疗模式可选
- 8. 治疗时间 $1\sim 99\text{min}$ 可调，以 1min 为单位设定；
- 9. 具有多种安全保护装置：
 - （1）输入过流保护装置；
 - （2）输出过流保护装置；
 - （3）双重过温度保护装置。

设备14、脑循环治疗仪

- #1、两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激；
- 2、头箍式电极可调节，适用不同头围人群；
- 3、液晶触摸屏+一键触发按键。
- #4、头箍电刺激装置脉冲宽度 $400\ \mu\text{s} \pm 120\ \mu\text{s}$ ，脉冲周期 $18\text{ms} \sim 46\text{ms}$ ，频率 $21\text{Hz} \sim 56\text{Hz}$ ；
- 5、头箍电刺激装置输出强度 $0\text{mA} \sim 30\text{mA}$ 可调
- #6、8 种内置肢体神经肌肉电刺激处方
- 7、肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率 $4000 \pm 400\text{Hz}$ ，调制频率在 $0.03 \sim 1.2\text{Hz}$ 范围内；
肢体神经肌肉电刺激装置输出强度 $0\text{mA} \sim 100\text{mA}$ 可调；
- 8、治疗时间 $1 \sim 99\text{min}$ 连续可调，步长 1min ；
- 9、开路报警功能，确保治疗安全。

设备15、脑电仿生电刺激仪

- #1、两通道头箍电刺激搭配四通道肢体神经肌肉电刺激；
- 2、头箍式电极可调节，适用不同头围人群；
- 3、液晶触摸屏+一键触发按键；
- #4、头箍电刺激装置脉冲宽度 $400\ \mu\text{s} \pm 120\ \mu\text{s}$ ，脉冲周期 $18\text{ms} \sim 46\text{ms}$ ，频率 $21\text{Hz} \sim 56\text{Hz}$ ；
- 5、头箍电刺激装置输出强度 $0\text{mA} \sim 30\text{mA}$ 可调；
- #6、8 种内置肢体神经肌肉电刺激处方；
- 7、肢体神经肌肉电刺激装置脉冲频率 $4000 \pm 400\text{Hz}$ ，调制频率在 $0.03 \sim 1.2\text{Hz}$ 范围内；
肢体神经肌肉电刺激装置输出强度 $0\text{mA} \sim 100\text{mA}$ 可调；
- 8、治疗时间 $1 \sim 99\text{min}$ 连续可调，步长 1min ；
- 9、开路报警功能，确保治疗安全。



设备16、医用诊疗床（电动升降）

- 1、供电电源：220V，频率：50Hz $\pm$ 1Hz。
- 2、参考规格尺寸：2100 $\times$ 1250 $\times$ 500mm， $\pm$ 5%。
- 3、床面升降行程：500 $\sim$ 800mm，允差 $\pm$ 30mm。
- 4、起升重量： $\geq$ 200kg。
- #5、头部段面调节角度：0 $^{\circ}$ $\sim$ 75 $^{\circ}$ 连续可调，允差 $\pm$ 5 $^{\circ}$ 。
- #6、床面升降速度：上升速度 $\geq$ 10mm/s，下降速度 $\geq$ 15mm/s，允差 $\pm$ 3mm/s。
- #7、控制开关：配有手柄和脚踏开关。
- 8、升降装置：采用优质气弹簧，松开调节手柄将锁定至当前位置。

2.2 为落实政府采购政策需满足的要求；

本项目落实：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；扶持不发达地区和少数民族地区；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理等。

注：本项目专门面向中小企业预留采购份额进行采购。

本项目不接受进口产品，投标人所提供设备（产品）仅限产自中国境内。

2.3 采购标的的其他技术、服务等要求；

(1) 招标文件技术部分中标有“#”的技术指标，投标人应在投标文件中提供技术支持资料作为证明，加盖投标人公章。技术支持资料是指设备生产厂家印制并公开发布的产品彩页，或技术白皮书，或具有CMA标识的检测报告的证明材料。

未提供符合规定的技术支持材料/技术支持资料中没有对应指标/技术支持资料中技术指标不满足招标文件技术参数要求的，均视为不满足对应参数要求（即负偏离）。

(2) 本项目中采购的**体外冲击波治疗仪、中频治疗仪、语言障碍康复评估与训练系统、气压弹道式体外冲击波治疗仪**，4项为重要产品，需提供重要设备生产厂家提供的授权书。

(3) 投标人应具有承接本项目的能力，有成功案例。

(4) 投标人应对本项目提供完整的送货实施方案、售后服务，技术支持、培训服务，须有专业的工程师提供售后服务。

3. 验收标准

投标人应在产品送至交货地点后负责产品安装调试与采购人共同进行到货验收，并签署到货验收报告。产品正常运行后，双方的相关负责人应共同进行测试验收，验收标准按照相关技术文件进行。经采购人测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。

验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

第六章 拟签订的合同文本

政府采购合同

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：北京中医药大学附属护国寺中医医院

乙方（卖方）：_____

根据_____年_____月_____日甲方就_____的公开招标采购结果，乙方为该项目的中标人，乙方必须完全按乙方投标文件、甲方招标文件（下文统称为“采购文件”）履行义务。现甲乙双方经协商一致签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

序号	内容	制造商	型号规格	产地	单价 (元)	数量	总价(元)	备注
1.1								
1.3								
1.4								
1.5								无
总计 (元)	小写：_____元 大写：_____元整							

二、合同金额

本合同金额为(大写)：人民币_____（¥：_____）。各分项金额详见附件1：分项（明细）报价表。

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由此产生的一切后果由乙方负全责。如甲方因此遭受第三方追索，则由此产生的赔偿款以及诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等均由乙方承担，如因此致使甲方无法继续使用货物的，乙方还应向甲方退还全部货款。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方须按照本合同第十二条第（五）项的约定承担违约责任。

六、质保期

产品质保期_____年。（自交货验收合格之日起计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：合同签订后30日内交货

（二）交货方式：乙方负责将甲方所采购货物运至甲方指定的地点。

（三）交货地点：甲方指定的地点。

八、付款方式：

签订合同后7个工作日内支付合同金额的50%，验收合格后7个工作日内支付剩余的50%。甲方付款前，乙方需向甲方开具并交付与支付金额相同的增值税发票，否则，甲方有权延迟支付货款且不承担任何违约责任。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）在___年质量保证期内，因货物本身的质量问题发生一般故障的，乙方应当在1个小时内作出响应，通过电话或远程方式协助解决；发生重大故障的，乙方应当在4个小时内到达现场维修，若现场无法维修、需返厂维修的，此期间乙方应当为甲方提供备用设备；若返厂亦无法维修的，乙方应负责免费更换同型号货物。对达不到技术要求者，甲方可以选择以下任一办法处理：

1. 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2. 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

3. 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）在 年质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）乙方负责对提供的货物进行安装调试，并负责培训甲方的使用操作人员，直到货物正常运转、甲方人员学会使用操作，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，乙方应出具国家认可的专业检测机构的质量检测报告，检测合格后甲方予以最终验收。

（五）验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告，相关人员签字盖章；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行包装，包装须满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检证明证书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货，并在货物运抵指定地点时再行通知甲方货物已运抵指定地点。

（四）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经最终验收合格视为交付，货物在交付前发生的毁损、灭失风险均由乙方负责。

十二、违约责任

（一）甲方因自身原因逾期支付合同价款的，应按本合同签订时1年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付迟延付款期间的利息。

（二）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，甲方可从待付货款中直接扣除。逾期超过约定日期十日仍不能交货的，甲方有权解除本合同。

（三）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同。

（四）因乙方原因致使合同解除的，乙方除需退还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付合同总金额百分之十的违约金。

（五）乙方如违反合同第九条质量保证及售后服务的任一内容，则每出现一次违约行为，需按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金，并承担甲方因此而实际支出的修复费用。

（六）合同其他条款就违约责任另有约定的，从其约定。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同履行期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

如因合同产生争议，双方应友好协商解决；如双方无法协商解决，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

分项（明细）报价表、各产品配置清单



（四）中标（成交）通知、合同签订、发货、安装调试、验收付款等环节过程中，未经甲方主管部门审批同意，代理机构、供货厂商、其他第三方与用户或彼此之间达成的任何协议条件甲方均有权拒绝接受，且甲方不承担由此产生的任何责任。

（五）本合同正本一式四份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（六）合同未约定但护国寺中医医院康复理疗类医疗设备采购项目采购文件有所规定或要求的事项，需遵照采购文件的规定或要求执行。

甲方（盖章）：北京中医药大学附属
护国寺中医医院

乙方（盖章）：

地址：北京市西城区棉花胡同83号

地址：

法定代表人：

法定代表人：

被授权人：

被授权人：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订地点：北京市

签订日期： 年 月 日

附件1：分项（明细）报价表

附件2：各产品配置清单

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件(资格证明文件)、投标文件(商务技术文件)，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件(资格证明文件)封面(非实质性格式)

投 标 文 件

(资 格 证 明 文 件)

项目名称:

项目编号:

项目代理编号:

投标人名称:

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致： 采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形)；
- (五)我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织(仅适用于政府购买服务项目)；
- (六)我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形(单一来源采购项目除外)；
- (七)与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下(如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写)：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称(加盖公章)： _____

日期： ____年____月____日 说

明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求(如有)

2-1 中小企业证明文件

说明:

(1)如本项目(包)不专门面向中小企业预留采购份额,资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;供应商如具有上述证明文件,建议在商务技术文件中提供。

(2)如本项目(包)专门面向中小企业采购,投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,且建议在资格证明文件部分提供。

(3)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》,且建议在资格证明文件部分提供。

(4)如本项目(包)预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购,且要求供应商以联合体形式参加采购活动,投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,还须同时提供《联合协议》;上述文件建议在资格证明文件部分提供。

(5)中小企业声明函填写注意事项

1)《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的,《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2)对于联合体中由中小企业承担的部分,或者分包给中小企业的部分,必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加____(单位名称)的____(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. ____ (标的名称), 属于____ (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为____ (企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元¹, 属于____ (中型企业、小型企业、微型企业);

2. ____ (标的名称), 属于____ (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为____ (企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位**(请进行选择)**：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有)

3 本项目的特定资格要求(如有)

3-1 联合协议

(本项目不适用)

3-2 其他特定资格要求

(1) 若投标人为代理商,且所投产品属于第三类医疗器械,则须提供中华人民共和国医疗器械经营许可证;投标人为代理商,且所投产品属于第二类医疗器械,则须提供中华人民共和国第二类医疗器械经营备案凭证;

(2) 若投标人为制造商,且所投产品为医疗器械,须提供中华人民共和国医疗器械生产许可证及相关经营许可;

4 投标保证金凭证/交款单据电子件



二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

项目代理编号：

投标人名称：

1 投标书(实质性格式)

投标书

致: (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就_____ (项目名称, 项目编号, 项目代理编号) 组织的招标活动, 并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件, 自愿参与投标并承诺如下:

(1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应招标文件的全部要求。

(3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。

(4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照招标文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有): _____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称(加盖公章) _____

日期: ____年____月____日

2 授权委托书(实质性格式)

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人),
现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、
提交、撤回、修改_____ (项目名称) 投标文件和处理有关事宜, 其法律后果
由我方承担。

委托期限: 自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称(加盖公章): _____

法定代表人(单位负责人)(签字或签章): _____

委托代理人(签字或签章): _____

日期: ____年____月____日

附: 法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件:

--

说明:

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构, 则法定代表人(单位负责人) 处的签署 人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人) 本人签署, 则可不提供本《授权委托书》, 但须提供《法定代表人(单位负责人) 身份证明》; 否则, 不需要提供 《法定代表人(单位负责人) 身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形, 可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人) 及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的, 应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人(单位负责人) 身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明,

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附: 法定代表人(单位负责人)身份证(双面)或护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章): _____

法定代表人(单位负责人)(签字或签章): _____

日期: _____年____月____日

3 开标一览表(实质性格式)

开标一览表

项目编号：_____项目代理编号：_____项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注： 1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包（如有）分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

授权代表签字：_____

投标人地址：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

项目编号：_____ 项目代理编号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1										
2										
3										
4										
...										
总价(元)										

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。



注： 1. 本表应按包（如有）分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称(加盖公章)： _____

日期： ____年____月____ 日

5 合同条款偏离表(实质性格式)

合同条款偏离表

项目编号: _____ 项目代理编号: _____ 项目名称: _____

序号	招标文件条目 号(页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择投标无效): ☐ 无偏离 (如无偏离, 仅选择无偏离即可; 无偏离即为对合同条款中的所有要求, 均视 作供应商已对之理解和响应。) ☐ 有偏离 (如有偏离, 则应在本表中对偏离项逐列明, 否则投标无效; 对合同条款中 的所有要求, 除本表列明的偏离外, 均视作供应商已对之理解和响应。)					

注: “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

6 采购需求偏离表(实质性格式)

采购需求偏离表

项目编号: _____ 项目代理编号: _____ 项目名称: _____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注:

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商 已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明,内容为空白的, **投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

8 中标服务费承诺书

中标服务费承诺书（格式）

致：国信招标集团股份有限公司

我们在贵公司组织的_____项目（项目编号：____
____，项目代理编号：_____）公开招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书时按照招标文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。

特此承诺！

投标人名称(加盖公章)：_____

日期：____年____月____日

附件： 关于印发中小企业划型标准规定的通知（投标人不用将此附件编制在投标文件中）

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：



（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

